Firmato digitalmente da:
GERMOLE' ANTONINO
Firmato il 08/03/2023 16:27
Seriale Certificato: 2165763
Valido dal 08/02/2023 al 08/02/2026
InfoCert Firma Qualificata 2

23-000000329

SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL RIETI

INVENTARIO	COD. CDC - DESCR. CDC	DATA ORA RICHIESTA - DATA ORA INIZIO
64181	A01A-0306 - Endoscopia Digestiva -	14-02-23 17:29 - 14-02-23 17:29

TELEFONO RIFERIM. REPARTO/CDC	UBICAZIONE	ODL INTERVENTO
MARINA RINALDI - NOLDAP	EDIFICIO: - PIANO: - STANZA: GASTROSCOPIA	23-000000329

TIPOLOGIA	MODELLO	PRESIDIO / SEDE
VIDEOGASTROSCOPIO	GIF-H190 N	OSP. RIETI

PRODUTTORE	COD. CIVAB	MATRICOLA	INV. ENTE	FASCIA CRITICA
OLYMPUS OPTICAL CO LTD	VGFOLY0000047252	2102210	134017	

ATTIVITA' RICHIESTE

- [ ] Manut. Prev.
- [ ] Verifica Sicur.
- [ ] Richiesta ric. (RR)
- [x] Manut. Correttiva
- [ ] Verifica Sicur. part
- [ ] Addestram. (AD)

CAUSALE / PROBLEMA: RICHIESTA_WEB - INTERVENTO CORRETTIVO - VIENE INVIATO IN ASSISTENZA PER TIRANTI NON FUNZIONANTI. IN REPARTO VIENE TRATTENUTO STRUMENTO VIDEOGASTRO NASALE MULETTO IN ATTESA DELLA RESTITUZIONE DOPO RIPARAZIONE

NOTE INTERVENTO

NOTE RICHIEDENTE: VIENE INVIATO IN ASSISTENZA PER TIRANTI NON FUNZIONANTI. IN REPARTO VIENE TRATTENUTO STRUMENTO VIDEOGASTRO NASALE MULETTO IN ATTESA DELLA RESTITUZIONE DOPO RIPARAZIONE

Dalle	Del	Alle	Del	Tecnico assegn.	Altro Tecnico	Tipo Attività	Note Attiv./Sospensione
08:24	15-02-23	08:24	15-02-23	OLYMPUS ITALIA srl (SEGRATE)	PAOLA GRILLO	assegnazione	--

PARTI UTILIZZATE E/O SOSTITUITE IN RENDICONTAZIONE:

NOME COGNOME REFER. REPARTO: DATA: 01-03-23

SALVA FIRME >>

Esecutore:	Tecnico Interno:	Ref. Reparto: