



22-000000809



SISTEMA SANITARIO REGIONALE


ASL  
RIETI

<b>INVENTARIO</b> 65145		<b>COD. CDC - DESCR. CDC</b> A01A-0312 - Pronto Soccorso -		<b>DATA ORA RICHIESTA - DATA ORA INIZIO</b> 27-04-22 11:35 - 27-04-22 11:35	
<b>TELEFONO RIFERIM. REPARTO/CDC</b> ANNALISA TESTA - 3297118245		<b>UBICAZIONE</b> EDIFICIO: - - PIANO: - - STANZA: COVID 19		<b>ODL INTERVENTO</b> 22-000000809	
<b>TIPOLOGIA</b> VENTILATORE POLMONARE PER TERAPIA INTENSIVA		<b>MODELLO</b> SV300		<b>PRESIDIO / SEDE</b> OSP. RIETI	
<b>PRODUTTORE</b> MINDRAY CO LTD	<b>COD. CIVAB</b> VPOH76C2381	<b>MATRICOLA</b> GB-04017181	<b>INV. ENTE</b> 133899	<b>FASCIA CRITICA</b>	

<b>ATTIVITA' RICHIESTE</b>							
<input type="checkbox"/> Manut. Prev.		<input checked="" type="checkbox"/> Manut. Correttiva		CAUSALE / PROBLEMA: RICHIESTA_WEB - SEGNALAZIONE ANOMALIA - MALFUNZIONAMENTO			
<input type="checkbox"/> Verifica Sicur.		<input type="checkbox"/> Verifica Sicur. part					
<input type="checkbox"/> Richiesta ric. (RR)		<input type="checkbox"/> Adestram. (AD)					
<b>NOTE INTERVENTO</b>							
NOTE RICHIEDENTE: MALFUNZIONAMENTO							
Dalle	Del	Alle	Del	Tecnico assegn.	Altro Tecnico	Tipo Attività	Note Attiv./Sospensione
11:51	27-04-22	11:51	27-04-22	ALTHEA ITALIA S.P.A. (ROMA (RM))	PAOLA GRILLO	assegnazione	--
<b>PARTI UTILIZZATE E/O SOSTITuite IN RENDICONTAZIONE:</b>							
<b>NOME COGNOME REFER. REPARTO:</b>						<b>DATA:</b> 27-04-22	
<b>SALVA FIRME &gt;&gt;</b>							
<b>Esecutore:</b>			<b>Tecnico Interno:</b>			<b>Ref. Reparto:</b>	
_____			_____			_____	



22-000000333



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL  
RIETI

<b>INVENTARIO</b> 65135		<b>COD. CDC - DESCR. CDC</b> A01A-0314 - Anestesia/Rianimazione -		<b>DATA ORA RICHIESTA - DATA ORA INIZIO</b> 25-02-22 13:53 - 25-02-22 13:53			
<b>TELEFONO RIFERIM. REPARTO/CDC</b> PAOLA GRILLO PER CONTO DI: -		<b>UBICAZIONE</b> EDIFICIO: - - PIANO: - - STANZA: COVID 19		<b>ODL INTERVENTO</b> 22-000000333			
<b>TIPOLOGIA</b> VENTILATORE POLMONARE PER TERAPIA INTENSIVA		<b>MODELLO</b> SV600		<b>PRESIDIO / SEDE</b> OSP. RIETI			
<b>PRODUTTORE</b> MINDRAY CO LTD	<b>COD. CIVAB</b> VPOH76C2382	<b>MATRICOLA</b> AA6-03003904	<b>INV. ENTE</b> 81554	<b>FASCIA CRITICA</b>			
<b>ATTIVITA' RICHIESTE</b>							
<input type="checkbox"/> Manut. Prev.		<input checked="" type="checkbox"/> Manut. Correttiva		<b>CAUSALE / PROBLEMA: RICERCA GUASTO E RIPARAZIONE</b>			
<input type="checkbox"/> Verifica Sicur.		<input type="checkbox"/> Verifica Sicur. part					
<input type="checkbox"/> Richiesta ric. (RR)		<input type="checkbox"/> Addestram. (AD)					
<b>NOTE INTERVENTO</b>							
VENTILATORE POLMONARE SV 600, MATRICOLA AA6-03003904:NON FUNZIONANO I SENSORI DI FLUSSO ESPIRATORIO. SI RICHIEDE INTERVENTO TECNICO URGENTE.							
<b>Dalle</b>	<b>Del</b>	<b>Alle</b>	<b>Del</b>	<b>Tecnico assegn.</b>	<b>Altro Tecnico</b>	<b>Tipo Attività</b>	<b>Note Attiv./Sospensione</b>
13:53	25-02-22	13:53	25-02-22	ALTHEA ITALIA S.P.A. (ROMA (RM))		assegnazione	VENTILATORE POLMONARE SV 600, MATRICOLA AA6-03003904:NON FUNZIONANO I SENSORI DI FLUSSO ESPIRATORIO. SI RICHIEDE INTERVENTO TECNICO URGENTE.
<b>PARTI UTILIZZATE E/O SOSTITUITE IN RENDICONTAZIONE:</b>							
<b>NOME COGNOME REFER. REPARTO:</b>				<b>DATA:</b> 25-02-22			
<b>SALVA FIRME &gt;&gt;</b>							
<b>Esecutore:</b>		<b>Tecnico Interno:</b>		<b>Ref. Reparto:</b>			
_____		_____		_____			