




22-000001970


**ASL  
RIETI**

<b>INVENTARIO</b> 56592		<b>COD. CDC - DESCR. CDC</b> A01A-409 - SALA PARTO -		<b>DATA ORA RICHIESTA - DATA ORA INIZIO</b> 01-12-22 12:59 - 01-12-22 12:59	
<b>TELEFONO RIFERIM. REPARTO/CDC</b> SARA DE SISTO - NOLDAP		<b>UBICAZIONE</b> EDIFICIO: - - PIANO: - - STANZA: SALA PARTO		<b>ODL INTERVENTO</b> 22-000001970	
<b>TIPOLOGIA</b> TAVOLO OPERATORIO PER SALA OPERATORIA		<b>MODELLO</b> SATURN SELECT		<b>PRESIDIO / SEDE</b> OSP. RIETI	
<b>PRODUTTORE</b> TRUMPF MEDIZIN SYSTEME GMBH		<b>COD. CIVAB</b> TOPK37C3497	<b>MATRICOLA</b> 100165193	<b>INV. ENTE</b> 100768	<b>FASCIA CRITICA</b>

**ATTIVITA' RICHIESTE**

- 
- Manut. Prev.
- 
- 
- Verifica Sicur.
- 
- 
- Richiesta ric. (RR)

- 
- Manut. Correttiva
- 
- 
- Verifica Sicur. part
- 
- 
- Addestram. (AD)

**CAUSALE / PROBLEMA: RICHIESTA\_WEB - INTERVENTO CORRETTIVO - INTERVENTO URGENTISSIMO PER MALFUNZIONAMENTO**
**NOTE INTERVENTO**
**NOTE RICHIEDENTE: INTERVENTO URGENTISSIMO PER MALFUNZIONAMENTO - CHIAMATA SU APPARECCHIATURA CON CDC NON ASSOCIATO AL RICHIEDENTE - RILEVAZIONE CON NO**

Dalle	Del	Alle	Del	Tecnico assegn.	Altro Tecnico	Tipo Attività	Note Attiv./Sospensione
13:45	01-12-22	13:45	01-12-22	SANDRO ZARINI TECNICO GLOBAL (sandro.zarini)	PAOLA GRILLO	assegnazione	--
15:00	01-12-22	15:15	01-12-22	ALESSIO TEMPESTA GLOBAL SERVICE (alessio.tempesta)		rilevazione	VERIFICA FUNZIONALE -- RISCONTRATO PROBLEMA
15:15	01-12-22	17:00	01-12-22	ALESSIO TEMPESTA GLOBAL SERVICE (alessio.tempesta)		rendicontazione	SOSPENSIONE INTERVENTO -- VERIFICATO PROBLEMATICA MOVIMENTI BLOCCATI SI ATTENDE CONSULENZA DA PARTE DELLA DITTA PER REPERIRE PARTI DI RICAMBIO.

**PARTI UTILIZZATE E/O SOSTITUITE IN RENDICONTAZIONE:**

NOME COGNOME REFER. REPARTO:

DATA: 05-01-23

SALVA FIRME &gt;&gt;

<b>Esecutore:</b>  _____	<b>Tecnico Interno:</b>  _____	<b>Ref. Reparto:</b>  _____
--------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------