

Spett.le **ASL Rieti**
Via del Terminillo, 42
02100 Rieti (RI)
c.a. Ing. Antonino Germolè
Ing. Marco Risa

Ns.Rif. **PGS/022 del 05/08/2023**

OGGETTO: Relazione configurazione Nodi DICOM

Vista l'acquisizione in noleggio da parte dell'Azienda Sanitaria Locale di Rieti del nuovo sistema integrato RIS-PACS fornito dall'RTI AGFA GAVAERT SPA - BIESSE MEDICA SRL, si è reso necessario operare delle modifiche Software a tutte le apparecchiature medicali in grado di produrre immagini di interesse diagnostico per la UOC Diagnostica per Immagini.

Le operazioni sono state condotte a partire dalla giornata del 29 Marzo 2023 sino al 13 Luglio 2023 secondo il cronoprogramma concordato tra il fornitore del nuovo sistema ed il RUP dell'appalto.

Le attività hanno visto coinvolte tutte le apparecchiature in carico alla UOC Diagnostica per Immagini dislocate sul territorio:

- PO Rieti
- Casa della Salute di Magliano Sabina
- Poliambulatorio in Via delle Ortensie
- Poliambulatorio di Poggio Mirteto
- PASS di Amatrice
- Poliambulatorio di Passo Corese

Per realizzare la configurazione richiesta dall'Azienda Sanitaria, è stato necessario procedere a:

- Modificare dell'Indirizzo di Rete (IP) per attribuirgli la nuova classe identificata dal Servizio Informatico dell'Azienda
- Configurare il nuovo NODO DICOM per la corretta ricezione della Lista Pazienti (Work List) direttamente dall'accettazione alle apparecchiature
- Configurare il nuovo NODO DICOM per la corretta archiviazione delle immagini diagnostiche (PACS)
- Configurare il nuovo NODO DICOM di backup per l'archiviazione delle immagini diagnostiche in caso di emergenza

L'operazione di modifica richiesta si configura come un'"*opportunità individuata dall'Azienda Sanitaria atta a conseguire migliori risultati dal punto di vista assistenziale, diagnostico e terapeutico*" e pertanto tale da considerarsi un'attività straordinaria ai sensi dell'Art. 2.3.3 del CSA.

Per dar seguito all'attività richiesta la scrivente si è attivata laddove necessario con l'ausilio dei produttori sostenendone anticipatamente i costi.

Poliedra, così come previsto dal CSA, si è adoperata inoltre per gestire la parte amministrativa relativa alle apparecchiature in gestione indiretta attivando i fornitori.

In entrambi i casi le operazioni sono state coordinate e supervisionate dal personale di Poliedra fino alla loro conclusione ed alla verifica funzionale eseguita dal fornitore del nuovo sistema integrato RIS-PACS.

Per le apparecchiature non presenti nel consuntivo PRV_12 (Ecotomografi, Stampanti laser, CR) la scrivente si è adoperata con il proprio personale per attuare le modifiche necessarie al corretto collegamento delle apparecchiature. I costi relativi a tali operazioni non sono stati rendicontati ed addebitati pertanto all'Azienda Sanitaria.

Rimanendo a disposizione per fornire ulteriori chiarimenti in merito, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

*Poliedra Ingegneria Clinica
Direzione Tecnica di Commessa
Ing. Alessandro Fortuna*