

RAPPORTO DI LAVORO - MANUTENZIONE CORRETTIVA

NR. RT: MC 1155

Data richiesta: 1/12/22 Ora richiesta: 12:59 Rif. Richiesta: Rif. OdL: 22-1970
 Motivazione richiesta: RIFUNZIONAMENTO

ANAGRAFICA E LOCALIZZAZIONE DELL'APPARECCHIATURA

CRITICA
 NON CRITICA

Struttura: PO RIETI Riparto: SALA PARTO Piano: 1 Centro di costo:
 N° inventario: 63592 Classe: TIPOLO OP. Costruttore: TRORPE Modello: SATURU SELECT
 Matricola: 1001593 N° richiesta aziendale: Cod. CIVAP:

SOPRALLUOGO Tecnico: Data: / / Ora inizio: : : Ora fine: : :
 Problema riscontrato:

ATTIVITA' Tecnico: Data: / / Ora inizio: : : Ora fine: : :
 Ore lavoro impiegate:

- RICHIESTA MATERIALE
- RICHIESTA INTERVENTO DITTA ESTERNA
- SOSPESO
- RETIRO IN LABORATORIO
- FORNITO MULETTO
- ALTRO
- PARZIALMENTE FUNZIONANTE
- COMPLETAMENTE FUNZIONANTE
- FERMO MACCHINA

Firma del Referente del Servizio Richiedente: Firma del Tecnico:

ATTIVITA' Tecnico: ZARLU Data: 4/1/23 Ora inizio: 15:00 Ora fine: 16:00
LI SCHEMI MADRE DELL'APPARECCHIO NON C'
PIU' RIPARABILE, INOLTRE ADDE PIU' L'ORSO
LESCUZI DI TUTT L'APPARECCHIATURA, SI
CONSIGLIA LA DISSOLUZIONE.
 Ore lavoro impiegate:

RICAMBI SOSTITUITI

DESCRIZIONE	CODICE	LOTTO	Q.TA'

CHIUSURA INTERVENTO Tecnico: ZARLU Lavoro ultimato: SI NO
 Data fine: 4/1/23 Ora fine: 16:00 Proposta Fucci Uso:
 Firma del Referente del Servizio Richiedente: Firma del Tecnico: