

**AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI**  
Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: asl.rieti@pec.it  
C.F. e P.I. 00821180577

Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) del d.lgs. 36/2023, per l'affidamento della fornitura di n. 1 Colonna Laparoscopica da destinare ad uso della U.O.C. Chirurgia, della UOC Oncologia, della U.O.C. Urologia, della U.O.C. ORL e della U.O.C. Ostetricia e Ginecologia del P.O. San Camillo de Lellis. Numero gara 9448627 CIG: B0B069023A

### VERBALE COMMISSIONE DI GARA N. 1

#### PREMESSO CHE

- Con determinazione n. 1528 del 18/12/2023 è stata indetta, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera e), del D.lgs. 36/2023 ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) del d.lgs. 36/2023, per l'affidamento della fornitura di n. 1 Colonna Laparoscopica da destinare ad uso della U.O.C. Chirurgia, della UOC Oncologia, della U.O.C. Urologia, della U.O.C. ORL e della U.O.C. Ostetricia e Ginecologia del P.O. San Camillo de Lellis, con un importo posto a base d'asta pari ad € 120.000,00 al netto dell'Iva, Numero gara 9448627 CIG: B0B069023A ;
- con il suddetto atto sono stati approvati gli atti di gara;
- Il criterio di aggiudicazione previsto negli atti di gara è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- la procedura in argomento è espletata attraverso la piattaforma telematica di negoziazione STELLA;
- l'avviso della gara in argomento è stato pubblicato sul sito informatico della ASL Rieti, [www.asl.rieti.it](http://www.asl.rieti.it) nella sezione "Amministrazione Trasparente" sotto la sezione "Bandi", sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sulla piattaforma telematica di negoziazione STELLA all'indirizzo <https://stella.regione.lazio.it/Portale/>;
- secondo quanto disposto nella disciplinare di gara, hanno depositato la documentazione di gara sulla piattaforma STELLA, pena l'esclusione, entro le ore 18.00 del 21/03/2024, come risultante dal report estrapolato dalla piattaforma, (Allegato 1), che unito al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale, gli operatori economici di seguito elencati:

| Riga | Ragione Sociale    | Codice Fiscale | Lotti Offerti | Registro di Sistema | Stato   | Data ricezione         |
|------|--------------------|----------------|---------------|---------------------|---------|------------------------|
| 1    | OLYMPUS ITALIA SRL | 10994940152    | 1             | PI045364-24         | Inviato | 19/03/2024<br>17:16:19 |
| 2    | DUEFFE 2000 SRL    | 05704371003    | 1             | PI046998-24         | Inviato | 21/03/2024<br>15:00:09 |

|   |                              |             |   |             |         |                        |
|---|------------------------------|-------------|---|-------------|---------|------------------------|
| 3 | ERNESTO<br>INVERNIZZI S.P.A. | 00455940585 | 1 | PI047000-24 | Inviato | 21/03/2024<br>15:00:52 |
|---|------------------------------|-------------|---|-------------|---------|------------------------|

- la fase amministrativa è stata conclusa dal Seggio di Gara, presieduto dal RUP, in data 26/03/2024 con l'ammissione di tutti gli OO.EE. partecipanti alla successiva fase di apertura delle buste tecniche;
- con atto deliberativo n 328/CS/2024 del 04/04/2024 sono stati nominati i componenti della Commissione Giudicatrice, ai sensi art. 93 del D.Lgs. 36/2023e s.m.i., per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche al fine dell'espletamento della procedura di gara in oggetto, come di seguito indicato:
  - Dr. L. Raparelli, Direttore del Dipartimento Chirurgia, in qualità di Presidente, in qualità di Presidente;
  - Dr. M. Caponera, Direttore della UOC Urologia, in qualità di componente;
  - Dr. S. Rotolo, Dirigente medico in servizio presso la UOC Ostetricia e Ginecologia, in qualità di componente;
- con il suddetto atto deliberativo è stata altresì individuata la Dott.ssa Mariacarla Carducci nelle funzioni di segretario verbalizzante;

#### LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente verbale, il giorno 28/05/2024 alle ore 14.30, presso il PO San Camillo De Lessi di Rieti, si è riunita la Commissione Giudicatrice della gara richiamata in oggetto.

Prima di procedere, la Commissione Giudicatrice, preso atto dell'oggetto dell'appalto di cui trattasi e degli operatori economici partecipanti alla procedura di gara, come risultanti dal report scaricato dalla piattaforma telematica, in sede di accettazione dell'incarico dichiarano, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, l'inesistenza delle cause di inconfiribilità (art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001), di conflitto di interesse e di astensione, come risulta dalle dichiarazioni agli atti del procedimento.

Successivamente, la commissione procede con le attività relative all'espletamento della prova pratica della strumentazione presentata dagli operatori economici.

A seguito dell'espletamento della prova pratica da parte degli operatori economici concorrenti, qui di seguito indicati, la Commissione procede all'attribuzione di punteggi tecnici, così come previsto negli atti di gara, riepilogati nella tabella sottostante:

#### OPERATORE ECONOMICO: OLYMPUS

##### CRITERIO DISCREZIONALE

| CRITERIO  | PUNTEGGIO MAX | RAPARELLI | CAPONERA | ROTOLO | Punteggio attribuito |
|---|---------------|-----------|----------|--------|----------------------|
| 11<br>Prava pratica (caratteristiche ergonomiche del sistema rispetto alla strumentazione utilizzata e alla conduzione dell'esame diagnostico: interfaccia, comandi, gestione referto, ergonomia per pulizia e sanificazione, ecc...) | 5             | 0,8       | 0,8      | 0,8    | 4,00                 |


OPERATORE ECONOMICO: INVERNIZZI

CRITERIO DISCREZIONALE


|    | CRITERIO  | PUNTEGGIO MAX | RAPARELLI | CAPONERA | ROTOLO | Punteggio attribuito |
|----|---|---------------|-----------|----------|--------|----------------------|
| 11 | Prova pratica (caratteristiche ergonomiche del sistema rispetto alla strumentazione utilizzata e alla conduzione dell'esame diagnostico: interfaccia, comandi, gestione referto, ergonomia per pulizia e sanificazione, ecc...) | 5             | 0,6       | 0,6      | 0,6    | 3,00                 |

Alle ore 15.30, a causa dell'indisponibilità della ditta Dueffe 2000 a effettuare la prova pratica, il Presidente chiude i lavori, ed aggiorna alla data 04/06/2024, ore 11:00, la prosecuzione dei lavori di valutazione della prova pratica del suddetto operatore.

Di quanto precede è redatto il seguente verbale, che letto ed approvato, viene sottoscritto dalla Commissione nel modo che segue:

Presidente, Dott. Luigi Raparelli 

Componente, Dott. Mauro Caponera 

Componente Dott. Stefano Rotolo 

Segretario Verbalizzante Dott.ssa Mariacarla Carducci \_\_\_\_\_


**AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI**  
Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: asl.rieti@pec.it  
C.F. e P.I. 00821180577

Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) del d.lgs. 36/2023, per l'affidamento della fornitura di n. 1 Colonna Laparoscopica da destinare ad uso della U.O.C. Chirurgia, della UOC Oncologia, della U.O.C. Urologia, della U.O.C. ORL e della U.O.C. Ostetricia e Ginecologia del P.O. San Camillo de Lellis. Numero gara 9448627 CIG: B0B069023A

### VERBALE COMMISSIONE DI GARA N. 2

#### PREMESSO CHE

- Con determinazione n. 1528 del 18/12/2023 è stata indetta, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera e), del D.lgs. 36/2023 ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) del d.lgs. 36/2023, per l'affidamento della fornitura di n. 1 Colonna Laparoscopica da destinare ad uso della U.O.C. Chirurgia, della UOC Oncologia, della U.O.C. Urologia, della U.O.C. ORL e della U.O.C. Ostetricia e Ginecologia del P.O. San Camillo de Lellis, con un importo posto a base d'asta pari ad € 120.000,00 al netto dell'Iva, Numero gara 9448627 CIG: B0B069023A ;
- con il suddetto atto sono stati approvati gli atti di gara;
- Il criterio di aggiudicazione previsto negli atti di gara è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- la procedura in argomento è espletata attraverso la piattaforma telematica di negoziazione STELLA;
- l'avviso della gara in argomento è stato pubblicato sul sito informatico della ASL Rieti, [www.asl.rieti.it](http://www.asl.rieti.it) nella sezione "Amministrazione Trasparente" sotto la sezione "Bandi", sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sulla piattaforma telematica di negoziazione STELLA all'indirizzo <https://stella.regione.lazio.it/Portale/>;
- secondo quanto disposto nella disciplinare di gara, hanno depositato la documentazione di gara sulla piattaforma STELLA, pena l'esclusione, entro le ore 18.00 del 21/03/2024, come risultante dal report estrapolato dalla piattaforma, (Allegato 1), che unito al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale, gli operatori economici di seguito elencati:



| Riga | Ragione Sociale    | Codice Fiscale | Lotti Offerti | Registro di Sistema | Stato   | Data ricezione         |
|------|--------------------|----------------|---------------|---------------------|---------|------------------------|
| 1    | OLYMPUS ITALIA SRL | 10994940152    | 1             | PI045364-24         | Inviato | 19/03/2024<br>17:16:19 |
| 2    | DUEFFE 2000 SRL    | 05704371003    | 1             | PI046998-24         | Inviato | 21/03/2024<br>15:00:09 |

|   |                              |             |   |             |         |                        |
|---|------------------------------|-------------|---|-------------|---------|------------------------|
| 3 | ERNESTO<br>INVERNIZZI S.P.A. | 00455940585 | 1 | PIO47000-24 | Inviato | 21/03/2024<br>15:00:52 |
|---|------------------------------|-------------|---|-------------|---------|------------------------|

- la fase amministrativa è stata conclusa dal Seggio di Gara, presieduto dal RUP, in data 26/03/2024 con l'ammissione di tutti gli OO.EE. partecipanti alla successiva fase di apertura delle buste tecniche;
- con atto deliberativo n 328/CS/2024 del 04/04/2024 sono stati nominati i componenti della Commissione Giudicatrice, ai sensi art. 93 del D.Lgs. 36/2023e s.m.i., per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche al fine dell'espletamento della procedura di gara in oggetto, come di seguito indicato:
  - Dr. L. Raparelli, Direttore del Dipartimento Chirurgia, in qualità di Presidente, in qualità di Presidente;
  - Dr. M. Caponera, Direttore della UOC Urologia, in qualità di componente;
  - Dr. S. Rotolo, Dirigente medico in servizio presso la UOC Ostetricia e Ginecologia, in qualità di componente;
- con il suddetto atto deliberativo è stata altresì individuata la Dott.ssa Mariacarla Carducci nelle funzioni di segretario verbalizzante;
- in data 28/05/2024, giusto verbale n.1, la Commissione ha proceduto alla valutazione della prova pratica effettuata dagli operatori economici OLYMPUS ITALIA SRL e ERNESTO INVERNIZZI S.P.A., rinviando al giorno 04/06/2024, ore 11.00, la valutazione della prova pratica dell'operatore DUEFFE 2000 SRL;

#### LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente verbale, il giorno 04/06/2024 alle ore 11.00, presso il PO San Camillo De Lessi di Rieti, si è riunita la Commissione Giudicatrice della gara richiamata in oggetto.

Successivamente, la commissione procede con le attività relative all'espletamento della prova pratica della strumentazione presentata dall'operatore economico DUEFFE 2000 SRL.

A seguito dell'espletamento della suddetta prova pratica, la Commissione procede all'attribuzione del punteggio tecnico, così come previsto negli atti di gara, riepilogato nella tabella sottostante:



OPERATORE ECONOMICO: DUEFFE 2000

#### CRITERIO DISCREZIONALE

|    | CRITERIO  | PUNTEGGIO<br>MAX | RAPARELLI | CAPONERA | ROTOLO | Punteggio attribuito |
|----|---|------------------|-----------|----------|--------|----------------------|
| 11 | Prova pratica (caratteristiche ergonomiche del sistema rispetto alla strumentazione utilizzata e alla conduzione dell'esame diagnostico: interfaccia, comandi, gestione referto, ergonomia per pulizia e sanificazione, ecc...) | 5                | 0,6       | 0,8      | 0,6    | 3,3                  |

Alle ore 11.30 circa il Presidente chiude i lavori, e aggiorna a data da destinarsi per la prosecuzione dei lavori di valutazione delle offerte tecniche presentate.

Di quanto precede è redatto il seguente verbale, che letto ed approvato, viene sottoscritto dalla Commissione nel modo che segue:

Presidente, Dott. Luigi Raparelli   
Componente, Dott. Mauro Caponera   
Componente Dott. Stefano Rotolo   
Segretario Verbalizzante Dott.ssa Mariacarla Carducci \_\_\_\_\_



ATTIVITÀ SANITARIA REGIONALE



**AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI**  
Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: asl.rieti@pec.it  
C.F. e P.I. 00821180577

Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) del d.lgs. 36/2023, per l'affidamento della fornitura di n. 1 Colonna Laparoscopica da destinare ad uso della U.O.C. Chirurgia, della UOC Oncologia, della U.O.C. Urologia, della U.O.C. ORL e della U.O.C. Ostetricia e Ginecologia del P.O. San Camillo de Lellis. Numero gara 9448627 CIG: B0B069023A

### VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE N. 3

#### PREMESSO CHE:

- Con determinazione n. 1528 del 18/12/2023 è stata indetta, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera e), del D.lgs. 36/2023 ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) del d.lgs. 36/2023, per l'affidamento della fornitura di n. 1 Colonna Laparoscopica da destinare ad uso della U.O.C. Chirurgia, della UOC Oncologia, della U.O.C. Urologia, della U.O.C. ORL e della U.O.C. Ostetricia e Ginecologia del P.O. San Camillo de Lellis, con un importo posto a base d'asta pari ad € 120.000,00 al netto dell'Iva, Numero gara 9448627 CIG: B0B069023A ;
- con il suddetto atto sono stati approvati gli atti di gara;
- Il criterio di aggiudicazione previsto negli atti di gara è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- la procedura in argomento è espletata attraverso la piattaforma telematica di negoziazione STELLA;
- l'avviso della gara in argomento è stato pubblicato sul sito informatico della ASL Rieti, [www.asl.rieti.it](http://www.asl.rieti.it) nella sezione "Amministrazione Trasparente" sotto la sezione "Bandi", sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sulla piattaforma telematica di negoziazione STELLA all'indirizzo <https://stella.regione.lazio.it/Portale/>;
- secondo quanto disposto nella disciplinare di gara, hanno depositato la documentazione di gara sulla piattaforma STELLA, pena l'esclusione, entro le ore 18.00 del 21/03/2024, come risultante dal report estrapolato dalla piattaforma, (Allegato 1), che unito al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale, gli operatori economici di seguito elencati:

| Riga | Ragione Sociale    | Codice Fiscale | Lotti Offeriti | Registro di Sistema | Stato   | Data ricezione         |
|------|--------------------|----------------|----------------|---------------------|---------|------------------------|
| 1    | OLYMPUS ITALIA SRL | 10994940152    | 1              | PI045364-24         | Inviato | 19/03/2024<br>17:16:19 |
| 2    | DUEFFE 2000 SRL    | 05704371003    | 1              | PI046998-24         | Inviato | 21/03/2024<br>15:00:09 |

|   |                              |             |   |             |         |                        |
|---|------------------------------|-------------|---|-------------|---------|------------------------|
| 3 | ERNESTO<br>INVERNIZZI S.P.A. | 00455940585 | 1 | PI047000-24 | Inviato | 21/03/2024<br>15:00:52 |
|---|------------------------------|-------------|---|-------------|---------|------------------------|

- la fase amministrativa è stata conclusa dal Seggio di Gara, presieduto dal RUP, in data 26/03/2024 con l'ammissione di tutti gli OO.EE. partecipanti alla successiva fase di apertura delle buste tecniche;
- con atto deliberativo n 328/CS/2024 del 04/04/2024 sono stati nominati i componenti della Commissione Giudicatrice, ai sensi art. 93 del D.Lgs. 36/2023e s.m.i., per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche al fine dell'espletamento della procedura di gara in oggetto, come di seguito indicato:
  - Dr. L. Raparelli, Direttore del Dipartimento Chirurgia, in qualità di Presidente, in qualità di Presidente;
  - Dr. M. Caponera, Direttore della UOC Urologia, in qualità di componente;
  - Dr. S. Rotolo, Dirigente medico in servizio presso la UOC Ostetricia e Ginecologia, in qualità di componente;
- con il suddetto atto deliberativo è stata altresì individuata la Dott.ssa Mariacarla Carducci nelle funzioni di segretario verbalizzante;
- in data 28/05/2024, giusto verbale n.1, la Commissione ha proceduto alla valutazione della prova pratica effettuata dagli operatori economici OLYMPUS ITALIA SRL e ERNESTO INVERNIZZI S.P.A., rinviando al giorno 04/06/2024, ore 11.00, la valutazione della prova pratica dell'operatore DUEFFE 2000 SRL;
- in data 04/06/2024, giusto verbale n.2, la Commissione ha proceduto alla valutazione della prova pratica effettuata dell'operatore economico DUEFFE 2000 SRL;

**IL PRESIDENTE**

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente verbale, il giorno 17 giugno 2024, alle ore 11.00 presso l'U.O.C. Acquisizione e Logistica di Beni e Servizi dell'ASL Rieti, sita in Via del Terminillo n. 42 – Blocco n. 2 – Rieti, constatata la presenza di tutti i componenti e del segretario verbalizzante, da inizio ai lavori in seduta pubblica virtuale per procedere all'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche dei partecipanti, al fine di verificare la presenza, all'interno delle stesse, della documentazione richiesta nel Disciplinare di Gara.

Successivamente, la Commissione effettua, l'apertura delle buste tecniche e l'estrazione dei documenti presenti all'interno delle Offerte tecniche prodotte dagli OO.EE. sotto riportati:

| Riga | Ragione Sociale | Data ricezione      | Registro di Sistema |
|------|-----------------|---------------------|---------------------|
| 1    | OLYMPUS         | 19/03/2024 17:16:19 | PI045364-24         |
| 2    | INVERNIZZI      | 21/03/2024 15:00:09 | PI046998-24         |

|   |             |                     |             |
|---|-------------|---------------------|-------------|
| 3 | DUEFFE 2000 | 21/03/2024 15:00:09 | PI047000-24 |
|---|-------------|---------------------|-------------|

Terminate le suddette operazioni, il Presidente chiude la seduta pubblica virtuale alle ore 13:00 per proseguire i lavori in seduta riservata.


La Commissione procede, pertanto, con la valutazione delle offerte tecniche dei suddetti OO.EE. al fine sia di riscontrarne la rispondenza a quanto previsto negli atti di gara sia di attribuire i punteggi tecnici in base ai criteri premiali previsti negli atti di gara.


Le risultanze dei lavori di valutazione effettuati dalla Commissione vengono riportate nel prospetto riepilogativo allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale (All.1).

I lavori della Commissione, in seduta riservata, terminano alle ore 14.15.

Di quanto precede è redatto il seguente verbale, che letto ed approvato, viene sottoscritto dalla Commissione nel modo che segue:

Presidente, Dott. Luigi Raparelli 

Componente, Dott. Mauro Caponera 

Componente Dott. Stefano Rotolo 

Segretario Verbalizzante Dott.ssa Mariacarla Carducci \_\_\_\_\_

OLYMPUS

| ID criterio | CRITERIO  | Punteggio MAX | Formula                                       | Vi (valore offerto dall'O.E. i) | Vmax/Vminn (valore massimo/minimo tra i Vi) | Punteggio attribuito |
|-------------|---|---------------|---|---------------------------------|---|----------------------|
| 1           | Presenza soluzioni anti-appannamento  | 4             | SI/NO : Se si=Pmax; no=0                      |                                 |   | 4,00                 |
| 2           | TELECAMERA Gestione/controllo immagini fisse e video  | 3             | SI/NO : Se si=Pmax; no=0                      |                                 |   | 3,00                 |
| 3           | TELECAMERA Risoluzione > 3840x2160  | 4             | SI/NO : Se si=Pmax; no=0                      |                                 |   | 0,00                 |
| 4           | FONTE LUCE Regolazione dell'intensità luminosa manuale e automatica   | 4             | SI/NO : Se si=Pmax; no=0                      |                                 |   | 4,00                 |
| 5           | FONTE LUCE Vita sorgente luce > 5.000 ore   | 4             | $Pi = ((Vi - 5.000) / (Vmax - 5.000)) * Pmax$ | 10000                           | 30000                                       | 0,80                 |
| 6           | MONITOR Presenza di sistemi di ottimizzazione della nitidezza delle immagini  | 4             | SI/NO : Se si=Pmax; no=0                      |                                 |   | 4,00                 |
| 7           | MONITOR Presenza funzione di visualizzazione a doppio schermo   | 4             | SI/NO : Se si=Pmax; no=0                      |                                 |   | 4,00                 |
| 8           | MONITOR Dimensioni Oltre 31" pollici  | 4             | $Pi = ((Vi - 31) / (Vmax - 31)) * Pmax$       | 32                              | 32  | 4,00                 |
| 9           | INSUFFLATORE Portata > 40 l/min   | 3             | $Pi = ((Vi - 40) / (Vmax - 40)) * Pmax$       | 50                              | 50  | 3,00                 |
| 10          | INSUFFLATORE Preriscaldamento a 37°   | 4             | SI/NO : Se si=Pmax; no=0                      |                                 |   | 4,00                 |
| 11          | Garanzia ed assistenza post vendita > 24 mesi   | 3             | $Pi = ((Vi - 24) / (Vmax - 24)) * Pmax$       | 36                              | 36  | 3,00                 |
| 12          | Assistenza post garanzia:- componenti sostitutivi offerti come muletto telecamera ed altri; - tempi di risoluzione del guasto o della problematica entro 72 h | 3             | SI/NO : Se si=Pmax; no=0                      |                                 |   | 3,00                 |
|             |   |               |   |                                 | TOT   | 36,80                |

CRITERIO DISCREZIONALE

| CRITERIO   | PUNTEGGI O MAX | RAPARELLI | CAPONERA | ROTOLO | Punteggio attribuito |
|--|----------------|-----------|----------|--------|----------------------|
| 1<br>GENERALE Soluzione tecnica generale del sistema (moduli di elaborazione per le diverse tipologie di immagine, capacità di integrazione, flessibilità di utilizzo, possibilità di implementazione futura di nuovo hardware e software per ampliare la destinazione d'uso e le applicazioni cliniche della colonna, ecc...) | 6              | 1         | 1        | 0,8    | 5,60                 |
| 2<br>GENERALE Implementabilità del sistema   | 3              | 0,8       | 0,8      | 1      | 2,60                 |
| 3<br>ELABORATORE IMMAGINE Dotazione controlli e comandi (ricchezza dotazione, controlli e automatizzazioni)  | 5              | 0,8       | 1        | 0,8    | 4,33                 |
| 4<br>ELABORATORE IMMAGINE Ergonomia (interfaccia e comandi)  | 4              | 0,8       | 1        | 0,8    | 3,47                 |
| 5<br>TELECAMERA Ergonomia (programmabilità tasti, impugnatura)   | 3              | 0,8       | 1        | 0,8    | 2,60                 |
| 6<br>FONTE LUCE Ergonomia (interfaccia e comandi)  | 5              | 1         | 0,8      | 0,8    | 4,33                 |
| 7<br>CARRELLO Soluzione generale del carrello (struttura, ottimizzazione degli spazi e degli alloggiamenti, espandibilità/arricchimento della dotazione, ecc...)   | 4              | 0,8       | 1        | 0,8    | 3,47                 |
| 8<br>CARRELLO Accessori aggiuntivi offerti   | 3              | 0,8       | 0,8      | 0,8    | 2,40                 |
| 9<br>INSUFFLATORE : Accorgimenti tecnologici di automazione e supporto dedicati alle procedure laparoscopiche cui è destinato.   | 4              | 0,6       | 0,6      | 0,6    | 2,40                 |
| 10<br>Software e accessori aggiuntivi offerti  | 4              | 0,8       | 0,8      | 1      | 3,47                 |
| 11<br>Prova pratica (Caratteristiche ergonomiche del sistema rispetto alla strumentazione utilizzata e alla conduzione dell'esame diagnostico: interfaccia, comandi, gestione referto, ergonomia per pulizia e sanificazione, ecc...)  | 5              | 0,8       | 0,8      | 0,8    | 4,00                 |
|  |                |           |          | TOT    | 38,67                |

|                 |       |
|-----------------|-------|
| TOT Valutazione | 75,47 |
|-----------------|-------|

INVERNIZZI

| ID criterio | CRITERIO   | Punteggio MAX | Formula                                       | Vi (valore offerto dall'O.E. i) | Vmax/Vminn (valore massimo/minimo tra i Vi) | Punteggio attribuito |
|-------------|--|---------------|---|---------------------------------|---|----------------------|
| 1           | Presenza soluzioni anti-appannamento   | 4             | SI/NO : Se si=Pmax; no=0                      |                                 |   | 4,00                 |
| 2           | TELECAMERA Gestione/controllo immagini fisse e video   | 3             | SI/NO : Se si=Pmax; no=0                      |                                 |   | 3,00                 |
| 3           | TELECAMERA Risoluzione > 3840x2160   | 4             | SI/NO : Se si=Pmax; no=0                      |                                 |   | 0,00                 |
| 4           | FONTE LUCE Regolazione dell'intensità luminosa manuale e automatica  | 4             | SI/NO : Se si=Pmax; no=0                      |                                 |   | 4,00                 |
| 5           | FONTE LUCE Vita sorgente luce > 5.000 ore  | 4             | $Pi = ((Vi - 5.000) / (Vmax - 5.000)) * Pmax$ | 30000                           | 30000                                       | 4,00                 |
| 6           | MONITOR Presenza di sistemi di ottimizzazione della nitidezza delle immagini   | 4             | SI/NO : Se si=Pmax; no=0                      |                                 |   | 4,00                 |
| 7           | MONITOR Presenza funzione di visualizzazione a doppio schermo  | 4             | SI/NO : Se si=Pmax; no=0                      |                                 |   | 4,00                 |
| 8           | MONITOR Dimensioni Oltre 31" pollici   | 4             | $Pi = ((Vi - 31) / (Vmax - 31)) * Pmax$       | 32                              | 32  | 4,00                 |
| 9           | INSUFFLATORE Portata > 40 l/min  | 3             | $Pi = ((Vi - 40) / (Vmax - 40)) * Pmax$       | 50                              | 50  | 3,00                 |
| 10          | INSUFFLATORE Preriscaldamento a 37°  | 4             | SI/NO : Se si=Pmax; no=0                      |                                 |   | 4,00                 |
| 11          | Garanzia ed assistenza post vendita > 24 mesi  | 3             | $Pi = ((Vi - 24) / (Vmax - 24)) * Pmax$       | 36                              | 36  | 3,00                 |
| 12          | Assistenza post garanzia.- componenti sostitutivi offerti come mutileto telecamera ed altri; - tempi di risoluzione del guasto o della problematica entro 72 h | 3             | SI/NO : Se si=Pmax; no=0                      |                                 |   | 3,00                 |
|             |  |               |   |                                 | TOT   | 40,00                |

CRITERIO DISCREZIONALE

| CRITERIO | PUNTEGGI O MAX | RAPARELLI | CAPONERA | ROTOLO | Punteggio attribuito |
|----------|----------------|-----------|----------|--------|----------------------|
|          |                |           |          |        |                      |

|    |  |   |     |     |     |      |      |       |
|----|--|---|-----|-----|-----|------|------|-------|
| 1  | <b>GENERALE</b> Soluzione tecnica generale del sistema (moduli di elaborazione per le diverse tipologie di immagine, capacità di integrazione, flessibilità di utilizzo, possibilità di implementazione futura di nuovo hardware e software per ampliare la destinazione d'uso e le applicazioni cliniche della colonna, ecc...) | 6 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4  | 0,6  | 1,60  |
| 2  | <b>GENERALE</b> Implementabilità del sistema   | 3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,6  | 1,40 |       |
| 3  | ELABORATORE IMMAGINE Dotazione controlli e comandi (ricchezza dotazione, controlli e automatizzazioni)   | 5 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,4  | 1,67 |       |
| 4  | <b>ELABORATORE IMMAGINE</b> Ergonomia (interfaccia e comandi)  | 4 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 1,87 |      |       |
| 5  | <b>TELECAMERA</b> Ergonomia (programmabilità tasti, impugnatura)   | 3 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 1,40 |      |       |
| 6  | <b>FONTE LUCE</b> Ergonomia (interfaccia e comandi)  | 5 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 2,67 |      |       |
| 7  | <b>CARRELLO</b> Soluzione generale del carrello (struttura, ottimizzazione degli spazi e degli alloggiamenti, espandibilità/arricchimento della dotazione, ecc...)   | 4 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 1,87 |      |       |
| 8  | <b>CARRELLO</b> Accessori aggiuntivi offerti   | 3 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,80 |      |       |
| 9  | <b>INSUFFLATORE</b> :Accorgimenti tecnologici di automazione e supporto dedicati alle procedure laparoscopiche cui è destinato.  | 4 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 1,87 |      |       |
| 10 | Software e accessori aggiuntivi offerti  | 4 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 1,87 |      |       |
| 11 | Prova pratica (caratteristiche ergonomiche del sistema rispetto alla strumentazione utilizzata e alla conduzione dell'esame diagnostico: interfaccia, comandi, gestione referto, ergonomia per pulizia e sanificazione, ecc...)  | 5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 3,00 |      |       |
|    |  |   |     |     |     |      | TOT  | 21,00 |

|                        |       |
|------------------------|-------|
| <b>TOT Valutazione</b> | 61,00 |
|------------------------|-------|

| ID criterio | CRITERIO  | Punteggio MAX | Formula                                       | Vi (valore offerto dall'O.E. i) | Vmax/Vminn (valore massimo/minimo tra i Vi) | Punteggio attribuito |
|-------------|---|---------------|---|---------------------------------|---|----------------------|
| 1           | Presenza soluzioni anti-appannamento  | 4             | SI/NO : Se si=Pmax; no=0                      |                                 |   | 4,00                 |
| 2           | TELECAMERA Gestione/controllo immagini fisse e video  | 3             | SI/NO : Se si=Pmax; no=0                      |                                 |   | 3,00                 |
| 3           | TELECAMERA Risoluzione > 3840x2160  | 4             | SI/NO : Se si=Pmax; no=0                      |                                 |   | 0,00                 |
| 4           | FONTE LUCE Regolazione dell'intensità luminosa manuale e automatica   | 4             | SI/NO : Se si=Pmax; no=0                      |                                 |   | 4,00                 |
| 5           | FONTE LUCE Vita sorgente luce > 5.000 ore   | 4             | $Pi = ((Vi - 5.000) / (Vmax - 5.000)) * Pmax$ | 30000                           | 30000                                       | 4,00                 |
| 6           | MONITOR Presenza di sistemi di ottimizzazione della nitidezza delle immagini  | 4             | SI/NO : Se si=Pmax; no=0                      |                                 |   | 4,00                 |
| 7           | MONITOR Presenza funzione di visualizzazione a doppio schermo   | 4             | SI/NO : Se si=Pmax; no=0                      |                                 |   | 4,00                 |
| 8           | MONITOR Dimensioni Oltre 31" pollici  | 4             | $Pi = ((Vi - 31) / (Vmax - 31)) * Pmax$       | 32                              | 32  | 4,00                 |
| 9           | INSUFFLATORE Portata > 40 l/min   | 3             | $Pi = ((Vi - 40) / (Vmax - 40)) * Pmax$       | 50                              | 50  | 3,00                 |
| 10          | INSUFFLATORE Preriscaldamento a 37°   | 4             | SI/NO : Se si=Pmax; no=0                      |                                 |   | 4,00                 |
| 11          | Garanzia ed assistenza post vendita > 24 mesi   | 3             | $Pi = ((Vi - 24) / (Vmax - 24)) * Pmax$       | 24                              | 36  | 0,00                 |
| 12          | Assistenza post garanzia:- componenti sostitutivi offerti come muletto telecamera ed altri; - tempi di risoluzione del guasto o della problematica entro 72 h | 3             | SI/NO : Se si=Pmax; no=0                      |                                 |   | 3,00                 |
|             |   |               |   |                                 | TOT   | 37,00                |

CRITERIO DISCREZIONALE

| CRITERIO   | PUNTEGGIO MAX | RAPARELL | CAPONERA | ROTOLO | Punteggio attribuito |
|--|---------------|----------|----------|--------|----------------------|
| 1<br>GENERALE Soluzione tecnica generale del sistema (moduli di elaborazione per le diverse tipologie di immagine, capacità di integrazione, flessibilità di utilizzo, possibilità di implementazione futura di nuovo hardware e software per ampliare la destinazione d'uso e le applicazioni cliniche della colonna, ecc...) | 6             | 0,4      | 0,6      | 0,4    | 2,80                 |
| 2<br>GENERALE Implementabilità del sistema   | 3             | 0,4      | 0,6      | 0,6    | 1,60                 |
| 3<br>ELABORATORE IMMAGINE Dotazione controlli e comandi (ricchezza dotazione, controlli e automatizzazioni)  | 5             | 0,6      | 0,6      | 0,6    | 3,00                 |
| 4<br>ELABORATORE IMMAGINE Ergonomia (interfaccia e comandi)  | 4             | 0,8      | 0,6      | 0,6    | 2,67                 |
| 5<br>TELECAMERA Ergonomia (programmabilità tasti, impugnatura))  | 3             | 0,6      | 0,6      | 0,8    | 2,00                 |
| 6<br>FONTE LUCE Ergonomia (interfaccia e comandi)  | 5             | 0,6      | 0,8      | 0,6    | 3,33                 |
| 7<br>CARRELLO Soluzione generale del carrello (struttura, ottimizzazione degli spazi e degli alloggiamenti, espandibilità/arricchimento della dotazione, ecc...)   | 4             | 0,6      | 0,6      | 0,8    | 2,67                 |
| 8<br>CARRELLO Accessori aggiuntivi offerti   | 3             | 0,8      | 0,6      | 0,8    | 2,20                 |
| 9<br>INSUFFLATORE :Accessori tecnologici di automazione e supporto dedicati alle procedure laparoscopiche cui è destinato.   | 4             | 0,6      | 0,8      | 0,6    | 2,67                 |
| 10<br>Software e accessori aggiuntivi offerti  | 4             | 0,8      | 0,6      | 0,6    | 2,67                 |
| 11<br>Prova pratica (caratteristiche ergonomiche del sistema rispetto alla strumentazione utilizzata e alla conduzione dell'esame diagnostico: interfaccia, comandi, gestione referto, ergonomia per pulizia e sanificazione, ecc...)  | 5             | 0,6      | 0,8      | 0,6    | 3,33                 |
|  |               |          |          | TOT    | 28,93                |

|                        |       |
|------------------------|-------|
| <b>TOT Valutazione</b> | 65,93 |
|------------------------|-------|



REGIONE SANITARIA LOCALI



### AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: asl.rieti@pec.it

C.F. e P.I. 00821180577

Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) del d.lgs. 36/2023, per l'affidamento della fornitura di n. 1 Colonna Laparoscopica da destinare ad uso della U.O.C. Chirurgia, della UOC Oncologia, della U.O.C. Urologia, della U.O.C. ORL e della U.O.C. Ostetricia e Ginecologia del P.O. San Camillo de Lellis. Numero gara 9448627 CIG: B0B069023A

### VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE N. 4

#### PREMESSO CHE:

- Con determinazione n. 1528 del 18/12/2023 è stata indetta, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera e), del D.lgs. 36/2023 ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) del d.lgs. 36/2023, per l'affidamento della fornitura di n. 1 Colonna Laparoscopica da destinare ad uso della U.O.C. Chirurgia, della UOC Oncologia, della U.O.C. Urologia, della U.O.C. ORL e della U.O.C. Ostetricia e Ginecologia del P.O. San Camillo de Lellis, con un importo posto a base d'asta pari ad € 120.000,00 al netto dell'Iva, Numero gara 9448627 CIG: B0B069023A ;
- con il suddetto atto sono stati approvati gli atti di gara;
- Il criterio di aggiudicazione previsto negli atti di gara è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- la procedura in argomento è espletata attraverso la piattaforma telematica di negoziazione STELLA;
- l'avviso della gara in argomento è stato pubblicato sul sito informatico della ASL Rieti, [www.asl.rieti.it](http://www.asl.rieti.it) nella sezione "Amministrazione Trasparente" sotto la sezione "Bandi", sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sulla piattaforma telematica di negoziazione STELLA all'indirizzo <https://stella.regione.lazio.it/Portale/>;
- secondo quanto disposto nella disciplinare di gara, hanno depositato la documentazione di gara sulla piattaforma STELLA, pena l'esclusione, entro le ore 18.00 del 21/03/2024, come risultante dal report estrapolato dalla piattaforma, (Allegato 1), che unito al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale, gli operatori economici di seguito elencati:

| Riga | Ragione Sociale    | Codice Fiscale | Lotti Offerti | Registro di Sistema | Stato   | Data ricezione         |
|------|--------------------|----------------|---------------|---------------------|---------|------------------------|
| 1    | OLYMPUS ITALIA SRL | 10994940152    | 1             | PI045364-24         | Inviato | 19/03/2024<br>17:16:19 |
| 2    | DUEFFE 2000 SRL    | 05704371003    | 1             | PI046998-24         | Inviato | 21/03/2024<br>15:00:09 |

|   |                              |             |   |             |         |                        |
|---|------------------------------|-------------|---|-------------|---------|------------------------|
| 3 | ERNESTO<br>INVERNIZZI S.P.A. | 00455940585 | 1 | PI047000-24 | Inviato | 21/03/2024<br>15:00:52 |
|---|------------------------------|-------------|---|-------------|---------|------------------------|

- la fase amministrativa è stata conclusa dal Seggio di Gara, presieduto dal RUP, in data 26/03/2024 con l'ammissione di tutti gli OO.EE. partecipanti alla successiva fase di apertura delle buste tecniche;
- con atto deliberativo n 328/CS/2024 del 04/04/2024 sono stati nominati i componenti della Commissione Giudicatrice, ai sensi art. 93 del D.Lgs. 36/2023e s.m.i., per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche al fine dell'espletamento della procedura di gara in oggetto, come di seguito indicato:
  - Dr. L. Raparelli, Direttore del Dipartimento Chirurgia, in qualità di Presidente, in qualità di Presidente;
  - Dr. M. Caponera, Direttore della UOC Urologia, in qualità di componente;
  - Dr. S. Rotolo, Dirigente medico in servizio presso la UOC Ostetricia e Ginecologia, in qualità di componente;
- con il suddetto atto deliberativo è stata altresì individuata la Dott.ssa Mariacarla Carducci nelle funzioni di segretario verbalizzante;
- in data 28/05/2024, giusto verbale n.1, la Commissione ha proceduto alla valutazione della prova pratica effettuata dagli operatori economici OLYMPUS ITALIA SRL e ERNESTO INVERNIZZI S.P.A., rinviando al giorno 04/06/2024, ore 11.00, la valutazione della prova pratica dell'operatore DUEFFE 2000 SRL;
- in data 04/06/2024, giusto verbale n.2, la Commissione ha proceduto alla valutazione della prova pratica effettuata dall'operatore economico DUEFFE 2000 SRL;
- in data 17/06/2024, giusto verbale n.3, la Commissione ha proceduto alla valutazione della documentazione tecnica prodotta dagli OO.EE. e all'attribuzione del relativo punteggio tecnico;

**IL PRESIDENTE**



Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente verbale, il giorno 19/06/2024 alle ore 11.30 presso il PO San Camillo De Lessi di Rieti, constatata la presenza di tutti i componenti, da inizio ai lavori in seduta pubblica virtuale.

La Commissione prende atto che, a causa dell'indisponibilità della Dott.ssa Mariacarla Carducci, le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dal Dott. Matteo Palmieri.

La Commissione procedere preliminarmente con l'inserimento, su piattaforma STELLA, dei punteggi tecnici attribuiti ai vari OO.EE. concorrenti ammessi a tale fase di gara come da All.1 al verbale n.3.

Successivamente, la Commissione procede quindi all'apertura delle buste economiche degli OO.EE. OLYMPUS ITALIA SRL, ERNESTO INVERNIZZI S.P.A. e DUEFFE 2000 SRL ed al download, da piattaforma STELLA, della documentazione ivi contenuta.

La Commissione procede con l'esame e la valutazione delle offerte economiche dei suddetti operatori economici dando evidenza su piattaforma STELLA del calcolo dei punteggi economici e della definizione della relativa graduatoria.

Gli esiti di tali operazioni vengono riportate nella tabella che segue.

| Lotto | Fornitore                 | Stato Offerta           | Rank | Punteggio Totale | Punteggio Tecnico | Punteggio Economico | Valore Offerta | Ribasso % |
|-------|---------------------------|-------------------------|------|------------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------|
| 1     | OLYMPUS ITALIA SRL        | Aggiudicatario proposto | 1    | 100,00           | 90,00             | 10,00               | 114.745,48     | 4,37877   |
| 1     | Dueffe 2000 Srl           | II Classificato         | 2    | 88,30            | 78,62             | 9,68                | 118.500,00     | 1,25      |
| 1     | ERNESTO INVERNIZZI S.P.A. |                         | 3    | 82,50            | 72,74             | 9,76                | 117.580,00     | 2,01667   |

Il Presidente chiude la seduta pubblica virtuale alle ore 12.29 e, in conformità a quanto disposto negli atti di gara, incarica il segretario di gara di trasmettere al RUP tutti gli atti ed i documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Di quanto precede è redatto il seguente verbale, che letto ed approvato, viene sottoscritto dalla Commissione di Gara nel modo che segue:

Presidente, Dott. Luigi Raparelli \_\_\_\_\_

Componente, Dott. Mauro Caponera \_\_\_\_\_

Componente Dott. Stefano Rotolo \_\_\_\_\_

Segretario Verbalizzante Dott. Matteo Palmieri \_\_\_\_\_