



24-000000616



INVENTARIO	COD. CDC - DESCR. CDC	DATA ORA RICHIESTA - DATA ORA INIZIO		
52846	0011-0900 - Poliambulatorio -	16-04-24 14:00 - 16-04-24 14:00		
TELEFONO RIFERIM. REPARTO/CDC	UBICAZIONE	ODL INTERVENTO		
MARIA CHIARA RENCRICCA - NOLDAP	EDIFICIO: - - PIANO: - - STANZA: OCULISTICA	24-000000616		
TIPOLOGIA	MODELLO	PRESIDIO / SEDE		
FRONTIFOCOMETRO	.	POL. S. ELPIDIO		
PRODUTTORE	COD. CIVAB	MATRICOLA	INV. ENTE	FASCIA CRITICA
INAMI & CO LTD	FRFG31C1857	173878	52846	Finanziamenti propri

ATTIVITA' RICHIESTE

☐ Manut. Prev. ☐ Verifica Sicur. ☐ Richiesta ric. (RR)	☒ Manut. Correttiva ☐ Verifica Sicur. part ☐ Addestram. (AD)	CAUSALE / PROBLEMA: RICHIESTA WEB - INTERVENTO CORRETTIVO - NON FUNZIONANTE
---	--	--

NOTE INTERVENTO

NOTE RICHIEDENTE: NON FUNZIONANTE - CHIAMATA SU APPARECCHIATURA CON CDC
NON ASSOCIATO AL RICHIEDENTE - RILEVAZIONE CON NO - RILEVAZIONE CON NO

Dalle	Del	Alle	Del	Tecnico assegn.	Altro Tecnico	Tipo Attività	Note Attiv./Sospensione
15:11	16-04-24	15:11	16-04-24	SANDRO MASSIMO ZARINI TECNICO GLOBAL (sandro.zarini)	PAOLA GRILLO	assegnazione	--
07:00	17-05-24	07:30	17-05-24	SANDRO MASSIMO ZARINI GLOBAL SERVICE (sandro.zarini)	SANDRO MASSIMO ZARINI	rilevazione	ATTESA SOPRALLUOGO -- SOPRALLUOGO
07:30	17-05-24	09:00	17-05-24	SANDRO MASSIMO ZARINI GLOBAL SERVICE (sandro.zarini)		rendicontazione	SOSPENSIONE INTERVENTO -- SI RITIRA IN LAB PER RIPARAZIONE - INTERROTTA SOSPENSIONE PER CHIUSURA INTERVENTO

							DA: SANDRO MASSIMO ZARINI IL 21-05-24
07:30	17-05- 24	09:00	17- 05-24	SANDRO MASSIMO ZARINI GLOBAL SERVICE (sandro.zarini)	SANDRO MASSIMO ZARINI	rendicontazione	PROPOSTA FUORI USO -- DATA L OBSOLESCENZA DELL APPARECCHIATURA, SI CONSIGLIA LA DISMISSIONE.

PARTI UTILIZZATE E/O SOSTITUITE IN RENDICONTAZIONE:

DATA CHIUSURA: 17-05-24 09:00
NOME COGNOME REFER. REPARTO: DATA:

[SALVA FIRME >>](#)

Esecutore:	Tecnico Interno:	Ref. Reparto: