

Allegato 1***Ventilatore presso volumetrico per ventilazione invasiva ≥ 16 ore in pazienti ipersecretivi***

MATERIALE DI CONSUMO	<p>Materiale eventualmente previsto in ottemperanza a prescrizione medica e a necessità del paziente:</p> <ul style="list-style-type: none">• Fino a 600 Catheter-mount/anno secondo prescrizione;• Circuiti flessibili mono paziente sanificabili o non sanificabili nel fabbisogno stabilito dalla ditta produttrice e comunque nel numero non superiore ai 15 anno;• Filtri antipolvere spugnosi oppure cartacei nelle quantità annue indicate dal costruttore (almeno 2 all'anno); <p>Fino a 400 Nasini artificiali/anno, secondo prescrizione (solo nei casi di ventilazione < 24 ore);</p> <ul style="list-style-type: none">• Fino a 13 Cannule/anno tracheali cuffiate fenestrate o non fenestrate (con relativa dotazione di controcannule, anche di riserva, come da tabella 3) tra quelle riportate nella tabella 3 “cannule tracheostomiche per ventilazione invasiva”. Fermo restando il quantitativo massimo prescrivibile (13 interfacce) l'operatore dovrà essere disponibile, su specifica richiesta del medico prescrittore, a fornire indistintamente una o l'altra tipologia di interfacce tra quelle riportate nella tabella 3. Qualora fenestrate le cannule dovranno essere in grado di raccordarsi con valvola fonatoria;• 1 Cannula/anno fenestrate o non fenestrate cuffiata di emergenza di diametro inferiore a quella utilizzata• Fino a 600 fascette/collarini per cannula tracheostomica/anno;• Fino a 600 Metalline/anno;• Valvole fonatorie annue nel quantitativo previsto dal costruttore, se richieste in prescrizione;• Su richiesta idonea connessione alla bombola di ossigeno (nel numero massimo di 1 più eventuale ricambio) <p>Si richiede inoltre di fornire: Garze sterili 10x10 3 kg/mese; N.5 flaconi/die soluzione fisiologica 100 ml (su richiesta fino a 10 flaconi/die); N.5 paia guanti non sterili/die (su richiesta fino a 10 paia guanti/die).</p>
STRUMENTAZIONE AGGIUNTIVA	<p>Carrello porta ventilatore e braccio reggitubo (se richiesti);</p> <ul style="list-style-type: none">• Pallone Ambu con idonea maschera;• Sistema di umidificazione a filtri antibatterici umidificanti (700 anno, in base alla prescrizione del medico specialista), o in alternativa umidificatore a caldo di facile pulizia e dotato di sistema riduzione di accumulo di acqua nel circuito (la ditta dovrà fornire il numero di camere di umidificazione/anno come da scheda tecnica della casa produttrice, nonché il numero di circuiti adeguato all'utilizzo dell'umidificatore stesso);• Ventilatore di Back Up con le stesse caratteristiche del ventilatore in uso;• Pulsossimetro da dito con allarmi (saturazione e batteria esausta).

Ventilatore presso volumetrico per ventilazione invasiva < 16 ore

MATERIALE DI CONSUMO	<p>Materiale eventualmente previsto in ottemperanza a prescrizione medica e a necessità del paziente:</p> <ul style="list-style-type: none">• Fino a 250 Catheter-mount/anno;• Circuiti monopaziente flessibili e leggeri (n.12/anno);• Filtri antipolvere spugnosi oppure cartacei nelle quantità annue indicate dal costruttore (almeno 2 all'anno);• Fino a 250 Nasini artificiali/anno;• Fino a 13 Cannule/anno tracheali cuffiate fenestrate o non fenestrate (con relativa dotazione di controcannule, anche di riserva, come da tabella 3) <p>tra quelle riportate nella tabella 3 “cannule tracheostomiche per ventilazione invasiva”. Fermo restando il quantitativo massimo prescrivibile (13 interfacce) l'operatore dovrà essere disponibile, su specifica richiesta del medico prescrittore, a fornire indistintamente una o l'altra tipologia di interfacce tra quelle riportate nella tabella 3. Qualora fenestrate le cannule dovranno essere in grado di raccordarsi con valvola fonatoria;</p> <ul style="list-style-type: none">• Fino a 200 fascette/collarini per cannula tracheostomica/anno;• Fino a 365 Metalline/anno;• Valvole fonatorie annue nel quantitativo previsto dal costruttore, se richieste in prescrizione;• Su richiesta idonea connessione alla bombola di ossigeno (nel numero massimo di 1 più eventuale ricambio). <p>Si richiede inoltre di fornire: Garze sterili 10x10 3 kg/mese; N.5 flaconi/die soluzione fisiologica 100 ml (su richiesta fino a 10 flaconi/die); N.5 paia guanti non sterili/die (su richiesta fino a 10 paia guanti/die)</p>
STRUMENTAZIONE AGGIUNTIVA	<p>Carrello porta ventilatore e braccio reggi tubo (se richiesti);</p> <ul style="list-style-type: none">• Sistema di umidificazione a filtri antibatterici umidificanti (200 anno, in base alla prescrizione del medico specialista), o in alternativa umidificatore a caldo di facile pulizia e dotato di sistema riduzione di accumulo di acqua nel circuito (la ditta dovrà fornire il numero di camere di umidificazione/anno come da scheda tecnica della casa produttrice, nonché il numero di circuiti adeguato all'utilizzo dell'umidificatore stesso);• Pulsossimetro da dito con allarmi (saturazione e batteria esausta).