



24-000000721



INVENTARIO 60541	COD. CDC - DESCR. CDC A01A-0101 - EMODINAMICA -	DATA ORA RICHIESTA - DATA ORA INIZIO 10-05-24 14:25 - 10-05-24 14:25
TELEFONO RIFERIM. REPARTO/CDC LUISA CICCAGLIONI - 10279	UBICAZIONE EDIFICIO: -- PIANO: -- STANZA: SALA EMODINAMICA BLOCCO A-0101-0101	ODL INTERVENTO 24-000000721
TIPOLOGIA SISTEMA PER ANGIOGRAFIA DIGITALE / EMODINAMICA	MODELLO ALLURA XPER FD10	PRESIDIO / SEDE OSP. RIETI

PRODUTTORE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	COD. CIVAB ADGPHIC2743	MATRICOLA 000105/ IT62995668	INV. ENTE 121542	FASCIA CRITICA
----------------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------------	----------------------------	-----------------------

ATTIVITA' RICHIESTE		
<input type="checkbox"/> Manut. Prev. <input type="checkbox"/> Verifica Sicur. <input type="checkbox"/> Richiesta ric. (RR)	<input checked="" type="checkbox"/> Manut. Correttiva <input type="checkbox"/> Verifica Sicur. part <input type="checkbox"/> Addestram. (AD)	CAUSALE / PROBLEMA: RICHIESTA_WEB - INTERVENTO CORRETTIVO - SI RICHIEDE NUOVO TELECOMANDO IN QUANTO SMARRITO

NOTE INTERVENTO

NOTE RICHIEDENTE: SI RICHIEDE NUOVO TELECOMANDO IN QUANTO SMARRITO

Dalle	Del	Alle	Del	Tecnico assegn.	Altro Tecnico	Tipo Attività	Note Attiv./Sospensione
14:50	10-05-24	14:50	10-05-24	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS ()	PAOLA GRILLO	assegnazione	--
12:45	13-05-24	13:30	13-05-24	PAOLA GRILLO GLOBAL SERVICE (paola.grillo)		rendicontazione	SOSPENSIONE INTERVENTO -- SERVIZIO REMOTO: ESEGUITO CONTATTO TELEFONICO CON IL SIG. AGUZZI, CONFERMATO SMARRITO DIRECT VIEWPAD VASCULAR SEGUIRÀ SPEDIZIONE PARTE. PROBLEMA CON DIRECT WIEPAD VASCULAR. COME DA ACCORDI CON IL SIG. AGUZZI PROVVEDIAMO ALLA SPEDIZIONE DEL RICAMBIO DIRETTAMENTE IN REPARTO CHE PROVVEDERÀ ALLA SOSTITUZIONE. QUALORA IL

							PROBLEMA NON VENISSE RISOLTO, VERRÀ APERTA UNA NUOVA SEGNALAZIONE COME DA ACCORDI CON IL CLIENTE. VEDI RT ALLEGATO. - INTERROTTA SOSPENSIONE PER CHIUSURA INTERVENTO DA: PAOLA GRILLO IL 22-05-24
13:48	22-05-24	13:48	22-05-24	PAOLA GRILLO GLOBAL SERVICE (paola.grillo)	PAOLA GRILLO	rendicontazione	ALTRO TIPO -- ESEGUITA LA SPEDIZIONE E LA CONSEGNA DEL NUOVO TELECOMANDO PRESSO IL REPARTO DI CARDIOLOGIA/EMODINAMICA DELL OSPEDALE DI RIETI. TELECOMANDO CONSEGNA TO ALLA COORDINATRICE DEL REPARTO, DOTT.SSA LUISA CICCAGLIONI. SI ALLEGA RAPPORTO TECNICO PHILIPS E DOCUMENTO DI TRASPORTO PHILIPS.

PARTI UTILIZZATE E/O SOSTITuite IN RENDICONTAZIONE:

DATA CHIUSURA: 16-05-24 12:00

NOME COGNOME REFER. REPARTO:

DATA: 12-07-24

[SALVA FIRME >>](#)

Esecutore:

Tecnico Interno:

Ref. Reparto: