



23-000001662



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
RIETI

INVENTARIO 65822		COD. CDC - DESCR. CDC 0003-0006 - DIREZIONE SANITARIA -		DATA ORA RICHIESTA - DATA ORA INIZIO 05-10-23 10:14 - 05-10-23 10:14	
TELEFONO RIFERIM. REPARTO/CDC SALVATORE ESPOSITO - 0744 912250		UBICAZIONE EDIFICIO: - PIANO: - STANZA: SALA OPERATORIA		ODL INTERVENTO 23-000001662	
TIPOLOGIA ELETTROBISTURI/ELETTROCOAGULATORE		MODELLO SURTRON 200		PRESIDIO / SEDE OSP. MAGLIANO SABINA	
PRODUTTORE LED SPA	COD. CIVAB ELBLDP0000012390	MATRICOLA 497 0262525	INV. ENTE 135343	FASCIA CRITICA	

ATTIVITA' RICHIESTE

- ☐ Manut. Prev.
☐ Verifica Sicur.
☐ Richiesta ric. (RR)

- ☒ Manut. Correttiva
☐ Verifica Sicur. part
☐ Addestram. (AD)

CAUSALE / PROBLEMA: RICHIESTA_WEB -
INTERVENTO CORRETTIVO - CAVO PIASTRA
ROTTO

NOTE INTERVENTO

NOTE RICHIEDENTE: CAVO PIASTRA ROTTO - CHIAMATA SU APPARECCHIATURA CON CDC NON ASSOCIATO AL RICHIEDENTE

Dalle	Del	Alle	Del	Tecnico assegn.	Altro Tecnico	Tipo Attività	Note Attiv./Sospensione
10:47	05-10-23	10:47	05-10-23	TECNOSALUS ELETTROMEDICALI (00198 ROMA)	PAOLA GRILLO	assegnazione	--

PARTI UTILIZZATE E/O SOSTITUITE IN RENDICONTAZIONE:

NOME COGNOME REFER. REPARTO:

DATA: 11-06-24

SALVA FIRME >>

Esecutore:

Tecnico Interno:

Ref. Reparto: