



Data 2 | 5 | 0 | 9 | 2 | 4

VERBALE INTERVENTO TECNICO

Tecnico 1 Zamescu Codeluppi	Tecnico 2 Monelli	N° ordine Attesa vostro ordine	del	Preventivo N°.	Del
Cliente AZIENDA RIETI			Ospedale P.O. DI RIETI		
Reparto SALA OPERATORIA 7 - 8			Indirizzo RIETI		

Apparecchio:	Modello:	Matricola:
LAMPADA SCIALITICA ALM	PRX 8401 ACS/DF/VZ	AR 5147; AR 5144
PENSILE ANESTESIA	ALPHAKING 650/850 - 640mm	AR1587 05000207; AR1855 05000206
PENSILE CHIRURGO	BETA 800 - 640mm	AR1854 000367; AR1601 000368
TRAVI TESTALETTO	TDAB	Quantità = 2

Descrizione

Smontaggio non conservativo di unità sospese presso la sale operatorie N° 7- 8 dell'ospedale di Rieti.

Note Tecniche:

Smontaggio non conservativo di:

N°02 lampade ALM PRX 8400 con terzo braccio, N° 02 pensili anestesia Maquet Alphaking 650

N° 02 pensili chirurgia Maquet Beta 800 nelle sale operatorie 7 e 8 del P.O. di Rieti.

Smontaggio n.2 travi testaletto presale operatorie 7 e 8 del P.O. di Rieti.

Lavori effettuati durante la settimana in orario lavorativo nei giorni 25 e 26 settembre 2024.

MATERIALE UTILIZZATO			LEGENDA	
Codice Parte	Q. tà	Descrizione	Attività	
			✓	Smontaggio fuori Garanzia
			☐	Riparazione in Garanzia di Vendita
			☐	Intervento in Contratto Full Risk
			☐	Collaudo / Installazione
			☐	Manutenzione in Contratto correttiva
			☐	Manutenzione preventiva

Dati Lavoro		Ricambio Exchange	Qt.	Descrizione	Contratto di Manutenzione	Visita N°
Tecnici	3					
Ore Lavoro	36	Totali di N° 03 tecnici				
Ore Viaggio	3					
KM A/R	160					

Tecnosalus Elettromedicali S.r.l.

Via Filippo Meda, 59 - 00157 Roma

Tel. 06.8845582

info@tecnosalus.it

Pec: tecnosaluselettromedicali@pec.it

P.IVA / C.F. 09405861007

TIMBRO E FIRMA CLIENTE

FIRMA DEL TECNICO