

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER ACQUISIZIONE BENE ESCLUSIVO/INFUNGIBILE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA, EX ART. 76 C. 2 LETT. B) D. LGS. 36/2023, AVENTE AD OGGETTO ELETTRODI "VAPR PREMIERE 90 ELECTRODE" PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DI UNITÀ ELETTROCHIRURGICA ARTROSCOPICA MARCA MITEK SURGICAL PRODUCT, MODELLO VAPR III, ANNO COLLAUDO 2004 >>.

VERBALE DEL RUP

(seduta riservata n. 1)

PREMESSO CHE

- la Asl Rieti, in data 17/09/2024, ha avviato sul S.TEL.LA. al n. FE035649 di Fasciolo di Sistema e al n. PI169022-24 di Registro di Sistema, una indagine di mercato al fine di conoscere se, diversamente dalle informazioni in proprio possesso, esistano altri Operatori Economici in grado di eseguire la prestazione richiesta o presentare offerte qualitativamente equivalenti, sotto il profilo funzionale e tecnico, rispetto al seguente dispositivo prodotto dalla DEPUY MITEK INC. e commercializzato, in Italia, in esclusiva dalla JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A "VAPR Premiere 90 Electrode", - richiesto dalla UOC Ortopedia e Traumatologia del P.O. di Rieti, per un fabbisogno annuo di n. 60 pezzi, per il corretto funzionamento dell' unità elettrochirurgica artroscopica marca MITEK Surgical Product, modello VAPR III (anno collaudo 2004), in uso presso la S.O. ortopedica e di proprietà dell' Azienda;
- il termine di riscontro alla detta indagine è stato fissato alle ore 12.00 del 15° (quindicesimo) giorno successivo alla pubblicazione del predetto avviso;
- alle ore 12:00 del 02/10/2024 è scaduto il suddetto termine;

Tutto ciò premesso, parte integrante e sostanziale del presente verbale, in data **03/10/2024 alle ore 12:00** il RUP, Katia Pezzotti (collaboratore amministrativo cat. D), alla presenza dei testimoni Dott.ssa Francesca Pasquali (collaboratore amministrativo cat. D) e Dott.ssa Chiara Gunnella (collaboratore amministrativo cat. D), quest'ultima con i compiti di segretario verbalizzante, entrambe in servizio presso la UOC ALBS, si è collegata alla Piattaforma.

Quindi, il RUP ha verificato la presenza a Sistema di due riposte alla consultazione di mercato di che trattasi, e segnatamente dalla (nota) Johnson & Jhonson Medical S.p.a. di Pomezia (RM) e dalla Dueffe 2000 s.r.l. di Roma (RM), come da screen shot sotto riportato:

Consultazione Preliminare di Mercato

Salva Invio Funzioni Comunicazioni Stampa Esporta in Excel Chiarimenti Avvisi Estri/Pubblicazioni Conversazione Chiudi

Compilatore: Pezzotti Katia Nome: AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER ACQUISIZIONE BENE ESCLUSIVO/INFUNGIBILE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA EX ART. 76 C. 2 LETT. B) D. LGS. 36/2023 Registro di Sistema: PI169022-24 Fase: Pubblicato

testata Atti Busta Documentazione Riferimenti Note Cronologia Documenti **Risposte alla consultazione**

Apri	Operatore Economico	Codice Fiscale	Comune	Mail	Data invio	Registro di Sistema	Stato
	Dueffe 2000 Srl	05704371003	ROMA	dueffe2000@pec.it	30/09/2024 14:59:48	PI179251-24	Inviato
	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	06082461008	Pomezia	johnsonjohnsonmedical@postecert.it	30/09/2024 09:13:57	PI178127-24	Inviato

Preso atto della ragione sociale delle due ditte, il RUP e i testimoni hanno reso immediatamente le dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse e/o incompatibilità come per legge, agli atti; Quindi, il RUP ha provveduto ad estrarre *download* le istanze di manifestazione di interesse, Dall'esame è risultato che entrambe le ditte hanno corredato le proprie istanze con ex art. 94,95 e 98 del d.lgs. 36/2023 ed ex art. 53, comma 16-ter, d. lgs. 165/200.

La Dueffe ha allegato, altresì, documentazione tecnica di prodotto marca Smith & Nephew s.r.l. offerto come "alternativo" a quello noto della Johnson & Johnson Medical s.p.a.

Indi, il RUP ha rimesso, tramite e-mail, agli atti, al Dirigente della UOC Ortopedia e Traumatologia la scheda tecnica del prodotto della Dueffe 2000 s.r.l. affinché, fattone esame, verificchino se sia ancora confermata ovvero confutata la dichiarata infungibilità degli elettrodi MITEK forniti dalla Johnson & Johnson Medical per il corretto funzionamento della colonna artroscopica di proprietà aziendale a fronte della alternativa tecnica offerta dalla Dueffe 2000 srl. Alle ore 13:30, il RUP ha chiuso la seduta riservata rinviando a data da destinarsi per il prosieguo.

Di quanto precede è stato redatto il presente verbale, che letto ed approvato, è stato sottoscritto nel modo che segue:

Il RUP
Dott.ssa Katia Pezzotti



I Testimoni:

Dott.ssa Francesca Pasquali



Dott.ssa Chiara Gunnella (segretario verbalizzante)



AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER ACQUISIZIONE BENE ESCLUSIVO/INFUNGIBILE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA, EX ART. 76 C. 2 LETT. B) D. LGS. 36/2023, AVENTE AD OGGETTO ELETTRODI "VAPR PREMIERE 90 ELECTRODE" PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DI UNITÀ ELETTROCHIRURGICA ARTROSCOPICA MARCA MITEK SURGICAL PRODUCT, MODELLO VAPR III, ANNO COLLAUDO 2004 >>.

VERBALE DEL RUP

(seduta riservata n. 2)

In data 17/10/2024 alle ore 12:00,

VISTO E RICHIAMATO il verbale n. 1 del 03/10/24;

PRESO ATTO che, in data 16/10/24, è pervenuto, agli atti della UOC ALBS al prot. n. 0073258/24, dal Direttore della UOC Ortopedia e Traumatologia, il richiesto parere tecnico sul prodotto proposto dalla DUEFFE 2000 srl, quale "alternativa", funzionalmente equivalente, al prodotto noto della DEPUY MITEK INC. e commercializzato in esclusiva dalla JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A "VAPR Premiere 90 Electrode", per il corretto funzionamento dell'unità elettrochirurgica artroscopica marca MITEK Surgical Product, modello VAPR III, in uso presso la sala operatoria ortopedica e di proprietà dell'Azienda;

Tutto ciò premesso, parte integrante e sostanziale del presente verbale,

nel giorno e nell'ora anzidetti, il RUP, Katia Pezzotti (collaboratore amministrativo cat. D), alla presenza dei testimoni Dott.ssa Francesca Pasquali (collaboratore amministrativo cat. D) e Dott.ssa Chiara Gunnella (collaboratore amministrativo cat. D), quest'ultima con i compiti di segretario verbalizzante, entrambe in servizio presso la UOC ALBS, ha proceduto all'esame del *parere tecnico* reso dal Direttore della UOC Ortopedia e Traumatologia, sul prodotto proposto dalla DUEFFE 2000 srl quale alternativa, dichiarata funzionalmente equivalente, al dispositivo noto marca DEPUY MITEK INC., commercializzato in esclusiva dalla JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A denominato "VAPR Premiere 90 Electrode", di cui alla richiesta di approvvigionamento, agli atti, formulata per il corretto funzionamento dell'unità elettrochirurgica artroscopica marca MITEK Surgical Product, modello VAPR III, in uso presso la sala operatoria ortopedica e di proprietà dell'Azienda.

Il RUP, quindi, ha preso atto della dichiarazione del Clinico per cui "la colonna Artroscopia in uso è compatibile con l'elettronica della mantec (N.d.R. *rectius* Mitek)".

RILEVATO, in effetti, che nella propria manifestazione di interesse, pur premettendo il rispetto del principio di equipollenza funzionale, la Dueffe 2000 srl ha proposto "n. 60 pz. - ASC4250-01 - Puntale Super Turbovac 90°, Ø 3,75 mm con suzione, compatibile WW/Q2 - cavo integrato EAN/UDI: 00817470006421 CLASSE: Iib CND: K02030101 RDM: 189960" ma ha specificato che "Per l'utilizzo degli ablatori Vi sarà messa a disposizione l'apparecchiatura Quantum II art. H4500- 00 completa di pedale" e che "I puntali multielettrodo bipolari" oggetto della proposta commerciale sono "Da utilizzare esclusivamente con il generatore modello QUANTUM 2 e Sistema Werewolf" (rif. scheda tecnica del prodotto "Puntali a radiofrequenza Tecnologia COBLATION® - Fabbriante: ArthroCare Corporation - Distributore: Smith & Nephew Srl" a pag. 1/7).

Tutto quanto sopra esposto, sulla base del parere tecnico reso dal clinico e del contenuto della proposta della Dueffe 2000 srl, il RUP ha ritenuto confermata la insostituibilità/infungibilità del materiale di consumo “VAPR Premiere 90 Electrode” marca DEPUY MITEK INC., commercializzato, in Italia, in esclusiva dalla JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A., per il corretto funzionamento della unità elettrochirurgica artroscopica marca MITEK Surgical Product, modello VAPR III, in uso presso la S.O. ortopedica r di proprietà aziendale.

Quindi il RUP rinviando a successiva fase procedimentale l'adozione dell'atto di “affidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ex art. 76 c. 2 lett. b) d. lgs. 36/2023” per la fornitura annuale di n. 60 “VAPR Premiere 90 Electrode” marca DEPUY MITEK INC nei confronti della JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A. di Pomezia (RM), che commercializza il prodotto in esclusiva in Italia.

Alle ore 12:30, il RUP ha chiuso i lavori.

Di quanto precede è stato redatto il presente verbale, che letto ed approvato, è stato sottoscritto nel modo che segue:

Il RUP

Dott.ssa Katia Pezzotti

I Testimoni:

Dott.ssa Francesca Pasquali

Dott.ssa Chiara Gunnella (segretario verbalizzante)