



BIOMECSRL

Via dei Berio 71-73 - 00155 Roma (RM)
Tel. 0622772279 / 3394825167 Fax 0692943381
e-mail: assistenza@biomecsrl.it - info@biomecsrl.it - Pec: biomecsrl@pec.it Internet: www.biomecsrl.it
C.F./P.Iva 10456851004 Reg. imprese 10456851004
Cap. Sociale € 200.000,00 i.v.a

Responsabile Ufficio Tecnico

Ing. Serena Straccamore
+39 347 088 4889
assistenza@biomecsrl.it

Gentile/Spett.le

Azienda Unita' Sanitaria Locale Rieti
Via Del Terminillo N 42
02100 Rieti Ri
Italia

Preventivo n. 2024 / 3826 del 20/02/2024

Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	IVA	Totale
RIT Sonda Convex Volumetrica mod. CV1-8A, s/n: K0T9M3GN900053N	1	€ 2.300,00	22%	€ 2.300,00
DETTAGLIO RIPARAZIONE SONDA CV1-8A				
<ul style="list-style-type: none">Sostituzione calotta, guarnizioni e parti usurateRipristino livello olio ed eliminazione bolle d'ariaPulizia generale e disinfezione sondaTest e controlliSonda muletto				
Totale IVA esclusa				€ 2.300,00
IVA 22%				€ 506,00
Totale IVA inclusa				€ 2.806,00
Importo totale				€ 2.806,00

Modalità di Pagamento

30 giorni data fattura

Importo Rateo

Validità Offerta

30 giorni

Condizioni Offerta

La riparazione non comprende altre problematiche legate ad interferenze sull'imaging e/o malfunzionamento/danni ai cristalli della sonda

Biomec srl
Ing. Serena Straccamore

Azienda Unita' Sanitaria Locale Rieti