



### Rapporto tecnico

**Nome Sistema: REVOLUTION EVO3.7 LONG BHW**

**Caso #: 12742965**

Codice Sistema: A5332120

No. Seriale: CBDGG2100005HM

Sala/Reparto: SALA CT 0746278457

No. Contratto: --

Tipo Caso: Correttiva

Data apertura: 07/11/2024 alle ore 08:55

Nome contatto: paola grillo

Telefono: 0746279740 / Fax: --

Email: p.grillo@asl.rieti.it

Nome del Cliente: Ospedale "San Camillo de Lellis" di Rieti (AZIENDA USL RIETI)

Stato della riparazione: **Risolto**

Lavoro completato il: 19/12/2024 alle ore 10:45

Indirizzo: VIALE JOHN FITZGERALD KENNEDY RIETI Italy 02100

#### Intervento sul Sito No. WO-14410983 il 19/12/2024

Stato del sistema all'arrivo: **Sistema Funzionante**

Stato del sistema al termine dell'intervento: **Sistema Funzionante**


Descrizione del problema: **avarìa dei sensori a ridosso del lettino porta pazienti**

Azione effettuata: **effettuate verifiche sui sensori del lettino. tutti i test sono stati superati con esito. nessun problema riscontrato**

Test eseguiti: **test sensori lettino superati con esito positivo**

#### Ore Lavoro

| Attività | Tecnico         | Inizio | Fine  | Durata   |
|----------|-----------------|--------|-------|----------|
| Viaggio  | Fabio Santonico | 07:30  | 09:15 | 1h 45min |
| Lavoro   | Fabio Santonico | 09:15  | 10:00 | 45min    |

|   |   |
|---|---|
| Firma del Tecnico / Data:<br><br>Fabio Santonico | Firma del Cliente / Data:<br><br>Manuela Bedini |
| Nome del Tecnico: Fabio Santonico   | Nome del Cliente: paola grillo  |