

**AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI**  
Via del Terminillo, 42 - 02100 – Rieti - C.F. e P.I. 00821180577  
Tel. 0746-2781-PEC asl.rieti@pec.it – www.asl.rieti.it

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

n. 1082/2025 del 15/05/2025

**STRUTTURA PROPONENTE**

*UOSD INGEGNERIA CLINICA*

Oggetto: Affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b), del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., dell'intervento tecnico correttivo del malfunzionamento dei tiranti che regolano il movimento delle manopole causando la mancata esecuzione del fermo immagine del VideogastroscoPIO Pediatrico Transnasale, mod. GIF- H190N-W/BS-(EU), n. inventario 67275, n. cespite 139812, s/n 240438, in uso presso la stanza endoscopica della UOSD Gastroenterologia del PO di Rieti, in favore della Società Olympus Italia Srl – Società Unipersonale - Importo pari ad € 4.055,35, IVA al 22% esclusa - CIG: B6D81DA5C8.

Estensore: Dott.ssa Dionisi Simona

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, D.lgs. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.

Resp. del Procedimento: Dott.ssa Dionisi Simona

Data 13/05/2025 Firmato elettronicamente da Dionisi Simona

Il Dirigente.: Ing. Della Vedova Daniele

Data 13/05/2025 Firmato elettronicamente da Della Vedova Daniele

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti *sfavorevoli* rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa: 503030101

Autorizzazione: AUT. 48/2025

Data 15/05/2025

Firmato elettronicamente da Nigi Elisabetta

Oggetto: Affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b), del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., dell'intervento tecnico correttivo del malfunzionamento dei tiranti che regolano il movimento delle manopole causando la mancata esecuzione del fermo immagine del Videogastroscopio Pediatrico Transnasale, mod. GIF – H190N-W/BS-(EU), n. inventario 67275, n. cespite 139812, s/n 240438, in uso presso la stanza endoscopica della UOSD Gastroenterologia del PO di Rieti, in favore della Società Olympus Italia Srl – Società Unipersonale - Importo pari ad € 4.055,35, IVA al 22% esclusa - CIG: B6D81DA5C8.

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

Visto l'art. 4, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'Atto Aziendale approvato con DCA n. U00004 del 15/1/2019 pubblicato sul B.U.R.L. n. 9 del 29 gennaio 2019;

Vista la deliberazione del DG n. 339 del 18 Aprile 2019, recante "Attuazione Atto Autonomia Aziendale approvato dalla Regione Lazio con D.C.A. n° U00004 del 15/01/2019, pubblicato sul BUR Lazio n° 9 del 29/01/2019. Determinazioni."

Vista la deliberazione del DG n. 363 del 07 Aprile 2022, recante "Adozione delle modifiche all'Atto di Autonomia della ASL di Rieti: recepimento delle modifiche risultanti dall'istruttoria preliminare e approvazione dell'atto da parte della Direzione Regionale Salute e Integrazione Socio Sanitaria della Regione Lazio";

Vista la Determinazione della R.L. 26 aprile 2022, n. G04877 ad oggetto: "Approvazione delle modifiche parziali dell'Atto Aziendale della Azienda Sanitaria Locale di Rieti (DCA 15/01/2019, n. U00004)" pubblicata sul BUL Lazio n.37 in data 03/05/2022;

Vista la deliberazione n.5/D.G./2025 del 01.04.2025, avente ad oggetto: "Conferma delle deleghe ai Dirigenti preposti alle strutture aziendali";

### ***IL RESPONSABILE f.f. DELLA***

*UOSD INGEGNERIA CLINICA*

#### **PREMESSO** che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 1132/2024 dello 08.05.2024. proveniente dalla UOC ALBS, con la quale si è proceduto, ai sensi dell'art. 76, comma 2, lettera b), del D. Lgs. 36/2023, all'affidamento in favore della Società Olympus Italia Srl "*della fornitura, con manutenzione full – risk per 24 mesi inclusa, di n. 1 videocolonscopio pediatrico, 2.000 spazzolini monocombinati e n. 3 videogastroscopi transnasali, per le esigenze della UOSD Gastroenterologia della Asl di Rieti. Importo complessivo di spesa pari ad € 123.924,43, (oltre iva 22%)*" - CIG: B13ACC8D61;
- nell'ambito della predetta fornitura l'apparecchiatura acquistata, per la quale si scrive, è stata collaudata con esito positivo in data 13.06.2024, ed è attualmente in uso presso la stanza Endoscopica della Gastroenterologia del PO di Rieti;
- la data della scadenza della garanzia del Videogastroscopio Pediatrico Transnasale de quo è prevista per il giorno 13.06.2026;
- in data 21.03.2025, a seguito del malfunzionamento relativo alla suddetta apparecchiatura, mod. GIF – H190N – W/BS \_ (EU), n. inventario 67275, n. cespite 139812, s/n 2404385, si è proceduto a richiedere un intervento tecnico di riparazione alla Società Olympus Italia Srl – (ODL 25-000000480); (All. 1)
- dopo aver valutato l'entità del guasto la Società Olympus ha emesso un rapporto d'ispezione n. 52267778 datato 01.04.2025 con il quale ha dato evidenza che il malfunzionamento del videogastroscopio è dovuto a danni meccanici dovuti ad un utilizzo non corretto dello stesso (All. 2);

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b), del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., dell'intervento tecnico correttivo del malfunzionamento dei tiranti che regolano il movimento delle manopole causando la mancata esecuzione del fermo immagine del Videogastroscopio Pediatrico Transnasale, mod. GIF- H190N-W/BS-(EU), n. inventario 67275, n. cespite 139812, s/n 240438, in uso presso la stanza endoscopica della UOSD Gastroenterologia del PO di Rieti, in favore della Società Olympus Italia Srl – Società Unipersonale - Importo pari ad € 4.055,35, IVA al 22% esclusa - CIG: B6D81DA5C8.

- per quanto sopra il giorno 07.04.2025, la Società ha emesso un preventivo di spesa n. 8000568036 per un importo complessivo pari ad € 4.771,00, IVA al 22% esclusa; (All. 3)
- con nota prot. 0028544/25 del 10.04.2025, la UOSD Ingegneria Clinica, a sua volta, ha richiesto alla Società Olympus di produrre un'offerta migliorativa; (All. 4)
- a seguito della predetta richiesta, la Società Olympus Italia Srl ha trasmesso un nuovo preventivo, stesso numero identificativo\_(2), per un importo complessivo pari ad € 4.055,35, IVA al 22 %esclusa; (All. 5)

**DATO ATTO** che l'importo è da ritenersi congruo in relazione all'intervento di che trattasi, riconoscendo la conformità a quanto necessario a garantire la continuità del servizio di pertinenza;

**PRESO ATTO** della nota della Direzione Amministrativa prot. n. 69447 del 13.10.2023, con la quale, nelle more della riorganizzazione della U.O.S.D. Ingegneria Clinica, è stata affidata all' Ing. Daniele Della Vedova, altresì Responsabile f.f. della U.O.C. Tecnico Patrimoniale, Giusta Deliberazione del Commissario Straordinario n. 379/CS/2023 dello 05.10.2023, la responsabilità a sovrintendere a tutte le attività di manutenzione degli elettromedicali aziendali attualmente in carico alla suddetta Unità Operativa;

**VISTA** la Deliberazione n. 907/CS/2024 del 24.09.2024 del Commissario Straordinario con la quale viene deliberata la "prosecuzione per l'Ingegnere Daniele Della Vedova dell'incarico temporaneo di Responsabile f.f. della UOSD Ingegneria Clinica nelle more della riorganizzazione della stessa, ex art. 73 CCNL – Area Funzioni Locali 2016/2018";

**VISTO** il D. Lgs. n. 36/2023 recante il Codice dei contratti pubblici (di seguito "Codice" n.d.r.);

**VISTO E RICHIAMATO** l'art. 1 del D. Lgs. 36/2023 – Principio del risultato, il quale:

- al comma 1, recita "Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza";
- al comma 3, recita "principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità"
- al comma 4, recita "Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto, nonché per: a) valutare la responsabilità del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti (...);

**VISTO E RICHIAMATO** l'art. 4 del D. Lgs. 36/2023 – Criterio interpretativo e applicativo, a tenore del quale "Le disposizioni del codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui agli articoli 1, 2 e 3";

**VISTO** l'art. 50 comma 2 lett. b) del Codice che disciplina le modalità di *affidamento diretto dei servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro ... (ndr)*;

**DATO ATTO** che le funzioni di Responsabile Unico del Progetto (RUP), con i compiti di cui all'art. 15 del Codice, sono assolte dalla Dott.ssa Simona Dionisi, Collaboratore Amministrativo – Cat. D – in servizio presso la UOSD Ingegneria Clinica;

**CONSIDERATO** che da parte degli Uffici dell'Ingegneria Clinica è stato richiesto all'operatore economico apposita dichiarazione sul possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del Codice;

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b), del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., dell'intervento tecnico correttivo del malfunzionamento dei tiranti che regolano il movimento delle manopole causando la mancata esecuzione del fermo immagine del Videogastroscopio Pediatrico Transnasale, mod. GIF – H190N-W/BS-(EU), n. inventario 67275, n. cespite 139812, s/n 240438, in uso presso la stanza endoscopica della UOSD Gastroenterologia del PO di Rieti, in favore della Società Olympus Italia Srl – Società Unipersonale - Importo pari ad € 4.055,35, IVA al 22% esclusa - CIG: B6D81DA5C8.

**RITENUTO**, pertanto, di dover affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b), del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., l'intervento tecnico correttivo del malfunzionamento dei tiranti che regolano il movimento delle manopole causando la mancata esecuzione del fermo immagine del Videogastroscopio Pediatrico Transnasale, mod. GIF – H190N-W/BS-(EU) n. inventario 67275, n. cespite 139812, s/n 240438, in uso presso la stanza endoscopica della UOSD Gastroenterologia del PO di Rieti, in favore della Società Olympus Italia Srl – Società Unipersonale – per un importo pari ad € 4.055,35, IVA al 22% esclusa;

**CONSIDERATO** che la richiesta di CIG per procedure assoggettate al D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., pubblicate a partire dallo 01/01/2024, avviene attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate mediante interoperabilità con i servizi erogati dalla PCP attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND);

**DATO ATTO**, quindi, che il Codice Identificativo di Gara (CIG) è stato acquisito attraverso il "Sistema Acquisti Telematici della Regione Lazio – S.TEL.LA" mediante interoperabilità con i servizi erogati dalla PCP attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), per il perfezionamento del presente atto;

**PRESO ATTO**, dunque, che il CIG - (Codice Identificativo Gara) – risulta essere il seguente: B6D81DA5C8;

**DATO ATTO** che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

## **D E T E R M I N A**

**DI APPROVARE** le premesse al presente atto che si intendono integralmente richiamate;

**DI AFFIDARE**, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b), del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., l'intervento tecnico correttivo del malfunzionamento dei tiranti che regolano il movimento delle manopole causando la mancata esecuzione del fermo immagine del Videogastroscopio Pediatrico Transnasale, mod. GIF – H190N-W/BS-(EU), n. inventario 67275, n. cespite 139812, s/n 240438, in uso presso la stanza endoscopica della UOSD Gastroenterologia del PO di Rieti, in favore della Società Olympus Italia Srl – Società Unipersonale – per un importo pari ad € 4.055,35 , oltre IVA al 22% esclusa, alle condizioni di cui all'offerta economica migliorativa n. 8000568036\_(2) dello 07.04.2025;

**DI NOMINARE** la Dott.ssa Simona Dionisi, funzionario Collaboratore Amministrativo, con qualifica D, in servizio presso la U.O.S.D. Ingegneria Clinica, quale Responsabile Unico del Progetto, (RUP), con i compiti e le funzioni di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023;

**DI DARE ATTO** che il CIG assegnato al presente affidamento è il seguente: B6D81DA5C8;

**DI DISPORRE** l'invio dell'ordinativo elettronico NSO alla Società Affidataria per le conseguenti attività di fatturazione e liquidazione delle relative spettanze in conformità con la vigente normativa in materia;

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b), del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., dell'intervento tecnico correttivo del malfunzionamento dei tiranti che regolano il movimento delle manopole causando la mancata esecuzione del fermo immagine del VideogastroscoPIO Pediatrico Transnasale, mod. GIF- H190N-W/BS-(EU), n. inventario 67275, n. cespite 139812, s/n 240438, in uso presso la stanza endoscopica della UOSD Gastroenterologia del PO di Rieti, in favore della Società Olympus Italia Srl – Società Unipersonale - Importo pari ad € 4.055,35, IVA al 22% esclusa - CIG: B6D81DA5C8.

**DI INCLUDERE** l'onere del presente provvedimento, pari ad € 4.947,53, IVA al 22% inclusa, sul conto di costo 503030101 – *manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche* – Bilancio anno 2025;

**DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R. n. 45/96.

**DI DISPORRE** che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.lgs. 14.03.2013 n. 33;

in oggetto

per esteso

Il Responsabile f.f. della U.O.S.D.  
Ing. Daniele Della Vedova

Oggetto: Affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b), del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., dell'intervento tecnico correttivo del malfunzionamento dei tiranti che regolano il movimento delle manopole causando la mancata esecuzione del fermo immagine del Videogastroscopio Pediatrico Transnasale, mod. GIF- H190N-W/BS-(EU), n. inventario 67275, n. cespite 139812, s/n 240438, in uso presso la stanza endoscopica della UOSD Gastroenterologia del PO di Rieti, in favore della Società Olympus Italia Srl – Società Unipersonale - Importo pari ad € 4.055,35, IVA al 22% esclusa - CIG: B6D81DA5C8.

VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Elisabetta Nigi

Data 15/05/2025

Firmato elettronicamente da Nigi Elisabetta

Il Direttore Sanitario: Dott. Angelo Barbato

Data