

LASER PER FOTOCOAGULAZIONE RETINICA

Caratteristiche tecniche minime

Laser:

- Sorgente Laser Nd-YV04 duplicato in frequenza, diode-pumped, CW o equivalente;
- Lunghezza d'onda pari a 532 nm;
- Impulso completamente regolabile in durata e potenza nelle varie modalità di emissione;
- Durata dell'impulso variabile;
- Multi spot;
- Intervallo dell'impulso variabile;
- Massima potenza alla cornea almeno 1,500 mW;
- Possibilità di esportazione degli esami e dei trattamenti;
- Alimentazione elettrica;
- Peso ridotto;
- Porta USB;

Lampada a fessura:

- Illuminazione LED;
- luminosità regolabile in continuo;
- Larghezza fessura variabile (in continuo);
- Altezza fessura variabile;
- Rotazione immagine fessura variabile;
- Guida raggio laser interfacciato con sistema di illuminazione fessura;
- Fascio di puntamento Diodo variabile, massimo 1 mW sulla cornea;
- Filtro di sicurezza per il medico di colore rosso;
- Ingrandimento variabili;
- Micromanipolatore servoelettrico;
- Campo di regolazione della distanza pupillare variabile;
- Campo di regolazione per l'errore di rifrazione dell'osservatore da - 5D a +5D;
- Alimentazione elettrica;
- Peso ridotto;

Consolle completa di tavolo a sollevamento elettrico e display LCD;

VALORE ECONOMICO

€ 55.000,00 oltre IVA