

**Rapporto di Intervento n° 22\_2025 del 10.03.2025**

INFORMAZIONI RELATIVE AL CLIENTE		INFORMAZIONI RELATIVE AL FORNITORE	
<b>AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE RIETI</b> Via del Terminillo, 42 - 02100 Rieti (RI)		<b>BIOMEDICAL S.r.l.</b> Via San Francesco, 137/137^ - 02100 RIETI	
<b>RIFERIMENTO VS. RICHIESTA D'INTERVENTO TECNICO 25-000000343</b>			
<b>Ubicazione: Casa della Salute di Magliano in Sabina</b>			
<b>TIPOLOGIA STRUMENTAZIONE: DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO</b>			
<b>Modello: Defibtech Lifeline</b>		<b>Numero di serie: 104013494</b>	
<b>Data Intervento: 10.03.2025</b>		<b>Inventario Asl: 62131</b>	
<b>Problema segnalato: Malfunzionamento del DAE ambul. Infirm. 2° piano richiesta della Dr.ssa Quinzi</b>		<b>Tipo di Attività richiesta: assistenza</b>	
<b>Garanzia: in garanzia</b>		<b>Garanzia casa madre: 8 anni data d'acquisto</b>	
<b>Parti da sostituire:</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Quantità</b>	<b>Prezzo</b>
Defibtech Lifeline batteria standard durata 5 anni (DCF-E200)	Sostituita batteria principale	1	€ 325,00
<b>Costi manutentivi</b>	<b>Costi Unitari</b>	<b>Quantità</b>	<b>Totale</b>
Durata intervento (hh)	€ 120,00	0,5	<del>€ 60,00</del>
Ore viaggio	€ 60,00	0,0	<del>€ 30,00</del>
KM A/R	€ 0,80	0,0	<del>€ 11,20</del>
Diritto di chiamata	€ 60,00	0,0	<del>€ 60,00</del>
<b>Totale IVA esclusa</b>			<b>€ 325,00</b>
<b>L'intervento e':</b>	<input type="checkbox"/> <b>APERTO</b>		<input checked="" type="checkbox"/> <b>CHIUSO</b>
<b>Descrizione: DURANTE L'INTERVENTO IN REMOTO, L'INFERMIERA MARIANNA RUSSO VIENE GUIDATA NELL'INSTALLAZIONE DELLA BATTERIA, COMPLETATA DELL'ESECUZIONE DI UN TEST BATTERIA E SUCCESSIVO AUTOTEST ESTESO DI CONTROLLO GENERICO ENTRAMBI ANDATI A BUON FINE. IL LED DI VERIFICA E' VERDE, NON VENGONO RILEVATI ERRORI ALL'ACCENSIONE E SPEGNIMENTO, E LO STRUMENTO RISULTA PEFETTAMENTE FUNZIONANTE., VIENE INOLTRE EFFETTUATO UN AUTOTEST DELLA BATTERIA (IN PROX SCADENZA), ANDATO A BUON FINE.</b>			