



25-000000430


**ASL  
RIETI**

<b>INVENTARIO</b>		<b>COD. CDC - DESCR. CDC</b>		<b>DATA ORA RICHIESTA - DATA ORA INIZIO</b>	
62103		A01A-0313 - Centro Trasfusionale -		12-03-25 13:07 - 12-03-25 13:07	
<b>TELEFONO RIFERIM. REPARTO/CDC</b>		<b>UBICAZIONE</b>		<b>ODL INTERVENTO</b>	
PAOLA GRILLO PER CONTO DI: -		EDIFICIO: - - PIANO: - - STANZA: Laboratorio-0313-T0011		25-000000430	
<b>TIPOLOGIA</b>		<b>MODELLO</b>		<b>PRESIDIO / SEDE</b>	
DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO		LIFELINE AED		OSP. RIETI	
<b>PRODUTTORE</b>		<b>COD. CIVAB</b>	<b>MATRICOLA</b>	<b>INV. ENTE</b>	<b>FASCIA CRITICA</b>
DEFIBTECH LLC		DESE26C0848	104012864	125676	

## ATTIVITA' RICHIESTE

<input type="checkbox"/> Manut. Prev.	<input checked="" type="checkbox"/> Manut. Correttiva	CAUSALE / PROBLEMA:
<input type="checkbox"/> Verifica Sicur.	<input type="checkbox"/> Verifica Sicur. part	
<input type="checkbox"/> Richiesta ric. (RR)	<input type="checkbox"/> Addestram. (AD)	

## NOTE INTERVENTO

BATTERIE SCARICHE E PLACCHE SCADUTE. IL DEFIBRILLATORE VIENE USATO PER LA RACCOLTA SANGUE SUL TERRITORIO. RICHIESTA DELL INFERMIERA SIG.RA FIORENTINO ANTONELLA, N. TEL. 0746 278234-8352. GRAZIE.

Dalle	Del	Alle	Del	Tecnico assegn.	Altro Tecnico	Tipo Attività	Note Attiv./Sospensione
13:07	12-03-25	13:07	12-03-25	PAOLA GRILLO (paola.grillo)		assegnazione	BATTERIE SCARICHE E PLACCHE SCADUTE. IL DEFIBRILLATORE VIENE USATO PER LA RACCOLTA SANGUE SUL TERRITORIO. RICHIESTA DELL INFERMIERA SIG.RA FIORENTINO ANTONELLA, N. TEL. 0746 278234-8352. GRAZIE.
13:38	12-03-25	13:38	12-03-25	BIOMEDICAL SRL	PAOLA GRILLO	assegnazione	--

## PARTI UTILIZZATE E/O SOSTITUITE IN RENDICONTAZIONE:

<b>NOME COGNOME REFER. REPARTO:</b>		<b>DATA:</b> 12-03-25
SALVA FIRME >>		
<b>Esecutore:</b>	<b>Tecnico Interno:</b>	<b>Ref. Reparto:</b>
_____	_____	_____