

Rapporto di Intervento n° 31_2025 del 21.03.2025

INFORMAZIONI RELATIVE AL CLIENTE		INFORMAZIONI RELATIVE AL FORNITORE	
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE RIETI Via del Terminillo, 42 - 02100 Rieti (RI)		BIOMEDICAL S.r.l. Via San Francesco, 137/137^ - 02100 RIETI	
RIFERIMENTO VS. RICHIESTA D'INTERVENTO TECNICO 25-000000430			
Ubicazione: UOSD Medicina Trasfusionale			
TIPOLOGIA STRUMENTAZIONE: DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO			
Modello: Defibtech Lifeline		Numero di serie: 104012864	
Data Intervento: 21.03.2025		Inventario Asl: 62103	
Problema segnalato: Batteria tampone 9V scarica		Tipo di Attività richiesta: assistenza	
Garanzia: in garanzia		Garanzia casa madre: 8 anni data d'acquisto	
Parti da sostituire:	Descrizione	Quantità	Prezzo
Defibtech Lifeline batteria 9V Litio	Sostituita batteria 9V Litio	1	€ 19,00
Costi manutentivi	Costi Unitari	Quantità	Totale
Durata intervento (hh)	€ 120,00	0,5	€ 60,00
Ore viaggio	€ 60,00	0,0	€ 30,00
KM A/R	€ 0,80	0,0	€ 11,20
Diritto di chiamata	€ 60,00	0,0	€ 60,00
Totale IVA esclusa			€ 19,00
L'intervento e':	<input type="checkbox"/> APERTO	<input checked="" type="checkbox"/> CHIUSO	
Descrizione: INTERVENTO COMPLETATO CON L'ESECUZIONE DI UN AUTOTEST BATTERIA E SUCCESSIVO AUTOTEST ESTESO DI CONTROLLO GENERICO ENTRAMBI ANDATI A BUON FINE. IL LED DI VERIFICA E' VERDE, NON VENGONO RILEVATI ERRORI ALL'ACCENSIONE E SPEGNIMENTO, E LO STRUMENTO RISULTA PEFETTAMENTE FUNZIONANTE.			