SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL RIETI

25-000000480

INVENTARIO	COD. CDC - DESCR. CDC	DATA ORA RICHIESTA - DATA ORA INIZIO
67275	A01A-0306 - Endoscopia Digestiva -	21-03-25 19:04 - 21-03-25 19:04
TELEFONO RIFERIM. REPARTO/CDC	**UBICAZIONE**	**ODL INTERVENTO**
ENRICO PAOLUCCI - 0746278293	EDIFICIO: - PIANO: - STANZA: ENDOSCOPIA DIGESTIVA E GASTROENTEROLOGIA	25-000000480
TIPOLOGIA	**MODELLO**	**PRESIDIO / SEDE**
VIDEOGASTROSCOPIO PEDIATRICO TRANSNASALE	GIF-H190N	OSP. RIETI

PRODUTTORE	COD. CIVAB	MATRICOLA	INV. ENTE	FASCIA CRITICA
OLYMPUS OPTICAL CO LTD	870000000	2404385	139812	

ATTIVITA' RICHIESTE

☐ Manut. Prev.	☑ Manut. Correttiva	CAUSALE / PROBLEMA: RICHIESTA_WEB - INTERVENTO CORRETTIVO - STRUMENTO INVIATO PER CONTROLLO TIRANTI E MOVIMENTO MANOPOLE, NON ESEGUE FERMO IMMAGINE
☐ Verifica Sicur.	☐ Verifica Sicur. part	
☐ Richiesta ric. (RR)	☐ Addestram. (AD)	

NOTE INTERVENTO

NOTE RICHIEDENTE: STRUMENTO INVIATO PER CONTROLLO TIRANTI E MOVIMENTO MANOPOLE, NON ESEGUE FERMO IMMAGINE

Dalle	Del	Alle	Del	Tecnico assegn.	Altro Tecnico	Tipo Attività	Note Attiv./Sospensione
08:17	24-03-25	08:17	24-03-25	OLYMPUS OPTICAL CO LTD	PAOLA GRILLO	assegnazione	--

PARTI UTILIZZATE E/O SOSTITUITE IN RENDICONTAZIONE:

NOME COGNOME REFER. REPARTO: **DATA:** 10-04-25

SALVA FIRME >>

Esecutore:	Tecnico Interno:	Ref. Reparto:
_____	_____	_____

Firmato digitalmente da:
Dionisi Simona
Firmato il 13/05/2025 17:04
Seriale Certificato: 2902248
Valido dal 03/11/2023 al 03/11/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA