



24-000001904

ASL  
RIETI

<b>INVENTARIO</b> 60542		<b>COD. CDC - DESCR. CDC</b> A01A-0101 - EMODINAMICA -		<b>DATA ORA RICHIESTA - DATA ORA INIZIO</b> 30-12-24 16:02 - 30-12-24 16:02	
<b>TELEFONO RIFERIM. REPARTO/CDC</b> PAOLA GRILLO PER CONTO DI: -		<b>UBICAZIONE</b> EDIFICIO: - - PIANO: - - STANZA: SALA EMODINAMICA BLOCCO A-0101-0101		<b>ODL INTERVENTO</b> 24-000001904	
<b>TIPOLOGIA</b> TAVOLO PORTA-PAZIENTE PER APPARECCHIO RADIOLOGICO		<b>MODELLO</b> PORTABLE STANDARD		<b>PRESIDIO / SEDE</b> OSP. RIETI	
<b>PRODUTTORE</b> PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	<b>COD. CIVAB</b> TPAPHIC2732	<b>MATRICOLA</b> 31	<b>INV. ENTE</b> 60542	<b>FASCIA CRITICA</b>	

**ATTIVITA' RICHIESTE**

<input type="checkbox"/> Manut. Prev.	<input checked="" type="checkbox"/> Manut. Correttiva	<b>CAUSALE / PROBLEMA: RICERCA GUASTO E RIPARAZIONE</b>
<input type="checkbox"/> Verifica Sicur.	<input type="checkbox"/> Verifica Sicur. part	
<input type="checkbox"/> Richiesta ric. (RR)	<input type="checkbox"/> Addestram. (AD)	

**NOTE INTERVENTO**

SI RICHIEDE LA RIPARAZIONE DEL MORSETTO CHE REGGE IL BRACCIO DEL LETTINO. RICHIESTA URGENTE DELLA DOTT.SSA ANNA RITA TOSONI, N. TEL. 0746/278044-8259-8048.

Dalle	Del	Alle	Del	Tecnico assegn.	Altro Tecnico	Tipo Attività	Note Attiv./Sospensione
16:02	30-12-24	16:02	30-12-24	PHILIPS SPA		assegnazione	SI RICHIEDE LA RIPARAZIONE DEL MORSETTO CHE REGGE IL BRACCIO DEL LETTINO. RICHIESTA URGENTE DELLA DOTT.SSA ANNA RITA TOSONI, N. TEL. 0746/278044-8259-8048.
16:30	30-12-24	11:15	31-12-24	PAOLA GRILLO GLOBAL SERVICE (paola.grillo)		rendicontazione	SOSPENSIONE INTERVENTO -- ESEGUITO CONTATTO TELFONICO CON IL TECNICO SAULLI SATURNINO, SI CONFERMA ROTTURA DEL MORSETTO, RICHIESTE FOTO DA ALLEGARE. SI CONFERMA PROBLEMA CON TABLE CLAMP, SEGUIRA SPEDIZIONE PARTE. LAVORO ESEGUITO IN REMOTO.

**PARTI UTILIZZATE E/O SOSTITUITE IN RENDICONTAZIONE:**

<b>NOME COGNOME REFER. REPARTO:</b>		<b>DATA:</b> 07-02-25
<b>SALVA FIRME &gt;&gt;</b>		
<b>Esecutore:</b>  _____	<b>Tecnico Interno:</b>  _____	<b>Ref. Reparto:</b>  _____