



24-000001563

ASL
RIETI

INVENTARIO 67356	COD. CDC - DESCR. CDC N027 - MEDICINA INTERNA 1 -	DATA ORA RICHIESTA - DATA ORA INIZIO 22-10-24 10:24 - 22-10-24 10:24		
TELEFONO RIFERIM. REPARTO/CDC ELISA MOSTARDA - 8301	UBICAZIONE EDIFICIO: - PIANO: - STANZA: MEDICINA ALTA INTENSITA DI CURA SEZIONE A	ODL INTERVENTO 24-000001563		
TIPOLOGIA BARELLA OLEODINAMICA	MODELLO 7285RT20	PRESIDIO / SEDE OSP. RIETI		
PRODUTTORE PAM MOBILITY SRL	COD. CIVAB 181000000	MATRICOLA 2024/DUCRT0039	INV. ENTE 14194	FASCIA CRITICA

ATTIVITA' RICHIESTE

☐ Manut. Prev. ☐ Verifica Sicur. ☐ Richiesta ric. (RR)	☒ Manut. Correttiva ☐ Verifica Sicur. part ☐ Addestram. (AD)	CAUSALE / PROBLEMA: RICHIESTA_WEB - INTERVENTO CORRETTIVO - LA BARELLA PRESENTA UN DANNO ALLA RUOTA ANTERIORE SINISTRA CHE LA RENDE INUTILIZZABILE E' STATA UTILIZZATA IERI MATTINA PER SVARIATE CONSULENZE DA PARTE DI PERSONALE ESTERNO AL REPARTO QUINDI PRESUMO SIA STATA SBATTUTA E NON COMUNICATO AL REPARTO.
---	--	--

NOTE INTERVENTO

NOTE RICHIEDENTE: LA BARELLA PRESENTA UN DANNO ALLA RUOTA ANTERIORE SINISTRA CHE LA RENDE INUTILIZZABILE E' STATA UTILIZZATA IERI MATTINA PER SVARIATE CONSULENZE DA PARTE DI PERSONALE ESTERNO AL REPARTO QUINDI PRESUMO SIA STATA SBATTUTA E NON COMUNICATO AL REPARTO.

Dalle	Del	Alle	Del	Tecnico assegn.	Altro Tecnico	Tipo Attività	Note Attiv./Sospensione
10:45	22-10-24	10:45	22-10-24	PAM MOBILITY srl ()	PAOLA GRILLO	assegnazione	--
13:54	19-12-24	13:54	19-12-24	PAOLA GRILLO GLOBAL SERVICE (paola.grillo)		rendicontazione	ALTRO TIPO -- ESEGUITO INTERVENTO TECNICO DI SOSTITUZIONE CARRELLO BARELLA + RITIRO CARRELLO DANNEGGIATO DELLA MEDICINA INTERNA 1 ALTA INTENSITA DI CURA SEZIONE A DELL OSPEDALE DI RIETI. COORDINATRICE DOTT.SSA ELISA MOSTARDA.

PARTI UTILIZZATE E/O SOSTITUITE IN RENDICONTAZIONE:

DATA CHIUSURA: 18-12-24 13:00

NOME COGNOME REFER. REPARTO:

DATA: 17-02-25

SALVA FIRME >>

Esecutore: _____	Tecnico Interno: _____	Ref. Reparto: _____
--------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------