

**AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE RIETI**  
Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: asl.rieti@pec.it  
C.F. e P.I. 00821180577

**U.O.C. ACQUISIZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI**

**Responsabile: Dott.ssa Roberta Teodori**

Referente per quanto comunicato: Dott.ssa Elisabetta Rosati

Tel. 0746/279539 – e-mail: e.rosati@asl.rieti.it

**AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STRUMENTAZIONE PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. GASTROENTEROLOGIA DELLA ASL DI RIETI.**

Si rende noto che l’Azienda intende avviare, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 36/2023, un’indagine di mercato, al fine di individuare gli operatori economici del settore, in grado di assicurare la fornitura di:

• **LOTTO N. 1: VIDEO PROCESSORE E MONITOR**

VALORE PRESUNTO COMPLESSIVO: € 40.000,00 oltre IVA.

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME:

- Apparecchiatura nuova;
- Video processore 4K Olympus;
- In grado di individuare il sanguinamento “indicare la metodologia”;
- Integrato con luci a led “descrizione del sistema”;
- Enfaticizzazione della struttura attraverso programmi specifici “descrizione”;
- Compatibile con gli strumenti di ultima generazione già presenti in reparto (Olympus);
- Dotato di intelligenza artificiale;
- Monitor 27” 4K;
- Obbligo di ritiro di strumentazione endoscopica obsoleta presente in reparto (possibilità di sopralluogo);

• **LOTTO N. 2: VIDEOCOLONSCOPIO HD PEDIATRICO**

VALORE PRESUNTO COMPLESSIVO: € 28.000,00 oltre IVA.

Importo complessivo manutenzione: € 9.600,00 oltre IVA.

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME:

- Apparecchiatura nuova;
- Struttura impermeabile per la completa immersione in liquidi disinfettanti;
- Tasti di comando remoto programmabili a scelta dell’utente;
- Immagine a tutto schermo;
- Pulsanti irrigazione/insufflazione autoclavabili;

- Conforme alla Direttiva sui Dispositivi Medici 93/42;
  - Compatibile con il video processore Olympus, modello EVIS X1 CV-1500;
  - N. 2.000 spazzolini di pulizia 2 mm <  $\Phi$  < 4.2 mm;
  - Manutenzione "Full Risk" per 24 mesi;
- **LOTTO N. 3: N. 3 VIDEO GASTROSCOPI HD TRANS NASALI**  
**VALORE PRESUNTO COMPLESSIVO: € 77.000,00 oltre IVA.**  
**Importo complessivo manutenzione: € 9.600,00 oltre IVA.**  
**CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME:**
    - Video gastroscopio HD trans nasale;
    - Apparecchiatura nuova;
    - Struttura impermeabile per la completa immersione in liquidi disinfettanti;
    - Tasti di comando remoto programmabili a scelta dell'utente;
    - Immagine a tutto schermo;
    - Pulsanti irrigazione/insufflazione autoclavabili;
    - Conforme alla Direttiva sui Dispositivi Medici 93/42;
    - Compatibile con i video processori Olympus, modello CV - 1500 presenti in reparto;
    - Manutenzione "Full Risk" per 24 mesi;

\*\*\*

Il presente avviso esplorativo, nel perseguire gli obiettivi e le finalità di cui all'art. 77 del Codice dei contratti pubblici, è, pertanto, funzionale ad una indagine conoscitiva del mercato per individuare la presenza di possibili fornitori da consultare discrezionalmente, al fine di avviare una procedura negoziata ovvero qualsiasi altra procedura volta all'affidamento della fornitura in oggetto, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 3, del Codice dei Contratti Pubblici.

**Gli operatori economici interessati dovranno essere iscritti al “Sistema Acquisti Telematici della Regione Lazio – S.TEL.LA”.**

Le Aziende aspiranti concorrenti potranno presentare domanda utilizzando il modello “istanza manifestazione di interesse” (allegato n.1) nella quale si manifesti l'interesse ad essere invitate ad apposita procedura negoziata, avendo cura di indicare: denominazione sociale, indirizzo a cui inviare la documentazione nonché i riferimenti telefonici, di posta elettronica e/o certificata (qualora in possesso).

Ai sensi dell'articolo 2 comma 2 dell'ALLEGATO II.1 al Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, considerate le motivazioni di urgenza, la durata della pubblicazione dell'Avviso di indagine di mercato è stabilita di 12 giorni;

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire, *entro e non oltre il giorno 03/04/2024*, termine perentorio, all'indirizzo di posta elettronica certificata **abs.asl.rieti@pec.it**, le manifestazioni di interesse con riferimento al presente avviso - pubblicato sul sito internet aziendale, sezione Bandi e Concorsi, sottosezione Gare e Appalti - firmate digitalmente dal Titolare o Legale Rappresentante dell'O.E., **indicando il numero di protocollo del presente avviso, l'oggetto, nonché l'indicazione del prodotto e la scheda tecnica.**

#### AVVERTENZE

Il presente avviso è finalizzato ad una ricerca di mercato per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero possibile di Operatori Economici, nel rispetto dei principi di concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità. Gli operatori economici per il solo interesse manifestato alla presente indagine non potranno vantare alcun titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine all'affidamento della fornitura. Le eventuali manifestazioni di interesse che perverranno non sono in alcun modo vincolanti per questa Azienda che, a proprio insindacabile giudizio, si riserva la facoltà in qualsiasi momento di sospendere, modificare o annullare la presente indagine conoscitiva.

Il RUP  
Dott.ssa Elisabetta Rosati