

**AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE RIETI**  
Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: [asl.rieti@pec.it](mailto:asl.rieti@pec.it)  
C.F. e P.I. 00821180577

Prot. \_\_\_\_\_

del \_\_\_\_\_

### **AVVISO D'INDAGINE DI MERCATO**

finalizzato all'individuazione degli operatori economici per l'affidamento della fornitura triennale in service di un dispositivo di biopsia mammaria ad aspirazione vuoto assistita per sistema stereotassico e/o tomoguidato, con assistenza tecnica full-risk, e relativi consumabili per le esigenze della UOC di Diagnostica per Immagini dell'Ospedale S. Camillo De Lellis di Rieti, per un periodo di mesi 36.

Si precisa che tale indagine di mercato, ha solo fini esplorativi e che gli operatori, per il solo interesse manifestato, non potranno vantare alcun titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine all'affidamento del servizio.

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., linee guida ANAC n. 3 è individuato nella persona del Dott. Matteo Palmieri – [m.palmieri@asl.rieti.it](mailto:m.palmieri@asl.rieti.it)

### **1. STAZIONE APPALTANTE E AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE**

Azienda Sanitaria Locale Rieti  
Via del Terminillo, 42 – 02100, Rieti,  
Punti di contatto: U.O.C. Acquisizione e Logistica di Beni e Servizi,  
Telefono: 0746/279572  
Indirizzo internet: [www.asl.rieti.it](http://www.asl.rieti.it).  
PEC: [abs.asl.rieti@pec.it](mailto:abs.asl.rieti@pec.it)

### **2. OGGETTO DELLA FORNITURA**

La presente procedura è finalizzata all'individuazione di operatori economici interessati a quanto di seguito:

- A. fornitura triennale, in comodato d'uso gratuito, di un sistema per la biopsia mammaria da installare presso la UOC Diagnostica per Immagini dell'Ospedale S. Camillo De Lellis di Rieti;
- B. manutenzione full-risk triennale del sopramenzionato sistema;

- C. fornitura triennale di tutto il materiale concumabile necessario all'effettuazione di biopsie mediante l'utilizzo della suddetta apparecchiatura, precisando che la stima del fabbisogno annuo delle biopsie risulta pari a n.150 (stima triennale n.450 biopsie).

Il Sistema offerto deve possedere le seguenti caratteristiche minimali:

### **Caratteristiche Minime Tecniche Generali**

1. Sistema esclusivamente dedicato alle biopsie mammarie vuoto assistite (VABB) sotto guida stereotassica e/o tomosintesi
2. Il sistema deve poter garantire:
  - Prelievo multiplo dei campioni tramite unica inserzione nella mammella sotto guida stereotassica e/o con guida tomosintesi
  - Radiografia istantanea dei singoli campioni appena prelevati
  - Gestione dei campioni prelevati per l'anatomia patologica
3. Il sistema di prelievo deve essere tale da ridurre al minimo rischi di contaminazione e l'esposizione ai fluidi biologici
4. Il sistema deve consentire la raccolta dei campioni di tessuto o frustoli senza che debbano essere maneggiati durante il prelievo
5. Il sistema di prelievo deve essere trasportabile e costituito da:
  - unità centrale di controllo e prelievo con comandi e indicatori
  - software di gestione delle diverse fasi della procedura facile ed intuitivo
  - kit di materiale di consumo composto da aghi, contenitori, guide e marcatori e tutto il necessario all'espletamento del prelievo
6. Sistema di accensione e verifica funzionalità rapido ed intuitivo
7. Il sistema deve esser dotato di alta capacità di aspirazione per consentire di ultimare qualsiasi tipo di procedura
8. Deve permettere la gestione del sanguinamento e la somministrazione di farmaci durante la procedura
9. Deve consentire il posizionamento di marcatore o clip in modo preciso, facile e rapido
10. Deve esser azionato tramite pedale o sistema analogo

### **Caratteristiche Tecniche Minime del materiale di consumo dedicato**

1. Il sistema deve essere dotato di aghi di calibro esterno compresi tra gli 8G e gli 11 Gauge
2. Il marcatore amagnetico deve avere più forme disponibili ed essere facilmente individuabile sotto guida ecografica, RX e MR
3. Impatto ambientale del materiale monouso necessario alla procedura minimo
4. Dotazione di almeno 2 aperture differenti con lo stesso ago

## ***3. DURATA, AMMONTARE DELLA FORNITURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE***

La fornitura, in service, ha durata di mesi 36 (trentasei) .

L'importo complessivo presunto per la fornitura in service dell'apparecchiatura, comprensiva di assistenza tecnica full-risk, formazione del personale e consumabili, risulta pari ad € 210.000,00 oltre IVA.

L'affidamento avverrà con procedura negoziata ex art. 1, comma 2 lettera b), della Legge 120/2020, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base

del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice).

#### **4. PROCEDURA DI GARA**

La presente procedura verrà espletata attraverso RDO predisposta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) gestito dalla Consip S.p.a., ai sensi dell'art. 58 del Codice, bando BSS (forniture specifiche per la sanità – dispositivi medici).

#### **5. TERMINE E MODALITA' DI TRASMISSIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE**

Gli operatori economici aspiranti concorrenti, potranno manifestare l'interesse ad essere invitate alla presente procedura negoziata entro le ore 10:00 del 26/04/2021, termine perentorio, mediante l'invio dell'istanza di partecipazione utilizzando, preferibilmente, il "Modello di Istanza di partecipazione" allegato al presente avviso. A detta istanza dovrà essere allegata copia di un valido documento di identità del sottoscrittore all' indirizzo PEC: [abs.asl.rieti@pec.it](mailto:abs.asl.rieti@pec.it)

L'ASL di Rieti procederà, scaduti i termini della manifestazione d'interesse, ad indire la procedura di gara in argomento.

Si precisa che sarà onere degli O.E. aspiranti concorrenti abilitarsi al Bando BSS (forniture specifiche per la sanità – dispositivi medici) in tempo utile ai fini della partecipazione alla RDO su MEPA, pertanto, l'O.E. non potrà vantare alcuna pretesa nel caso in cui, per motivi ascrivibili al processo abilitativo, la stessa non potrà essere invitata alla procedura di gara in argomento.

Si precisa, altresì, che la suddetta manifestazione di interesse non costituisce prova del possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento del servizio/fornitura che dovranno essere specificatamente dichiarati dall'operatore economico ed accertati dall'ASL Rieti in occasione della successiva procedura di selezione secondo le modalità prescritte nella lettera invito/disciplinare.

*Il presente avviso è pubblicato:*

- sul sito istituzionale dell'ASL Rieti [www.asl.rieti.it](http://www.asl.rieti.it) nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "BANDI";

Si unisce al presente avviso, formandone parte integrante e sostanziale, il seguente allegato:

- Modello di Istanza di Partecipazione (Allegato n. 1)

IL RUP  
Dott. Matteo Palmieri