



**“Gara ponte” nella forma della procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020, da espletarsi su STELLA a mezzo R.D.O., per la fornitura in service di sistemi a pressione topica negativa comprensivi di materiale di consumo per il trattamento delle lesioni cutanee acute e croniche, suddiviso in n. 4 lotti per la durata di 12 mesi, con eventuale opzione di 12 mesi. Importo complessivo presunto biennale posto a base d’asta pari ad € 214.300,00 (oltre 22% IVA). numero gara: 8794244, Lotto 1 CIG: 94861613B3 - Lotto 2 CIG: 9486181434 - Lotto 3 CIG: 9486202588 - Lotto 4 CIG: 9486208A7A.**

**VERBALE n. 1 SEDUTA PUBBLICA COMMISSIONE TECNICA**

Il giorno **29 dicembre 2022**, alle ore 14:35 presso la sede della U.O.C. Acquisizione Logistica dei Beni e Servizi della ASL di Rieti, ivi in Via del Terminillo n. 42 – Blocco 2, si è riunita in seduta pubblica virtuale la Commissione Tecnica per la valutazione delle offerte tecniche inerenti la procedura in epigrafe.

La Commissione Tecnica, nominata con Deliberazione 1225/DG/2022 del 21/12/2022, risulta così composta:

<b>Presidente</b>	<b>Dott.ssa Valentina Abruzzese (UOC Chirurgia Generale)</b>
<b>Componente</b>	<b>Dott.ssa Giulia Ciatti (infermiera professionale)</b>
<b>Componente</b>	<b>Dott.ssa Alessia Ramacogi (infermiera professionale)</b>

Le funzioni di segretario verbalizzante sono espletate dal Dott. Matteo Palmieri, Collab. Amm.vo CAT. D, in servizio presso la UOC ALBS della ASL di Rieti.

Il Presidente, constatata la regolarità della Commissione Tecnica, procede alle operazioni di collegamento telematico sulla Piattaforma S.TEL.LA.

Alle ore 14.58:36 il Presidente dichiara aperta la seduta pubblica virtuale, da tenersi attraverso il Portale S.TEL.LA. secondo le modalità disciplinate dai Manuali operativi forniti dalla Piattaforma medesima. La Commissione prende atto delle offerte ammesse alla presente fase come da prospetto di seguito descritto:

Ragione Sociale	Registro di Sistema
LOHMANN & RAUSCHER SRL	PI155958-22
HOSPOTICA SRL	PI157527-22
SMITH & NEPHEW SRL	PI158222-22
ARS CHIRURGICA SRL	PI158291-22

La Commissione effettua, per ciascun O.E. (n.4) sopra descritto, l’estrazione dei documenti presenti all’interno dell’Offerta tecnica, l’esame e la verifica di conformità degli stessi rispetto a quanto indicato negli atti di gara.

Alle ore 15:20:43 il presidente dà atto che le operazioni di estrazione dei documenti presenti all’interno di ciascuna busta tecnica telematica, secondo l’ordine cronologico di ricezione delle

offerte, sono state completate e rinvia l'esame nel merito del contenuto documentale delle buste tecniche degli OO.EE. offerenti a separata seduta riservata, data da destinarsi, indi, dichiara chiusa la odierna seduta pubblica virtuale.

Verbale chiuso alle ore 15:30

Letto Confermato Sottoscritto.

**Presidente**

**Dott.ssa Valentina Abruzzese**



**Componente**

**Dott.ssa Giulia Ciatti**



**Componente**

**Dott. Alessia Ramacogi**



**Segretario verbalizzante**

**Dott. Matteo Palmieri**



**“Gara ponte” nella forma della procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020, da espletarsi su STELLA a mezzo R.D.O., per la fornitura in service di sistemi a pressione topica negativa comprensivi di materiale di consumo per il trattamento delle lesioni cutanee acute e croniche, suddiviso in n. 4 lotti per la durata di 12 mesi, con eventuale opzione di 12 mesi. Importo complessivo presunto biennale posto a base d’asta pari ad € 214.300,00 (oltre 22% IVA). numero gara: 8794244, Lotto 1 CIG: 94861613B3 - Lotto 2 CIG: 9486181434 - Lotto 3 CIG: 9486202588 - Lotto 4 CIG: 9486208A7A.**

### VERBALE N. 2 SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE TECNICA

Il giorno **11 gennaio 2023, alle ore 14:40 circa**, presso la sede della U.O.C. Acquisizione Logistica dei Beni e Servizi della ASL di Rieti, ivi in Via del Terminillo n. 42 – Blocco 2, si è riunita in seduta privata la Commissione Tecnica nominata con Deliberazione 641/DG/2022 del 07/07/2022 per la fase di valutazione delle offerte tecniche, inerenti la Procedura in epigrafe.

La Commissione Tecnica, nominata con Deliberazione 1225/DG/2022 del 21/12/2022, risulta così composta:

<b>Presidente</b>	<b>Dott.ssa Valentina Abruzzese (UOC Chirurgia Generale)</b>
<b>Componente</b>	<b>Dott.ssa Giulia Ciatti (infermiera professionale)</b>
<b>Componente</b>	<b>Dott.ssa Alessia Ramacogi (infermiera professionale)</b>

Le funzioni di segretario verbalizzante sono espletate dal Dott. Matteo Palmieri, Collab. Amm.vo CAT. D, in servizio presso la UOC ALBS della ASL di Rieti.

Preliminarmente, il Presidente, constatata la regolarità della Commissione Tecnica, dichiara aperta la seduta riservata e richiama i criteri di attribuzione del punteggio tecnico, descritti negli atti di gara, cui si rimanda integralmente.

La Commissione procede alla valutazione delle offerte pervenute per **il lotto n. 1**, con l’esame e la valutazione delle stesse, stabilendo di procedere secondo l’ordine cronologico riportato sulla piattaforma:

<b>Ragione Sociale</b>	<b>Registro di Sistema</b>
LOHMANN & RAUSCHER SRL	PI155958-22
HOSPOTICA SRL	PI157527-22
SMITH & NEPHEW SRL	PI158222-22
KCI - ARS CHIRURGICA SRL	PI158291-22

La Commissione Tecnica procede pertanto alla valutazione.

All'esito della valutazione, il punteggio ottenuto da ciascun concorrente, dettagliato nelle schede allegare al presente verbale (allegato 1) è indicato nella tabella di sintesi sotto riportata:

Lotto	operatore economico	punteggio tecnico	punteggio tecnico riparametrato	Graduatoria
1	Hospotica	36,44	ESCLUSO	
	Ars chirurgica s.r.l.	61,81	70	1
	Lohmann & Rauscher s.r.l.	52,63	59,60	3
	Smith & Nephew s.r.l.	53,84	60,97	2

Di seguito si riporta il motivo di esclusione:

- L'operatore economico Hospotica s.r.l., è stato escluso per non aver raggiunto il punteggio tecnico minimo così come indicato all'art. 15,1 del Disciplinare di gara che fissa in 42/70 la soglia minima di sbarramento per l'accesso alla successiva fase di apertura delle buste economiche, con la presente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 c. 5 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  
Si dà atto che verrà comunicata l'esclusione di codesto operatore economico dalla procedura emarginata in oggetto.

Il Presidente, dato atto di quanto sopra, rinvia i lavori a successiva seduta riservata per il prosieguo dei lavori.

Nulla altro da aggiungere, la seduta termina alle ore 18:00

L.C.S.


Presidente  
Dott.ssa Valentina Abruzzese




Componente  
Dott.ssa Giulia Ciatti



Componente  
Dott.ssa Alessia Ramacogi



Segretario verbalizzante  
Dott. Matteo Palmieri





OPERATORE ECONOMICO: LOHMANN LOTTO 1						
CRITERI QUALITA'		Punteggio massimo attribuibile	Voto Commissione			Punteggio attribuito
			R.A.	C.G.	A.V.	
<b>Caratteristiche tecniche e funzionali dell'Unità Motore:</b>						
1.1	Volume dell'apparecchiatura	3	(V.min/V.iesimo)*Pmax			3,00
1.2	Peso	3	(V.min/V.iesimo)*Pmax			2,29
1.3	Autonomia in ore della fonte elettrica (superiore alle 8 ore minime richieste)	5	(V.iesimo/V.max)*Pmax			5,00
1.4	Facilità di gestione della macchina per l'utilizzatore	5	0,60	0,20	1,00	3,00
1.5	Protezione da accidentale alterazione del settaggio	3	SI/NO			3,00
1.6	Tipologia e gestione allarmi sonori e visivi	4	0,80	1,00	0,80	3,47
1.7	Consultazione delle impostazioni (temporale dello storico)	3	TABELLARE			3,00
1.8	Rumorosità del dispositivo durante il funzionamento	3	0,40	0,60	0,60	1,60
1.9	Confortevole utilizzo per il paziente	5	0,40	0,40	0,40	2,00
1.10	Modalità e tipologia di aspirazione da applicare sulla ferita	5	0,80	0,80	0,80	4,00
<b>Caratteristiche delle medicazioni:</b>						
1.11	Tipologia ed assortimento dei materiali, misure disponibili, adattabilità al letto della lesione, composizione dei kit	3	1,00	1,00	1,00	3,00
1.12	Tenuta della medicazione in situ in pressione negativa	5	1,00	1,00	1,00	5,00
1.13	Ipoallergenicità e atraumaticità alla rimozione della medicazione	4	1,00	1,00	1,00	4,00
1.14	Tipologia e funzionalità dei sistemi di ancoraggio e tubo di drenaggio	3	0,20	0,20	0,40	0,80
1.15	Gestione del canister, capacità adeguata alla raccolta dei fluidi, sistema di controllo degli odori e di solidificazione dei fluidi	5	0,20	0,20	0,20	1,00
<b>Ulteriori items:</b>						
1.16	Assistenza tecnica durante la manutenzione correttiva: tempi e modalità di risoluzione delle problematiche (ulteriori ai minimi richiesti)	4	1,00	1,00	1,00	4,00
1.17	Formazione e aggiornamento del personale: periodicità, durata e modalità	2	0,60	0,80	0,80	1,47
1.18	Software gestionale	5	0,60	0,60	0,60	3,00
<b>PUNTEGGIO TECNICO TOTALE MASSIMO ATTRIBUIBILE</b>		<b>70</b>				
					<b>TOTALE</b>	<b>52,63</b>

Ge  
AR

**OPERATORE ECONOMICO: ...HOSPOSTICA .LOTTO 1**

CRITERI QUALITA'		Punteggio massimo attribuibile	Voto Commissione			Punteggio attribuito
			R.A.	C.G.	A.V.	
<b>Caratteristiche tecniche e funzionali dell'Unità Motore:</b>						
1.1	Volume dell'apparecchiatura	3	(V.min/V.iesimo)*Pmax			2,05
1.2	Peso	3	(V.min/V.iesimo)*Pmax			2,99
1.3	Autonomia in ore della fonte elettrica (superiore alle 8 ore minime richieste)	5	(V.iesimo/V.max)*Pmax			0,00
1.4	Facilità di gestione della macchina per l'utilizzatore	5	0,40	0,40	0,40	2,00
1.5	Protezione da accidentale alterazione del settaggio	3	SI/NO			3,00
1.6	Tipologia e gestione allarmi sonori e visivi	4	0,20	0,20	0,20	0,80
1.7	Consultazione delle impostazioni (temporale dello storico)	3	TABELLARE			0,00
1.8	Rumorosità del dispositivo durante il funzionamento	3	0,20	0,40	0,40	1,00
1.9	Confortevole utilizzo per il paziente	5	0,20	0,20	0,20	1,00
1.10	Modalità e tipologia di aspirazione da applicare sulla ferita	5	0,80	0,80	0,80	4,00
<b>Caratteristiche delle medicazioni:</b>						
1.11	Tipologia ed assortimento dei materiali, misure disponibili, adattabilità al letto della lesione, composizione dei kit	3	0,60	0,80	0,80	2,20
1.12	Tenuta della medicazione in situ in pressione negativa	5	0,60	0,80	0,80	3,67
1.13	Ipoallergenicità e atraumaticità alla rimozione della medicazione	4	1,00	1,00	1,00	4,00
1.14	Tipologia e funzionalità dei sistemi di ancoraggio e tubo di drenaggio	3	0,60	0,60	0,60	1,80
1.15	Gestione del canister, capacità adeguata alla raccolta dei fluidi, sistema di controllo degli odori e di solidificazione dei fluidi	5	0,40	0,40	0,40	2,00
<b>Ulteriori items:</b>						
1.16	Assistenza tecnica durante la manutenzione correttiva: tempi e modalità di risoluzione delle problematiche (ulteriori ai minimi richiesti)	4	0,80	1,00	1,00	3,73
1.17	Formazione e aggiornamento del personale: periodicità, durata e modalità	2	0,60	0,60	0,60	1,20
1.18	Software gestionale	5	0,20	0,20	0,20	1,00
<b>PUNTEGGIO TECNICO TOTALE MASSIMO ATTRIBUIBILE</b>		<b>70</b>				
			<b>TOTALE</b>			<b>36,44</b>

GC  
AR



OPERATORE ECONOMICO: SMITH & NEPHEW SRL							LOTTO 1	
CRITERI QUALITA'		Punteggio massimo attribuibile	Voto Commissione			Punteggio attribuito		
			R.A.	C.G.	A.V.			
<b>Caratteristiche tecniche e funzionali dell'Unità Motore:</b>								
1.1	Volume dell'apparecchiatura	3	(V.min/V.iesimo)*Pmax			2,10		
1.2	Peso	3	(V.min/V.iesimo)*Pmax			3,00		
1.3	Autonomia in ore della fonte elettrica (superiore alle 8 ore minime richieste)	5	(V.iesimo/V.max)*Pmax			4,00		
1.4	Facilità di gestione della macchina per l'utilizzatore	5	1,00	1,00	1,00	5,00		
1.5	Protezione da accidentale alterazione del settaggio	3	SI/NO			3,00		
1.6	Tipologia e gestione allarmi sonori e visivi	4	1,00	1,00	1,00	4,00		
1.7	Consultazione delle impostazioni (temporale dello storico)	3	tabellare			3,00		
1.8	Rumorosità del dispositivo durante il funzionamento	3	0,40	0,40	0,40	1,20		
1.9	Confortevole utilizzo per il paziente	5	1,00	1,00	1,00	5,00		
1.10	Modalità e tipologia di aspirazione da applicare sulla ferita	5	1,00	1,00	1,00	5,00		
<b>Caratteristiche delle medicazioni:</b>								
1.11	Tipologia ed assortimento dei materiali, misure disponibili, adattabilità al letto della lesione, composizione dei kit	3	1,00	1,00	1,00	3,00		
1.12	Tenuta della medicazione in situ in pressione negativa	5	1,00	1,00	1,00	5,00		
1.13	Ipoallergenicità e atraumaticità alla rimozione della medicazione	4	1,00	1,00	1,00	4,00		
1.14	Tipologia e funzionalità dei sistemi di ancoraggio e tubo di drenaggio	3	0,80	1,00	1,00	2,80		
1.15	Gestione del canister, capacità adeguata alla raccolta dei fluidi, sistema di controllo degli odori e di solidificazione dei fluidi	5	0,40	0,40	0,40	2,00		
<b>Ulteriori items:</b>								
1.16	Assistenza tecnica durante la manutenzione correttiva: tempi e modalità di risoluzione delle problematiche (ulteriori ai minimi richiesti)	4	0,20	0,40	0,40	1,33		
1.17	Formazione e aggiornamento del personale: periodicità, durata e modalità	2	0,20	0,20	0,20	0,40		
1.18	Software gestionale	5	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>PUNTEGGIO TECNICO TOTALE MASSIMO ATTRIBUIBILE</b>		<b>70</b>						
<b>TOTALE</b>						<b>53,84</b>		

GC  
AR





## OPERATORE ECONOMICO: ARS CHIRURGICA s.r.l.

## LOTTO 1

CRITERI QUALITA'		Punteggio massimo attribuibile	Voto Commissione			Punteggio attribuito
			R.A.	C.G.	A.V.	
<b>Caratteristiche tecniche e funzionali dell'Unità Motore:</b>						
1.1	Volume dell'apparecchiatura	3	$(V.min/V.iesimo)*Pmax$			1,21
1.2	Peso	3	$(V.min/V.iesimo)*Pmax$			1,31
1.3	Autonomia in ore della fonte elettrica (superiore alle 8 ore minime richieste)	5	$(V.iesimo/V.max)*Pmax$			3,50
1.4	Facilità di gestione della macchina per l'utilizzatore	5	1,00	1,00	1,00	5,00
1.5	Protezione da accidentale alterazione del settaggio	3	SI/NO			3,00
1.6	Tipologia e gestione allarmi sonori e visivi	4	0,80	0,80	0,80	3,20
1.7	Consultazione delle impostazioni (temporale dello storico)	3	Tabellare			3,00
1.8	Rumorosità del dispositivo durante il funzionamento	3	1,00	1,00	1,00	3,00
1.9	Confortevole utilizzo per il paziente	5	1,00	1,00	1,00	5,00
1.10	Modalità e tipologia di aspirazione da applicare sulla ferita	5	1,00	1,00	1,00	5,00
<b>Caratteristiche delle medicazioni:</b>						
1.11	Tipologia ed assortimento dei materiali, misure disponibili, adattabilità al letto della lesione, composizione dei kit	3	1,00	1,00	1,00	3,00
1.12	Tenuta della medicazione in situ in pressione negativa	5	1,00	1,00	1,00	5,00
1.13	Ipoallergenicità e atraumaticità alla rimozione della medicazione	4	1,00	1,00	1,00	4,00
1.14	Tipologia e funzionalità dei sistemi di ancoraggio e tubo di drenaggio	3	1,00	1,00	1,00	3,00
1.15	Gestione del canister, capacità adeguata alla raccolta dei fluidi, sistema di controllo degli odori e di solidificazione dei fluidi	5	1,00	1,00	1,00	5,00
<b>Ulteriori items:</b>						
1.16	Assistenza tecnica durante la manutenzione correttiva: tempi e modalità di risoluzione delle problematiche (ulteriori ai minimi richiesti)	4	0,40	0,40	0,40	1,60
1.17	Formazione e aggiornamento del personale: periodicità, durata e modalità	2	1,00	1,00	1,00	2,00
1.18	Software gestionale	5	1,00	1,00	1,00	5,00
<b>PUNTEGGIO TECNICO TOTALE MASSIMO ATTRIBUIBILE</b>		<b>70</b>				
					<b>TOTALE</b>	<b>61,81</b>

GC  
AR





**“Gara ponte” nella forma della procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020, da espletarsi su STELLA a mezzo R.D.O., per la fornitura in service di sistemi a pressione topica negativa comprensivi di materiale di consumo per il trattamento delle lesioni cutanee acute e croniche, suddiviso in n. 4 lotti per la durata di 12 mesi, con eventuale opzione di 12 mesi. Importo complessivo presunto biennale posto a base d’asta pari ad € 214.300,00 (oltre 22% IVA). numero gara: 8794244, Lotto 1 CIG: 94861613B3 - Lotto 2 CIG: 9486181434 - Lotto 3 CIG: 9486202588 - Lotto 4 CIG: 9486208A7A.**

### VERBALE N. 3 SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE TECNICA

Il giorno **18 gennaio 2023, alle ore 14:40 circa**, presso la sede della U.O.C. Acquisizione Logistica dei Beni e Servizi della ASL di Rieti, ivi in Via del Terminillo n. 42 – Blocco 2, si è riunita in seduta privata la Commissione Tecnica nominata con Deliberazione 641/DG/2022 del 07/07/2022 per la fase di valutazione delle offerte tecniche, inerenti la Procedura in epigrafe.

La Commissione Tecnica, nominata con Deliberazione 1225/DG/2022 del 21/12/2022, risulta così composta:

<b>Presidente</b>	<b>Dott.ssa Valentina Abruzzese (UOC Chirurgia Generale)</b>
<b>Componente</b>	<b>Dott.ssa Giulia Ciatti (infermiera professionale)</b>
<b>Componente</b>	<b>Dott.ssa Alessia Ramacogi (infermiera professionale)</b>

Le funzioni di segretario verbalizzante sono espletate dal Dott. Matteo Palmieri, Collab. Amm.vo CAT. D, in servizio presso la UOC ALBS della ASL di Rieti.

Preliminarmente, il Presidente, constatata la regolarità della Commissione Tecnica, dichiara aperta la seduta riservata e richiama i criteri di attribuzione del punteggio tecnico, descritti negli atti di gara, cui si rimanda integralmente.

La Commissione procede alla valutazione delle offerte pervenute per **i lotti n. 2 e 3** con l’esame e la valutazione delle stesse, stabilendo di procedere secondo l’ordine cronologico riportato sulla piattaforma:

La Commissione Tecnica procede pertanto alla valutazione.

La Commissione rileva che, relativamente al criterio 2.7 e 3.7 “Consultazione delle impostazioni (temporale dello storico)” inserito nel Disciplinare di gara come criterio Quantitativo, nessuno dei concorrenti in gara ha indicato nell’offerta economica un valore soggetto a valutazione quantitativa, secondo la formula indicata negli atti di gara. Tutti i concorrenti infatti hanno indicato la presenza o meno della possibilità di effettuare consultazioni delle impostazioni temporali dallo storico. Su indicazioni del RUP, la Commissione tecnica decide pertanto di considerare il suddetto criterio come tabellare.

All’esito della valutazione, il punteggio ottenuto da ciascun concorrente, dettagliato nelle schede allegato al presente verbale (**allegato 1**) che ne formano parte integrante e sostanziale, è indicato nella tabella di sintesi sotto riportata:

Lotto	operatore economico	punteggio tecnico	punteggio tecnico riparametrato	Graduatoria
2	Hospotica	38,99	ESCLUSO	
	Lohmann & Rauscher s.r.l.	65,60	70,00	1
	Smith & Nephew s.r.l.	59,82	63,83	2

Lotto	operatore economico	punteggio tecnico	punteggio tecnico riparametrato	Graduatoria
3	Hospotica	33,70	ESCLUSO	
	K.C.I. - Ars chirurgica s.r.l.	58,10	70,00	1

Di seguito si riporta il motivo di esclusione:

- L'operatore economico Hospotica s.r.l., è stato escluso per non aver raggiunto il punteggio tecnico minimo così come indicato all'art. 15,1 del Disciplinare di gara che fissa in 42/70 la soglia minima di sbarramento per l'accesso alla successiva fase di apertura delle buste economiche, con la presente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 c. 5 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  
Si dà atto che verrà comunicata l'esclusione di codesto operatore economico dalla procedura emarginata in oggetto.

Il Presidente, dato atto di quanto sopra, rinvia i lavori a successiva seduta riservata per il prosieguo dei lavori.


Nulla altro da aggiungere, la seduta termina alle ore 17:40.

L.C.S.


**Presidente**  
Dott.ssa Valentina Abruzzese

  
\_\_\_\_\_


**Componente**  
Dott.ssa Giulia Ciatti

  
\_\_\_\_\_

**Componente**  
Dott.ssa Alessia Ramacogi

  
\_\_\_\_\_

**Segretario verbalizzante**  
Dott. Matteo Palmieri

  
\_\_\_\_\_

OPERATORE ECONOMICO: HOSPOTICA LOTTO 2						
CRITERI QUALITA'	Punteggio massimo	Voto Commissione			Punteggio attribuito	
		R.A.	C.G.	A.V.		
<b>Caratteristiche tecniche e funzionali dell'Unità Motore:</b>						
2.1	Volume dell'apparecchiatura	2	(V.min/V.iesimo)*Pmax			1,06
2.2	Peso	2	(V.min/V.iesimo)*Pmax			1,99
2.3	Autonomia in ore della fonte elettrica (superiore alle 8 ore minime richieste)	4	(V.iesimo/V.max)*Pmax			0,00
2.4	Facilità di gestione della macchina per l'utilizzatore	3	0,40	0,40	0,40	1,20
2.5	Protezione da accidentale alterazione del settaggio	2	SI/NO			0,00
2.6	Tipologia e gestione allarmi sonori e visivi	4	0,20	0,20	0,20	0,80
2.7	Consultazione delle impostazioni (temporale dello storico)	3	(V.min/V.iesimo)*Pmax			0,00
2.8	Rumorosità del dispositivo durante il funzionamento	2	0,20	0,40	0,40	0,67
2.9	Confortevole utilizzo per il paziente	2	0,20	0,20	0,20	0,40
<b>Caratteristiche delle medicazioni:</b>						
2.10	Medicazione di dimensioni e modellabilità tali da adeguarsi all'addome di qualunque paziente	6	0,40	0,40	0,40	2,40
2.11	Sistema di medicazione dotato di meccanismo che garantisca una distribuzione omogenea dell'aspirazione su tutto il comparto (efficienza di raccolta del contenuto fluido della cavità addominale) e che impedisca la retrazione fasciale	8	1,00	1,00	1,00	8,00
2.12	Sistema di confezionamento del kit (singola, doppia busta o altra tipologia)	6	0,60	0,60	0,60	3,60
2.13	Sistema di drenaggio e raccolta con tubi dotati di dispositivo di sicurezza luer lock o equivalente in grado di evitare il distacco accidentale del drenaggio	4	0,60	0,60	0,60	2,40
2.14	Tenuta della medicazione in situ in pressione negativa	7	0,60	0,80	0,80	5,13
2.15	Ipoallergenicità e atraumaticità alla rimozione della medicazione	5	1,00	1,00	1,00	5,00
<b>Ulteriori items:</b>						
2.16	Assistenza tecnica durante la manutenzione correttiva: tempi e modalità di risoluzione delle problematiche (ulteriori ai minimi richiesti)	4	0,80	1,00	1,00	3,73
2.17	Formazione e aggiornamento del personale: periodicità, durata e modalità	2	0,60	0,60	0,60	1,20
2.17	Studi clinici con evidenze scientifiche riferiti al Sistema offerto	2	0,20	0,20	0,20	0,40
2.18	Software gestionale	5	0,20	0,20	0,20	1,00
<b>PUNTEGGIO TECNICO TOTALE MASSIMO</b>		<b>70</b>				
					<b>TOTALE</b>	<b>38,99</b>

W P  
G CAR

OPERATORE ECONOMICO: LOHMANN - LOTTO 2						
CRITERI QUALITA'	Punteggio massimo	Voto Commissione			Punteggio attribuito	
		R.A.	C.G.	A.V.		
<b>Caratteristiche tecniche e funzionali dell'Unità Motore:</b>						
2.1	Volume dell'apparecchiatura	2	(V.min/V.iesimo)*Pmax			2,00
2.2	Peso	2	(V.min/V.iesimo)*Pmax			1,53
2.3	Autonomia in ore della fonte elettrica (superiore alle 8 ore minime richieste)	4	(V.iesimo/V.max)*Pmax			4,00
2.4	Facilità di gestione della macchina per l'utilizzatore	3	6,00	0,20	1,00	7,20
2.5	Protezione da accidentale alterazione del settaggio	2	SI/NO			2,00
2.6	Tipologia e gestione allarmi sonori e visivi	4	0,80	1,00	0,80	3,47
2.7	Consultazione delle impostazioni (temporale dello storico)	3	TABELLARE			3,00
2.8	Rumorosità del dispositivo durante il funzionamento	2	0,40	0,60	0,60	1,07
2.9	Confortevole utilizzo per il paziente	2	0,40	0,40	0,40	0,80
<b>Caratteristiche delle medicazioni:</b>						
2.10	Medicazione di dimensioni e modellabilità tali da adeguarsi all'addome di qualunque paziente	6	0,80	0,80	0,80	4,80
2.11	Sistema di medicazione dotato di meccanismo che garantisca una distribuzione omogenea dell'aspirazione su tutto il comparto (efficienza di raccolta del contenuto fluido della cavità addominale) e che impedisca la retrazione fasciale	8	1,00	1,00	1,00	8,00
2.12	Sistema di confezionamento del kit (singola, doppia busta o altra tipologia)	6	1,00	1,00	1,00	6,00
2.13	Sistema di drenaggio e raccolta con tubi dotati di dispositivo di sicurezza luer lock o equivalente in grado di evitare il distacco accidentale del drenaggio	4	0,20	0,20	0,40	1,07
2.14	Tenuta della medicazione in situ in pressione negativa	7	1,00	1,00	1,00	7,00
2.15	Ipoallergenicità e atraumaticità alla rimozione della medicazione	5	1,00	1,00	1,00	5,00
<b>Ulteriori items:</b>						
2.16	Assistenza tecnica durante la manutenzione correttiva: tempi e modalità di risoluzione delle problematiche (ulteriori ai minimi richiesti)	4	1,00	1,00	1,00	4,00
2.17	Formazione e aggiornamento del personale: periodicità, durata e modalità	2	0,60	0,80	0,80	1,47
2.17	Studi clinici con evidenze scientifiche riferiti al Sistema offerto	2	1,00	1,00	1,00	2,00
2.18	Software gestionale	2	0,60	0,60	0,60	1,20
<b>PUNTEGGIO TECNICO TOTALE MASSIMO ATTRIBUIBILE</b>		70				
					<b>TOTALE</b>	<b>65,60</b>

GC  
AR





OPERATORE ECONOMICO: SMITH E NEPHEW - LOTTO 2						
CRITERI QUALITA'	Punteggio massimo	Voto Commissione			Punteggio attribuito	
		R.A.	C.G.	A.V.		
<b>Caratteristiche tecniche e funzionali dell'Unità Motore:</b>						
2.1	Volume dell'apparecchiatura	2	(V.min/V.iesimo)*Pmax			1,96
2.2	Peso	2	(V.min/V.iesimo)*Pmax			2,00
2.3	Autonomia in ore della fonte elettrica (superiore alle 8 ore minime richieste)	4	(V.iesimo/V.max)*Pmax			3,20
2.4	Facilità di gestione della macchina per l'utilizzatore	3	1,00	1,00	1,00	3,00
2.5	Protezione da accidentale alterazione del settaggio	2	SI/NO			2,00
2.6	Tipologia e gestione allarmi sonori e visivi	4	1,00	1,00	1,00	4,00
2.7	Consultazione delle impostazioni (temporale dello storico)	3	Tabellare			3,00
2.8	Rumorosità del dispositivo durante il funzionamento	2	0,40	0,40	0,40	0,80
2.9	Confortevole utilizzo per il paziente	2	1,00	1,00	1,00	2,00
<b>Caratteristiche delle medicazioni:</b>						
2.10	Medicazione di dimensioni e modellabilità tali da adeguarsi all'addome di qualunque paziente	6	1,00	1,00	1,00	6,00
2.11	Sistema di medicazione dotato di meccanismo che garantisca una distribuzione omogenea dell'aspirazione su tutto il comparto (efficienza di raccolta del contenuto fluido della cavità addominale) e che impedisca la retrazione fasciale	8	1,00	1,00	1,00	8,00
2.12	Sistema di confezionamento del kit (singola, doppia busta o altra tipologia)	6	0,80	0,80	0,80	4,80
2.13	Sistema di drenaggio e raccolta con tubi dotati di dispositivo di sicurezza luer lock o equivalente in grado di evitare il distacco accidentale del drenaggio	4	0,80	1,00	1,00	3,73
2.14	Tenuta della medicazione in situ in pressione negativa	7	1,00	1,00	1,00	7,00
2.15	Ipoallergenicità e atraumaticità alla rimozione della medicazione	5	1,00	1,00	1,00	5,00
<b>Ulteriori items:</b>						
2.16	Assistenza tecnica durante la manutenzione correttiva: tempi e modalità di risoluzione delle problematiche (ulteriori ai minimi richiesti)	4	0,20	0,40	0,40	1,33
2.17	Formazione e aggiornamento del personale: periodicità, durata e modalità	2	0,20	0,20	0,20	0,40
2.17	Studi clinici con evidenze scientifiche riferiti al Sistema offerto	2	0,80	0,80	0,80	1,60
2.18	Software gestionale	2	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PUNTEGGIO TECNICO TOTALE MASSIMO</b>		<b>70</b>				
<b>TOTALE</b>					<b>59,82</b>	

GC  
AC



OPERATORE ECONOMICO: ARS C. LOTTO 3						
CRITERI QUALITA'		Punteggio massimo attribuibile	Voto Commissione			Punteggio attribuito
			R.A.	C.G.	A.V.	
<b>Caratteristiche tecniche e funzionali dell'Unità Motore:</b>						
3.1	Volume dell'apparecchiatura	3	(V.min/V.iesimo)*Pmax			1,04
3.2	Peso	3	(V.min/V.iesimo)*Pmax			0,87
3.3	Autonomia in ore della fonte elettrica (superiore alle 8 ore minime richieste)	5	(V.iesimo/V.max)*Pmax			0,00
3.4	Facilità di gestione della macchina per l'utilizzatore	5	1,00	1,00	1,00	5,00
3.5	Protezione da accidentale alterazione del settaggio	3	SI/NO			3,00
3.6	Tipologia e gestione allarmi sonori e visivi	3	1,00	0,80	0,80	2,60
3.7	Consultazione delle impostazioni (temporale dello storico)	3	TABELLARE			3,00
3.8	Rumorosità del dispositivo durante il funzionamento	3	1,00	1,00	1,00	3,00
3.9	Modalità e tipologia di aspirazione ed instillazione da applicare sulla ferita	6	1,00	1,00	1,00	6,00
3.10	Confortevole utilizzo per il paziente	5	1,00	1,00	1,00	5,00
<b>Caratteristiche delle medicazioni:</b>						
3.11	Tipologia ed assortimento dei materiali, misure disponibili, adattabilità al letto della lesione,	5	1,00	1,00	1,00	5,00
3.12	Tenuta della medicazione in situ in pressione negativa	5	1,00	1,00	1,00	5,00
3.13	Ipoallergenicità e atraumaticità alla rimozione della medicazione	4	1,00	1,00	1,00	4,00
3.14	Tipologia e funzionalità dei sistemi di ancoraggio e tubo di drenaggio	3	1,00	1,00	1,00	3,00
3.15	Gestione del canister, capacità adeguata per la raccolta dei fluidi, sistema di controllo degli odori e di	4	1,00	1,00	1,00	4,00
<b>Ulteriori items:</b>						
3.16	Assistenza tecnica durante la manutenzione correttiva: tempi e modalità di risoluzione delle problematiche (ulteriori ai minimi richiesti)	4	0,40	0,40	0,40	1,60
3.17	Formazione e aggiornamento del personale: periodicità, durata e modalità	2	1,00	1,00	1,00	2,00
3.18	Studi clinici con evidenze scientifiche riferiti al Sistema offerto	2	1,00	1,00	1,00	2,00
3.19	Software gestionale	2	1,00	1,00	1,00	2,00
<b>PUNTEGGIO TECNICO TOTALE MASSIMO ATTRIBUIBILE</b>		70				
<b>TOTALE</b>						<b>58,10</b>

OPERATORE ECONOMICO: HOSPOTICA LOTTO 3						
CRITERI QUALITA'		Punteggio massimo attribuibile	Voto Commissione			Punteggio attribuito
			R.A.	C.G.	A.V.	
<b>Caratteristiche tecniche e funzionali dell'Unità Motore:</b>						
3.1	Volume dell'apparecchiatura	3	(V.min/V.iesimo)*P max			1,04
3.2	Peso	3	(V.min/V.iesimo)*P max			3,00
3.3	Autonomia in ore della fonte elettrica (superiore alle 8 ore minime richieste)	5	(V.iesimo/V.max)*P max			0,00
3.4	Facilità di gestione della macchina per l'utilizzatore	5	0,40	0,40	0,40	2,00
3.5	Protezione da accidentale alterazione del settaggio	3	SI/NO			3,00
3.6	Tipologia e gestione allarmi sonori e visivi	3	0,20	0,20	0,20	0,60
3.7	Consultazione delle impostazioni (temporale dello storico)	3	tabellare			0,00
3.8	Rumorosità del dispositivo durante il funzionamento	3	0,20	0,40	0,40	1,00
3.9	Modalità e tipologia di aspirazione ed instillazione da applicare sulla ferita	6	0,40	0,20	0,20	1,60
3.10	Confortevole utilizzo per il paziente	5	0,20	0,20	0,20	1,00
<b>Caratteristiche delle medicazioni:</b>						
3.11	Tipologia ed assortimento dei materiali, misure disponibili, adattabilità al letto della lesione, composizione dei kit	5	0,60	0,80	0,80	3,67
3.12	Tenuta della medicazione in situ in pressione negativa	5	0,60	0,80	0,80	3,67
3.13	Ipoallergenicità e atraumaticità alla rimozione della medicazione	4	1,00	1,00	1,00	4,00
3.14	Tipologia e funzionalità dei sistemi di ancoraggio e tubo di drenaggio	3	0,60	0,60	0,60	1,80
3.15	Gestione del canister, capacità adeguata per la raccolta dei fluidi, sistema di controllo degli odori e di solidificazione dei fluidi	4	0,40	0,40	0,40	1,60
<b>Ulteriori items:</b>						
3.16	Assistenza tecnica durante la manutenzione correttiva: tempi e modalità di risoluzione delle problematiche	4	0,80	1,00	1,00	3,73
3.17	Formazione e aggiornamento del personale: periodicità, durata e modalità	2	0,60	0,60	0,60	1,20
3.18	Studi clinici con evidenze scientifiche riferiti al Sistema offerto	2	0,20	0,20	0,20	0,40
3.19	Software gestionale	2	0,20	0,20	0,20	0,40
<b>PUNTEGGIO TECNICO TOTALE MASSIMO ATTRIBUIBILE</b>		70				
<b>TOTALE</b>						<b>33,70</b>



“Gara ponte” nella forma della procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020, da espletarsi su STELLA a mezzo R.D.O., per la fornitura in service di sistemi a pressione topica negativa comprensivi di materiale di consumo per il trattamento delle lesioni cutanee acute e croniche, suddiviso in n. 4 lotti per la durata di 12 mesi, con eventuale opzione di 12 mesi. Importo complessivo presunto biennale posto a base d’asta pari ad € 214.300,00 (oltre 22% IVA). numero gara: 8794244, Lotto 1 CIG: 94861613B3 - Lotto 2 CIG: 9486181434 - Lotto 3 CIG: 9486202588 - Lotto 4 CIG: 9486208A7A.

### VERBALE N. 4 SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE TECNICA

Il giorno **27 gennaio 2023**, si è riunita in seduta riservata la Commissione Tecnica nominata con Deliberazione 641/DG/2022 del 07/07/2022 per la fase di valutazione delle offerte tecniche, inerenti la Procedura in epigrafe.

La Commissione Tecnica, nominata con Deliberazione 1225/DG/2022 del 21/12/2022, risulta così composta:

<b>Presidente</b>	<b>Dott.ssa Valentina Abruzzese (UOC Chirurgia Generale)</b>
<b>Componente</b>	<b>Dott.ssa Giulia Ciatti (infermiera professionale)</b>
<b>Componente</b>	<b>Dott.ssa Alessia Ramacogi (infermiera professionale)</b>

Le funzioni di segretario verbalizzante sono espletate dal Dott. Matteo Palmieri, Collab. Amm.vo CAT. D, in servizio presso la UOC ALBS della ASL di Rieti.

Preliminarmente, il Presidente, constatata la regolarità della Commissione Tecnica, dichiara aperta la seduta riservata e richiama i criteri di attribuzione del punteggio tecnico, descritti negli atti di gara, cui si rimanda integralmente.

La Commissione procede alla valutazione delle offerte pervenute per il lotto n. 4 con l’esame e la valutazione dello stesso, stabilendo di procedere secondo l’ordine cronologico riportato sulla piattaforma.

La Commissione Tecnica procede pertanto alla valutazione.

All’esito della valutazione, il punteggio ottenuto da ciascun concorrente, dettagliato nelle schede allegate al presente verbale (allegato 1) che ne formano parte integrante e sostanziale, è indicato nella tabella di sintesi sotto riportata:

<b>Lotto</b>	<b>operatore economico</b>	<b>punteggio tecnico</b>	<b>punteggio tecnico riparametrato</b>	<b>Graduatoria</b>
<b>4</b>	<b>K.C.I. - Ars chirurgica s.r.l.</b>	59,31	65,64	<b>2</b>
	<b>Lohmann &amp; Rauscher s.r.l.</b>	63,25	70,00	<b>1</b>
	<b>Smith &amp; Nephew s.r.l.</b>	56,11	62,10	<b>3</b>



Alla luce di quanto sopra, richiamati i verbali delle sedute precedenti, si riporta di seguito, il riepilogo della valutazione delle offerte tecniche per singolo lotto:

Lotto	operatore economico	punteggio tecnico	punteggio tecnico riparametrato	Graduatoria
1	Hospotica	36,44	ESCLUSO	
	Ars chirurgica s.r.l.	61,81	70	1
	Lohmann & Rauscher s.r.l.	52,63	59,60	3
	Smith & Nephew s.r.l.	53,84	60,97	2

Lotto	operatore economico	punteggio tecnico	punteggio tecnico riparametrato	Graduatoria
2	Hospotica	38,99	ESCLUSO	
	Lohmann & Rauscher s.r.l.	65,60	70,00	1
	Smith & Nephew s.r.l.	59,82	63,83	2

Lotto	operatore economico	punteggio tecnico	punteggio tecnico riparametrato	Graduatoria
3	Hospotica	33,70	ESCLUSO	
	K.C.I. - Ars chirurgica s.r.l.	58,10	70,00	1

Lotto	operatore economico	punteggio tecnico	punteggio tecnico riparametrato	Graduatoria
4	K.C.I. - Ars chirurgica s.r.l.	59,31	65,64	2
	Lohmann & Rauscher s.r.l.	63,25	70,00	1
	Smith & Nephew s.r.l.	56,11	62,10	3

Di seguito si riporta il motivo di esclusione:

- L'operatore economico Hospotica s.r.l., è stato escluso per non aver raggiunto il punteggio tecnico minimo così come indicato all'art. 15,1 del Disciplinare di gara che fissa in 42/70 la soglia minima di sbarramento per l'accesso alla successiva fase di apertura delle buste economiche, con la presente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 c. 5 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Al termine della seduta odierna, la Commissione tecnica, con nota prot. 7072 del 27/01/2022, trasmette le risultanze della valutazione al RUP, Dott.ssa Francesca Pasquali, affinché proceda a comunicare l'esclusione dell'operatore economico Hospotica s.r.l. dalla procedura emarginata in oggetto.

Il Presidente, dato atto di quanto sopra, rinvia i lavori a successiva seduta riservata per il prosieguo dei lavori.

L.C.S.

**Presidente**  
**Dott.ssa Valentina Abruzzese**




Handwritten signature of Valentina Abruzzese on a horizontal line.

**Componente**  
**Dott.ssa Giulia Ciatti**




Handwritten signature of Giulia Ciatti on a horizontal line.

**Componente**  
**Dott.ssa Alessia Ramacogi**



Handwritten signature of Alessia Ramacogi on a horizontal line.

**Segretario verbalizzante**  
**Dott. Matteo Palmieri**



Handwritten signature of Matteo Palmieri on a horizontal line.

OPERATORE ECONOMICO: ARS C. - LOTTO 4						
CRITERI QUALITA'		Punteggio massimo attribuibile	Voto Commissione			Punteggio attribuito
			R.A.	C.G.	A.V.	
<b>Caratteristiche tecniche e funzionali dell'Unità Motore:</b>						
4.1	Volume dell'apparecchiatura	3	(V.min/V.iesimo)*Pmax			1,01
4.2	Peso	3	(V.min/V.iesimo)*Pmax			1,50
4.3	Rumorosità del dispositivo durante il funzionamento	3	0,60	0,60	0,60	1,80
4.4	Confortevole utilizzo per il paziente	5	1,00	1,00	1,00	5,00
4.5	Tipologia e gestione allarmi sonori e visivi	3	1,00	1,00	1,00	3,00
4.6	Autonomia della batteria dell'Unità Terapeutica	5	(V.iesimo/V.max)*Pmax			4,00
4.7	Facilità di gestione della macchina per l'utilizzatore	10	1,00	1,00	1,00	10,00
<b>Caratteristiche delle medicazioni:</b>						
4.8	Tipologia ed assortimento dei materiali, misure disponibili, adattabilità al letto della lesione, composizione dei kit	6	0,80	0,60	0,60	4,00
4.9	Tenuta della medicazione in situ in pressione negativa	5	1,00	1,00	1,00	5,00
4.10	Ipoallergenicità e atraumaticità alla rimozione della medicazione	5	1,00	1,00	1,00	5,00
4.11	Tipologia e funzionalità dei sistemi di ancoraggio e tubo di drenaggio	5	1,00	1,00	1,00	5,00
4.12	Facilità d'uso del kit di medicazione	5	1,00	1,00	1,00	5,00
<b>Ulteriori items:</b>						
4.13	Assistenza tecnica durante la manutenzione correttiva: tempi e modalità di risoluzione delle problematiche (ulteriori ai minimi richiesti)	5	0,40	0,40	0,40	2,00
4.14	Formazione e aggiornamento del personale: periodicità, durata e modalità	2	1,00	1,00	1,00	2,00
4.15	Software gestionale	5	1,00	1,00	1,00	5,00
<b>PUNTEGGIO TECNICO TOTALE MASSIMO</b>		<b>70</b>				
			<b>TOTALE</b>			<b>59,31</b>

OPERATORE ECONOMICO: LOHMANN .LOTTO 4						
CRITERI QUALITA'		Punteggio massimo attribuibile	Voto Commissione			Punteggio attribuito
			R.A.	C.G.	A.V.	
Caratteristiche tecniche e funzionali dell'Unità Motore:						
4.1	Volume dell'apparecchiatura	3	(V.min/V.iesimo)*Pmax			2,38
4.2	Peso	3	(V.min/V.iesimo)*Pmax			3,00
4.3	Rumorosità del dispositivo durante il funzionamento	3	0,80	0,80	0,80	2,40
4.4	Confortevole utilizzo per il paziente	5	1,00	1,00	1,00	5,00
4.5	Tipologia e gestione allarmi sonori e visivi	3	0,40	0,40	0,40	1,20
4.6	Autonomia della batteria dell'Unità Terapeutica	5	(V.iesimo/V.max)*Pmax			5,00
4.7	Facilità di gestione della macchina per l'utilizzatore	10	1,00	1,00	1,00	10,00
Caratteristiche delle medicazioni:						
4.8	Tipologia ed assortimento dei materiali, misure disponibili, adattabilità al letto della lesione, composizione dei kit	6	0,80	0,80	0,80	4,80
4.9	Tenuta della medicazione in situ in pressione negativa	5	1,00	1,00	1,00	5,00
4.10	Ipoallergenicità e atraumaticità alla rimozione della medicazione	5	1,00	1,00	1,00	5,00
4.11	Tipologia e funzionalità dei sistemi di ancoraggio e tubo di drenaggio	5	1,00	1,00	1,00	5,00
4.12	Facilità d'uso del kit di medicazione	5	1,00	1,00	1,00	5,00
Ulteriori items:						
4.13	Assistenza tecnica durante la manutenzione correttiva: tempi e modalità di risoluzione delle problematiche (ulteriori ai minimi richiesti)	5	1,00	1,00	1,00	5,00
4.14	Formazione e aggiornamento del personale: periodicità, durata e modalità	2	0,60	0,80	0,80	1,47
4.15	Software gestionale	5	0,60	0,60	0,60	3,00
<b>PUNTEGGIO TECNICO TOTALE MASSIMO ATTRIBUIBILE</b>		<b>70</b>				
			<b>TOTALE</b>			<b>63,25</b>



OPERATORE ECONOMICO: SMITH .LOTTO 4						
CRITERI QUALITA'	Punteggio massimo attribuibile	Voto Commissione			Punteggio attribuito	
		R.A.	C.G.	A.V.		
<b>Caratteristiche tecniche e funzionali dell'Unità Motore:</b>						
4.1	Volume dell'apparecchiatura	3	(V.min/V.iesimo)*Pmax			3,00
4.2	Peso	3	(V.min/V.iesimo)*Pmax			2,78
4.3	Rumorosità del dispositivo durante il funzionamento	3	0,60	0,60	0,60	1,80
4.4	Confortevole utilizzo per il paziente	5	1,00	1,00	1,00	5,00
4.5	Tipologia e gestione allarmi sonori e visivi	3	1,00	1,00	1,00	3,00
4.6	Autonomia della batteria dell'Unità Terapeutica	5	(V.iesimo/V.max)*Pmax			2,80
4.7	Facilità di gestione della macchina per l'utilizzatore	10	1,00	1,00	1,00	10,00
<b>Caratteristiche delle medicazioni:</b>						
4.8	Tipologia ed assortimento dei materiali, misure disponibili, adattabilità al letto della lesione, composizione dei kit	6	1,00	1,00	1,00	6,00
4.9	Tenuta della medicazione in situ in pressione negativa	5	1,00	1,00	1,00	5,00
4.10	Ipoallergenicità e atraumaticità alla rimozione della medicazione	5	1,00	1,00	1,00	5,00
4.11	Tipologia e funzionalità dei sistemi di ancoraggio e tubo di drenaggio	5	0,80	1,00	1,00	4,67
4.12	Facilità d'uso del kit di medicazione	5	1,00	1,00	1,00	5,00
<b>Ulteriori items:</b>						
4.13	Assistenza tecnica durante la manutenzione correttiva: tempi e modalità di risoluzione delle problematiche (ulteriori ai minimi richiesti)	5	0,20	0,40	0,40	1,67
4.14	Formazione e aggiornamento del personale: periodicità, durata e modalità	2	0,20	0,20	0,20	0,40
4.15	Software gestionale	5	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PUNTEGGIO TECNICO TOTALE MASSIMO</b>		<b>70</b>				
					<b>TOTALE</b>	<b>56,11</b>

**“Gara ponte” nella forma della procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020, da espletarsi su STELLA a mezzo R.D.O., per la fornitura in service di sistemi a pressione topica negativa comprensivi di materiale di consumo per il trattamento delle lesioni cutanee acute e croniche, suddiviso in n. 4 lotti per la durata di 12 mesi, con eventuale opzione di 12 mesi. Importo complessivo presunto biennale posto a base d’asta pari ad € 214.300,00 (oltre 22% IVA). numero gara: 8794244, Lotto 1 CIG: 94861613B3 - Lotto 2 CIG: 9486181434 - Lotto 3 CIG: 9486202588 - Lotto 4 CIG: 9486208A7A.**

### VERBALE N. 5 SEDUTA PUBBLICA DELLA COMMISSIONE TECNICA

Il giorno **01 febbraio 2023, alle ore 15:25 circa**, presso la sede della U.O.C. Acquisizione Logistica dei Beni e Servizi della ASL di Rieti, ivi in Via del Terminillo n. 42 – Blocco 2, si è riunita in seduta privata la Commissione Tecnica nominata con Deliberazione 641/DG/2022 del 07/07/2022 per la fase di valutazione delle offerte tecniche, inerenti la Procedura in epigrafe.

La Commissione Tecnica, nominata con Deliberazione 1225/DG/2022 del 21/12/2022, risulta così composta:

**Presidente** Dott.ssa Valentina Abruzzese (UOC Chirurgia Generale)  
**Componente** Dott.ssa Giulia Ciatti (infermiera professionale)  
**Componente** Dott.ssa Alessia Ramacogi (infermiera professionale)

Le funzioni di segretario verbalizzante sono espletate dal Dott. Matteo Palmieri, Collab. Amm.vo CAT. D, in servizio presso la UOC ALBS della ASL di Rieti.

Preliminarmente, il Presidente, constatata la regolarità della Commissione Tecnica, dichiara aperta la seduta riservata e richiama i criteri di attribuzione del punteggio tecnico, descritti negli atti di gara, cui si rimanda integralmente.

La Commissione, richiamati i precedenti verbali, dato atto delle risultanze ottenute dalla valutazione tecnica delle offerte ricevute per i singoli lotti, apre la seduta pubblica virtuale alle ore 15:46:39, dando atto sulla piattaforma STELLA delle risultanze.

Lotto	operatore economico	punteggio tecnico	punteggio tecnico riparametrato	Graduatoria
1	Hospotica	36,44	ESCLUSO	
	Ars chirurgica s.r.l.	61,81	70	1
	Lohmann & Rauscher s.r.l.	52,63	59,60	3
	Smith & Nephew s.r.l.	53,84	60,97	2

Lotto	operatore economico	punteggio tecnico	punteggio tecnico riparametrato	Graduatoria
2	Hospotica	38,99	ESCLUSO	
	Lohmann & Rauscher s.r.l.	65,60	70,00	1
	Smith & Nephew s.r.l.	59,82	63,83	2

Lotto	operatore economico	punteggio tecnico	punteggio tecnico riparimetrato	Graduatoria
3	Hospotica	33,70	ESCLUSO	
	K.C.I. - Ars chirurgica s.r.l.	58,10	70,00	1

Lotto	operatore economico	punteggio tecnico	punteggio tecnico riparimetrato	Graduatoria
4	K.C.I. - Ars chirurgica s.r.l.	59,31	65,64	2
	Lohmann & Rauscher s.r.l.	63,25	70,00	1
	Smith & Nephew s.r.l.	56,11	62,10	3

La Commissione Tecnica procede pertanto alla apertura delle buste economiche ricevute.

All'esito della valutazione, il punteggio complessivo ottenuto da ciascun concorrente è indicato nella tabella di sintesi sotto riportata che, allegata al presente verbale, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

	Fornitore	rank	punteggio tecnico ante riparimetrazione	Punteggio Tecnico riparimetrato	Punteggio Economico	Punteggio Totale	Stato Offerta	Valore Offerta %
Lista Offerte Lotto 1	LOHMANN & RAUSCHER SRL	1	52,63	59,60	30,00	89,60	Aggiudicatario proposto	56,00
	ARS CHIRURGICA SRL	2	61,81	70,00	19,29	89,29	II Classificato	36,00
	SMITH & NEPHEW SRL	3	53,84	60,97	25,71	86,68		48,00
Lista Offerte Lotto 2	SMITH & NEPHEW SRL	1	59,82	63,83	30,00	93,83	Aggiudicatario proposto	33,33
	LOHMANN & RAUSCHER SRL	2	65,60	70,00	15,00	85,00	II Classificato	16,66
Lista Offerte Lotto 3	ARS CHIRURGICA SRL	1	58,10	70,00	30,00	100,00	Aggiudicatario proposto	18,00
Lista Offerte Lotto 4	SMITH & NEPHEW SRL	1	56,11	62,10	30,00	92,10	Aggiudicatario proposto	72,51
	LOHMANN & RAUSCHER SRL	2	63,25	70,00	20,69	90,69	II Classificato	50,00
	ARS CHIRURGICA SRL	3	59,31	65,64	16,40	82,04		39,64
	soglia di anomalia (su pT ante riparimetrazione)							56

La Commissione, preso atto di quanto sopra, procede a rimettere le suddette risultanze al RUP della procedura in oggetto, affinché proceda con gli adempimenti previsti, avendo rilevato offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'articolo 97, comma 3 del Codice.

Nulla altro da aggiungere, la seduta termina alle ore 17:00.

L.C.S.

**Presidente**  
**Dott.ssa Valentina Abruzzese**



---

**Componente**  
**Dott.ssa Giulia Ciatti**




---

**Componente**  
**Dott.ssa Alessia Ramacogi**



---

**Segretario verbalizzante**  
**Dott. Matteo Palmieri**



---