

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: asl.rieti@pec.it
C.F. e P.I. 00821180577

U.O.C. Servizio Prevenzione e Protezione
DIRETTORE: Ing. Erminio Pace







Tel. 0746/279786 – Fax 0746.279774 – e-mail: e.pace@asl.rieti.it

**PROCEDURA LAVORATIVA E DI SICUREZZA
RISCHIO BIOLOGICO**

"STICK GLICEMICO SCHEDA 3 "

- Nuovo dispositivo di rilevazione glicemica Breeze 2 con
Dispositivo automatico di prelievo Glucolet 2-

REVISIONE	DATA
Emissione	25/02/16

DIRETTORE GENERALE Dott. ^{ssa} L. Figorilli	RSPP Ing. E. Pace	TdP Dott. ^{ssa} S. Muggia	ASPP Dott. M. Di Mario	MEDICO COMPETENTE Dott. ^{ssa} P. Del Bufalo	DMO RIETI Dott. P. Manzi
				x quanto di compendato nel mese di 12/1 del 16 	

STICK GLICEMICO SCHEDA 3

- Nuovo dispositivo di rilevazione glicemica Breeze 2, con Dispositivo automatico di prelievo Glucolet 2-

PREDISPOSIZIONE DEL MATERIALE OCCORRENTE:

- dispositivo Breeze 2
- disco Breeze da 10 test
- cotone e soluzione disinfettante
- Dispositivo automatico di prelievo Glucolet 2, con lancette monouso Ames Minilet
- Contenitore per lo smaltimento dei rifiuti speciali e dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo taglienti/pungenti
- carrello


OPERATORI COINVOLTI IN QUESTA PROCEDURA: Personale Medico / Infermieristico







PREPARAZIONE DELL' OPERATORE:

l'operatore deve utilizzare i seguenti D.P.I.:

- **Guanti non sterili:** di categoria III (D.P.I.), marcati CE e rispondenti alle norme tecniche EN374 , EN 420
- **Camici e/o tute non sterili :** di categoria III (DPI), marcati CE e rispondenti alla norma tecnica UNI EN 14126
- **occhiali** (con protezione laterale o a maschera) oppure **visiera** per la protezione da **Agenti Biologici**, di categoria III (DPI), marcati CE e rispondenti alle norme tecniche EN 166, EN 167, EN 168
- **N.B. :** nel caso in cui la procedura lavorativa venga espletata nei confronti di pazienti portatori/sospetti portatori di patologie aerotrasmissibili, al fine di proteggere l'operatore dall'inhalazione di aerosol potenzialmente contaminati, l'operatore deve anche indossare: il **Facciale filtrante FFP2 o FFP3 secondo le indicazioni riportate nella Valutazione del Rischio**, marcati CE per la protezione da agenti biologici di gruppo 2 e 3. Si precisa che il Facciale filtrante FFP2 o FFP3 va indossato, salvo diversa indicazione del Dirigente Responsabile a seguito di specifica indagine diagnostica.

DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA

FASE LAVORATIVA	TIPI DI ESPOSIZIONE POSSIBILE	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ATTUARE
Lavaggio sociale delle mani, predisposizione del materiale occorrente su di un carrello, avendo cura di posizionare sul ripiano superiore dello stesso, il contenitore per lo smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo taglienti/pungenti 	- Nessuna esposizione	- Adottare sempre le "Precauzioni Universali" (P.U.), contenute nel D.M. 28/09/90 e nella Procedura di sicurezza "Manipolazione e smaltimento di strumenti acuminati o Presidi Taglienti" presente nella
Apertura dello strumento ed inserimento del disco Breeze 2 da 10 test	- Nessuna esposizione	

		<p>pagina web SPP ;</p>
<p>Estrazione della striscia reattiva: deve essere tirata e spinta l'impugnatura dello strumento per far uscire la striscia reattiva ed automaticamente si accende lo strumento, visualizzando una goccia di sangue lampeggiante</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - Nessuna esposizione 	<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare la procedura lavorativa con la massima cautela, evitando di esercitare particolare trazione sulla striscia reattiva sulla quale è stata depositata la goccia di sangue
<p>Preparazione del dispositivo per il prelievo di sangue Glucolet 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il Dispositivo viene caricato e collocata la lancetta Ames Minilet nel porta lancette - viene preparata la cute (lavandola /disinfettandola), posizionato il glucolet 2 e punta la zona di prelievo (dito/tallone) - viene rimossa e smaltita la lancetta usata 	<ul style="list-style-type: none"> - Esposizione aerea o attraverso droplet - Esposizione cutanea <p>N.B.: non è stata considerata la possibile esposizione percutanea in quanto come dichiarato dal Servizio Farmaceutico Ospedaliero con nota Prot. N° 223 del 29/11/2011, il dispositivo Glucolet 2, è dotato di ago retrattile, che consente lo smaltimento in sicurezza del</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Adottare la Procedura di Sicurezza "Misure di prevenzione e protezione da attuare per tutte le possibili potenziali esposizioni ad agenti biologici" presente all'interno della pagina web S.P.P. - Indossare i Dispositivi di Protezione Individuali sopra indicati.
<p>Esecuzione del test: viene posizionato lo strumento affinché l'estremità della striscia venga a contatto con la goccia di sangue ottenuta, fino a quando lo strumento non emette un segnale acustico e sul display comincia il conto alla rovescia di 5 secondi; il sangue viene aspirato automaticamente</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - Esposizione muco - cutanea 	
<p>Espulsione della striscia premendo il pulsante di rilascio automatico, nel contenitore dei rifiuti speciali lettura e registrazione del dato ottenuto, spegnimento dello strumento e riordino del materiale utilizzato</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - Esposizione cutanea 	
<p>Lavaggio sociale delle mani</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - Nessuna esposizione 	