

## Azienda Sanitaria Locale Rieti

U.O.C. ALBS

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n° 253 del 09 FEB. 2018

Oggetto: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. lgs. N. 50/2016 alla società InfraTec Srl con sede in Portomaggiore (FE), della fornitura in service di sistemi diagnostici (macchina, reagenti, e materiali di consumo), per la determinazione dell'emoglobina prima della donazione di sangue ed emocomponenti occorrente al Servizio Immunotrasfusionale dell'Ospedale S. Camillo de Lellis di Rieti, per un periodo di 12 mesi.

Importo complessivo annuo euro 7.016,00 (IVA esclusa).

Pag. 1 di 5

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.;

L'Estensore

Sig.ra Sabrina Brodone

Firma Sabrina Brodone

Data 07/02/2018

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Luciano Quattrini

Firma L. Quattrini

Data 07.02.2018

Il Direttore:

Dott. Luciano Quattrini

Firma L. Quattrini

Data 07.02.2018

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti *sfavorevoli* rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa 501010801 - Aut. N° 2/2018

Data 08/02/2018

Firma Barbara Proietti

Dott.ssa Barbara Proietti

Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. lgs. N. 50/2016 alla società InfraTec Srl con sede in Portomaggiore (FE), della fornitura in service di sistemi diagnostici (macchina, reagenti, e materiali di consumo), per la determinazione dell'emoglobina prima della donazione di sangue ed emocomponenti occorrente al Servizio Immunotrasfusionale dell'Ospedale S. Camillo de Lellis di Rieti, per un periodo di 12 mesi.  
Importo complessivo annuo euro 7.016,00 (IVA esclusa).

Pag. 2 di 5

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Visto l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'Atto Aziendale approvato con DCA n.113 del 18/3/2015 pubblicato sul B.U.R.L. n. 33 S.O. n.1 del 23 aprile 2015 da cui si rileva l'organizzazione aziendale ed il funzionigramma;

Vista la deliberazione n. ~~175/D.S.~~ ~~11.12.~~ 2017 di attribuzione delle deleghe al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario ed ai dirigenti delle strutture aziendali in relazione agli incarichi formalmente conferiti ed i conseguenti successivi atti di delega;

## IL DIRETTORE

## DELLA U.O.C. ACQUISIZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI

**PREMESSO** che:

- in data 25/09/2017 è pervenuta proposta d'ordine n. 20 del 20/09/2017, relativa all'acquisto di microcuvette e pungidito occorrenti al Servizio Immunotrasfusionale dell'Ospedale S. Camillo de Lellis di Rieti, fornite dalla Società Hemocue di Roma, (All. 1);
- in data 25/09/2017 la Dr.ssa Erminia Gentileschi Responsabile del Servizio Immunotrasfusionale dell'Ospedale S. Camillo de Lellis di Rieti, ha inviato richiesta di approvvigionamento di emoglobinometri con possibilità di backup, (All. 2);

**CONSIDERATO** il fabbisogno presunto annuo di n. 6000/8000 prestazioni da effettuare su emoglobinometro, espresso dal responsabile S.IM.T.,(All. 3);

**VISTO:** Il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. 287 del 07/07/2017 prevede di esonerare le Aziende Sanitarie dal richiedere qualsiasi autorizzazione alla Direzione Centrale Acquisti per gli acquisti di beni e servizi fino alla soglia di Euro 50.000,00 IVA esclusa;



Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. lgs. N. 50/2016 alla società InfraTec Srl con sede in Portomaggiore (FE), della fornitura in service di sistemi diagnostici (macchina, reagenti, e materiali di consumo), per la determinazione dell'emoglobina prima della donazione di sangue ed emocomponenti occorrente al Servizio Immunotrasfusionale dell'Ospedale S. Camillo de Lellis di Rieti, per un periodo di 12 mesi.  
Importo complessivo annuo euro 7.016,00 (IVA esclusa).

Pag. 3 di 5

**RILEVATO** che con Determinazione Dirigenziale n. G17114 del 28 dicembre 2015 la Regione Lazio ha indetto gara comunitaria centralizzata a procedura aperta, finalizzata alla fornitura in service di sistemi diagnostici per la rete laboratori e centri prelievo pubblici della Regione Lazio;

**RILEVATO** che gli emoglobinometri necessari a garantire lo svolgimento delle regolari attività del Servizio Immunotrasfusionale di Rieti, non sono presenti sul mercato elettronico;

**CONSIDERATO** che, è stata inviata richiesta di offerta protocollo n. 59347 del 22/11/2017 comprensiva di schede tecnica con i requisiti minimi richiesti alle seguenti Società (All. 5):

HEMOCUE S.r.l. di Roma  
INFRATEC S.r.l. di Portomaggiore (FE)  
FRESENIUS KABI ITALIA S.r.l. di Bari  
DIASYS di ROMA

**RILEVATO** che entro il termine stabilito per il giorno 25/11/2017 hanno fatto pervenire regolare offerta le seguenti Società, (All.6):

HEMOCUE S.r.l. di Roma  
INFRATEC S.r.l. di Portomaggiore (FE)

**RILEVATO** che, è necessario procedere all'acquisto della fornitura in argomento per le necessità del S.IM.T. nelle more della procedura di gara regionale;

**VISTO** il parere espresso dal Responsabile del Servizio Immunotrasfusionale di Rieti sulle schede tecniche, emerge che il l'unico sistema tecnicamente idoneo risulta essere quello offerto dalla Società InfraTec S.r.l. di Portomaggiore (FE) (All.7);

**RITENUTO** per quanto sopra espresso, opportuno affidare alla Soc. InfraTec S.r.l. di Portomaggiore (FE), la fornitura del sistema per la determinazione dell'emoglobina pre-donazione da digito puntura offerta con preventivo n, 170 del 23/11/2017, per un importo annuo pari ad € 7.016,00 oltre IVA;

Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. lgs. N. 50/2016 alla società InfraTec Srl con sede in Portomaggiore (FE), della fornitura in service di sistemi diagnostici (macchina, reagenti, e materiali di consumo), per la determinazione dell'emoglobina prima della donazione di sangue ed emocomponenti occorrente al Servizio Immunotrasfusionale dell'Ospedale S. Camillo de Lellis di Rieti, per un periodo di 12 mesi.  
Importo complessivo annuo euro 7.016,00 (IVA esclusa).

Pag. 4 di 5

**DATO ATTO** che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

## D E T E R M I N A

- 1 **DI AFFIDARE** la fornitura in service full risk di sistemi diagnostici (macchina, reagenti, e materiali di consumo per la determinazione dell'emoglobina pre-donazione da digito puntura occorrenti al Servizio Immunotrasfusionale dell'Ospedale S. Camillo de Lellis di Rieti alla Società InfraTecnelle S.r.l. di Portomaggiore (FE), nelle more della realizzazione della procedura di gara regionale al costo di € 8.559,52 IVA compresa, per un periodo di 12 mesi, con decorrenza dal 1° Marzo 2018;
- 2 **DI INCLUDERE** l'onere del presente provvedimento complessivamente pari ad € 8.559,52 IVA inclusa nel modo che segue:
  - dal 01/03/2018 al 31/12/2018 € 7.132.93 IVA inclusa al conto di costo 501010801 (vetrerie e materiale plastico per laboratorio), del bilancio relativo all'esercizio 2018;
  - dal 01/01/2019 al 28/02/2019 € 1.426.59 IVA inclusa al conto di costo 501010801 (vetrerie e materiale plastico per laboratorio), del bilancio relativo all'esercizio 2019;
- 3 Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R. n. 45/96.
- 4 **DI DISPORRE** l'invio del presente atto alla U.O.C. Economico Finanziaria per i provvedimenti di competenza;
- 5 di disporre che il presente atto venga pubblicato, nell'albo pretorio on-line vaziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33;

in oggetto

per esteso

Il Direttore  
U.O.C. Acquisizione e Logistica  
di Beni e Servizi  
(Dr. Luciano Quattrini)



VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott.ssa Anna Petti

Il Direttore Sanitario: Dott.ssa Valia Bruno

La presente Determinazione è inviata al Collegio Sindacale in data 09 FEB. 2018

La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge 09 FEB. 2018


La presente Determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32,

comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33 in data 09 FEB. 2018

in oggetto  per esteso

Rieti li 09 FEB. 2018

IL FUNZIONARIO



Proposta: **ST - 2017 - 79** del **20/09/2017** data consegna: **25/09/2017**  
 Tipo: **SAN Beni Sanitari**  
 Mag. Ric. **CTR CENTRO TRASFUSIONALE RIETI**  
 Cdc. Ric. **02040600001 SERVIZIO IMMUNOTRASFUSIONALE - RIETI**  
 Stato: **Chiuso** Passo: **Generazione Ordini**  
 Rif. N° del **20/09/2017**  
 Nome: **Suor Marina KALATHIL**

Prod. Rich	Descrizione Rich.	UM	Q.ta Rich	Stat
Prod. Ass	Descrizione Ass.	UM	Q.ta Ass	
50019	MICROCUVETTE PER DETERMINAZIONE EMOGLOBI NA	PZZ	600.00	[Chiuso]
50019	MICROCUVETTE PER DETERMINAZIONE EMOGLOBI NA	PZZ	600.00	
Prezzo: 0.5480000 Iva: 22.00 Sco. 1: 0.00 Sco. 2: 0.00				
Contr. 2015 236 Autoriz.: 1 20172 0 Tot. Prod.: 401.14				
Forn.: 4005431 HEMOCUE S.R.L.				
Cod. Forn.: HCH111801 <b>Ordine generato CT - 2017 - 90</b>				
50020	PUNGIDITO PER DETERMINAZIONE EMOGLOBI NA	PZZ	600.00	[Chiuso]
50020	PUNGIDITO PER DETERMINAZIONE EMOGLOBI NA	PZZ	600.00	
Prezzo: 0.3500000 Iva: 22.00 Sco. 1: 100.00 Sco. 2: 0.00				
Contr. 2015 236 Autoriz.: 1 20172 0 Tot. Prod.: 0.00				
Forn.: 4005431 HEMOCUE S.R.L.				
Cod. Forn.: HTL 7142 <b>Ordine generato CT - 2017 - 89</b>				
<b>Totale:</b>			<b>401.14</b>	

*lg*

## Senza titolo

ERMINIA GENTILESCHI

lun 25/09/2017 10:52

A: Sabrina Brodone <s.brodone@asl.rieti.it>;

Cc: Luciano Quattrini <l.quattrini@asl.rieti.it>;

Buongiorno

E' urgente, ai fini di assicurare le raccolte esterne di sangue, l'approvvigionamento delle microcuvette e pungiditi per gli emoglobinometri, richiesto con proposta ST792017.

Il DCA 282/2017, inerente i nuovi criteri di accreditamento dei Centri Trasfusionali ai quali dovremo adeguarci, prevede l'utilizzo di emoglobinometri che abbiano possibilità di backup. Gli emoglobinometri ora in uso (Hemocue) non hanno questa caratteristica, bisognerà prevedere di cambiarli. Bisogna, fino ad allora, ritengo il più presto, garantire i consumabili di Hemocue.

Cordialità

Dott.ssa Erminia Gentileschi



Re: Richiesta caratteristiche tecniche gara emoglobinometro (macchina, reagenti e materiali di consumo) per la determinazione dell'emoglobina pre-donazione

ERMINIA GENTILESCHI

mar 31/10/2017 16:59

A: Sabrina Brodone <s.brodone@asl.rieti.it>;

Cc: Luciano Quattrini <l.quattrini@asl.rieti.it>;

Riguardo il dato richiesto sul n.° di prestazioni presumibilmente da effettuare con emoglobinometro, essendo in relazione al n. di donazioni anno, si potrebbe ipotizzare un Numero da 6000 a 8000 determinazioni/anno.

cordialità

Dott.ssa E. Gentileschi

---

**Da:** ERMINIA GENTILESCHI

**Inviato:** lunedì 30 ottobre 2017 17:35

**A:** Sabrina Brodone

**Oggetto:** I: Richiesta caratteristiche tecniche gara emoglobinometro (macchina, reagenti e materiali di consumo) per la determinazione dell'emoglobina pre-donazione

spero arrivi la risposta, poteva inviarla l'ing. Pace

---

**Da:** ERMINIA GENTILESCHI

**Inviato:** venerdì 27 ottobre 2017 09:18

**A:** Erminio Pace

**Cc:** Luciano Quattrini; Marco Risa; Sabrina Brodone

**Oggetto:** Re: Richiesta caratteristiche tecniche gara emoglobinometro (macchina, reagenti e materiali di consumo) per la determinazione dell'emoglobina pre-donazione

Buongiorno

Gli emoglobinometri dovrebbero avere queste caratteristiche:

- strumento leggero di ultima generazione, portatile, più atraumatico possibile
- rispetto normativa, CEE...
- dotato di sistema di tracciabilità
- possibilità di interfacciamento
- reagenti per la verifica della taratura, controlli di qualità
- lancette e cuvette monouso



## Re: EMOGLOBINOMETRO CON POSSIBILITA' DI BECKUP

ERMINIA GENTILESCHI

gio 09/11/2017 09:10

Posta in arrivo

A: Sabrina Brodone <s.brodone@asl.rieti.it>;

cc: Luciano Quattrini <l.quattrini@asl.rieti.it>;

Buongiorno

Diverse ditte hanno la strumentazione che corrisponde alle caratteristiche che ho chieste. Ci sono strumenti che contemporaneamente all'emoglobina dosano anche l'ematocrito.

Le faccio qualche nome di azienda produttrice di emoglobinometri:

- EKS
- Hemocue
- Diasys
- Fresenius
- LIPATEC

Buona giornata

Dott.ssa E. Gentileschi

---

Da: Sabrina Brodone

Inviato: martedì 7 novembre 2017 15:43

A: ERMINIA GENTILESCHI

Cc: Luciano Quattrini

Oggetto: EMOGLOBINOMETRO CON POSSIBILITA' DI BECKUP

Buonasera, in riferimento alla Vs. richiesta di emoglobinometri con possibilità di backup, si chiede se si è a conoscenza di almeno tre possibili Ditte fornitrici.

In attesa di riscontro si inviano cordiali saluti.

D'ordine del Dr. Luciano Quattrini

---

Sabrina Brodone

UOC Acquisizione e Logistica di Beni e Servizi

Azienda USL Rieti

Tel. 0746-279569

Fax. 0746-278730





SISTEMA SANITARIO REGIONALE



**AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI**

Via del Terminillo, 42 - 02100 RIETI - Tel. 07462781 - PEC: asl.rieti@pec.it  
C.F. e P.I. 00821180577

UOC: Acquisizione e Logistica di Beni e Servizi.

DIRETTORE: Dr. Luciano Quattrini

Tel. 0746279545 - Fax 0746278730. - e-mail: l.quattrini@asl.rieti.it

Referente per quanto comunicato: Sig.ra Sabrina Brodone

Tel. 0746/279502 - Fax 0746/278730 - e-mail: s.brodone@asl.rieti.it

Prot. 59347

Rieti, 22/11/2017

Spett.le

FRESENIUS KABI ITALIA S.r.l.

INFRA TEC S.r.l.

DIASYS

HEROCCO S.r.l.

**OGGETTO: FORNITURA IN SERVICE FULL RISK DI SISTEMI DIAGNOSTICI ( MACCHINA, REAGENTI E MATERIALI) PER LA DETERMINAZIONE DELL'EMOGLOBINA PRIMA DELLA DONAZIONE DI SANGUE ED EMOCOMPONENTI**

Su richiesta del Responsabile del Servizio Immunotrasfusionale di Rieti, si prega di inviare, stesso mezzo, entro e non oltre il 25/11/2017 Vs. migliore offerta per la fornitura in service, per la durata 12 mesi, di:

“sistemi diagnostici per la determinazione dell'emoglobina prima della donazione di sangue ed emocomponenti.

In particolare si richiedono:

N. 4 emoglobinometri con possibilità di backup.

Materiale necessario per l'effettuazione di 8000 determinazioni annue, pungidito retrattile monouso, lancette e cuvette monouso con impossibilità di riutilizzo anche accidentale con dotazione di sistema indolore; fornitura controllo interno, per verificare il corretto funzionamento degli strumenti e l'attendibilità dei risultati.

Le quantità evidenziate sono riferite al consumo prevedibile nel periodo contrattuale e sono meramente indicative potendo variare in più o in meno in relazione al mutato fabbisogno e ciò ai sensi dell' art. 1560 - co. 1 del c.c. in cui l'entità della quantità stessa non è determinata ma si intende pattuita con quella corrispondente al normale-reale fabbisogno dell'Azienda.

Caratteristiche tecniche della strumentazione: (All.1);

*Handwritten signatures and initials*

gli strumenti devono permettere la determinazione precisa e veloce dell'emoglobina da sangue capillare ottenuto mediante digitopuntura;

I dispositivi medici devono essere conformi a quanto previsto dalla Direttiva CEE 93/42 concernente i Dispositivi Medici.

Qualora la ditta aggiudicataria immetta nel mercato prodotti di migliori caratteristiche per rendimento e funzionalità, gli stessi dovranno essere proposti in sostituzione di quelli aggiudicati, ferme restando le condizioni economiche pattuite.

Lo strumento deve essere comprensivo di interfacciamento con il sistema gestionale EMONET in uso al SIMT.

Si comunica altresì che la scrivente Azienda ha necessità di ricevere le relative schede tecniche comprensive di numero CND e Repertorio ai sensi del DM 11.06.2010 ( flusso informativo per il monitoraggio dei consumi).


La fornitura comprende:

- consegna, messa in funzione e verifica di buon funzionamento, nella consegna è compreso il ritiro degli imballaggi;

Per eventuali ed ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Acquisizione e Logistica di Beni e Servizi di questa Azienda U.S.L. ( Sig.ra Sabrina Brodone- tel. 0746/279569 - Fax 0746/278730 mail: s.brodone@asl.rieti.it).

In attesa di un Vs. sollecito riscontro si inviano distinti saluti.

Il Direttore  
U.O.C. Acquisizione e Logistica di Beni e Servizi  
(Dott. Luciano Quattrini)



**SCHEDA TECNICA – GRIGLIA DI VALUTAZIONE – STIMA ECONOMICA****Emoglobinometro**

Num. 1 Emoglobinometro, così configurato:

**Requisiti minimi richiesti**

- strumento leggero e portatile;
- conforme alle normative vigenti;
- reagenti per la verifica della taratura;
- controllo di qualità interno;
- pungidito retrattile monouso;
- precisione strumentale documentata CV < 2 rispetto ai metodi di riferimento;
- possibilità di dosaggio sia su sangue capillare che venoso;
- lancette e cuvette monouso: secondo il fabbisogno indicato dal Responsabile della Struttura;
- segnale visivo ed acustico al termine del processo di misura;
- funzione di auto calibrazione;
- tempi ridotti per la misurazione di emoglobina ( circa 5-10 sec.);
- elevata durata della batteria: almeno 40 ore;
- utilizzabile con batterie ricaricabili o mediante collegamento alla rete elettrica con adattatore marcato CE;
- caricabatterie;
- indicatore livello di batteria;
- range di misura emoglobina 5 – 25 gr/dL (in particolare si richiede notevole precisione nel range 11.0 – 16.0);
- porta USB per collegamento a PC anche ai fini del backup;
- contenitore atto al trasporto esterno;
- memoria di almeno 100 record;
- sostituzione dello strumento in caso di necessità (in caso di service);

All 6



# InfraTec S.r.l.

Via Olmo, 5/A - 44015 Portomaggiore (FE) - ITALIA  
Tel. +39 0532 811567 Fax +39 0532 324543  
e-mail: infratec@infratec.it Internet: www.infratec.it - www.lattato.it  
C.F./P.Iva 01850920388 Reg. imprese 01850920388  
Iscrizione REA 203572

Preventivo nr. **170** del **23/11/2017**

### Destinatario

AUSL RIETI - U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI  
Via del Terminillo, 42  
02100 Rieti (RI)  
Italia  
C.F./P.Iva 00821180577

### Destinazione

AUSL RIETI - U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI  
Via del Terminillo, 42  
02100 Rieti (RI)  
Italia

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
00356801	Hemo_Control Manager fotometro per emoglobina con penna ottica. APPARECCHI FORNITI IN COMODATO D'USO GRATUITO COMPRESIVI DEL L'INTERFACCIAAMENTO CON IL SISTEMA GESTIONALE EMONET IN USO	4pz	1.550,000	100%	0,00	22sp
30120765	Hemoglobin Microcuvette conf. da 200 pz. (4x50) @@Codice DM1:1227260	40pz	175,400		7.016,00	22sp
30006128	Soluzione di controllo per Hemo_Control (set da 2 gocciolatori da 1 ml cadauno - 1 valori normali, 1 valori alti) @@Codice DM1:1227274	3pz	47,000	100%	0,00	22sp
62450718	Cleaner pulitore per unità ottica (conf. 1 pz.) @@Codice DM0	4pz	4,700	100%	0,00	22sp
00007140	MediSafe Solo sistema di digitopuntra profondità di penetrazione 2,0 mm - ago 23G, (conf. da 200 pz.) ROSA @@Codice DM1:382433	40pz	27,500	100%	0,00	22sp

**Pagamento:** Bonifico bancario 90 gg. D.F. F.M.  
Carife S.p.A  
IBAN IT 48 T 06155 67320 000000010896

**Acconto:**

Tot. imponibile	7.016,00 Eur
Tot. Iva	1.543,52 Eur
<b>Tot. documento</b>	<b>8.559,52 Eur</b>
Iva a carico del cess./committ.	-1.543,52 Eur

**Tot. dovuto 7.016,00 Eur**

Al sensi del D.Lgs. 196/2003 Vi informiamo che i Vs. dati saranno utilizzati esclusivamente per i fini connessi ai rapporti commerciali tra di noi in essere. Contributo CONAI assolto ove dovuto - Vi preghiamo di controllare i Vs. dati anagrafici, la P. IVA e il Cod. Fiscale. Non ci riteniamo responsabili di eventuali errori.

Pag.

ALL. 6



# HemoCue srl

Via Giovanni Battista Tiepolo 21 - 00196 Roma (RM) - Italia  
 Tel. 0668136725 / 0699291249 - UFF. ORDINI e GARE Fax 06233203025  
 e-mail: info@hemocue.it Internet: www.hemocue.it  
 C.F./P.Iva 06854251003 Reg. Imprese RM-2002-6923

Preventivo nr **2163** del **22/11/2017**

Attenzione:

Destinatario

ASL Rieti - U.O.C.Acquisizione e Logistica di Beni e Servizi  
 Via del Terminillo 42  
 02100 Rieti (RI)  
 Lazio  
 C.F./P.Iva 00821180577

Cod Artic.	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo
	Oggetto:Fornitura in Service Full RISK di Sistemi Diagnostici (Macchina,Reagenti e Materiali),per la determinazione dell'emoglobina prima della donazione di sangue ed emocomponenti.				
HCH111801	Microcuvette HB301+ (4*50=200pz) Confezione da 200 pz Costo CF:109,79(centonove/settantanove)l.e. Costo singolo test comprensivo di pungidito para:0,548€(zerocinquantaquattrocentesimi)l.e.	40 CF	€ 340,00	67,71%	€ 4.391,44
HTL 7142	Pungidito Acti - Lance Universal (200pz) Pungidito retrattile monouso Sconto merce	40 CF	€ 70,00	100%	€ 0,00
ET147.002.002	QC HB301 valori normali I CONTROLLI DI QUALITÀ VANNO ORDINATI 4 VOLTE L'ANNO, OGNI TRE MESI E PRECISAMENTE NEI MESI DI GENNAIO, APRILE, LUGLIO ED OTTOBRE DI OGNI ANNO.	1 CF	€ 90,00	50%	€ 45,00
131073	HemoCue Basic Connect (software necessario per collegare gli strumenti (fino a 6 strumenti) al PC e scaricare tutti i dati contenuti in memoria, oltre 100 record.)	1 pz	€ 750,00	50%	€ 375,00
HCH121806	Fotometro portatile rapido 301+ per emoglobina comprensivo di valigette atte al trasporto esterno	4 pz	€ 1.500,00	100%	€ 0,00



# HemoCue srl

Via Giovanni Battista Tiepolo 21 - 00196 Roma (RM) - Italia  
Tel. 0668136725 / 0699291249 - UFF. ORDINI e GARE Fax 06233203025  
e-mail: info@hemocue.it Internet: www.hemocue.it  
C.F./P.Iva 06854251003 Reg. imprese RM-2002-6923

Preventivo nr. **2163** del **22/11/2017**

Attenzione:

Destinatario

ASL Rieti - U.O.C.Acquisizione e Logistica di Beni  
e Servizi  
Via del Terminillo 42  
02100 Rieti (RI)  
Lazio  
  
C.F./P.Iva 00821180577

Cod Artic.	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo
HCO189019	In Service Valigetta per fotometro HB301 Sconto merce Strumento portatile di nuova generazione Campo di misurazione 0 -256 g/L ( 0 - 25.6 g/dL). Alimentazione a rete o con batterie alcaline e ricaricabili, dotato di caricabatterie. Elevata durata della batteria, almeno 40 ore. Indicatore del livello di batteria.  L'analizzatore HemoCue HB 301 è dotato di "AUTOTEST" elettronico interno. Ad ogni accensione lo strumento verificherà automaticamente le funzioni dell'unità optronica.  Possibilità di trasferimento del risultato corrente al PC e/o di stampa con stampante propria .  Può essere analizzato sangue capillare, venoso o arterioso  Possibilità di interfacciamento ad Emonet  Interfaccia USB e seriale per l'interfacciamento con PC e/o sistemi computerizzati! "Il dispositivo Hemocue è interfacciabile tramite Porta Seriale ad altri dispositivi elettronici con Tracciato ASCII standard, pertanto interfacciabile anche con sistema LIS mediante MiddleWare	4 pz	€ 90,00	100%	€ 0,00

Al. 6



# HemoCue srl

Via Giovanni Ballista Tiepolo 21 - 00196 Roma (RM) - Italia  
Tel. 0668136725 / 0699291249 - UFF. ORDINI e GARE Fax 06233203025  
e-mail: info@hemocue.it Internet: www.hemocue.it  
C.F./P.Iva 06854251003 Reg. Imprese RM-2002-6923

Preventivo nr **2163** del **22/11/2017**

Attenzione:

Destinatario

ASL Rieti - U.O.C.Acquisizione e Logistica di Beni e Servizi  
Via del Terminillo 42  
02100 Rieti (RI)  
Lazio  
C.F./P.Iva 00821180577

Cod Artico.	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo
	Sostituzione dello strumento in caso di necessità,malfunzionamento o altro (Service)				
	Funzione di autocallibrazione ogni ora dall'accensione				
	Taratura mediante controlli di qualità				
	Il sistema si caratterizza per l'estrema precisione e per l'estrema rapidità del risultato, praticamente immediato (<10sec).				
	Dotato di Marchio CE				
	Peso:500gr.comprese batterie				
	Precisione strumentale documentata CV < 2 rispetto ai metodi di riferimento				
	Segnale visivo ed acustico al termine del processo di misura				
	CND:W02010199				
	REP.N.P.Trattasi di IVD immesso in commercio antecedentemente al 2007				
*****					
	VALORE TOTALE ANNUALE FORNITURA (4.811,44€)i.e.				
	(quattromilaottocentoundici/quarantaquattro)i.e.				
	Validità offerta: 31.12.2018				



# HemoCue srl

Via Giovanni Battista Tiepolo 21 - 00196 Roma (RM) - Italia  
Tel. 0668136725 / 0699291249 - UFF. ORDINI e GARE Fax 06233203025  
e-mail: Info@hemocue.it Internet: www.hemocue.it  
C.F./P.Iva 06854251003 Reg. imprese RM-2002-6923

ALL. C

Preventivo nr **2163** del **22/11/2017**

Attenzione:

Destinatario

ASL Rieti - U.O.C.Acquisizione e Logistica di Beni  
e Servizi  
Via del Terminillo 42  
02100 Rieti (RI)  
Lazio

C.F./P.Iva 00821180577

Cod Artic.	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo
Vs Prot. n. 59347del 22/11/2017					

Dr. Tommaso Gabriele Bruno  
Amm. Unico  
HemoCue Srl

Pagamento: Bonifico 30 gg D.F.  Banca Mediolanum - IBAN IT84 0030 6234 2100 0000 1777 149	Totale netto	€ 4.811,44
	+ Imposta IVA	€ 1.058,52
	Totale documento	€ 5.869,96
	Totale preventivo	€ 5.869,96

Ordine minimo 240 €

Vi preghiamo di controllare i dati anagrafici e la Partita IVA da Voi comunicati.

Re: FORNITURA IN SERVICE FULL RISK DI SISTEMI DIAGNOSTICI (MACCHINA, REAGENTI E MATERIALI) PER LA DETERMINAZIONE DELL'EMOGLOBINA PRIMA DELLA DONAZIONE DI SANGUE ED EMOCOMPONENTI ( PROT. N. 59347 DEL 22/11/17) -

ERMINIA GENTILESCHI

lun 29/01/2018 15:11

A: Sabrina Brodone <s.brodone@asl.rieti.it>;

Cc: Luciano Quattrini <l.quattrini@asl.rieti.it>;

Buongiorno

Rilevo ancora che la ditta hemocue non ha fornito ulteriori elementi a supporto della caratteristica tecnica fondamentale richiesta, cioè la memorizzazione degli emocromi sul dispositivo. In sede di raccolta non interfacciamo l'emoglobinometro al computer e quindi le emoglobine devono essere mantenute in memoria sullo strumento, oltre all'anagrafica del donatore.

Credo che ognuno sia stato chiaro su quanto necessario all'Azienda

Cordialità

Dott.ssa E. Gentileschi

---

Da: Sabrina Brodone

Inviato: venerdì 26 gennaio 2018 15:16

A: ERMINIA GENTILESCHI

Cc: Luciano Quattrini

Oggetto: FORNITURA IN SERVICE FULL RISK DI SISTEMI DIAGNOSTICI (MACCHINA, REAGENTI E MATERIALI) PER LA DETERMINAZIONE DELL'EMOGLOBINA PRIMA DELLA DONAZIONE DI SANGUE ED EMOCOMPONENTI ( PROT. N. 59347 DEL 22/11/17) -

Buonasera, al fine di procedere con l'aggiudicazione della fornitura in oggetto, restiamo in attesa di conoscere quali prodotti acquistare.

In attesa di riscontro, si inviano distinti saluti, d'ordine del Dr. Luciano Quattrini.

---

Sabrina Brodone

UOC Acquisizione e Logistica di Beni e Servizi

Azienda USL Rieti

Tel. 0746-279569

Fax. 0746-278730

---

Da: ERMINIA GENTILESCHI

Inviato: venerdì 26 gennaio 2018 11:21

A: Sabrina Brodone

Cc: Luciano Quattrini



Al.7

**Oggetto:** Re: NOTA INTEGRATA HEMOCUE - FORNITURA IN SERVICE FULL RISK DI SISTEMI DIAGNOSTICI (MACCHINA, REAGENTI E MATERIALI) PER LA DETERMINAZIONE DELL'EMOGLOBINA PRIMA DELLA DONAZIONE DI SANGUE ED EMOCOMPONENTI ( PROT. N. 59347 DEL 22/11/17) -

Gentilissima Sabrina

Nell'offerta fatta dalla ditta Hemocue c'era la impostazione di interfacciamento diretto a Pc, non c'è scritto se gli strumenti memorizzano in un propria memoria qualora non siano interfacciati come nei punti di raccolta. Il collegamento a PC con il passaggio dei dati avverrebbe in un secondo momento, quando si rientra in SIMT. Se lo strumento offerto non ha possibilità di memoria al di fuori dell'interfacciamento non è funzionale al nostro utilizzo

Cordialità

Dott.ssa E. Gentileschi

---

**Da:** Sabrina Brodone

**Inviato:** venerdì 26 gennaio 2018 09:55

**A:** ERMINIA GENTILESCHI

**Cc:** Luciano Quattrini; Roberto Campogiani

**Oggetto:** NOTA INTEGRATA HEMOCUE - FORNITURA IN SERVICE FULL RISK DI SISTEMI DIAGNOSTICI (MACCHINA, REAGENTI E MATERIALI) PER LA DETERMINAZIONE DELL'EMOGLOBINA PRIMA DELLA DONAZIONE DI SANGUE ED EMOCOMPONENTI ( PROT. N. 59347 DEL 22/11/17) -

Buongiorno, si invia, in allegato, la nota in oggetto, in cui la Società Hemocue specifica che il software offerto è in grado di scaricare tutti i dati contenuti in memoria, ben oltre 100 record.

Si comunica altresì, che se non verranno evidenziati elementi ostativi, si procederà alla prosecuzione della procedura per l'affidamento della fornitura in questione, alla Ditta HemoCue.

In attesa di riscontro, si inviano distinti saluti d'ordine del Dr. Luciano Quattrini.

---

Sabrina Brodone

UOC Acquisizione e Logistica di Beni e Servizi

Azienda USL Rieti

Tel. 0746-279569

Fax. 0746-278730

---

**Da:** ERMINIA GENTILESCHI

**Inviato:** venerdì 19 gennaio 2018 09:42

**A:** Sabrina Brodone

**Cc:** Luciano Quattrini

**Oggetto:** Re: FORNITURA IN SERVICE FULL RISK DI SISTEMI DIAGNOSTICI (MACCHINA, REAGENTI E MATERIALI) PER LA DETERMINAZIONE DELL'EMOGLOBINA PRIMA DELLA DONAZIONE DI SANGUE ED EMOCOMPONENTI ( PROT. N. 59347 DEL 22/11/17) -

Buongiorno

Se lo strumento offerto da hemocue non memorizza almeno 100 emocromi, non ha requisito fondamentale

Saluti

Erminia Gentileschi

