

Azienda Sanitaria Locale Rieti

U.O.C. AQUISIZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n° 721 del 19 APR. 2018

Oggetto: Affidamento, ai sensi dell' art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in favore della ditta Aesse Medical dell' aggiornamento tecnologico della centrale di monitoraggio in funzione presso la sala parto del P.O. di Rieti.

Importo complessivo pari ad € 25.010,00 IVA inclusa. CIG: ZF622F71AF

il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.;

Estensore

Dott. Scossa Cristian

Firma




Data

06 APR. 2018

Il Dirigente:

Dott. Luciano Quattrini

Firma



Data

06 APR. 2018


Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti *sfavorevoli* rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa 503030101 - AUT. 9/2017

Data

10/04/2018

Firma



Dott.ssa Barbara Proietti

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Visto l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'Atto Aziendale approvato con DCA n.113 del 18/3/2015 pubblicato sul B.U.R.L. n. 33 S.O. n.1 del 23 aprile 2015 da cui si rileva l'organizzazione aziendale ed il funzionigramma;

Vista la deliberazione n.7/D.G. del 12.12.2017 di attribuzione delle deleghe al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario ed ai dirigenti delle strutture aziendali in relazione agli incarichi formalmente conferiti ed i conseguenti successivi atti di delega;

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. ACQUISIZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI

PREMESSO che

- con deliberazione n. 1324/D.G. del 15/12/2011 quest'Azienda ha indetto una procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per l'affidamento per sette anni del servizio di gestione e manutenzione apparecchiature biomediche di proprietà dell'AUSL di Rieti, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- con deliberazione n. 272/D.G. del 16.06.2014 quest'Azienda ha approvato le risultanze della procedura di gara affidando alla società Elettronica Biomedicale S.r.l. resa efficace con deliberazione n. 420/D.G. del 29.07.2014;
- il 29.08.2014 è stato stipulato il contratto di appalto per l'affidamento per sette anni del servizio di gestione e manutenzione apparecchiature biomediche di proprietà dell'ASL di Rieti successivamente modificato in data 01.09.2015 con Addendum al Contratto d'Appalto nel rispetto degli obiettivi di spending review;
- presso la Sala Parto del P.O. di Rieti è in uso una centrale di monitoraggio fetale Philips modello M1383E, matricola 4723A10243 e num. inv. 57385;

VISTO che quest'Azienda deve garantire una costante attività manutentiva delle apparecchiature elettromedicali congiuntamente all'aggiornamento tecnologico ad esse necessario per i fini di un corretto funzionamento diagnostico - terapeutico;

TENUTO CONTO che con atto deliberativo n. 1537/D.G. del 22.12.2016 è stata assegnata all'Ing. Erminio Pace la funzione di staff "Ingegneria Clinica" che comprende il ruolo di D.E.C dei contratti attivi ed da attivare relativi alla fornitura, la gestione e la manutenzione delle tecnologie biomediche aziendali, nonché di supporto alla UOC Acquisizione e Logistica di Beni e Servizi ai fini dell'espletamento delle relative procedure di gara e stipula dei contratti;

CONSIDERATO che:

- la società Elettronica Bio Medicale S.r.l., risulta affidataria del servizio di gestione e manutenzione apparecchiature biomediche di proprietà dell'ASL di Rieti;
- in data 01/08/2017 veniva richiesto intervento tecnico da codesta rispettabile Azienda (All.n.1) con impegnativa num. 2017/001030;
- in data 01/08/2017 la ditta Elettronica Bio Medicale S.r.l. redigeva verbale di sopralluogo tecnico che evidenziava la non più riparabilità della centrale di monitoraggio (All. n. 2);

PRESO ATTO

- della nota protocollo 3384 del 22/01/2018 (All. n. 3) con la quale l'Ingegneria clinica inoltrava alla scrivente i documenti alla fine della redazione degli atti di competenza;



Oggetto: Affidamento, ai sensi dell' art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in favore della ditta Aesse Medical dell' aggiornamento tecnologico della centrale di monitoraggio in funzione presso la sala parto del P.O. di Rieti.
Importo complessivo pari ad € 25.010,00 IVA inclusa. CIG: ZF622F71AF

Pag. 3 di 4

- della nota protocollo 10346 del 28/02/2018 (All. n. 4) con la quale l' Ingegneria clinica richiedeva alla Direzione Sanitaria l' autorizzazione per procedere all' aggiornamento;
- che il Direttore Sanitario Dott.ssa Velia Bruno rispondeva con mail in data 28/03/2018 autorizzando l' aggiornamento della centrale (All. n.5);

VISTI

- il preventivo (All. n. 6) inviato dalla società Elettronica Bio Medica S.r.l. che ammonta ad € 29.890,00 IVA inclusa per l' aggiornamento e che stima tra i 45.000,00 ed i 60.000,00 € un eventuale sistema di monitoraggio nuovo comprensivo di 4 monitor fetali;
- il preventivo (All. n. 7) della ditta Aesse Medical che ammonta ad € 25.010,00 IVA inclusa;

DATO ATTO che il RUP ha ritenuto economicamente vantaggioso il preventivo della ditta Aesse Medical S.p.a.;

PRESO ATTO che quest' Azienda al fine di garantire l' efficienza funzionale delle apparecchiature nonché il normale svolgimento delle attività diagnostiche e terapeutiche, affida, ai sensi dell' art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla ditta Aesse Medical l' aggiornamento tecnologico della centrale di monitoraggio in funzione presso la sala parto del P.O. di Rieti.;

DATO ATTO che l' acquisto di tale servizio, di cui alla presente determina, viene effettuato con risorse di parte ricorrente;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l' Integrità;

D E T E R M I N A

1. DI PROCEDERE all' affidamento, ai sensi dell' art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in favore della ditta Aesse Medical dell' aggiornamento tecnologico della centrale di monitoraggio in funzione presso la sala parto del P.O. di Rieti. Importo complessivo € 25.010,00 IVA inclusa;
2. DI DARE ATTO che l' onere del presente provvedimento, pari ad € 25.010,00 (IVA 22% compresa), va imputato al conto di costo 503030101 -manutenzione e riparazione alle apparecchiature sanitarie e scientifiche - bilancio anno 2017;
3. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell' art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R. n. 45/96.
4. DI DISPORRE l' invio del presente atto alla U.O.C. Economico Finanziaria per i provvedimenti di competenza;
5. DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell' albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell' art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33;

in oggetto ☐

per esteso ☒

Direttore della U.O.C.
Acquisizione e Logistica di Beni e Servizi
Dott. Luciano Quattrini

VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

☒ Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Anna Petti

☐ Il Direttore Sanitario: Dott.ssa Velia Bruno

La presente Determinazione è inviata al Collegio Sindacale in data

19 APR, 2018

La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge

La presente Determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33 in data

19 APR, 2018

in oggetto ☐

per esteso



Rieti li

19 APR, 2018

19 APR, 2018

IL FUNZIONARIO

[Handwritten signature]

AZIENDA USL - RIETI
Via del Terminillo, 42
02100 Rieti

ALL. 1

P.IVA 00821180577
Struttura Complessa
Direzione Tecnica
Ufficio Elettromedicali
Tel. 0746/279710 Fax 0746/279714

11.44

Rieti, 01/08/2017

Spett.le **ELETTRONICA BIO MEDICALE S.R.L**
F. BETTINI, 13
06034-FOLIGNO(PG)
Tel. 0746/278002
Fax 0746/278235

Nr. Prot.:
Del

OGGETTO : Richiesta intervento tecnico
Impegnativa N.: 2017/01030 Nr. richiesta: Data: 01/08/2017
Nr. conto economico: 00000001 Conto econ.co di prova

Si richiede come da precedenti accordi l'invio di vostro personale tecnico per lo svolgimento di un intervento di riparazione per le apparecchiature/attrezzature, ubicate presso le strutture di seguito elencate :

Codice interno: 00057385
Descrizione: CENTRALE MONITORAGGIO-PHILIPS MEDICAL SYSTEMS-M 1383 E
Ubicazione: OSP. RIETI - S.O. Ostetricia/Ginecol. - Sala Travaglio
Centro di Costo: Sala parto Rieti

Oggetto dell'intervento :
CENTRALE DI MONITORAGGIO PHILIPS: SI RICHIEDE DI RIPRISTINARE L'ORARIO PER
SICUREZZA MEDICO LEGALE.
URGENTE.

INGEGNERIA CLINICA
Il Dirigente Responsabile
F.to Ing. Erminio Pace

Inviare Preventivo scritto prima di procedere alla riparazione.

E' obbligatorio riportare nel rapporto di lavoro il numero della presente impegnativa. Inviare via fax a questo ufficio il riepilogo degli importi relativi all'intervento.

219



ELETRONICA BIO MEDICALE
Via F. Bettini, 13
06034 FOLIGNO (Pg)
Tel. 0742/32661 - Fax 0742/326632
info@elettронicabiomedicale.it

Cliente:

ASL RIETI

683343/Cg

IMPEGNATIVA

20/10/2017

N° Rich. _____ Data Rich. 1/8/17 Ora 11.46 Richiedente ALL 2 - PAG. 1-

TECNICO

MALATESTA

INIZIO LAVORO

Data 23/9/17 Ora 11.00

FINE LAVORO

Data 23/9/17 Ora 12.00

ORE LAVORO

1

ORE VIAGGIO

IDENTIFICAZIONE APPARECCHIATURA

Struttura OSP. RIETI

U.O. / servizio

SAU PARTO

Centro di Costo

Descrizione Stanza

Cod. Stanza

N° invent.

Classe / Tipo

Produtt. / Costruttore

Modello

Matricola

57385

Centrale per PET

HP

41383 E

4723A10243

DESCRIZIONE INTERVENTO

SI COMUNICA CHE L'APPARECCHIATURA
IN OGGETTO NON E' PIU' RIPARABILE
COME DA DICHIARAZIONE DITTA PHILIPS
ALLEGATA, PERTANTO SI CONSIGLIA
IL FUORI USO

N.B. COMPUTER CENTRALE RITIRATO PRESSO IL
LABORATORIO ELETTRONICAMEDICAL

MULETTO

☒ SI ☐ NO

DESCRIZIONE APPARECCHIO:

TIPO INTERVENTO

☒ ORDINARIO

☐ DITTA SPECIALISTICA

ESITO INTERVENTO

☐ CONCLUSO

☐ MANCANZA MATERIALE

☐ ULTERIORE INTERV.

☒ FUORI USO

☐ RITIRO IN LABORATORIO

Verifica Sicurezza Elettrica

☐ SI ☐ NO

Stato Apparecchio:

☐ Completamente Funzionante

☐ Parzialmente Funzionante

☒ Fermo Macchina

MATERIALI IMPIEGATI

Provenienza	A carico	Cod. / Ordine	Cod. Mater.	Descrizione	Q. ta

Si dichiara che il lavoro sopra descritto è stato eseguito a regola d'arte, con idonea strumentazione e con l'impiego dei materiali forniti, da personale autorizzato dalle seguenti ditte consorziate:

TIMBRO e FIRMA DEL RESP. U.O. / SERVIZIO

NOME IN STAMPATELLO LEGGIBILE
DEL FIRMATARIO

SILVANO BOLLEA

PHILIPS

ALL 2 - PAG. 2

Spett.le
ASL RIETI
Via del Terminillo, 42
02100 Rieti

E.p.c.
Ing. Simone Marotta
supportcenter.areacentro@ebm.it

Rif. acc110a17

Data: 22 agosto 2017

Oggetto: Servizio di Manutenzione

Non riparabilità apparecchiatura.

Con la presente desideriamo informarVi che l'Apparecchiatura Configurazione ITCM704904 Mod. OBTV Standard Internal Server, s/n 4723A10243 installata c/o Osp. S. Camillo de Lellis a causa della sua anzianità è fuori supporto e quindi non più riparabile per la conseguente indisponibilità delle necessarie parti di ricambio.

Segnaliamo la nostra disponibilità ad esaminare con Voi altre eventuali soluzioni e cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

Resp. Sales Back Office Italia
Ing. R. Seclì

Resp. CS Sales Back Office
Ing. M. Colombo

Per ogni necessità relativa alla presente contattare il Sig. M. Accardi al 335 5692237.
Per comunicazioni amministrative: Sales Back Office Fax 039 2036748.

acc110a17 - Pag. n. 1 di 1

Philips S.p.A. (a socio unico)
Sede Operativa: Via G. Casati, 23 - 20900 Monza (MB) - Tel 039-203.1 - Fax 039-203.6378 - www.philips.it
Sede Legale: Via L. Mascheroni, 5 - 20123 Milano - Capitale Sociale: € 68.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale - Partita IVA e Registro Imprese Milano n. 00886760163 R.E.A. Milano n. 68001
Direzione coordinamento: Koninklijke Philips N.V. - Iscrizione registro RAEE: n. IT08010000000099

JP

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 - 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 - PEC: asl.rieti@pec.it
www.asl.rieti.it C.F. e P.I. 00821180577

*Servizio: Ingegneria Clinica*Prot. 3384ALL. 3Rieti, 22/01/2018

Direzione Sanitaria
Dott. Paolo Anibaldi

e p/c Dirigente U.O.C. Ostetricia e Ginecologia
Dott. Felice Patacchiola


Dirigente U.O.C ABS
Dott. Luciano Quattrini

Oggetto: aggiornamento centrale-monitoraggio della Sala Parto del PO di Rieti

Si richiede l'autorizzazione per procedere all'aggiornamento della centrale di monitoraggio della Sala Parto del PO di Rieti. In allegato alla presente si trasmette:

1. copia della mail di richiesta di intervento;
2. copia del rapporto di lavoro e dichiarazione di fuori uso;
3. copia del preventivo proposto dalla Ditta EBM corredato di relazione tecnica;
4. copia del preventivo proposto dalla Ditta Philips.

Distinti saluti.

Il Dirigente del Servizio di Ingegneria Clinica
Ing.  Ermirio Pace

Estensore: Ing.  Marco Risa

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 - 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 - PEC: asl.rieti@pec.it
www.asl.rieti.it C.F. e P.I. 00821180577

Servizio di Ingegneria ClinicaProt. 10346Rieti, 28/02/2018ALL. 4

Direzione Sanitaria
Dott.^{ssa} Velia Bruno

e p/c Dirigente U.O.C. Ostetricia e Ginecologia
Dott. Felice Patacchiola

Dirigente U.O.C. ABS
Dott. Luciano Quattrini

Oggetto: aggiornamento centrale monitoraggio della Sala Parto del PO di Rieti

Facendo seguito alla nota protocollo n. 3384 del 22/01/2018 che ad ogni buon fine si allega, si richiede l'autorizzazione per procedere all'aggiornamento della centrale di monitoraggio della Sala Parto del PO di Rieti. In allegato alla presente si trasmette:

1. copia della nota prot. n. 3384 del 22/01/2018;
2. copia della mail di richiesta di intervento;
3. copia del rapporto di lavoro e dichiarazione di fuori uso;
4. copia del preventivo proposto dalla Ditta EBM, corredato di relazione tecnica;
5. copia del preventivo proposto dalla Ditta Philips.

Distinti saluti.

Il Dirigente del Servizio di Ingegneria Clinica
Ing. Erminio Pace

Estensore: Ing. *Marco Risa*

From: Direzione Sanitaria ASL Rieti
Sent: Tuesday, March 27, 2018 3:06:19 PM
To: Erminio Pace
Cc: Patacchiola Felice; Luciano Quattrini
Subject: Aggiornamento centrale di monitoraggio della Sala Parto del P.O. di Rieti

ALL. 5
- PAG. 1-

Ing. Pace,
dato atto che permane l'esigenza, si esprime parere favorevole all'aggiornamento della centrale di monitoraggio del P.O. di Rieti.
Cordiali saluti.

Segreteria Direzione Sanitaria Aziendale
tel. 0746/279647 - fax. 0746/278798
mail: direzione.sanitaria@asl.rieti.it

Il presente messaggio di posta elettronica, unitamente ad ogni eventuale documento allegato ed ai dati sensibili in esso contenuti, è riservato ad esclusivo utilizzo del destinatario, è garantito dalle norme vigenti e potrebbe essere tutelato dal segreto professionale o aziendale.

Qualora non ne foste il destinatario Vi preghiamo di avvertire immediatamente il mittente tramite posta elettronica o telefonicamente e di cancellare il presente messaggio ed ogni documento ad esso allegato.

E' vietata la duplicazione o l'utilizzo per qualunque fine del messaggio, di ogni documento ad esso allegato così come la relativa divulgazione, distribuzione od inoltro a terzi senza l'espressa autorizzazione del mittente.

Violazioni delle sopradette disposizioni determinano l'applicazione di disposizioni legislative e contrattuali.





ASL
RIETI



REGIONE
LAZIO

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 - 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 - PEC: asl.rieti@pec.it
www.asl.rieti.it C.F. e P.I. 00821180577

Servizio di Ingegneria Clinica

Prot. 15715

Rieti, 28/03/2018

ALL. 5 - PAG. 2-

Dirigente UOC A.B.S.

Dott. Luciano Quattrini

e p/c Direzione Sanitaria

Dott.^{ssa} Velia Bruno

Dirigente UOC Ostetricia e Ginecologia

Dott. Felice Patacchiola

Oggetto: aggiornamento centrale di monitoraggio della sala parto del PO di Rieti

Facendo seguito alla nota prot. n. 10346 del 28/02/2018 con la quale il Servizio di Ing. Clinica richiedeva l'autorizzazione della Direzione Sanitaria per procedere all'aggiornamento di quanto richiamato in oggetto, al fine di avviare gli atti di competenza, in allegato alla presente si trasmette:

- copia della mail del 27/03/2018 con cui la Direzione Sanitaria autorizza l'aggiornamento della centrale di monitoraggio della sala parto del PO di Rieti.

Distinti saluti.

Il Dirigente del Servizio di Ingegneria Clinica
Ing. Ermino Pace

Coll. Tecnico: Ing. Marco Risa



A MEMBER OF
ALTHEA GROUP

Spett.le
AZIENDA USL RIETI
VIA DEL TERMINILLO,42
02100, RIETI (RI)

Protocollo: PRV/2018/036028
Data Offerta: 08/01/2018
Scadenza: 31/03/2018

ALL. 6

Oggetto: Offerta per aggiornamento centrale di monitoraggio sala parto UO Ostetricia e Ginecologia Osp. Rieti

In riferimento alla vs richiesta di intervento n° 2017/01030 in cui richiedevate l'aggiornamento dell'orario abbiamo riscontrato che la centrale aveva ulteriori problemi alla scheda madre e dopo il nostro primo intervento abbiamo contattato la ditta Philips per ulteriore sopralluogo.

A seguito di tale sopralluogo abbiamo ricevuto da parte di Philips la comunicazione rif. acc110a17 che la centrale di monitoraggio non è più supportata pertanto non è possibile la sostituzione della scheda madre ciò nonostante è possibile un upgrade dello stesso al fine di poter utilizzarla per i fini di reparto.

Vi proponiamo nostra migliore offerta che prevede l'upgrade della centrale di monitoraggio sia software che hardware e la formazione del personale all'utilizzo della nuova interfaccia/centrale ad € 24.500,00 + iva. Qualora siate interessati alla nostra proposta vi garantiamo l'aggiornamento e la formazione entro 45 giorni dal ricevimento del vostro ordine.

Facciamo presente che il sistema centrale monitoraggio completo ci risulta acquistato e collaudato nell'anno 2007 pertanto la parte di ammortamento del bene è conclusa e come da dichiarazione sopra richiamata lo stesso non è più supportato dalla casa produttrice Philips.

Infine vi informiamo che il valore di un sistema di monitoraggio con n°4 monitor fetali potrebbero avere un costo variabile da € 45.000,00 a € 60.000,00 (esclusa iva).

Cordiali saluti

ELETTRONICA BIO MEDICALE S.p.A.
Responsabile di Commessa
Ing. Roberto Paolone

Allegati:

- 1_Richiesta di intervento 2017_01030
- 2_Rapporto tecnico e dichiarazione fuori supporto Philips

Elettronica Bio Medica S.p.A.

Sede centrale e legale: Via Francesco Bettini, 13 - 06034 Foligno (PG), Italia
Tel. +39 0742 32661 - Fax +39 0742 326632 - info@ebm.it - www.ebm.it - Cap. Soc. € 1.897.765 I.v.
C.C.I.A.A. Perugia n. 116429 - Partita IVA, C.F. e Registro Imprese PG n. 00527500540
Società con socio unico soggetta alla direzione e al coordinamento di TBS Group S.p.A.
Sedi e uffici principali a: Milano, Trieste, Vicenza, Pisa, Firenze, Arezzo, Roma, Fisciano, Catania

Certificazioni aziendali
UNI EN ISO 9001
UNI EN ISO 13485
UNI EN ISO 14001
UNI EN 16838 UNI CEI
ISO/IEC 20000-1
UNI CEI ISO/IEC 27001
OHSAS 18001
DPR 43 - Fgas
Asse.Co

AESSE MEDICAL s.p.a.

Società unipersonale soggetta a direzione e coordinamento della società AD Medical S.r.l.

Via delle Calandre, 26 50041 Calenzano (FI)

tel. 055 8879676 fax 055 8874081 e-mail info@aessemmedical.com



Calenzano, 16 gennaio 2018

ALL. 7

Spett.le

ASL Rieti

Servizio di Ingegneria Clinica

Via del Terminillo, 42

02100 Rieti

Inviata a mezzo e-mail

Ns. rif.: prot. 010-2018/SG/rz

Oggetto: offerta HW / SW per upgrade sistema CTG Philips

Come da Vs. richiesta, con la presente siamo a comunicarVi di seguito ns. preventivo per i seguenti prodotti:

Codice	Descrizione	Qt
867062	IntelliSpace Perinatal K Small Arch.	1
867062_A13	Upg from previus revision	1
867062_C01	Client Licenses New	1
867062_L05	Standard Config. For Upg	1
867063	Intellispace perinatal K Hardware	1
867063_K01	K01 PC HARDWARE	1

Prezzo complessivo a Voi riservato € 20.500,00 oltre IVA (oneri di installazione inclusi)

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA:

- * Merce resa franco Vs. indirizzo
- * IVA 22% a Vs. carico
- * Garanzia: 12 mesi
- * Pagamento: bonifico bancario 60gg d.f.f.m.
- * Consegna approssimativa: 45gg

Restiamo a Vs. completa disposizione per tutti i chiarimenti dovessero rendersi necessari e cogliamo l'occasione per inviare cordiali saluti.

AESSE MEDICAL s.p.a.

Sandro Gasparini