

Azienda Sanitaria Locale Rieti

U.O.C. AQUISIZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n° 2194 del 26 NOV. 2018

Oggetto: Procedura esperita sul Mercato Elettronico della P.A. – a mezzo Trattativa Diretta – affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 – per la fornitura – completa di collaudo, formazione e garanzia full-risk per 24 mesi – sistema digestione delle vie aeree c-mac completo di video laringoscopia D-Blade e video flessibile la Soc. Dueffe2000 S.r.l. di Roma, da destinare alla UOC Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale “S. Camillo De Lellis” di Rieti. Importo complessivo pari ad € 25.758,90 (IVA esclusa).

Estensore: Dott. Alessandro Mancini

il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell’art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. n. 165/2001, nonché garantendo l’osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all’art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell’Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell’art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.;

Il Responsabile del Procedimento:

Dott. Matteo Palmieri

Firma



Data

21/11/2018

Il Dirigente:

Dott. Luciano Quattrini

Firma



Data

21-11-2018

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti *sfavorevoli* rispetto al budget economico.


Voce del conto patrimoniale su cui imputare la spesa

101020501A PROVV. 510
AUT. 18.38/2018

Data

22/11/2018

Firma



Dott.ssa Barbara Proietti

Oggetto: Procedura esperita sul Mercato Elettronico della P.A. – a mezzo Trattativa Diretta – affidamento diretto ex. art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 – per la fornitura – completa di collaudo, formazione e garanzia full-risk per 24 mesi – sistema di gestione delle vie aeree c-mac completo di video laringoscopia D-Blade e video flessibile la Soc. Dueffe2000 S.r.l. di Roma, da destinare alla UOC Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale “S. Camillo De Lellis” di Rieti. Importo complessivo pari ad € 25.758,90 (IVA esclusa).

Pag. 2 di 5

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Visto l’art. 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l’Atto Aziendale approvato con DCA n.113 del 18/3/2015 pubblicato sul B.U.R.L. n. 33 S.O. n.1 del 23 aprile 2015 da cui si rileva l’organizzazione aziendale ed il funzionigramma;

Vista la deliberazione n.7/D.G. del 12.12.2017 di attribuzione delle deleghe al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario ed ai dirigenti delle strutture aziendali in relazione agli incarichi formalmente conferiti ed i conseguenti successivi atti di delega;

DIRETTORE

DELLA U.O.C. ACQUISIZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI

PREMESSO che:

- con nota prot. 34598 del 03/07/2017 il Responsabile dell’Ingegneria Clinica ha inviato la richiesta d’acquisto di videolarinoscopio a lame e fibroscopio flessibile richiesto dal Dr. Riccardo Ferrara, Responsabile della U.O.C. Anestesia e Rianimazione, con nota prot. n. 34242 del 29/06/2017, specificando che l’acquisto di tale sistema poteva essere realizzato con fondi regionali come da DGR n.695 del 21/10/2014, (All.1);
- il Dr. Ferrara nella sopraindicata nota, ha evidenziato la necessità di avere in dotazione il sistema integrato della STORZ modello C-MAC, sistema unico sul mercato perché permette di utilizzare i dispositivi con lo stesso device/piattaforma e che tale sistema si integra con la strumentazione STORZ presente in rianimazione;
- con nota del 17/01/2018 il Dr. Lorenzo Firmi, nuovo Responsabile f.f. della U.O.C. Anestesia e Rianimazione, ha sollecitato l’acquisto del sistema di gestione delle vie aeree, così come precedentemente richiesto dal Dr. Ferrara (All.2);
- con nota prot. n. 15532 del 27/03/2018 la scrivente struttura ha richiesto chiarimenti al Responsabile dell’Ingegneria Clinica in merito al mancato finanziamento regionale del dispositivo integrato in oggetto e alle sue specifiche caratteristiche tecniche;
- l’Ingegneria Clinica, con nota prot. n.16132 del 30/03/2018, ha dato riscontro alla sopra citata nota n. 15532, specificando che l’acquisto del dispositivo in argomento non è stato inserito nel finanziamento regionale come da DGR n.695/2014 e che il sistema integrato della STORZ modello C-MAC, rappresenta un sistema unico nel mercato perché permette di utilizzare entrambi i dispositivi con lo stesso device/piattaforma, (All.3);
- il Decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Commissario ad acta (delibera Consiglio dei Ministri dell’11 luglio 2008) n. 5 del 02/09/2008 prevede che: «Per gli acquisti relativi a beni e servizi per il fabbisogno del Sistema Sanitario Regionale al di sotto della “soglia comunitaria”, sarà posto ricorso, con decorrenza dal 15 settembre 2008, al mercato elettronico gestito dalla Consip S.p.A.»;



Oggetto: Procedura esperita sul Mercato Elettronico della P.A. – a mezzo Trattativa Diretta – affidamento diretto ex. art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 – per la fornitura – completa di collaudo, formazione e garanzia full-risk per 24 mesi – sistema digestione delle vie aeree c-mac completo di video laringoscopia D-Blade e video flessibile la Soc. Dueffe2000 S.r.l. di Roma, da destinare alla UOC Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale “S. Camillo De Lellis” di Rieti. Importo complessivo pari ad € 25.758,90 (IVA esclusa)

Pag. 3 di 5

RILEVATO che da ricerca effettuata sul Mercato Elettronico della PA (MEPA) è risultato presente tale sistema (All.4);

VISTO l’art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, che consente l’affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00;

DATO ATTO che, con nota n. 52200 del 09/10/2018, è stata inviata al Dr. Firmi la documentazione tecnica relativa alla suddetta offerta presente su MEPA;

PRESO ATTO della nota di riscontro del 08/11/2018 nella quale il Dr. Firmi ha confermato che la scheda prodotti inviata è conforme a quanto richiesto (All. 5);

RILEVATO che la summenzionata offerta della soc. Dueffe2000 S.r.l. srl non comprende collaudo, formazione e la garanzia full-risk per 24 mesi;

RITENUTO opportuno pertanto inserire a Trattativa Diretta il suddetto sistema integrato gestione delle vie aeree al fine di inserire le condizioni contrattuali standard, richieste dall’Ingegneria Clinica per gli acquisti di apparecchiature elettromedicali, tra le quali la garanzia full-risk per 24 mesi;

DATO ATTO che è stata predisposta sul MEPA la Trattativa Diretta n.683660 per la fornitura – completa di collaudo, formazione e garanzia full-risk per 24 mesi – di un Sistema di gestione completo delle vie aeree (All. 6);

CONSIDERATO di dover accettare la suddetta offerta, pari ad € 25.758,90 (IVA esclusa), che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale (All. 7);

DATO ATTO che l’acquisto di tale sistema, di cui alla presente determina, viene effettuato con fondi aziendali;

RITENUTO opportuno, per garantire le esigenze operative della U.O.C Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale San Camillo de Lellis di Rieti, procedere all’affidamento della fornitura del sistema sopra indicato;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità;

DETERMINA

1. DI PROCEDERE, per le motivazioni espresse in narrativa, all’affidamento della fornitura – completa di collaudo, formazione e garanzia full-risk per 24 mesi – di un Sistema gestione completo delle vie aeree STORZ c-mac completo di video laringoscopia D-Blade e video flessibile, alla soc. Dueffe2000 S.r.l. di Roma da destinare alla UOC Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale “S. Camillo De Lellis” di Rieti. (All. 7);

Oggetto: Procedura esperita sul Mercato Elettronico della P.A. – a mezzo Trattativa Diretta – affidamento diretto ex. art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 – per la fornitura – completa di collaudo, formazione e garanzia full-risk per 24 mesi – sistema digestione delle vie aeree c-mac completo di video laringoscopia D-Blade e video flessibile la Soc. Dueffe2000 S.r.l. di Roma, da destinare alla UOC Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale “S. Camillo De Lellis” di Rieti. Importo complessivo pari ad € 25.758,90 (IVA esclusa)


Pag. 3 di 5

2. DI INCLUDERE l’onere del presente provvedimento, pari ad € 31.425,86 (IVA 22% inclusa), sul conto di costo 101020501 (Attrezzature sanitarie e scientifiche) esercizio 2018;
3. DI PRECISARE che, per l’acquisto del summenzionato sistema, si farà ricorso a fondi aziendali;
4. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R. n. 45/96.
5. DI DISPORRE l’invio del presente atto alla U.O.C. Economico Finanziaria per i provvedimenti di competenza;
6. Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33;

in oggetto

per esteso

Direttore della U.O.C.
Acquisizione e Logistica di Beni e Servizi
Dott. Luciano Quattrini



VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Anna Petti

Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti

Il Direttore Sanitario: Dott. Vincenzo Rea

La presente Determinazione è inviata al Collegio Sindacale in data 26 NOV. 2018

La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge 26 NOV. 2018

La presente Determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33 in data _____

in oggetto per esteso

26 NOV. 2018

Rieti li 26 NOV. 2018

IL FUNZIONARIO

[Signature]



ASL
RIETI

ALLEGATO N.1.... di N.7....
PAG.1.... di4....



REGIONE
LAZIO

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 - 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 - PEC: asl.rieti@pec.it
www.asl.rieti.it C.F. e P.I. 00821180577

Ingegneria Clinica

Resp. Ing. Erminio Pace

Tel. 0746.279786 - Fax 0746.9774 - e-mail: e.pace@asl.rieti.it

Prot. 34598

Rieti, 03/07/2017

Dirigente U.O.C. ALBS

Dott. Luciano Quattrini

e p/c Direttore Sanitario

Dott. Paolo Anibaldi

Dirigente Anestesia Rianimazione

Dott. R. Ferrara

Oggetto: acquisto videolarinoscopio da destinare alla UOC di Anestesia e Rianimazione del PO di Rieti


Facendo seguito alla richiesta del Dott. Riccardo Ferrara per l'acquisto di un videolarinoscopio da destinare alla UOC di Anestesia e Rianimazione del PO di Rieti e a quanto emerso durante la riunione della Commissione HTA, in allegato alla presente si trasmette:

1. Copia della nota prot. n. 34242 del 29/06/2017 inviata dal Dott. Riccardo Ferrara;
2. Caratteristiche tecniche del videolarinoscopio richiesto;

Si ricorda che l'acquisto di cui sopra potrà essere realizzato con quanto stanziato dalla Regione Lazio attraverso la Delibera n° 695 del 21/10/2014.

Cordiali Saluti


Collaboratore Tecnico
Ing. Marco Risa

Ingegneria Clinica
Ing. Erminio Pace






ALLEGATO N. ¹ di N. ⁷
PAG. ² di ⁴



AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 - 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 - PEC: asl.rieti@pec.it
C.F. e P.I. 00821180577

U.O.C. Anestesia e Rianimazione
RESPONSABILE : Riccardo Ferrara
Tel. 0746.278264 - Fax 0746.278528 - e-mail: r.ferrara@asl.rieti.it

Prot. 3424

Rieti, 29/06/2017

U.O.C. Tecnico- patrimoniale
Dott. Ermino Pace

Oggetto: richiesta video laringoscopia a lame e fibrobroncoscopio flessibile.

Buongiorno , in riferimento alla nota del 21/06/2017, confermo la specifica necessità di avere in dotazione il sistema integrato della STORZ modello C-MAC , sistema unico sul mercato perchè permette di utilizzare entrambi i dispositivi con lo stesso device/piattaforma .

Come sistema completo permette inoltre di integrare la strumentazione STORZ attualmente presente in Rianimazione.

Tali presidi , come raccomandato dalle Linee Guida delle Società Scientifiche di Anestesia e Rianimazione, sono indispensabili ed insostituibili in tutte le situazioni di intubazione oro -tracheale difficile , prevista ed imprevista, nelle attività di sala operatoria e nelle emergenze di pronto soccorso e rianimazione.

Si richiede pertanto:

- Monitor C-MAC
- Lama D-BLADE adulto
- C-CAM telecamera per bronco fibroscopio
- F.I.V.E. flex broncoscopio

Si allega una nota delle caratteristiche tecniche specifiche dei presidi sopra elencati .

U.O.C. di Anestesia e Rianimazione
Responsabile: Dr. Riccardo Ferrara

Riccardo Ferrara

Ja

Monitor TFT

Il monitor con schermo TFT da 7", dotato di protezione agli schizzi d'acqua secondo normativa IP54.

Risoluzione Minima 1200 x 800 pixel (VGA), il monitor deve essere protetto da uno chassis in ABS antiurto.

Il monitor deve offrire la possibilità di collegare due presidi da intubazione simultaneamente, scegliendo, attraverso un tasto switch, quale immagine visionare. Archiviazione/gestione immagini-video su diversi supporti di memoria esterni quali SD card e dispositivi USB con possibilità di rivedere i dati salvati sia sul dispositivo che su monitor esterno.

L'interfaccia deve essere conforme allo standard VESA 75.

Le batterie Li-Ion ricaricabili devono consentire un impiego continuativo della durata.

Il monitor deve essere fornito di uscita video HDMI per poter inviare immagini ad un eventuale monitor aggiuntivo o a sistemi di gestione dati.

Laringoscopi

Le lame per il video-laringoscopio realizzato in acciaio inox e dotata sull'estremità distale di un LED per l'illuminazione che ne garantisce anche la proprietà antiappannante e di un chip per l'acquisizione delle immagini.

Il disegno deve essere di forma appiattita a garanzia di un possibile utilizzo anche nei pazienti con apertura buccale modesta e soprattutto atta ad evitare eventuali danni ai denti.

Lame per intubazioni difficili adulto: pensata per i pazienti con caratteristiche anatomiche difficili la sua forma a rastremazione ellittica con incremento in direzione distale e l'accentuata curvatura permettono un angolo di visualizzazione molto ampia. Questa lama di fatto colma la lacuna tra i laringoscopi standard e i fibroscopi flessibili.

Video-broncoscopio

Video-broncoscopio flessibile, tecnologia C-MOS con illuminazione LED integrata, caratteristica che rende pratico e sicuro il passaggio da un'intubazione standard ad una difficile NON prevista.

Deve avere una visualizzazione a tutto schermo.

Classificato in classe di protezione **IPX8** = dispositivo protetto contro gli effetti della sommersione.

Il Video-Broncoscopio deve avere la possibilità di catturare immagini e registrare video direttamente dall'impugnatura dello strumento accorgimento tecnico che rende l'operatore completamente autonomo nella registrazioni di immagini e video evitando interruzioni della manovra in atto che, ne allungherebbero la durata migliorando così

la sicurezza ed il confort per il paziente. Sempre riguardo alla sicurezza versus paziente lo strumento è dotato di un feedback acustico e tattile della posizione neutra della leva di deflessione che garantisce al medico di avere il controllo della posizione dell'estremità distale ed evita che possano essere causati danni allo strumento (inserendo o estraendo strumenti operativi con la punta deflessa) o al paziente (manovra di estrazione dell'endoscopio a punta deflessa).

- Chip-on-the-Tip (CMOS)
- Direttamente collegabile al Monitor
- Diametro esterno: 4,0 mm
- Direzione della visione 0°
- Angolo visuale: 85°
- Deflessione estremità distale : 140° verso l'alto - 140° verso il basso
- Lunghezza utile: 65 cm
- Fonte di luce LED integrata
- Valvola di aspirazione orientabile in 6 posizioni
- Pulsanti Acquisizione Immagini, Bilanciamento Bianco, Ripresa Video direttamente sull'impugnatura
- Controllo acustico e tattile della posizione neutra della leva di deflessione

Testa Telecamera C-CAM

La testina ad 1 chip CMOS C-CAM rende possibile l'utilizzo del Monitor C-MAC con tutti i fibroscopi flessibili di qualsiasi marca.

Di fatto questo strumento rende il videolarinoscopio C-MAC una vera e propria piattaforma di gestione delle vie aeree.

La sua forma compatta ed il suo peso ridotto la rendono assolutamente ergonomica e pratica da utilizzare. Ha una risoluzione VGA di 640x480 pixel per cui acquisisce e riproduce immagini di alta definizione trasmettendole al monitor.

Può essere facilmente sostituita al modulo elettronico per un'intercambiabilità di strumenti molto veloce ed è provvista di focus fisso (F=20mm) in modo da garantire sempre stabilità dell'immagine.

Provvista di oculare standard può essere usata non solo per intubazioni ma anche per broncoscopie diagnostiche ed operative.



ISTITUTO SANITARIO REGIONALE

ASL
RIETI

ALLEGATO N. 2 di N. 7
PAG. 1 di 2



REGIONE
LAZIO

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI


Via del Terminillo, 42 - 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 - PEC: asl.rieti@pec.it
C.F. e P.I. 00821180577

UOC.: Anestesia e Rianimazione
Il Responsabile f.f.: Dr. L.Firmi

Tel. 0746/278264 Fax 0746/278528 - e-mail: ...l.firmi@asl.rieti.it

Prot. n. _____

Rieti, 14/01/2018



Al Responsabile U.O.S.D
Servizio Prevenzione e Protezione
Ingegneria Clinica
Ing. Erminio Pace

Al Direttore U.O.C.
Acquisizione e logistica di beni e servizi
Dr. Luciano Quattrini

Al Direttore U.O.C.
Medicina e Chirurgia di accettazione e d'urgenza
Direttore del Dipartimento di Emergenza e Accettazione
Dr. Flavio Mancini

Al Direttore Sanitario
A.S.L. Rieti
Dr. Paolo Annibaldi

OGGETTO: Sollecito Acquisizione sistemi di gestione avanzata delle vie aeree

Ad ulteriore sollecito e precisazione di quanto già trasmesso con nota protocollata n° 34242 del 29/06/2017 dal dr R.Ferrara, di quanto già trasmesso relativamente al D.G.R. 187/2016 dal dr F.Mancini, e di quanto già sollecitato dallo scrivente con mail del 27/Ottobre/2017, si precisa quanto segue.

Dopo colloquio con l'ing. Pace risulta che il materiale richiesto dal Dr. F.Mancini (finanziabile con il citato D.G.R. 187/2016), e consistente esclusivamente in un video-laringoscopia con due lame adulti e adulti ad intubazione difficile, potrebbe vantaggiosamente essere integrato con: un monitor TFT, una lama di taglia pediatrica, una telecamera e il fibro-broncoscopio, come dettagliato nella nota del dr R.Ferrara prot n° 34242 del 29/06/2017 e sollecitati dallo scrivente.

Si verrebbe così a disporre finalmente di un sistema portatile ed integrato che consentirebbe di tutelare con attrezzatura più idonea all'attuale stato dell'arte le emergenze-urgenze, legate alla mancata autonomia e gestione delle vie aeree.

In tal modo, si avrebbe la possibilità di mettere a disposizione, sia della UOC Rianimazione che, all'occorrenza, della UOC Pronto Soccorso i mezzi (video-laringoscopia e fibro-broncoscopia) che sono attualmente lo standard tecnologico ritenuto più adatto ad affrontare emergenze urgenze derivanti dal mancato dominio delle vie aeree, riunite in un unico modulo operativo portatile.

Tra l'altro si creerebbe anche la possibile sinergia con il fibro-broncoscopia già presente in Rianimazione, che potrebbe essere collegato sia alla telecamera che al monitor, diventando una sorta di "muletto" in grado di intervenire nel caso di fermo macchina.

Riassumendo, con la presente si richiede l'acquisto di:

1. n° 1 MONITOR TFT

Descrizione : schermo sottile montato su asta portatile in grado di visualizzare le immagini in formato ingrandito provenienti sia dal video-laringoscopia che dal broncoscopia

1. n° 1 Video Laringoscopia (finanziabile con il citato D.G.R. 187/2016)

Descrizione: strumento che rispetto ad un normale laringoscopia possiede un sistema ottico in grado di riprendere e trasmettere le immagini visualizzabili direttamente dalla punta della lama che si sta usando. Minimizzando così le manovre di estensione del capo, di allineamento dei diversi assi faringeo, laringeo ed orale e di compressione sul solco glosso-epiglottico o direttamente sulla membrana epiglottica, che si rendono necessari in caso di difficoltà nell'intubazione avendo a disposizione uno strumento tradizionale laddove gli occhi dell'operatore sono posizionati dietro l'impugnatura della lama stessa

1. n° 1 Video-broncoscopia

Strumento flessibile atto ad essere inserito per via nasale che orale sino ad oltrepassare le corde vocali sia allo scopo di procedere ad un'intubazione tracheale, che a quello di effettuare esami tracheo-broncoscopici esplorativi od operativi (tracheostomia)

1. n° 1 Testa Telecamera C-CAM


Set completo di video camera prese e cavetteria che mette fisicamente in grado di riversare sullo schermo citato le immagini riprese dall'estremità dello strumento usato (video-broncoscopia o video-laringoscopia)

Per un totale complessivo di circa euro 30.000,00€ dal quale potrà essere decurtato l'ammontare del laringoscopia pari a circa 10.000,00€ (finanziabile con il citato D.G.R. 187/2016)

In attesa di un V.S. cortese riscontro si inviano i più cordiali saluti.

Il Responsabile ff. UOC Anestesia e Rianimazione

Dott. L. Fini





ASL
RIETI

ALLEGATO N.3..... di N. 7.....
PAG.1..... di2.....



REGIONE
LAZIO

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 - 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 - PEC: asl.rieti@pec.it
www.asl.rieti.it C.F. e P.I. 00821180577

Servizio di Ingegneria Clinica

Prot. 1632

Rieti, 30/03/2018

Dirigente UOC A.B.S.
Dott. Luciano Quattrini

e p/c Direzione Sanitaria
Dott.^{ssa} Velia Bruno

Dirigente UOC Anestesia e Rianimazione
Dott. Lorenzo Firmi

Oggetto: riscontro nota prot. 15532 del 27.03.2018 - Sistema gestione avanzata delle vie aeree da destinare alla UOC Anestesia e Rianimazione del PO di Rieti

Come noto, con nota prot. n. 17186 del 29/03/2017, il Servizio di Ingegneria Clinica ha inviato a tutti i Responsabili di U.O., una richiesta per censire le necessità dei singoli Reparti e dei Distretti, al fine di effettuare una programmazione triennale degli acquisti delle nuove tecnologie elettromedicali. Successivamente, la Commissione HTA ha fissato, con nota prot. n. 31098 del 12/06/2018, un ranking di priorità.

La richiesta del Dott. Riccardo Ferrara è stata inviata allo scrivente Servizio con nota prot. n. 34242 del 29/06/2017, cioè successivamente alle determinazioni della Commissione HTA. Per questo motivo non è stato possibile inserire dette apparecchiature all'interno del finanziamento regionale di cui al DGR n. 695/2014, all'interno del quale sono state incluse solo ed esclusivamente le priorità fissate dalla Commissione HTA.

A seguito della nota di sollecito, prot. n. 3195 del 18/01/2018 trasmessa dal Dott. Lorenzo Firmi, lo scrivente Servizio con nota prot. n. 3720 del 23/01/2018 ha provveduto a rinnovare la

richiesta di autorizzazione alla Direzione Sanitaria, al fine di procedere all'acquisto in urgenza e con fondi aziendali.

Nell'attesa di acquisire la citata autorizzazione, si comunica che la richiesta del Dott. Riccardo Ferrara di cui alla nota prot. n. 34242 del 29/06/2017 fa riferimento ad "*sistema integrato della STORZ modello C-MAC, sistema unico* sul mercato perché permette di utilizzare entrambi i dispositivi con lo stesso *device/piattaforma*".

Sul mercato sono presenti funzionalità analoghe costituite da sistemi singoli prodotti da differenti società.

Distinti saluti.

Il Dirigente del Servizio di Ingegneria Clinica
Ing. Ermino Pace

Coll. Tecnico Ing. Marco Risa

Risultati ricerca per 'SISTEMA GESTIONE VIE AEREE' in prodotti

Sono stati trovati 1 risultati

VISTA GRIGLIA

VISTA ELEMENTI

FASCIA DI PREZZO IN €

28621

28.621 - 28.621

28.621

28621

ORDINA PER PREZZO

Risultati per pagina

9

Esporta i risultati

SISTEMA DI GESTIONE DELLE VIE

AEREE C-MAC ...

Fornitore: QUEEFE 2000

Prezzo: 28.621,00€

MERCATO ELETTRONICO

AGGIUNGI AL CARRELLO

Risultati per pagina

9

Esporta i risultati

Strumento

- Accordo Quadro (0)
- Convenzione (0)
- Mercato Elettronico (2)
- Sistema Dinamico (0)

Tipo Erogazione

- Beni (0)
- Servizi (0)

Classe Mercatologica

PULSICI FIBRI

ALLEGATO N. 4 di N. 7
PAG. 1 di 9

Scheda Prodotto

ALLEGATO N.²... di N.⁷...PAG.²... di³.....

CODICE ARTICOLO PRODUTTORE: 8403ZXKSYSTEMA

Prezzo:

SISTEMA DI GESTIONE DELLE VIE AEREE

28.621,00€

C-MAC COMPLETO DI

VIDEOLARINGOSCOPIO D-BLADE E VIDEO

FLESSIBILE

Fornitore DUEFFE 2000

SISTEMA DI GESTIONE DELLE VIE AEREE COMPLETA DI LAMA D-BLADE E

VIDEOENDOSCOPIO FLESSIBILE:VEDERE SCHEDA PRODOTTO

MERCATO
ELETTRONICOAREA DI CONSEGNA:
FROSINONE, RIETI, ROMACODICE ARTICOLO
FORNITORE
8403ZXKSYSTEMAScarica Scheda
Prodotto

Classificazioni

CND

Classificazione Nazionale dei
Dispositivi Medici

Z12029080

Caratteristiche

Marca	KARL STORZ
Fornitore	DUEFFE 2000
Unità di misura	Sistema
Quantità vendibile	1
Lotto minimo	1
Acquisti verdi	NO
Tempo di consegna	30

Garanzia	24 mesi per difetti di fabbricazione
Assistenza	garanzia: 24 mesi per difetti di fabbricazione
Tipo di contratto	Acquisto
Note	CND INDICATO ART. 8403ZX ATTUALMENTE COMPONENTE SET 8403ZXK - SET DM DI CLASSE I + NDM NON REGISTRATO.IDEM PER RDM
Aggiornamento	2018-09-03 18:01:05.234
Compatibilità elettromagnetica (EN60601 1-1-2)	NO
Alimentazione	NO
Carrello	SI
Fonte luminosa	SI
Formato	16/9
Hard disk interno	NO
Ingressi disponibili (stampante)	NO
Ingressi/uscite disponibili (video processore)	DVI
Masterizzatore DVD	NO
Monitor video	SI
Porta monitor	Orientabile
Risoluzione [linee orizzontali]	oltre 721
Stampante fotografica	NO
Tipo carta	NO
Tipo stampa	NO
Videoprocessore digitale	SI
Classe di isolamento elettrico (CEI 62-5)	NO
Compatibilità Norma CEI 62-51	NO
Dimensioni [Inch]	NO

taglio prodotto
(monitor)

ALLEGATO N. ...4... di N. ...7...
PAG. ...4... di ...9...

Lampada emergenza	NO
Pompa di lavaggio/insufflazione	NO
Potenza lampada [W]	NO
Potenza uscita complessiva (max) [W]	0
Prese	0
Ripiani	0
Risoluzione	NO
Sensibilità alla luce [lx]	NO
Standard	NO
Supporto per gli endoscopi	NO
Supporto per tastiera	NO
Tastiera	NO
Temperatura colore [K]	NO
Tipo lampada	LED
Trasformatore per alimentazione componenti	NO
Valvola di sicurezza	NO
Identificativo di registrazione BD/RDM	1058947
Ingressi/uscite disponibili (videoregistratore)	HDMI
Regolazione luminosità	Manuale
Slot per memorie solide	SD Card
Videoregistratore	SI
Formati supportati	JPEG
Bilanciamento bianco	Manuale
Regolazione colore	Manuale
Regolazione contrasto	Manuale

Strumentario



8403 ZXX


Monitor C-MAC® per endoscopi CMOS, diagonale dello schermo 7" con risoluzione di 1280 x 800 pixel, due uscite telecamera, un attacco USB e un attacco HDMI, comando ottimizzato, documentazione video e di immagini in tempo reale direttamente su scheda SD, possibilità di trasmissione dati dalla scheda SD a chiave USB, protezione contro gli schizzi di liquido sec. IP54, adatto alla disinfezione esterna con salviette, chassis realizzato in materiale sintetico ABS anti-urto, Power Management intelligente con batterie ricaricabili agli ioni di litio, adattatore VESA 75 possibile, alimentatore per connessione alla rete per UE, GB, USA e Australia, tensione d'esercizio 110 - 240 VAC, 50/60 Hz, per impiego con video-endoscopi CMOS

incluso:

Tappo di protezione

Clip Quick VESA 75

Set alimentatore



8403 X

Cavo di connessione C-MAC®, con interfaccia del sistema C-MAC®, per monitor C-MAC® 8403 ZXX o C-HUB® II 20290301, lunghezza 200 cm, per impiego con video-laringoscopi C-MAC® 8403 xxx



ALLEGATO N. 4 di N. 7
PAG. 6 di 8


STORZ
KARL STORZ — ENDOSKOPE

Lista articoli

3-set-2018

Pagina 1/1

Numero degli articoli	Quantità	Descrizione
20290132	1	Testina C-CAM®, 8 pin, testina CMOS a un chip, risoluzione 640 x 480, distanza focale f = 20 mm, per impiego con C-HUB® 20290101 e C- HUB® II 20290301, con monitor C-MAC® 8402 ZX/8403 ZX



FIVE – Il videoendoscopio d'intubazione flessibile per C-MAC®


NUOVO

STORZ
KARL STORZ — ENDOSKOPE



Caratteristiche particolari:


- Compatibile con monitor C-MAC® e C-HUB™
- Design compatto
- Impugnatura ergonomica
- Peso: 385 g
- Alta risoluzione delle immagini
- Immagine video nel formato 4:3
- È possibile il cambio molto rapido
- Sorgente luminosa LED integrata
- Adatto ed omologato per i seguenti metodi di trattamento a basse temperature fino a max. 60°C: pulizia e disinfezione manuali/in lavaferri, sterilizzazione con Sterrad® (100S, NX, 100NX) e gas EtO; high-level disinfection (HLD) secondo lo standard americano



11301 BNXX

11301 BNXX Set videoendoscopio d'intubazione flessibile
5,5 x 65, tecnologia CMOS, con valvola per aspirazione,
per impiego con monitor C-MAC® 8402 ZX e C-HUB™
20 2901 01
Deflessione angolare verso l'alto/il basso:
140°/140°
Direzione della visuale: 0°
Angolo di apertura visuale: 85°
Lunghezza operativa: 65 cm
Lunghezza totale: 93 cm
Ø interno del canale operativo: 2,3 mm
Ø esterno dell'estremità distale: 5,5 mm

4-12




8403 HX

Video-laringoscopio C-MAC® D-BLADE, per impiego negli adulti, tecnologia CMOS, per intubazione difficile, con interfaccia del sistema C-MAC®, documentazione di immagini e sequenze video tramite BlueButton, con guida per cateteri di misure 16 – 18 Charr., per impiego con cavo di connessione C-MAC® 8403 X per monitor C-MAC® 8403 ZXK oppure C-HUB® II 20290301 e C-MAC® PM 8403 XD

Numero degli articoli	Quantità	Descrizione
-----------------------	----------	-------------

8401 YA

1 **Stativo,**
per monitor C-MAC®, altezza 120 cm, base a 5 piedini ciascuno munito di rotella antistatica, barra trasversale 25 cm x Ø 25 mm, per il fissaggio del monitor, con ripiano per laringoscopi, misure (l x p x h): 30 x 20 x 10 cm



JA



ISTITUTO SANITARIO REGIONALE

ALLEGATO N. 5 di N. 7
PAG. 1 di 1



AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 - 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 - PEC: asl.rieti@pec.it
C.F. e P.I. 00821180577

UOC.: Anestesia e Rianimazione
Il Responsabile f.f.: Dr. L.Firmi

Tel. 0746/278264..... Fax 0746/278528 - e-mail: ...l.firmi@asl.rieti.it.....

Prot. n. _____

Rieti 8-11-2018

Al Direttore
U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi
Dr. L.Quattrini

OGGETTO: componenti set per intubazioni difficili

Gentilissimo Dr. Quattrini le confermo che i componenti da Lei indicati nell'allegato alla nota di cui al n. di protocollo 52200 del 9-10-2018 sono conformi a quanto richiesto dal sottoscritto e prima dal Dr. R.Ferrara.

Responsabile f.f. UOC Anestesia e Rianimazione
Dott. Lorenzo Firmi

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

DATI GENERALI DELLA PROCEDURA	
Numero Trattativa	683660
Descrizione	Sistema gestione completo delle vie aeree
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
Soglia di rilevanza comunitaria	Sotto soglia
Modalità di svolgimento della procedura	Telematica (on line)
Modalità di definizione dell'offerta	Prezzo a corpo
CIG	Z2F25B0C9C
CUP	Non inserito
Amministrazione titolare del procedimento	AUSL RIETI - U.O.C. ACQUISIZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI 00821180577 02100 VIA DEL TERMINILLO, 42 RIETI (RI)
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UFX1HE
Punto Ordinante	LUCIANO QUATTRINI / QITL CNS2H05E812M
Soggetto stipulante	LUCIANO QUATTRINI / QITL CNS2H05E812M AUSL RIETI
Data e ora inizio presentazione offerta	09/11/2018 16:30
Data e ora termine ultimo presentazione offerta	14/11/2018 18:00
Data limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	31/12/2018 18:00
Ulteriori note	
Bandi / Categorie oggetto della Trattativa	Forniture specifiche per la Sanità (BENI)
Fornitore	DUEFFE 2000
Valore dell'offerta economica	28621
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'offerta	Non specificato
Termini di pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura
Dati di Consegna	MAGAZZINO ECONOMALE - C/O OSPEDALE "S. CAMILLO DE LELLIS" - VIALE J.F. KENNEDY SNC RIETI - 02100 (RI) LAZIO
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: FATTURA ELETTRONICA (DA INVIARE A MEZZO FLUSSO XML CON APPLICAZIONE SPLIT-PAYMENT) RIETI - 02100 (RI) LAZIO

SCHEDA TECNICA 1 DI 1	
Nome Scheda Tecnica	Sistemi integrati per videoscopia
Quantità	1

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore unico ammesso	KARL STORZ
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore unico ammesso	8403ZXKSISTEMA
3	*NOME COMMERCIALE DEL SISTEMA INTEGRATO PER VIDEOENDOSCOPIA	Tecnico	Valore unico ammesso	SISTEMA DI GESTIONE DELLE VIE AEREE C-MAC COMPLETO DI VIDEO LARINGOSCOPIO D-BLADE E VIDEO FLESSIBILE
4	*Descrizione tecnica	Tecnico	Valore unico ammesso	SISTEMA DI GESTIONE DELLE VIE AEREE COMPLETA DI LAMA D-BLADE E VIDEOENDOSCOPIO FLESSIBILE:VEDERE SCHEDA PRODOTTO
5	*Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	ACQUISTO
6	Codice CND	Tecnico	Valore unico ammesso	Z12029080

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA TRATTATIVA

Descrizione	Nome file
CSA TR 677485	CSA TR 677485.doc,p7m

RICHIESTE AL FORNITORE

Descrizione	Firmato digitalmente
CSA TR 677485	SI

ALLEGATO N.6.... di N.7....
PAG.1.... di3....



ASL
RIETI



AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 - 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 - PEC: asl.rieti@pec.it
C.F. e P.I. 00821180577

U.O.C. ACQUISIZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI

Dirigente: Dott. Luciano Quattrini
Funzionario referente per quanto comunicato: Dott. Matteo Palmieri
Tel. 07462789570 Fax 07462788730 - e-mail: m.palmieri@asl.rieti.it

Il Codice Identificativo Gara (CIG), in attuazione a quanto previsto dall'art. 1 comma 67 della Legge 23 dicembre 2005 n.266 e s.m.i., corrisponde al n. Z2F2580C9C

Art. 1 Oggetto

La presente Trattativa Diretta ha per oggetto l'acquisto di un sistema di gestione delle vie aeree C-MAC completo di videolaringoscopia D-blade e video flessibile comprensivo di installazione, collaudo, assistenza full-risk per 24 mesi e formazione degli operatori da effettuarsi presso i locali dell'Azienda Sanitaria Locale di Rieti.

Art. 2 Luogo ed orario di consegna

La consegna del materiale oggetto della presente Trattativa dovrà avvenire presso:

Ospedale "S. Camillo De Lellis"
Magazzino Economico
Viale J.F. Kennedy snc
02100 - Rieti (RI)

Dal Lunedì al Venerdì - esclusi i giorni festivi
Dalle ore 8:00 alle ore 12:00

Il fornitore dovrà avvertire il referente dell'Ufficio Elettromedicali Sig. Chiani Giuseppe al n. 349-4285687 prima della consegna la fine di concordare la data di collaudo e formazione utilizzatori.

Art. 3 Collaudo e corso di formazione

Il collaudo ad opera del competente personale della A.S.L., nonché del dirigente del servizio di destinazione delle apparecchiature oggetto della presente procedura e da un rappresentante della ditta fornitrice, dovrà essere eseguito entro un massimo di trenta giorni, dal completamento della fornitura. Il collaudo oltre ad accertare che l'apparecchiatura e le attrezzature connesse sono state regolarmente installate, funzionanti e corrispondenti alle

specifiche tecniche dichiarate in offerta, deve attestare che le stesse sono rispondenti alla normativa di sicurezza in vigore. A tal fine deve essere prodotta, in sede di collaudo, una scheda identificativa dell'apparecchiatura consegnata, contenente i risultati delle prove e verifiche previste dalla normativa vigente effettuate in sede di fabbricazione o di posa in opera. In mancanza di tale documento la A.S.L. si riserva di eseguire tali verifiche tramite proprio personale tecnico.

Contestualmente al collaudo il fornitore dovrà prevedere una sessione per la formazione degli operatori utilizzatori della suddetta apparecchiatura.

Art. 4 Garanzia Full-risk

L'apparecchiatura deve essere garantita per 24 mesi a partire dalla data di collaudo. La garanzia deve essere comprensiva di pezzi di ricambio, costo del tecnico, dei materiali e delle spese di viaggio.

Art. 5 Fatturazione

La fattura dovrà essere intestata a:

Azienda Sanitaria Locale Rieti
Via del Terminillo n.42
021000 - Rieti (RI)

Si rammenta che a far data dal 31/03/2015 la fatturazione con l'Azienda USL dovrà essere in formato elettronico con applicazione dello split-payment.

Il Concorrente, firmando digitalmente il presente atto, accetta la disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, dei policlinici Universitari pubblici etc. di cui al Decreto del Commissario ad Acta del 03 luglio 2015 n. U00308 pubblicato sul BUR Lazio n.57 del 16 luglio 2015.

Per maggiori dettagli sulla modalità di fatturazione/pagamento si rinvia al link: http://www.regione.lazio.it/ri_sanita/?vow=contenutiDettaglio&id=245

Art. 6 Obblighi Anticorruzione

L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62 del 16/04/2013, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, prende atto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, adottato dall'Azienda USL di Rieti con atto deliberativo n. 89/DG ff. del 31.01.2014 (disponibile sul sito www.asl.rieti.it alla sezione "Anticorruzione") e si impegna ad osservare ed a fare osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta in esso previsti.

La violazione degli obblighi, di cui al D.P.R. n. 62/2013 costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Azienda USL, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto all'aggiudicatario assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali

controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o non risultassero accolte l'Azienda USL, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti, procederà alla risoluzione del contratto.

Art. 7 Personale dell'impresa

Nei confronti del proprio personale l'impresa dovrà osservare le leggi, i regolamenti e gli accordi contrattuali della categoria: nazionali, regionali, provinciali ed aziendali riguardanti il trattamento economico e normativo, nonché le disposizioni legislative e regolamenti concernenti le assicurazioni sociali, la tutela e l'assistenza del personale medesimo, restando pertanto a suo carico tutti i relativi oneri e le sanzioni civili e penali previste dalle leggi e regolamenti vigenti in materia.

Art. 8 Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere inerente la fase che va dalla pubblicazione all'aggiudicazione definitiva disposta dalla Stazione Appaltante è territorialmente competente il Tar del Lazio.
Il foro competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere in dipendenza della presente lettera invito, sarà esclusivamente quello di Rieti.

Art. 9 Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto si rinvia al decreto Legislativo n. 163/2006 e alla normativa vigente in materia.

IL DIRETTORE
Direzione Acquisizione e Logistica di Beni e Servizi
(Dott. Luciano Quattrini)



Mercato Elettronico della P.A. - Trattativa con un unico Operatore Economico

OFFERTA RELATIVA A:	
Numero Trattativa	683660
Descrizione	Sistema gestione completo delle vie aeree
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	Z2F25B0C9C
CUP	Non inserito
AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE	
Nome Ente	AUSL RIETI
Codice Fiscale Ente	00821180577
Nome Ufficio	U.O.C. ACQUISIZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI
Indirizzo Ufficio	VIA DEL TERMINILLO, 42 02100 RIETI (RI)
Telefono / FAX Ufficio	0746278624 / 0746278748
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UFX1HE
Punto Ordinante	LUCIANO QUATTRINI / CF:QTTLCN52H05E812M
Firmatari del Contratto	LUCIANO QUATTRINI / CF:QTTLCN52H05E812M
FORNITORE	
Ragione Sociale	DUEFFE 2000
Partita IVA Impresa	05704371003
Codice Fiscale Impresa	05704371003
Indirizzo Sede Legale	BORGHETTO MADONNA DEL POZZO, 7 00136 ROMA (RM)
Telefono / Fax	0639726428 / 0639751799
PEC Registro Imprese	DUEFFE2000@PEC.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	05704371003
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	19/04/1999 00:00
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	RM
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	05283290/90 / -
INPS: Matricola aziendale	7040738568/12
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	NA

PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / COMMERCIO
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
BENI	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT09R0200805163000500020001
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	FLAVIA GUERANI, codice fiscale: GRNFLV72D62H501J
(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula	
DATI DELL'OFFERTA	
Identificativo univoco dell'offerta	373026
Offerta sottoscritta da	FLAVIA GUERANI
Email di contatto	INFO@DUEFFE2000.IT
L'offerta è irrevocabile fino al	31/12/2018 18:00
OGGETTO DI FORNITURA (1 di 1)	
Bando	Forniture specifiche per la Sanità
Categoria	BENI
Descrizione Oggetto di Fornitura	Sistemi integrati per videoendoscopia
Quantità richiesta	1
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
Marca	KARL STORZ
Codice articolo produttore	8403ZXKSISTEMA
NOME COMMERCIALE DEL SISTEMA	SISTEMA DI GESTIONE DELLE VIE AEREE C-MAC COMPLETO DI VIDEOLARINGOSCOPIO D-BLADE E VIDEO FLESSIBILE
Descrizione tecnica	SISTEMA DI GESTIONE DELLE VIE AEREE COMPLETA DI LAMA D-BLADE E VIDEOENDOSCOPIO FLESSIBILE:VEDERE SCHEDA PRODOTTO
Tipo contratto	ACQUISTO
Codice CND	Z12029080

VALORE DELL'OFFERTA ECONOMICA	
Modalità di definizione dell'Offerta	Prezzo a corpo (Importo da ribassare: 28.621,00 EURO)
Valore dell'Offerta	25.758,90 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: <i>(non specificato)</i>	
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, compresi nell'Offerta: 120,00 (Euro)	

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Dati di Consegna	MAGAZZINO ECONOMALE - C/O OSPEDALE "S. CAMILLO DE LELLIS" - VIALE J.F. KENNEDY SNC RIETI - 02100 (RI) LAZIO
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: FATTURA ELETTRONICA (DA INVIARE A MEZZO FLUSSO XML CON APPLICAZIONE SPLIT-PAYMENT) RIETI - 02100 (RI) LAZIO
Termini di Pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Trattativa Diretta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000

- Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
- Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordinate dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra indicata ("L'Offerta è irrevocabile fino al").
- Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinate in allegato alla Richiesta di Offerta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Beni/ Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinate, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.
- Il Fornitore dichiara che per questa impresa nulla osta ai fini dell'art. 10 Legge n.575 del 31 maggio 1965, e successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3 giugno 1998;
- Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l' Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della presente Trattativa diretta escute l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della Committente;
- Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne le prescrizioni;
- Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s. m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall' Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta;

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

