

Azienda Sanitaria Locale Rieti

U.O.C. ALBS

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n° 571 del 23 MAR. 2018

Oggetto: Affidamento della fornitura in service di n. 1 analizzatore, relativi reagenti e materiale di consumo, per la determinazione di sostanze d'abuso su matrice ematica in conformità al DCA U00288/2016 della Regione Lazio, nell'interesse della USL di Rieti, Laboratorio Analisi dell'Ospedale generale provinciale, per un periodo di 12 mesi.
Importo complessivo annuo euro 39.600,00 (IVA esclusa).

Pag. 1 di 5

il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.;

L'Estensore

Sig.ra Sabrina Brodone

Firma Sabrina Brodone

Data 20/03/2018

Il Direttore:

Dott. Luciano Quattrini

Firma Luciano Quattrini

Data 20.03.2018

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa 501010320 - AUT. N° 2/2018

Data 21/03/2018

Firma Barbara Proietti

Barbara Proietti
Dott.ssa Barbara Proietti

Oggetto: Affidamento della fornitura in service di n. 1 analizzatore, relativi reagenti e materiale di consumo, per la determinazione di sostanze d'abuso su matrice ematica in conformità al DCA U00288/2016 della Regione Lazio, nell'interesse della USL di Rieti, Laboratorio Analisi dell'Ospedale generale provinciale, per un periodo di 12 mesi.
Importo complessivo annuo euro 39.600,00 (IVA esclusa).

Pag. 2 di 5

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Visto l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'Atto Aziendale approvato con DCA n.113 del 18/3/2015 pubblicato sul B.U.R.L. n. 33 S.O. n.1 del 23 aprile 2015 da cui si rileva l'organizzazione aziendale ed il funzionigramma;

Vista la deliberazione n.7/C.S. del 12.12.2017 di attribuzione delle deleghe al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario ed ai dirigenti delle strutture aziendali in relazione agli incarichi formalmente conferiti ed i conseguenti successivi atti di delega;

IL DIRETTORE

DELLA U.O.C. ACQUISIZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI

VISTA la richiesta urgente, pervenuta dal Dr. Stefano Venarubea, Resp.le del Laboratorio Analisi di Rieti dell'Ospedale S. Camillo de Lellis di Rieti, per l'acquisizione di un sistema, macchina, reagenti, e relativo materiale di consumo, per la determinazione di sostanze d'abuso su matrice ematica, in conformità al DCA288/2016 della regione Lazio; (All. 1);

DATO ATTO che il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. 287 del 07/07/2017 prevede di esonerare le Aziende Sanitarie dal richiedere qualsiasi autorizzazione alla Direzione Centrale Acquisti per gli acquisti di beni e servizi fino alla soglia di Euro 50.000,00 IVA esclusa;

RILEVATO che con prot. n. 61472 del 01/12/2017 è stata pubblicato l'avviso di indagine di mercato finalizzato all'individuazione degli operatori economici per l'affidamento della fornitura in service di n. 1 analizzatore, relativi reagenti e materiale di consumo, per la determinazione di sostanze d'abuso su matrice ematica in conformità al DCA U00288/2016 della Regione Lazio;

ATTESO che hanno presentato manifestazione di interesse al suddetto avviso le Società DI.RA.LAB Srl di Roma e la Società Instrumentation Laboratory a Werfen Compagni Spa di Milano, e che le stesse, sono state invitate a produrre offerta relativamente alla fornitura in service di n. 1 analizzatore, relativi reagenti e materiale di consumo, per la determinazione di sostanze d'abuso su matrice ematica in conformità al DCA U00288/2016 della Regione Lazio, nell'interesse della USL di Rieti, Laboratorio Analisi dell'Ospedale generale provinciale, per un periodo di 12 mesi.

Oggetto: Affidamento della fornitura in service di n. 1 analizzatore, relativi reagenti e materiale di consumo, per la determinazione di sostanze d'abuso su matrice ematica in conformità al DCA U00288/2016 della Regione Lazio, nell'interesse della USL di Rieti, Laboratorio Analisi dell'Ospedale generale provinciale, per un periodo di 12 mesi.
Importo complessivo annuo euro 39.600,00 (IVA esclusa).

Pag. 3 di 5

RILEVATO che entro il termine stabilito del 20/12/2017 hanno fatto pervenire regolare offerta le seguenti Società, (All.2):

- 1) DI.RA.LAB Srl di Roma
- 2) Instrumentation Laboratory a Werfen Company Spa di Milano;

RILEVATO che con Determinazione Dirigenziale n. G17114 del 28 dicembre 2015 la Regione Lazio ha indetto gara comunitaria centralizzata a procedura aperta, finalizzata alla fornitura in service di sistemi diagnostici per la rete laboratori e centri prelievo pubblici della Regione Lazio;

RAVVISATA la necessità e l'urgenza di procedere all'acquisto della fornitura in argomento, per le necessità del Laboratorio Analisi di Rieti, nelle more della procedura di gara regionale;

VISTO il parere espresso dal Responsabile del Laboratorio Analisi di Rieti sulle schede tecniche e, preso atto delle note e-mail del 23 febbraio 2018, che si allegano (Allegati n.3 e n.4), dalle quali emerge che l'unico sistema idoneo è quello offerto dalla Società Instrumentation Laboratory a Werfen Company Spa di Milano (All. 3);

RITENUTO per quanto sopra espresso, opportuno affidare alla Società Instrumentation Laboratory a Werfen Company Spa di Milano la fornitura in service di n. 1 analizzatore, reagenti, e materiali di consumo per la determinazione di sostanze d'abuso su matrice ematica in conformità con il DCA U00288/2016, offerta nr. 8100049584 del 19/01/2018, per un importo annuo pari ad € 39.600,00 oltre IVA;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

Oggetto: Affidamento della fornitura in service di n. 1 analizzatore, relativi reagenti e materiale di consumo, per la determinazione di sostanze d'abuso su matrice ematica in conformità al DCA U00288/2016 della Regione Lazio, nell'interesse della USL di Rieti, Laboratorio Analisi dell'Ospedale generale provinciale, per un periodo di 12 mesi.
Importo complessivo annuo euro 39.600,00 (IVA esclusa).

Pag. 4 di 5

DETERMINA


- 1 DI AFFIDARE la fornitura in service di n. 1 analizzatore reagenti, e materiali di consumo per la determinazione di sostanze d'abuso su matrice ematica in conformità con il DCA U00288/2016, occorrenti al Laboratorio Analisi dell'Ospedale S. Camillo de Lellis di Rieti alla Società Instrumentation Laboratory a Werfen Company Spa di Milano; nelle more della realizzazione della procedura di gara regionale al costo di € 48.312,00 IVA compresa, per un periodo di 12 mesi, con decorrenza dal 1 Marzo 2018;
- 2 DI INCLUDERE l'onere del presente provvedimento complessivamente pari ad € 48.312,00 IVA inclusa nel modo che segue:
 - quanto ad € 40.260,00 IVA inclusa relativi al periodo dal 01/03/2018 al 31/12/2018 al conto di costo 501010320 (materiali diagnostici), del bilancio relativo all'esercizio 2018;
 - quanto ad € 8.052,00 IVA inclusa, relativi al periodo dal 01/01/2019 al 28/02/2019 al conto di costo 501010320 (materiali diagnostici), del bilancio relativo all'esercizio 2019;
- 3 DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R. n. 45/96.
- 4 DI DISPORRE l'invio del presente atto alla U.O.C. Economico Finanziaria per i provvedimenti di competenza;
- 5 DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line vaziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33;

in oggetto

per esteso

Il Direttore
U.O.C. Acquisizione e Logistica di Beni e Servizi

(Dr. Luciano Quattrini)



VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Anna Petti

Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti

Il Direttore Sanitario: Dott. ssa Velia Bruno

La presente Determinazione è inviata al Collegio Sindacale in data 23 MAR. 2018

La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge 23 MAR. 2018

La presente Determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32,


comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33 in data

23 MAR. 2018

in oggetto per esteso

Rieti li 23 MAR. 2018

IL FUNZIONARIO



Da: STEFANO VENARUBEA

Inviato: venerdì 17 novembre 2017 11:15

A: Luciano Quattrini

Cc: Sabrina Brodone

Oggetto: I: PROCEDURA NEGOZIATA AFFERENTE LA FORNITURA DI UN SISTEMA MACCHINA REAGENTI PER LA DETERMINAZIONE DI SOSTANZE D'ABUSO SU MATRICE EMATICA IN CONFORMITA' AL DCAU00288/2016 DELLA REGIONE LAZIO

urgente

Da: STEFANO VENARUBEA

Inviato: giovedì 16 novembre 2017 09:50

A: Luciano Quattrini

Cc: Direzione Sanitaria ASL Rieti

Oggetto: I: PROCEDURA NEGOZIATA AFFERENTE LA FORNITURA DI UN SISTEMA MACCHINA REAGENTI PER LA DETERMINAZIONE DI SOSTANZE D'ABUSO SU MATRICE EMATICA IN CONFORMITA' AL DCAU00288/2016 DELLA REGIONE LAZIO

Egregio Direttore,

in ottemperanza al DCA U00288/2016 della Regione Lazio si prega procedere per quanto di sua competenza.

Dott. Stefano Venarubea

Da: MARIANGELA AGUZZI

Inviato: giovedì 16 novembre 2017 09:41

A: STEFANO VENARUBEA

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA AFFERENTE LA FORNITURA DI UN SISTEMA MACCHINA REAGENTI PER LA DETERMINAZIONE DI SOSTANZE D'ABUSO SU MATRICE EMATICA IN CONFORMITA' AL DCAU00288/2016 DELLA REGIONE LAZIO

OFFERTA ECONOMICA

Spettabile
AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
VIA DEL TERMINILLO 42.
02100 RIETI RI

Codice cliente n. 196302

Vs.rif. Prot. n. 1612 del 11.01.2018
Ns.rif. Nr 8100049584 del 19.01.2018

Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN NOLEGGIO DI N. 1 ANALIZZATORE, RELATIVI REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO, PER LA DETERMINAZIONE DI SOSTANZE D'ABUSO SU MATRICE EMATICA IN CONFORMITA' AL DCA U00288/2016 DELLA REGIONE LAZIO, NELL'INTERESSE DELLA USL DI RIETI, LABORATORIO ANALISI DELL'OSPEDALE GENERALE PROVINCIALE

Instrumentation Laboratory S.p.A. con sede Legale, Amministrativa ed Operativa in Viale Monza 338, 20128 Milano, Iscritta nella Sezione Ordinaria della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Milano al numero d'iscrizione 02368591208 del Registro delle Imprese di Milano, iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo MI-1729399, Codice Fiscale/ Partita I.V.A. 02368591208, Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate - Direzione regionale della Lombardia - ufficio Grandi Contribuenti - Via Manin 25 - 20121 Milano, Cap. Soc. sottoscritto e versato Euro 140.552.277,00.= Interamente versato, nella persona della Sig.ra Serenella Natella, nata a Milano il giorno 11.06.1964 e residente a San Donato Milanese (MI) in Via Olona 4, in qualità di Procuratore (nominata con atto del 19/12/2013 poteri conferiti con atto a rogito notaio Giuseppe Calafiori di Milano in data 16/10/2015 N. 76130/21903 di Rep.); si impegna a fornire quanto riportato nella tabella allegata, parte integrante della presente.

INSTRUMENTATION LABORATORY SpA dichiara quanto segue:

- di garantire collaborazione totale tecnica/scientifica per tutta la durata della fornitura;
- la IL SpA ha ottenuto la CERTIFICAZIONE DI QUALITA' UNI EN ISO 9001:2015 certificato n. 10154, settore IAF 29, 19, 35 / UNI CEI EN ISO 13485:2016, certificato n. 310 settore / UNI EN ISO 14001:2015 certificato n. 23942 settore IAF 31 rilasciate dall'ente Certificatore CERTIQUALITY;
- di aver preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le norme e condizioni riportate nella Vostra lettera di invito.

CONDIZIONI DI FORNITURA:

Installazione: a ns. carico
Garanzia "Full Risk": a ns. carico per tutta la durata della fornitura
Spedizione: a mezzo corriere
Imballo: standard, compreso
I.V.A. 22%: a Vs. carico, esclusa dai prezzi in offerta
Pagamento: RD 60 giorni d.f.
Validità offerta: 180 giorni, dalla data di presentazione della stessa, eventualmente prorogabili sino ad aggiudicazione avvenuta
Validità contrattuale: come specificato nel Vs. Capitolato Speciale

Instrumentation Laboratory SpA
Viale Monza 338 - 20128 Milano - Italia
Serenella Natella
Procuratore



Strumentazione:

- N° 1 Sistema analitico stand-alone, random access, da pavimento, modello Itab 650 completo di monitor LCD, Personal Computer, Stampante Laser e Gruppo di continuità - codice 00001065301 - CND W02010101
- N° 1 delonizzatore, modello MiniDia - codice W25Q101037 - CND W0201010180
- Interfacciamento con il sistema informatico del Laboratorio Analisi

Di seguito il materiale che sarà fornito secondo un piano di fornitura che verrà concordato con il ns. Agente di Zona Sig. Alessandro Boniforti

Test	Test/anno	Codice	CND	Denominazione	nr. conf. annue offerte
OPPIACEI	100	W15100089	W0102090113	Opiacei	2
COCAINA	100	W15100086	W0102090106	Cocaina	2
CANNABINOIDI	100	W15100091	W0102090105	Cannabinoidi	2
AMFETAMINE	100	W15100104	W0102090101	Amfetamine/Ecstasy/Metamfetamine	3
MDMA (ECSTASY)	100				
METADONE	100	W15100088	W0102090110	Metadone	2
BENZODIAZEPINE	100	W150920	W0102090104	Benzodiazepine	3

Consumibili necessari per il corretto funzionamento dello strumentazione offerta:

Codice	CND	Denominazione	nr. conf. annue offerte
00018162900	W01021518	Calibratore Negativo Serum DoA	5
00018163000	W01021518	Calibratore OPI/COC Serum DoA	8
00018163100	W01021518	Calibratore THC Serum DoA	8
00018163200	W01021518	Calibratore METH Serum DoA	8
00018163300	W01021518	Calibratore AMP/XTC Serum DoA	8
W150962	W01021518	Multicalibratore Negativo (Barbiturici, Benzodiazepine, Triciclici)	2
W150963	W01021518	Multicalibratore 1 (Barbiturici, Benzodiazepine, Triciclici)	3
W150965	W01021518	Multicalibratore 2 (Barbiturici, Benzodiazepine, Triciclici)	3
W150967	W01021518	Multicalibratore 3 (Barbiturici, Benzodiazepine, Triciclici)	3
W150976	W01021518	Multicalibratore 4 (Barbiturici, Benzodiazepine, Triciclici)	3
00018163400	W01021519	Controllo AMP/XTC Serum DoA 2 Livelli	5
00018163500	W01021519	Controllo OPI/COC/METH Serum DoA 2 Livelli	5
00018163600	W01021519	Controllo THC Serum DoA 2 Livelli	5
W1510011608	W01021519	Controllo TOX MP 3 Livelli	5
00018253710	W010199	Detergente Alcalino	3
00018253800	W010199	Detergente Acido	3
00018469000	W010199	Detergente Alcalino per cuvette	3
00018469100	W010199	Detergente Acido per cuvette	3
00018469400	W010199	Additivo per Bagno	2

Instrumentation Laboratory Spa
 Viale Morandi 338 - 20128 Milano - Italia
 Serenella Nazzari
 Procuratore



Codice	CND	Denominazione	nr. conf. annue offerte
00018470810	W0201010180	Asciuga Cuvette	1
00018262910	W05030102	Cups Campione (3 ml)	1
W25Q100010	W0201010180	Colonna IonTANK Quality Invents	3
W25Q100025	W0201010180	Prefiltro uQ Quality Invents	5
00051010021	n.a.	Toner Lexmark MS312dn	1

IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE OFFERTO	€ 39.600,00 (trentanove milaseicento/00)	IVA 22% ESCLUSA
--	---	------------------------

Costi della sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso da riferirsi all'intero importo d'appalto per tutta la durata contrattuale: € 0,00 (ZERO/00)


Costi relativi alla sicurezza per l'abbattimento dei rischi propri dell'attività in relazione al presente appalto, sono pari ad Euro 150,00 (CENTOCINQUANTA/00) IVA esclusa e si intendono ricompresi ed interamente remunerati e compensati nel prezzo complessivo offerto, e non soggetti a ribasso.

Per ulteriori prodotti di Vs. necessità, si allega il listino Prezzi (Chimica Clinica e Farmacotossicologia - Maggio 2017) sul quale si applica lo sconto del 50% (cinquantapercentò).

Instrumentation Laboratory SpA
 Viale Forlana 338 - 20129 Milano - Italia
 Serenella Nazzari
 Procuratore



[Signature]
 Ns.nf. Nr 8100049584 del 19.01.2018



DI.RA.LAB.

Spett.le AZIENDA SANITARIA
LOCALE RIETI RIETI

UOC: Acquisizione e Logistica
di Beni e Servizi

Roma, 25/01/2018

Oggetto: "Affidamento della fornitura in noleggio di n.1 analizzatore, relativi reagenti e materiale di consumo, per la determinazione di sostanze d'abuso su matrice ematica in conformità al DCA u00288/2016 della Regione Lazio, nell'interesse della USL di Rieti, Laboratorio Analisi dell'Ospedale generale provinciale "

Il sottoscritto Gianluca Zafrani in qualità di Amministratore Unico della Di.ra.lab S.r.l con sede legale in Via della Spiaggia 29, e sede commerciale in Via dei Mitili 102, 00054 Fiumicino (Roma) P.IVA/C.F. 10280521005 Tel. 06.45.49.17.92 fax 06.65.00.91.05, intende formulare la propria migliore offerta per:

STRUMENTO RANDOX INVESTIGASTOR		
Descrizione	Canone Noleggio Mensile	Prezzo Annuale
ANALIZZATORE PER LA DETERMINAZIONE DI SOSTANZE D'ABUSO SU MATRICE EMATICA	€ 1.900,00	€ 22.800,00

Codice Prodotto	Descrizione	N° Test eseguibili/confezione	N° Confezioni offerte	Produttore	Prezzo Confezione	Prezzo annuale
DL-EV4204	Kit per la determinazione delle sostanze d'abuso su sangue (Anfetamine, Barbiturici, Benzodiazepine, Buprenorfina, Cannabinoidi, Cocaina, Metanfetamina, Metadone, MDMA, Opplacel, Fenil'didina, TCA) <i>*Calibratori inclusi nella confezione</i>	54	2	RANDOX TOXICOLOGY	€ 2.800,00	€ 5.600,00
DL-EV4206	Controllo per la rilevazione delle droghe d'abuso		1	RANDOX TOXICOLOGY	€ 220,00	€ 220,00

Totale dell'offerta € 28.620,00 Ventottomilaseicentoventi euro

DI.RA.LAB. S.R.L.
SEDE LEG. VIA DELLA SPIAGGIA, 29 - 00054 FIUMICINO (RM) - ITALY
TEL. 06 45.49.17.92 - FAX 06 65.00.91.05
P. IVA 10280521005

Per x dig

L'offerta economica comprende

- 1 Strumentazione certificata CE (allegato in documentazione tecnica)
- 2 Reagenti e tutto quanto è necessario per la completa effettuazione delle determinazioni analitiche (toner stampanti, materiale di controllo, consumabili etc.);
- 3 Assistenza tecnica comprensiva di: trasporto delle apparecchiature con la fornitura di sistemi di stabilizzazione di tensione e di gruppi di continuità.
- 4 Installazione comprensiva degli allacciamenti alla rete di alimentazione elettrica e sarà attuata in modo tale da non ostacolare la normale attività di routine e d'urgenza;
- 5 Collegamento con il sistema informatico del Laboratorio Analisi;
- 6 Formazione del personale del laboratorio

Il Sistema Randox Investigator è un sistema chiuso per cui le metodiche analitiche sono certificate CE IVD sull'analizzatore offerto

Timbro e firma del Legale rappresentante

DI.RA.LAB. S.R.L.
L'Amministratore Unico

Re: INVIO OFFERTA INSTRUMENTATION LABORATORI FORNITURA IN NOLEGGIO ANALIZZATORE E REAGENTI... DETERMINAZIONE SOSTANZE D'BUSO...

STEFANO VENARUBEA

ven 23/02/2018 10:57

Posta in arrivo

A: Luciano Quattrini <l.quattrini@asl.rieti.it>; Sabrina Brodone <s.brodone@asl.rieti.it>;

Cc: ANDREA TROILI <a.troili@asl.rieti.it>;

Per quanto richiesto e per quanto di mia competenza, la proposta della Ditta Werfen Instrumentation Laboratory Spa, per quanto richiesto dalla Asl di Rieti per una strumentazione analitica costituita da un sistema macchina reagenti per la determinazioni di sostanze di abuso. E' CONFORME a quanto normato dal D.C.A. n. U00288 del 27 settembre 2016, concernente l'approvazione del Protocollo operativo sui prelievi e accertamenti necessari nei casi di omicidio e lesioni personali gravi e gravissime in ambito stradale - Art. 589-bis c.p. e Art. 590-bis c.p. - Legge n. 41/2016.

Pertanto, vista la conformita' a quanto richiesto dal D.C.A. prima specificato, la Ditta Warfen ha presentato un sistema macchina reagenti CONFORME a quanto la normativa impone e quindi a quanto esplicitato in oggetto nella gara dedicata indetta dalla ASL di Rieti.

Cordiali saluti

Dr. Stefano Venarubea

Da: STEFANO VENARUBEA

Inviato: venerdi 26 gennaio 2018 09:48

A: ANDREA TROILI

Cc: Luciano Quattrini

Oggetto: I: INVIO OFFERTA INSTRUMENTATION LABORATORI FORNITURA IN NOLEGGIO ANALIZZATORE E REAGENTI... DETERMINAZIONE SOSTANZE D'BUSO...

Procediamo a verificare per quanto richiesto e a comunicare quanto dovuto nel tempo necessario.

Dr. Stefano Venarubea

Da: Sabrina Brodone

Inviato: venerdi 26 gennaio 2018 08:58

A: STEFANO VENARUBEA

Cc: Luciano Quattrini; ANDREA TROILI

Oggetto: INVIO OFFERTA INSTRUMENTATION LABORATORI FORNITURA IN NOLEGGIO ANALIZZATORE E REAGENTI... DETERMINAZIONE SOSTANZE D'BUSO...



1: INVIO OFFERTA DI.RA.LAB. FORNITURA IN NOLEGGIO ANALIZZATORE E REAGENTI... DETERMINAZIONE SOSTANZE D'BUSO...

STEFANO VENARUBEA

ven 23/02/2018 10:24

Posta in arrivo

A: Luciano Quattrini <l.quattrini@asl.rieti.it>; Sabrina Brodone <s.brodone@asl.rieti.it>;

Cc: ANDREA TROILI <a.troili@asl.rieti.it>;

1 allegati (15 MB)

OFFERTA DI.RA.LAB SRL.zip;

Per quanto richiesto e per quanto di mia competenza, essendo inequivocabilmente SULL'OGGETTO della richiesta di gara della ASL di Rieti esplicitato la istanza di conformita' al D.C.A. U 00288 della Regione Lazio per la acquisizione di strumento e materiali consumabili per tossicologia nell'omicidio stradale, ed essendo sul medesimo D.C. A. esplicitato chiaramente che " tutti i centri di primo livello dovranno essere forniti di strumentazione analitica costituita da un sistema macchina reagenti COMPLETAMENTE AUTOMATICO, si evince dal manuale operativo della Ditta Di. Ra.Lab. che la strumentazione analitica costituita da macchine reagenti ,dalla stessa Ditta presentata, NON E' COMPLETAMENTE IN AUTOMATICO. Nel D.C.A. n. U00288 del 27 settembre 2016,concernente l'approvazione del Protocollo operativo sui prelievi e accertamenti necessari nei casi di omicidio e lesioni personali gravi e gravissime in ambito stradale- Art. 589-bis c.p. e Art. 590- bis c.p. - Legge n.41/2016 e' richiesta" una strumentazione analitica costituita da un sistema macchina reagenti completamente in automatico."

E' evidente pertanto la non conformita' di codesta proposta ai requisiti previsti dalla normativa sopra richiamata.

Cordiali saluti

Dr. Stefano Venarubea



P.A. 1 di 1