

Azienda Sanitaria Locale Rieti

U.O.C. AQUISIZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n° 379 del 28 FEB. 2018


Oggetto: Affidamento alla Biomedical S.r.l., via San Francesco 137/137a, Rieti, di vari dispositivi elettromedicali, da destinare alla "Casa della Salute" di Magliano Sabino (RI). Importo complessivo di € 5.966,73 (IVA esclusa).

il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.;

Estensore:

Dott. Alessandro Mancini

Firma



Data

30.02.2018

Il Dirigente:

Dott. Luciano Quattrini

Firma



Data

30.02.2018

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti *sfavorevoli* rispetto al budget economico.

PROVV. 78


PATRERONIALE
Voce del conto economico su cui imputare la spesa

101020501 - AUT. 18.4/2018

Data

21/02/2018

Firma


Dott.ssa Barbara Proietti

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Visto l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'Atto Aziendale approvato con DCA n.113 del 18/3/2015 pubblicato sul B.U.R.L. n. 33 S.O. n.1 del 23 aprile 2015 da cui si rileva l'organizzazione aziendale ed il funzionigramma;

Vista la deliberazione n.7/D.G. del 12.12.2017 di attribuzione delle deleghe al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario ed ai dirigenti delle strutture aziendali in relazione agli incarichi formalmente conferiti ed i conseguenti successivi atti di delega;

DIRETTORE

DELLA U.O.C. ACQUISIZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI

PREMESSO che

- le Coordinatrici Infermieristiche della "Casa della Salute" di Magliano Sabina (RI), Sig.re Maria Laura Seren, Donatella Mancini e Barbara di Tullio, con e-mail del 16 gennaio 2018 in atti, hanno rappresentato la necessità d'acquisto di vari dispositivi, tra cui:

- o N. 3 - Aspiratori;
- o N. 3 - Defibrillatori semi automatici per carrello di emergenza;
- o N. 3 - Saturimetri;

- con nota protocollo n. 8522 del 16/02/2018 l'Ingegneria Clinica, ha inoltrato la documentazione per l'acquisto di un elettrobisturi da destinare alla Casa della Salute di Magliano Sabina (RI), come rappresentato con e-mail del 15/02/2018, dalla Dott.ssa Gabriella De Matteis e Dott.ssa Alessandra Ferretti;

VISTO che le caratteristiche tecniche dei dispositivi sopra elencati, occorrenti alla Casa della Salute di Magliano Sabina (RI), sono state individuate dalla Dott.ssa Alessandra Ferretti, come indicato con e-mail del 19/02/2018 in atti;

RILEVATO che con nota prot. n. 8967 del 19/02/2018 si è proceduto a richiedere offerta economica dei dispositivi di seguito indicati, comprensiva di collaudo e formazione, alla BIOMEDICAL S.R.L. di Rieti, come indicato dalla Dott.ssa Ferretti:

- o N. 1 - elettrobisturi DIATERMO MB 120D;
- o N. 3 - aspiratore SUPER-V a batteria;
- o N. 3 - defibrillatore semi-automatico LIFELINE AED high capacity;
- o N. 3 - pulsoximetro OXY-50.

PRESO ATTO che il DCA U00287 del 07/07/2017 prevede che le Aziende Sanitarie non sono tenute a chiedere autorizzazione alla Centrale Acquisti della Regione Lazio per effettuare acquisti fino alla soglia di € 50.000,00 IVA esclusa;

VISTA l'offerta l'economica, dei dispositivi sopra indicati, della BIOMEDICAL S.R.L. n.ri 653 e 654 del 19 febbraio 2018, per l'importo complessivo di € 5.966, 73 (IVA esclusa) (All.1), comprensiva di tutte le schede tecniche e certificati di conformità, in atti;



RITENUTO indispensabile per garantire le esigenze operative della "Casa della Salute" di Magliano Sabina (RI), procedere all'affidamento della fornitura dei dispositivi sopra elencati come rappresentato dalle Coordinatrici della Casa della Salute di Magliano Sabina e dalle Dott.sse Alessandra Ferretti e Gabriella De Matteis;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

D E T E R M I N A

1. DI PROCEDERE per le motivazioni espresse in narrativa, all'affidamento alla ditta BIOMEDICA S.R.L., via San Francesco n. 137/137a, Rieti, della fornitura di N. 1 elettrobisturi Diatermo MB 120D, N. 3 aspiratore SUPER-V a batteria, N. 3- defibrillatore semi-automatico LIFELINE AED high capacity e N. 3 - pulsoximetro OXY-50, comprensiva di collaudo e formazione, per l'importo complessivo di € 5.966,73 (IVA esclusa), come indicato nell'offerta economica n.ri 653 e 654 del 19/02/2018, (All.1);
2. DI DARE ATTO che l'onere del presente provvedimento, pari ad € 7.279,41 (IVA 22% compresa) al conto di costo 101020501 (attrezzature sanitarie e scientifiche) anno 2018;
3. DI DARE ATTO che l'acquisto di tali dispositivi, di cui alla presente determina viene effettuato con risorse di parte ricorrente;
4. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R. n. 45/96.
5. DI DISPORRE l'invio del presente atto alla U.O.C. Economico Finanziaria per i provvedimenti di competenza;
6. Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33;


in oggetto

☐

per esteso

☒

Direttore della U.O.C.
Acquisizione e Logistica di Beni e Servizi
Dott. Luciano Quattrini




VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Anna Petti



Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti





Il Direttore Sanitario: Dott.ssa Velia Bruno

La presente Determinazione è inviata al Collegio Sindacale in data 28 FEB. 2018

La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge 28 FEB. 2018

La presente Determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33 in data _____

in oggetto ☐


per esteso ☒

28 FEB. 2018

Rieti li _____

28 FEB. 2018

IL FUNZIONARIO



ALL. 1 di 1
Pg. 1 di 10



Hospital & Community Products

RIETI Via S. Francesco, 133-137/A
Tel. 0746.482284 - 0746.280511 - Fax 0746.498451
info@dispositivibionmedicati.it - www.dispositivibionmedicati.it

PREVENTIVO VALIDO FINO AL: 30/04/2018

Data	Numero	Pagina
19/02/2018	653	1

Spett.le

Destinatario / Intestazione Documento

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42
02100 RIETI RI

Luogo di Destinazione

Struttura: Distretto n° 4 Salto - Cicolano
Loc. Bivio di Petrignano - S. Elpidio

A seguito della Vs. gradita richiesta, siamo a presentarvi la nostra offerta per i seguenti prodotti:

Cod. Art.	descrizione	U.M.	Righe Quantità	Prezzo	% Sc.	Importo Totale	C. IVA
1010201	ELETTROBISTURI SURTON 120	CF	1,00	985,00	5+3	907,68	22

Stampato con Amica 2007 - www.bisanziosoftware.com

Imponibile	907,68	%IVA	22	Imposta	199,69	Esenzioni	Sconto %
Totale Imponibile				Totale Imposta		Totale Esente	Abbuoni
907,68				199,69			Spese Incasso
						Spese trasporto	Totale documento
							1.107,37

Condizioni generali della Fornitura:

Modalità di pagamento
RIMESSA DIRETTA 30 GG FM

Scadenze
31/03/2018 - € 1.107,37

Banca di appoggio
UNICREDIT SPA

trasporto a cura del

Netto a pagare

1.107,37

Annotazioni

TEMPI DI CONSEGNA 2 GIORNI LAVORATIVI DATA PERFEZIONAMENTO VS. ORDINE



Hospital & Community Products

RIETI Via S. Francesco, 133-137/A
Tel. 0746.482284 - 0746.280511 - Fax 0746.498451
info@dispositivi.biomedica.it - www.dispositivi.biomedica.it

PREVENTIVO VALIDO FINO AL: 30/04/2018

Data	Numero	Pagina
19/02/2018	654	1

Spett.le

Destinatario / Intestazione Documento

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42
02100 RIETI RI

Luogo di Destinazione

Magazzino Economico
Viale Kennedy
02100 RIETI RI

A seguito della Vs. gradita richiesta, siamo a presentarvi la nostra offerta per i seguenti prodotti:

Cod. Art.	descrizione	U.M.	Righe/Quantità	Prezzo	% Sc.	Importo Totale	C. IVA
DCF-E100	LIFELINE AED DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO Garanzia di 8 anni sul dispositivo, 5 anni sulla batteria, 1 anno sugli accessori. Completo di batteria standard durata 5 anni + 9v cod. DCF-E200, 1ª coppia Piastre adulto orig cod. DDP-100 **	UN	3,00	1.180,00		3.540,00	22
	** vedi offerta dettagliata						
BO243	ASPIRATORE SUPER-V a BATTERIA	UN	3,00	375,00	5	1.068,75	22
35100	PULSOXIMETRO OXY-50	CF	3,00	158,00	5	450,30	22

Stampato con Amica 2007 - www.bisanziware.com

Imponibile	5.059,05	%IVA	22	Imposta	1.112,99	Esenzioni		Sconto %	
								Abbuoni	
Totale Imponibile	5.059,05			Totale Imposta	1.112,99	Totale Esente		Spese Incasso	
								Totale documento	6.172,04

Condizioni generali della Fornitura:

Modalità di pagamento

RIMESSA DIRETTA 30 GG FM

Scadenze

31/03/2018 - € 6.172,04

Banca di appoggio

UNICREDIT SPA

trasporto a cura del

Netto a pagare

6.172,04

Annotazioni

TEMPI DI CONSEGNA 2 GG. LAVORATIVI DATA PERFEZIONAMENTO VS. ORDINE




Prodotti per
Ospedali e Comunità

RIETI Via S. Francesco, 133-137/A
Tel. 0746.482284 - 0746.280511 - Fax 0746.498451
info@dispositivibiomedicali.it - www.dispositivibiomedicali.it

DIATERMO MB 120D - mono-bipolare 120 Watt

Codice: BO628
Categoria: Elettrobisturi mono-bipolari
Unità di vendita: 1 pz.
Quantitativi minimi: 1
Dispositivo: Dispositivo medico
Classe: II B
NSIS: 514084
CND: Z12010902
EAN13: 8023279306286



Descrizione: DIATERMO MB 120D - mono-bipolare - 120 Watt

Diatermo MB-D è un elettrobisturi elettronico ad alta frequenza adatto ad interventi di piccola e media chirurgia. Attraverso la selezione delle funzioni permette di effettuare taglio puro CUT, taglio coagulato BLEND, coagulazione superficiale FORCED COAG, coagulazione di profondità in assenza di carbonizzazione SOFT COAG e, con apposito adattatore, coagulazione bipolare BIPOLAR. La lettura digitale della potenza erogata e la sorveglianza mediante microcontrollore delle funzioni operative, contribuiscono a creare le migliori condizioni per l'intervento. Diatermo MB-D permette una chirurgia altamente professionale grazie alle soluzioni ergonomiche e di sicurezza adottate. L'elettrobisturi è dotato di un sistema di controllo del corretto funzionamento dell'elettrodo neutro. Possibilità di commutare le funzioni e di comandare l'erogazione di potenza dal manipolo porta elettrodi, permettendo l'esecuzione degli interventi chirurgici senza distogliere l'attenzione dal campo operatorio.

Caratteristiche:

- chirurgia minimo-invasiva
- possibilità di utilizzazione di pinza bipolare
- possibilità di utilizzazione di elettrodi neutri bipartiti
- memorizzazione delle ultime impostazioni utilizzate
- attivazione della potenza con pedale e/o manipolo
- regolazione ed indicazione digitale della potenza
- regolazione dell'intensità dell'emissione sonora

Caratteristiche tecniche:

- Potenza max taglio CUT: 120 W - 250 Ohm
- Potenza max taglio-coagulato BLEND: 90 W - 200 Ohm
- Potenza max coagulazione FORCED COAG: 80 W - 150 Ohm
- Potenza max coagulazione SOFT COAG: 60 W - 100 Ohm
- Potenza massima bipolare BIPOLAR: 40 W - 100 Ohm
- Frequenza di lavoro: 600 kHz
- Elettrodo neutro: F
- Alimentazione selezionabile: 115 - 230 Vac



Prodotti per Ospedali e Comunità

RIETI Via S. Francesco, 133-137/A
Tel. 0746.482284 - 0746.280511 - Fax 0746.498451
Info@dispositiviblomedicali.it - www.dispositiviblomedicali.it

- Frequenza di rete: 50 - 60 Hz
- Potenza massima assorbita: 300 VA
- Dimensioni WxHxD mm: 254 x 104 x 288
- Peso: 5 kgs
- Controlli: Controllo circuito placca/paziente, controllo della potenza emessa, autodiagnosi
- Sicurezza: EN60601-1, EN60601-1-2, EN60601-2-2,
- Classificazione elettrica: I CF; MDD 93/42/EC Classe: II b

Dotazione standard:

- Manipolo MB monouso con 2 pulsanti
- Pedale operativo stagno 30577 (alternativo all'uso del manipolo)
- Placca piatta con cavo 30564
- Kit di 10 elettrodi autoclavabili, Ø 2,4 mm
- Cavo di alimentazione 2 m
- Manuale d'uso: GB, IT, disponibile su richiesta in FR, ES, PL.




Prodotti per
Ospedali e Comunità

RIETI Via S. Francesco, 133-137/A
Tel. 0746.482284 - 0746.280511 - Fax 0746.498451
info@dispositivibiomedical.it - www.dispositivibiomedical.it

ASPIRATORE SUPER-V a BATTERIA

Codice: BO243
Categoria: Aspiratori a batteria
Unità di vendita: 1 pz.
Quantitativi minimi: 1
Dispositivo: Dispositivo medico
Classe: II A
NSIS: 590729
CND: Z120105
EAN13: 8023279282436



Descrizione: SUPER-V a BATTERIA - struttura in plastica - 16 l/min

Grazie ad un sistema elettronico è possibile monitorare lo stato funzionale della batteria, ed in contemporanea utilizzare l'apparecchio a 230V, anche quando la batteria è in ricarica.

Autonomia circa: 40-45 minuti

Aspirazione massima: -0,75 bar

Potenza aspirazione: 16 l/min

Tempo di ricarica: 120-150 minuti

Dotato di vaso da 1 l (2 l opzionale) infrangibile, autoclavabile a 120°C con valvola per il controllo sicuro del livello di liquido, per prevenire un traboccamento.

Caratteristiche tecniche:

- Alimentazione: 220-230 V - 50/60 Hz AC - 12 VDC
- Misure: 350 x 210 x 180 mm
- Peso: 4,9 kg
- Aspirazione massima: -0.75 bar (563 mmHg)
- Portata: 16 litri/min
- Normative: IEC 601-1 - Classe II Tipo B.
- Prodotto in Italia.

Dotazione standard:

- Vaso 1 litro - autoclavabile a 120° C
- Set tubi in silicone
- Catetere aspirazione
- Filtro antibatterico
- Cavo per ricarica batterie da rete
- Cavo per ricarica batterie da auto
- Manuale d'uso multi lingua (GB, IT, FR, DE, ES)



Prodotti per
Ospedali e Comunità

RIETI Via S. Francesco, 133-137/A
Tel. 0746.482284 - 0746.280511 - Fax 0746.498451
info@dispositivibiomedical.it - www.dispositivibiomedical.it

SPETT.LE

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE di RIETI

Via del Terminillo, 42

02100 RIETI

NS. RIF.: (da citare sempre in risposta) CP/19_02/2018

Oggetto: Offerta per l'approvvigionamento di defibrillatori

La sottoscritta Gabriella Carapacchi, nata il 28 ottobre 1943 a Rieti, residente a Rieti in Via Bernini, 3 - 02100 Rieti - codice fiscale CRPGR43R68H282Q, in qualità di Amministratore Unico della Società BIOMEDICAL S.r.l. con sede in via S. Francesco 137/137^ a Rieti 02100 - Telefono 0746 482284 - partita IVA 00568010573 - Tel. 0746 482284 - Fax 0746 498451 email: biomedicalsrl@hotmail.com, con la presente, Vi proponiamo la nostra migliore offerta valida alle condizioni sotto riportate:

Condizioni di fornitura

VALIDITÀ' OFFERTA: 30.04.2018

I.V.A.: 22 % (ventidue %)

SPESE DI TRASPORTO E IMBALLO: a nostro carico

TERMINE DI CONSEGNA: entro 2 (due) giorni dalla data di ricezione dell'ordine definitivo

COLLAUDO: compreso a mezzo nostro personale tecnico e da effettuarsi entro 7 (sette) giorni dalla consegna secondo le modalità previste dalle nostre procedure.

TRAINING: compreso come da modalità indicate nel documento "Training"

GARANZIA: Garanzia di 8 anni sul dispositivo, 4 anni sulla batteria, 1 anno sugli accessori, decorrenti dalla data di collaudo, tale periodo è da intendersi comprensivo della manutenzione totale delle apparecchiature e della sostituzione gratuita di qualunque elemento andasse in avaria (esclusi i materiali di consumo).

PAGAMENTO: rimessa diretta 30 gg. data fattura fine mese

La Biomedical S.r.l. si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010



Prodotti per
Ospedali e Comunità

RIETI Via S. Francesco, 133-137/A
Tel. 0746.482284 - 0746.280511 - Fax 0746.498451
info@dispositivibiomedicali.it - www.dispositivibiomedicali.it

Lifeline AED High capacity è un defibrillatore semiautomatico tecnologicamente avanzato, semplice e diretto: ci sono solo due pulsanti sull'unità, un pulsante verde per accendere l'unità e uno rosso per defibrillare il paziente, se necessario. L'apparecchio dispone di elettrodi preconessi inseriti nell'apposita tasca posteriore, in modo da renderne rapido l'utilizzo in caso di emergenza. Un'ampia maniglia di trasporto integrata rende facile e sicuro il trasporto. E' presente un completo sistema di diagnosi automatica.

Codifica	Descrizione		
DCF-E110	DEFIBRILLATORE LIFELINE AED <i>Accessori in dotazione standard</i> 1 Batteria standard durata 5 anni +9v (cod. DCF-E100) 1 coppia Piastre defibrillazione monouso adulto (cod. DDP-100) 1 Manuale d'uso <i>Accessori aggiunti alla dotazione standard a completamento vostra richiesta</i> 1 coppia Piastre defibrillazione monouso pediatriche (cod. DDP-200P) 1 Kit accessori defibrillatore (pocket mask, rasoio, salviette disinfett, guanti, forbici) (cod MAS-017)		
<table border="1"> <tr> <td>Prezzo unitario netto Voi riservato completo di accessori:</td><td> Euro 1200,00 (milleduecento,00) I.V.A. esclusa </td></tr> </table>		Prezzo unitario netto Voi riservato completo di accessori:	Euro 1200,00 (milleduecento,00) I.V.A. esclusa
Prezzo unitario netto Voi riservato completo di accessori:	Euro 1200,00 (milleduecento,00) I.V.A. esclusa		

Lifeline AED High è un defibrillatore di tipo semiautomatico esterno bifasico (forma d'onda bifasica esponenziale tronca), a compensazione di impedenza, completo di batteria e di elettrodi per adulti.

- è di semplice ed immediato utilizzo. Due soli tasti, uno per l'accensione ed uno per erogare la scarica. Nessun altro tasto per non confondere l'utilizzatore;
- è dotato di una funzionale e pratica maniglia integrata per il trasporto (gommata anti-scivolo) per una veloce e sicura presa durante il soccorso;
- è dotato di scocca resistente agli urti, all'acqua e polvere e deve soddisfare quanto previsto dalle norme MIL-STD-810F 516.5 - procedura IV e IP 54.
- peso 2,0 kg completo di batteria da 5 anni in stand by ;



Prodotti per Ospedali e Comunità

RIETI Via S. Francesco, 133-137/A
Tel. 0746.482284 - 0746.280511 - Fax 0746.498451
info@dispositivibiomedicali.it - www.dispositivibiomedicali.it

- è dotato di comandi vocali per la guida al soccorritore che sono chiari ed in lingua italiana-I nuovi raccordi di ricarica che si inseriscono a filo del frontale dell'autoclave rappresentano una vera e propria innovazione
- è dotato di software rispondente alle attuali linee guida internazionali per adulti (ILCOR/AHA), con possibilità di effettuare gli aggiornamenti senza spostare lo strumento dal luogo in cui si trova attraverso memory card estraibile; il software garantisce la gestione e registrazione dei seguenti dati: gestione generale, defibrillazione, registrazione ambientale, ECG in continuo;
- è inclusa la possibilità di modificare senza implementazioni hardware i parametri funzionali in base ad eventuali aggiornamenti delle linee guida internazionali sulla RCP, per almeno 5 anni dalla data di fornitura;
- consente la registrazione dei dati relativi all'utilizzo su memoria interna per 12 ore per ECG ed eventi attraverso datacard / memoria estraibile (opzionale cod. DDC-6) , consente l'autodiagnosi giornaliera, settimanale e mensile con indicazione esterna dell'esito facilmente individuabile compreso test delle batterie ed elettrodi;
- consente l'analisi del ritmo del paziente in automatico all'accensione con sistema di autodiagnosi per la rilevazione di ritmo defibrillabile;
- possiede un tempo di scarica inferiore ai 6 secondi dall'analisi;
- consente sempre la preconnessione degli elettrodi; gli stessi sono di semplice e veloce utilizzo e posizionati in un vano non chiuso del defibrillatore stesso
- è dotato di metronomo per indicazione della cadenza delle contrazioni toraciche esterne;
- Batteria: L'alimentazione elettrica è fornita da batteria al litio, con durata di 5 anni in stand by, a partire dal buon esito del collaudo.

Rieti, 19 febbraio 2018

BIOMEDICAL Srl

BIOMEDICAL s.r.l.
L'Amministratore Unico

L'Amministratore Unico e Legale Rappresentante
Gabriella Carapacchi

lp

ALL. 1 D. 1
Pag. 3 di 80




Prodotti per
Ospedali e Comunità

RIETI Via S. Francesco, 133-137/A
Tel. 0746.482284 - 0746.280511 - Fax 0746.498451
info@dispositivibiomedicali.it - www.dispositivibiomedicali.it

PULSOXIMETRO OXY-50

Codice: 35100
Categoria: Pulsoximetri
Unità di vendita: 1 pz.
Quantitativi minimi: 1
Dispositivo: Dispositivo medico
Classe: II A
NSIS: 237641
CND: Z1203020408
EAN13: 8023279351002



Descrizione: Pulsoximetro da dito portatile con display a colori, utilizzabile sia per i controlli di routine che per un monitoraggio continuo.

- Principali caratteristiche:
 - Display 1,8" a colori a cristalli liquidi
 - Risoluzione 160x128
 - Allarme acustico, tono pulsazioni
 - Alimentazione DC3V <100MA
 - Registrazione dati fino a 24 ore.
 - Allarmi regolabili
 - Software per PC per trasferimento dati in tempo reale

Caratteristiche tecniche:

- Modalità display (OLED display)
 - Impulso saturazione ossigeno (SpO2) : 2 cifre
 - Frequenza pulsazioni: 3 cifre
 - Intensità pulsazioni: grafico a barre
- Pulsazioni
 - Campo di misurazione: 25bpm~250bpm
 - Risoluzione: 1 bpm
 - Precisione: ± 2 bpm or $\pm 2\%$
- Parametri SpO2
 - Campo di misurazione: 0%~100%, (risoluzione 1%)
 - Precisione: 70%~100%: $\pm 2\%$
 - Media valori: Calcolo della media ogni 4 misurazioni. Deviazione tra valore medio e valore reale non eccedente l' 1%
 - Sicurezza: BFTYPE
 - Media pulsazioni: Calcolo della media delle pulsazioni ogni 4 battiti cardiaci. Deviazione tra valore medio e valore reale non eccedente l' 1%
- Intensità pulsazioni:
 - Display grafico a barre continuo, la parte superiore del display indica l'impulso più forte
- Batteria: 2AA
- Sensore Ossimetria: lunghezza d'onda 660 - 880 nm
- Dimensioni: 110 x 60 x 23 mm
- Peso: circa 180g (con batterie 2AA)

ALL A.D.I.
Pag. 10 di 10



Prodotti per
Ospedali e Comunità

RIETI Via S. Francesco, 133-137/A
Tel. 0746.482284 - 0746.280511 - Fax 0746.498451
info@dispositivibiomedical.it - www.dispositivibiomedical.it

Dotazione standard:

- 1 sonda adulto
- 2 batterie AA
- Cavo USB
- Software per PC (inglese)
- Manuale (inglese, francese, italiano)

lp