

Alla UOSD Ingegneria Clinica  
n° fax 0746/278833

Alla c/a del personale Althea Italia S.p.A.  
n° fax 06/66100449  
mail: it.sic.rieti@althea-group.com

## MODULO RICHIESTA INTERVENTO IN PRONTA DISPONIBILITÀ SU SISTEMA FRIGO

### DATI IDENTIFICATIVI DEL SISTEMA FRIGO

Apparecchiatura oggetto della richiesta : .....  
breve descrizione

Ubicazione dell'apparecchiatura: .....  
sede / piano / stanza o UO

N° di inventario bene immobile:

#### **Intervento effettuato a seguito di:**

allarme sistema monitoraggio delle temperature

attivazione dal personale del Centralino della portineria dell'Ospedale Provinciale reatino

L' intervento è stato effettuato presso la sede di: \_\_\_\_\_, il tecnico ha:

1. verificato che il guasto o il mal funzionamento segnalato non dipende dal sistema di monitoraggio delle temperature;
2. verificato che il guasto o il mal funzionamento segnalato non dipende dall'alimentazione elettrica né da altra criticità di origine impiantistica;
3. tentato di risolvere il problema effettuando le seguenti prove: \_\_\_\_\_

#### **Riscontrando:**

Falso allarme generato dal sistema di monitoraggio

Allarme generato da criticità legate all'alimentazione elettrica o di origine impiantistica

Che il ripristino del sistema frigo è riuscito  non è riuscito

Data della richiesta .....

Dati del tecnico intervenuto:

Funzione del Richiedente.....  
(LEGGIBILE IN STAMPATELLO)

Nome e Cognome .....  
(NOME E COGNOME LEGGIBILE IN STAMPATELLO) (FIRMA)

Recapito telefonico .....