

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI – Tel. 0746.2781 – PEC: asl.rieti@pec.it
www.asl.rieti.it C.F. e P.I. 00821180577

U.O.C.: Acquisizione e Logistica di Beni e Servizi

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Roberta Teodori

Tel. 0746/279540 email: r.teodori@asl.rieti.it

Referente per quanto comunicato: Dott. Giacomo Salvi

Tel. 0746/279547 email: g.salvi@asl.rieti.it

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, DELLA FORNITURA DI UNA COLONNA ARTROSCOPICA E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO PER 24 MESI, PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DEL P.O. DI RIETI

Si rende noto che l'Azienda intende avviare, ai sensi dell'art. 77 del D.lgs. n. 36/2023, un'indagine di mercato al fine di individuare gli operatori economici del settore merceologico di riferimento, da invitare alla procedura di gara negoziata da esperirsi su Piattaforma STELLA avente ad oggetto le prestazioni di seguito indicate.

DESCRIZIONE: FORNITURA DI UNA COLONNA ARTROSCOPICA E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO PER 24 MESI, PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DEL P.O. DI RIETI.

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME (salvo il disposto di cui all'art. 79 e all'allegato II.5 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.):

Modulo centralina telecamera:

- Risoluzione 4K nativa di 3840 x 2160 pixels (4K UHD) con sensore non inferiore ad 8 Bit
- Interfaccia utente semplice con grande touchscreen LCD capacitivo
- Regolazione dei parametri: luminosità, bilanciamento bianco, zoom, etc.
- Il processore deve essere dotato di programmi preimpostati per diverse specialità chirurgiche (ortopedia, urologia, ginecologia e chirurgia)
- Uscite video digitali, preferibilmente HDMI

Testina telecamera:

- Testina dotata di 3 Chip da 1/2.8" con sensore CMOS a scansione progressiva (60 HZ) e con risoluzione massima di 3840 x 2160 pixel (4K UHD) o equivalente
- Testina della telecamera ergonomica con almeno 4 tasti programmabili per il comando di specifiche funzioni e/o periferiche per gestire almeno 8 funzioni (Foto/Video – Zoom – Bilanciamento del bianco etc.)
- Testina dal peso contenuto e di piccole dimensioni
- Zoom digitale almeno 2x

Modulo fonte luce:

- Tecnologia Led
- durata del modulo Led
- Interfaccia utente semplice con grande touchscreen LCD capacitivo

- Controllo della luminosità sia manuale che automatico
- presenza di un sistema di sicurezza in caso di disconnessione del cavo a fibra dall'endoscopio

Monitor:

- Dimensioni monitor non inferiori a 26"
- Risoluzione 4K
- Il monitor deve essere dotato di programmi preimpostati personalizzabili per diverse specialità chirurgiche
- contrasto e luminosità
- Ingressi video digitali RGB (DVI) e HDMI
- Protezione dello schermo da urti accidentali durante le fasi di stoccaggio e movimentazione in sala operatoria

Modulo di archiviazione e registrazione immagini:

- Sistema di registrazione ed archiviazione in grado di memorizzare immagini e video in 4K
- Possibilità di archiviazione dati su vari supporti esterni (hard disk esterno, chiavette USB) ed unità di rete (LAN, PACS)
- Interfaccia utente semplice con grande touchscreen LCD capacitivo non inferiore a 6" TFT LCD
- Memoria interna non inferiore a 1TB
- modulo DICOM
- Esportazione immagini e video in diversi formati (Mpeg2 – H264)
- Possibilità di creare una cartella paziente e una check list chirurgica

Modulo per la gestione delle sonde a radiofrequenza e manipolo shaver motorizzato:

- Sistema multifunzione per resezione e ablazione dei tessuti per uso combinato del manipolo shaver e delle sonde elettrochirurgiche a radiofrequenza bipolare
- Pedale con programmazione dei pulsanti personalizzabili che consenta all'operatore di attivare e comandare il manipolo shaver, la sonda elettrochirurgica a radiofrequenza bipolare e gestire le funzioni della pompa artroscopica
- N. 2 shaver a comando manuale
- Sonde a radiofrequenza bipolare monouso sterili, con comando manuale, diametro da almeno 2.5mm a 4mm sia con che senza aspirazione integrata
- Disponibili in diverse configurazioni della punta
- Lame/frese shaver con range di misure da 0,2 mm a 5,5 mm in diverse configurazioni

Pompa integrata artroscopica:

- Pompa artroscopica con display touch screen, comando a pedale, integrazione con la centralina di resezione e ablazione
- Possibilità di creare profili utenti personalizzati e pre programmabili
- Tubi afflusso-efflusso monouso sterili a doppia cassetta (in e out), per facilitare il settaggio della pompa artroscopica. La tubolatura di efflusso deve essere dotata di 3 tubi di scarico dedicati per l'aspirazione dalla camicia dell'ottica, dal manipolo shaver e dalla sonda elettrochirurgica a radiofrequenza bipolare

Carrello medicale per alloggiamento dei moduli:

- Ripiani regolabili in altezza e asportabili
- 4 ruote piroettanti antistatiche con sistema di bloccaggio

- Alloggiamento porta telecamera
- Braccio porta monitor articolato e snodabile
- Dotato di asta porta flebo telescopica
- Dotato di n. 1 cassetto
- Dotato di maniglie per il trasporto
- Dotato di sistema di passacavi per un corretto cablaggio video e di alimentazione
- Dotato di trasformatore di isolamento e prese multiple sufficienti per tutti i moduli presenti

Accessori e strumentario in dotazione della fornitura:

- n. 2 ottiche 4K 30° diametro 4mm complete di camicia a doppio rubinetto, trocar e cestello di sterilizzazione
- n. 1 cavo a fibra ottica di lunghezza 3m, diametro 5mm, sterilizzabili e morbidi con possibilità di torsione e con funzione di sicurezza per il riconoscimento della disconnessione del cavo dall'endoscopio
- n. 2 cavi a fibra ottica standard di lunghezza 3m, diametro 3.5mm, sterilizzabili.

FABBISOGNO BIENNALE MATERIALE DI CONSUMO:

TIPOLOGIA DI CONSUMABILI	FABBISOGNO 24 MESI
SONDE VAPORIZZATORI	140
LAME SHAVER	160
FRESE SHAVER	160
TUBI AFFLUSSO - EFFLUSSO MONOUSO STERILI	160

IMPORTO A BASE DI GARA: € 180.000,00, oltre IVA.

Gli operatori economici interessati dovranno essere iscritti al “Sistema Acquisti Telematici della Regione Lazio – S.TEL.LA”.

Il presente avviso esplorativo, nel perseguire gli obiettivi e le finalità di cui all'art. 77 del Codice dei Contratti Pubblici è, pertanto, funzionale ad un'indagine conoscitiva del mercato finalizzato a selezionare almeno n. 5 (cinque) operatori economici, da consultare discrezionalmente, al fine di avviare una procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) del D.lgs. n. 36/2023, ovvero qualsiasi altra procedura volta all'affidamento della fornitura in oggetto, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023.

In caso di presentazione di manifestazioni di interesse in numero superiore a 5 (cinque), in ossequio ai principi di cui all'art. 50 del D.lgs. n. 36/2023, la Stazione Appaltante selezionerà gli operatori economici sulla base dei seguenti criteri:

1. l'aver eseguito negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati, di importo minimo pari alla metà dell'importo della base di gara (quindi pari ad almeno € 90.000,00). Per “contratti analoghi” sono da intendersi contratti di fornitura e/o noleggio e/o service di una colonna artroscopica avente caratteristiche tecniche minime come quelle indicate nel presente avviso;

2. nel caso in cui, una volta applicato il suddetto criterio n.1, dovesse rimanere in elenco un numero di operatori economici superiore a 5 (cinque), la Stazione Appaltante selezionerà gli operatori economici sulla base del “migliore fatturato triennale”, il quale verrà calcolato sommando il fatturato dei migliori tre anni degli ultimi cinque anni (2020-2024).

Il possesso di tali requisiti sarà dichiarato dall’O.E. mediante autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. (Allegato n.1).

Si precisa che la Stazione Appaltante, tenuto conto dell’esito della pubblicizzazione dell’avviso, procederà come di seguito:

- si riserva di invitare un numero di operatori economici superiore a 5, su giudizio e discrezione circa la convenienza e l’idoneità delle manifestazioni di interesse pervenute;
- nel caso di manifestazioni di interesse in numero inferiore a 5, si riserva di individuare altri operatori economici da invitare alla procedura di gara, ove esistenti;
- si riserva di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.

Gli operatori economici interessati dovranno presentare domanda utilizzando il modello “istanza manifestazione di interesse” (Allegato n.2) nella quale si manifesti l’interesse ad essere invitate alla procedura di gara, avendo cura di indicare: denominazione sociale, indirizzo a cui inviare la documentazione, nonché i riferimenti telefonici, di posta elettronica e/o posta elettronica certificata presso cui si elegge domicilio per le comunicazioni con la Stazione Appaltante.

Gli operatori economici interessati dovranno inviare le manifestazioni di interesse esclusivamente a mezzo piattaforma telematica S.TEL.LA. della Regione Lazio all’indirizzo internet <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/>, firmate digitalmente dal Titolare o Legale Rappresentante dell’Operatore Economico, indicando il numero di protocollo del presente avviso, l’oggetto, nonché l’indicazione dell’apparecchio richiesto e della relativa scheda tecnica, **entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 08/05/2025, termine perentorio.**

AVVERTENZE

Il presente avviso è finalizzato ad una ricerca di mercato per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero possibile di operatori economici, nel rispetto dei principi di concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.

Gli operatori economici per il solo interesse manifestato alla presente indagine non potranno vantare alcun titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine all’affidamento della fornitura

Le eventuali manifestazioni di interesse che perverranno non sono in alcun modo vincolanti per la Stazione Appaltante che, a proprio insindacabile giudizio, si riserva la facoltà in qualsiasi momento di sospendere, modificare o annullare la presente indagine conoscitiva.

Allegato n. 1: Autocertificazione requisiti;

Allegato n. 2: Istanza manifestazione di interesse.

Il Responsabile Unico del Progetto
Dott. Giacomo Salvi