



GARA COMUNITARIA A PROCEDURA APERTA MULTI-LOTTO, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N. 50 E SS.MM.II., PER LA FORNITURA BIENNALE IN CONTO DEPOSITO DI LENTI INTRAOCULARI UTILIZZATE DALL'UOC OFTALMOLOGIA PER INTERVENTI EFFETTUATI C/O LA S.O. DI OFTALMOLOGIA DELL'OSPEDALE S. CAMILLO DE LELLIS DI RIETI E C/O LA CASA DELLA SALUTE DI MAGLIANO SABINA (RI). IMPORTO A BASE D'ASTA PARI AD € 660.800,00 AL NETTO DELL'IVA - GARA N. 9092674, INDETTA CON ATTO DELIBERATIVO N. 522/DGFF/2023 DEL 18.052023 - GARA N. 9092674 - REGISTRO DI SISTEMA S.TEL.LA. PI073880-23.

## VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE

n. 1

### PREMESSO CHE

- con atto deliberativo n. 522/DGFF/2023 del 18.052023 è stata indetta una “gara comunitaria a procedura aperta multi-lotto, ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., per la fornitura biennale in conto deposito di Lenti Intraoculari utilizzate dall’UOC Oftalmologia per interventi effettuati c/o la S.O. di Oftalmologia dell’Ospedale S. Camillo De Lellis di Rieti e c/o la Casa Della Salute Di Magliano Sabina (Ri). Importo a base d’asta pari ad € 660.800,00 al netto dell’Iva. - GARA N. 9092674”;
- con il succitato atto deliberativo di indizione sono stati approvati i documenti di gara (Disciplinare di gara e relativi allegati; Capitolato speciale e relativi allegati; Schema di bando);
- il bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea del 26.05.2023, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 5^ Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 62 del 31.05.2023, sulla piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sui due quotidiani a diffusione nazionale e su due a diffusione locale individuati;
- gli atti relativi alla procedura sono stati pubblicati sulla piattaforma S.TEL.LA della Regione Lazio [Registro di Sistema PI073880-23] e sul sito aziendale e sul MIT, con scadenza delle offerte 07.07.2023 ore 12:00 ed apertura buste amministrative 11.07.2023 ore 10:00;
- entro il termine sopra indicato hanno presentato offerta n. 8 (diconsi otto) operatori economici, agli atti del Fascicolo telematico del portale S.TEL.LA., come da seguente prospetto:

Ragione Sociale	Codice Fiscale	Lotti Offeriti	Registro di Sistema	Data ricezione
SIFI SPA	00122890874	2	PI091374-23	05/07/2023 09:57:15
TEC MED S.R.L.	06859310580	3,4,6,7,8	PI091679-23	05/07/2023 13:20:06
CARL ZEISS S.P.A. CON SOCIO UNICO	00721920155	8	PI091914-23	05/07/2023 17:26:05
AMO ITALY SRL	07121831007	1,2,6	PI091975-23	06/07/2023 09:12:02
ALFA INTES	07677821212	3,4	PI092315-23	06/07/2023 15:05:48
ALCON ITALIA	07435060152	1,3,5,6,8	PI092316-23	06/07/2023 15:06:00
OPTARISTON OFTALMOLOGIA	03751551007	2,3,6,8	PI092502-23	06/07/2023 20:00:40
DAMBO S.R.L.	08405110720	8	PI092510-23	07/07/2023 04:05:36

- con Determinazione n. 340/2023 del 11.07.2023 è stato nominato il Seggio di Gara;
- il Seggio di gara, presieduto dal RUP, Dott.ssa Emanuela Capparella, ha terminato la verifica con esito positivo, per tutti i partecipanti, della documentazione amministrativa in data 07/08/2023;

1

- con deliberazione n. 271/C.S./2023 del 01/09/2023, è stata nominata la Commissione giudicatrice per l'espletamento delle operazioni di gara concernenti la valutazione delle offerte tecniche e la successiva apertura delle offerte economiche ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., di seguito composta:

- o Dott./Prof. Fabio Fiormonte (Presidente);
- o Dott.ssa Maria Paola Carrozzoni (Commissario);
- o Dott. Vincenzo Ferella (Commissario);

TUTTO QUANTO SU PREMESSO,

**in data 22/09/2023, alle ore 09.30**, presso la sala gare della U.O.C. Acquisizione e Logistica dei Beni e Servizi, si è riunita la commissione giudicatrice come nominata con l'atto deliberativo n. 271C.S./2023 del 01/09/2023, di seguito composta:

- o Dott./Prof. Fabio Fiormonte (Presidente);
- o Dott.ssa Maria Paola Carrozzoni (Commissario);
- o Dott. Vincenzo Ferella (Commissario).

Altresì, presente, con le funzioni ed i compiti di segretario verbalizzante, senza diritto di voto, la Dott.ssa Katia Pezzotti, collaboratore amministrativo - categoria D in servizio presso la U.O.C. Acquisizione e Logistica dei Beni e Servizi.

Constata la regolare costituzione della Commissione, il Presidente ha dichiarato aperta la sessione dei lavori.

Preso atto dell'elenco dei concorrenti ammessi alla procedura *de qua*, secondo quanto previsto dell'art. 77, comma 9 D. Lgs 50/2016 *ratione temporis*, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, i commissari ed il segretario verbalizzante hanno dichiarato l'insussistenza di cause di incompatibilità e astensione di cui ai commi 4,5 e 6 del citato art.77, di cui all'art. 35 bis D. Lgs 165/2001 nonché assenza di conflitto di interessi, anche potenziale di cui all'art. 42 del codice degli appalti applicabile e del quadro normativo correlato *ratione temporis*, come da dichiarazioni agli atti al prot.n.0064031/23;

A questo punto, il Presidente ha dichiarato procedersi al collegamento alla Piattaforma S.TEL.LA e, di seguito, alle ore 09.39 ha aperto la seduta pubblica virtuale.

La Commissione ha, quindi, constatato:

- la diserzione, per mancanza di offerte, dei seguenti due lotti:

N. LOTTO	DESCRIZIONE
9	N. 100 - IOL MONOFOCALE A 3 PEZZI ACRILICHE IDROFOBICHE INIETTABILI

N. LOTTO	DESCRIZIONE
10	N. 40 - IOL MONOPEZZO DA CAMERA ANTERIORE, MATERIALE RIGIDO IN PMMA, PIANOCONVESSA

- la presenza a Sistema delle offerte tecniche presentante per i Lotti da 1 a 8, come segue:

N. LOTTO	DESCRIZIONE	CONCORRENTE/I
1	N. 100 - IOL MONOFOCALE A 3 PEZZI ACRILICHE IDROFOBICHE INIETTABILI	ALCON AMO ITALY

--	--	--

N. LOTTO	DESCRIZIONE	CONCORRENTE/I
2	N. 200 - IOL MONOPEZZO A PROFONDITÀ DI FUOCO VARIABILE, MONOMATERIALE IDROFOBICHE, INIETTABILE	SIFI SPA
		AMO ITALY
		OPTARISTON

N. LOTTO	DESCRIZIONE	CONCORRENTE/I
3	N. 2.400 - IOL MONOFOCALE MONOPEZZO ACRILICHE IDROFOBICHE PRECARICATA	TEC MED
		ALFA INTES
		ALCON
		OPTARISTON

N. LOTTO	DESCRIZIONE	CONCORRENTE/I
4	N. 100 - LENTE A FISSAZIONE SCLERALE PIEGHEVOLE, INIETTABILE IN COPOLIMERO, BIOCONVESSA N. 100 - LENTE A FISSAZIONE SCLERALE PIEGHEVOLE, INIETTABILE IN COPOLIMERO, BIOCONVESSA	TEC MED
		ALFA INTES

N. LOTTO	DESCRIZIONE	CONCORRENTE/I
5	N. 400 - IOL A TRE PEZZI ACRILICHE IDROFOBICHE BIOCONVESSA	ALCON

N. LOTTO	DESCRIZIONE	CONCORRENTE/I
6	N. 1.200 - IOL MONOPEZZO MONOMATERIALE, BIANCA (TRASPARENTE) PRECARICATA IN INIETTORE	TEC MED
		AMO ITALY
		ALCON
		OPTARISTON

N. LOTTO	DESCRIZIONE	CONCORRENTE/I
7	N. 40 - IOL MONOPEZZO MONOMATERIALE, ASFERICA, BIOCONVESSA, INIETTABILE	TEC MED

N. LOTTO	DESCRIZIONE	CONCORRENTE/I
8	N. 1.200 - IOL MONOPEZZO PER CAMERA POSTERIORE, MATERIALE ACRILICO IDROFOBICO, PRECARICATA, FILTRO UV E LUCE BLU	TEC MED
		CARL ZEISS
		ALCON
		OPTARISTON
		DAMBO SRL

Il Presidente ha, quindi, proceduto alla apertura telematica delle BUSTE/OFFERTE TECNICHE per ciascun lotto, dando contestuale comunicazione dell'avvio delle predette operazioni ai concorrenti collegati da remoto tramite la *chat* del Sistema.

Successivamente, alle ore 10.21, il Presidente ha dichiarato concluse le operazioni di apertura delle buste e, conseguentemente, chiusa la seduta pubblica, rinviando a separata seduta riservata l'esame

3



e la valutazione delle stesse, dando pure di ciò comunicazione ai concorrenti collegati da remoto tramite la *chat* del Sistema.

Alle ore 10.22, senza soluzione di continuità, la Commissione ha proseguito, in seduta riservata, i lavori di esame e valutazione delle offerte tecniche a partire dal Lotto 1 a seguire, con le risultanze di cui alle n. **8 schede di valutazione tecnica in Allegato da 1 a 8**, parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Alle ore 13.34, il Presidente ha sospeso i lavori, rinviando al giorno 28/09/2023 ore 8.30 per la conclusione delle operazioni valutative tecniche e conseguente sottoposizione al RUP delle risultanze per l'adozione dei provvedimenti conseguenti di competenza.

Il Presidente ha, altresì, fissato per la medesima giornata del 28/09/2023 p.v., apposita sessione in seduta pubblica, a partire dalle ore 9.30, per dare comunicazione ai concorrenti dell'esito della fase valutativa tecnica nonché per l'apertura e l'esame delle offerte economiche.

Mandando al segretario verbalizzante di darne comunicazione al RUP.

L.C.S.

- Dott./Prof. Fabio Fiormonte (Presidente);
- Dott.ssa Maria Paola Carrozzoni (Commissario);
- Dott. Vincenzo Ferella (Commissario).
- Dott.ssa Katia Pezzotti, segretario verbalizzante

## LOTTO 1 - N. 100 - IOL MONOFOCALE A 3 PEZZI ACRILICHE IDROFOBICHE INIETTABILI

Lente intraoculare monofocale 3 pezzi, da solco/sacco, iniettabile, acrilica idrofoba a basso contenuto di acqua, anse in PMMA, diametro di 6 mm, lunghezza minima 13 mm, bordo posteriore squadrato, poteri da -5 a + 5 diottrie.

PARAMETRI DI VALUTAZIONE	Punteggio Max	Tipo Criterio	ALCON	P	AMO ITALY	P
Range poteri diottrici maggiore (relazionare)	20	D	Sufficiente per range -5/+5D = 0,6	12	Buono per range -10/+5D= 0,85	17
Disponibilità di letteratura scientifica su riviste di oftalmologia riguardante il solo dispositivo nel suo complesso e non gli elementi che lo compongono (es. materiale) (relazionare)	25	D	Ottimo=1,00	25	Ottimo=1,00	25
Ottica menisco (Si 10 punti; No 0 punti)	10	T	SI	10	SI	10
Ottica bioconvessa (Si 10 punti; No 0 punti)	10	T	SI	10	SI	10
Formazione al personale sull'utilizzo del dispositivo (relazionare)	10	D	Sufficiente =0,60	6	Ottimo=1,00	10
Tempi di consegna inferiori ai 2 gg Indicare il tempo di consegna espresso in ore in numero assoluto. (in caso sia indicato un numero non assoluto-tipo "circa" o un range da x a y- , verrà attribuito un punteggio pari a 0).	5	Q (V.min/V.iesimo)*Pmax	<u>24 h<sup>1</sup></u>	1,67	8 h.	5
<b>TOTALE</b>	<b>80</b>		<b>P.Tot.</b>	<b>64,67</b>	<b>P.Tot.</b>	<b>77</b>

<sup>1</sup> Poiché l'operatore economico ALCON, TESTUALMENTE, dichiara: "La consegna avviene entro 2 ore lavorative dalla data di ricevimento dell'ordine in quanto presente un magazzino sulla città di Roma. Se il materiale non fosse disponibile presso il magazzino di Roma, e dovesse arrivare dal magazzino di Caleppio di Settala l'ordine sarà consegnato in 24 ore", la Commissione ritiene debba considerarsi come ordinario il tempo di 24 ore.

**LOTTO 2 - N. 200 - IOL MONOPEZZO A PROFONDITÀ DI FUOCO VARIABILE, MONOMATERIALE IDROFOBICHE,  
INIETTABILE**

Lente intraoculare monopezzo a profondità di fuoco variabile, monomateriale idrofobo, iniettabile in 2,75 mm, piatto ottico da 6 mm, lunghezza totale da 13 mm. poteri diottrici da + 6 a + 30 con incrementi di 0,50 diottrie.

PARAMETRI DI VALUTAZIONE	Punteggio Max	Tipo Criterio	SIFI SPA	P	AMO ITALY	P	OPTARISTON	P
Range poteri diottrici maggiore (relazionare)	20	D	range +5/+30D: <b>non rispetta i requisiti minimi</b>	<b>ESCLUSO</b>	Discreto per range +5- +34D=0,7	14	Sufficiente per range +6/+30D=0,6	12
Disponibilità di letteratura scientifica su riviste di oftalmologia riguardante il solo dispositivo nel suo complesso e non gli elementi che lo compongono (es. materiale) (relazionare)	25	D	Ottimo=1,00	25	Ottimo=1,00	25	Ottimo=1,00	25
Precaricata (Si 10 punti; No 0 punti)	10	T	SI=10	10	SI=10	10	SI=10	10
Iniettabile in taglio < a 2,75 mm (Si 10 punti; No 0 punti)	10	T	SI=10	10	SI=10	10	SI=10	10
Formazione al personale sull'utilizzo del dispositivo (relazionare)	10	D	Discreto=0,70	7	Ottimo=1,00	10	Discreto=0,70	7
Tempi di consegna inferiori ai 2 gg Indicare il tempo di consegna espresso in ore in numero assoluto. (in caso sia indicato un numero non assoluto-tipo "circa" o un range da x a y-, verrà attribuito un punteggio pari a 0).	5	Q (V.min/V.iesimo)*Pmax	24 h lavorative	1,7	8 h lavorative	5	8 h lavorative	5
<b>TOTALE</b>	<b>80</b>				<b>P.Tot.</b>	<b>74</b>	<b>P.Tot.</b>	<b>69</b>

La commissione propone a ECLUSIONE della SIFI perché non rispetta i requisiti minimi di cui al CSA "poteri diottrici da + 6 a + 30 con incrementi di 0,50 diottrie".

**LOTTO 3 - N. 2.400 - IOL MONOFOCALE MONOPEZZO ACRILICHE IDROFOBICHE PRECARICATA**

Lente intraoculare monofocale, monopezzo, da sacco, acrilica idrofoba, precaricata, con filtro luce blu, diametro di 6mm, lunghezza di 13mm, anse angolate a 5°, con poteri da +6 a +30 diottrie con incrementi di 0,50 diottrie.

PARAMETRI DI VALUTAZIONE	Punteggio Max	Tipo Criterio	TEC MED	P	ALFA INTES	P	ALCON	P	OPTARISTON	P
Range poteri diottrici maggiore (relazionare)	20	D	Range 0/+30D, +10.5/+30D incr. 0.5 0/+10D incr. 1: <b>non rispetta i requisiti minimi</b>	<b>ESCLUSO<sup>2</sup></b>	Range +6/+30D incr. 1/0.5 +6/+10 incr. 1 +10/+26 incr. 0.50: <b>non rispetta i requisiti minimi</b>	<b>ESCLUSO<sup>3</sup></b>	Sufficiente per range +6/ +30D incr. 0.5=0,6	12	Sufficiente per range +6/ +30D incr. 0.5 =0.6	12
Disponibilità di letteratura scientifica su riviste di oftalmologia riguardante il solo dispositivo nel suo complesso e non gli elementi che lo compongono (es. materiale) (relazionare)	25	D	Sufficiente=0,60	15	Ottimo=1,00	25	Ottimo=1,00	25	Ottimo=1,00	25
Iniettore utilizzabile sia in pressione che a vite (Si 20 punti; No 0 punti)	20	T	NO (solo pressione)	0	NO (solo pressione)	0	SI	20	SI	20
Formazione al personale dell'utilizzo	10	D	Discreto= 0,70	7	Buono=0,85	8,5	Sufficiente=0,60	6	Discreto=0,70	7

<sup>2</sup> La commissione propone la esclusione di TEC MED non rispetta i requisiti minimi del CSA - lotto 3 "con poteri da +6 a +30 diottrie con incrementi di 0,50 diottrie".

<sup>3</sup> La commissione propone la esclusione di ALFA INTES non rispetta i requisiti minimi del CSA - lotto 3 "con poteri da +6 a +30 diottrie con incrementi di 0,50 diottrie".

dispositivo (relazionare)										
Tempi di consegna inferiori ai 2 gg Indicare il tempo di consegna espresso in ore in numero assoluto. (in caso sia indicato un numero non assoluto-tipo "circa" o un range da x a y- , verrà attribuito un punteggio pari a 0).	5	Q (V.min/V.iesimo)*Pmax	24 h	1,7	5 gg <sup>4</sup> .	ESCLUSO OFFERTA INAMMISSIBILE <sup>5</sup> :	24 h <sup>6</sup>	1,7	8 h	5
<b>TOTALE</b>	<b>80</b>						<b>P.Tot.</b>	<b>64,7</b>	<b>P.Tot.</b>	<b>69</b>

<sup>4</sup> Poiché TESTUALMENTE da allegato alla Relazione: "Organizzazione tecnica aziendale, l'operatore economico ALFA INTES dichiara "Tempi di consegna dalla data di ricezione dell'ordine: 5 giorni lavorativi. In caso di richieste a carattere urgenza l'organizzazione aziendale prevede l'evasione dell'ordine entro 24 ore", in violazione dell'Art. 5 – Esecuzione del Contratto e Consegne/Conto Deposito - del CSA che al comma 7 prescrive: "L'impresa provvederà, a seguito dell'avvenuta utilizzazione del materiale, a reintegrarlo entro il termine di 2 (due) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di reintegro (lettera di reintegro)". P.Q.M., la Commissione propone LA ESCLUSIONE dell'operatore economico ALFA INTES per essere l'OFFERTA INAMMISSIBILE/CONDIZIONATA.

<sup>6</sup> Poiché l'operatore economico ALCON, TESTUALMENTE, dichiara: "La consegna avviene entro 2 ore lavorative dalla data di ricevimento dell'ordine in quanto presente un magazzino sulla città di Roma. Se il materiale non fosse disponibile presso il magazzino di Roma, e dovesse arrivare dal magazzino di Caleppio di Settala l'ordine sarà consegnato in 24 ore", la Commissione ritiene debba considerarsi come ordinario il tempo di 24 ore.



## LOTTO 4 - N. 100 - LENTE A FISSAZIONE SCLERALE PIEGHEVOLE, INIETTABILE IN COPOLIMERO, BIOCONVESSA

Lente a fissazione sclerale pieghevole, iniettabile in copolimero a basso contenuto di acqua, asferica, biconvessa, bordo posteriore squadrato a 360 gradi, doppio filtro luce blu e UV, diametro ottico minimo 6 mm, lunghezza totale minima 13mm, potere diottrico da - 5 a + 40 diottrie

PARAMETRI DI VALUTAZIONE	Punteggio Max	Tipo Criterio	TEC MED	P	ALFA INTES	P
Range poteri diottrici maggiore (relazionare)	20	D	Buono per range - 5+35D=0,85	17	Ottimo=1,00	20
Disponibilità di letteratura scientifica su riviste di oftalmologia riguardante il solo dispositivo nel suo complesso e non gli elementi che lo compongono (es. materiale) (relazionare)	25	D	Ottimo=1,00	25	Buono=0,85	21,25
Doppio filtro UV e luce blu (Si 10 punti; No 0 punti)	10	T	NO	0	SI	10
Diametro Ottico > 6 mm (Si 5 punti; No 0 punti)	5	T	SI	5	SI	5
Materiale con contenuto acquoso > 25% (Si 5 punti; No 0 punti)	5	T	SI	5	SI	5
Formazione al personale sull'utilizzo del dispositivo (relazionare)	10	D	Discreto=0,7	7	Buono=0,85	8,5
Tempi di consegna inferiori ai 2 gg Indicare il tempo di consegna espresso in ore in numero assoluto. (in caso sia indicato un numero non assoluto-tipo "circa" o un range da x a y-, verrà attribuito un punteggio pari a 0).	5	Q (V.min/V.iesimo)*Pmax	<u>Per ordini ricevuti entro le ore</u> 10, 24 h <sup>7</sup>	0	24 h	5
<b>TOTALE</b>	<b>80</b>		<b>P.Tot.</b>	<b>59</b>	<b>P.Tot.</b>	<b>74,75</b>

<sup>7</sup> Poiché TESTUALMENTE l'operatore economico TEC MED dichiara "Per ordini ricevuti entro le ore 10, sarà garantita la consegna entro le 24 ore (lavorative) successive. Ferma la dichiarazione di corrispondenza ai requisiti minimi pur allegata alla Busta Tecnica. Pertanto, visto sul punto, ex art. 5 – Esecuzione del Contratto e Consegne/Conto Deposito - del CSA, che al comma 7 prescrive: "L'impresa provvederà, a seguito dell'avvenuta utilizzazione del materiale, a reintegrarlo entro il termine di 2 (due) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di reintegro (lettera di reintegro)". P.Q.M., la Commissione propone valutazione 0 all'offerta presentata come migliorativa sub criterio tempi di consegna.

## LOTTO 5 - N. 400 - IOL A TRE PEZZI ACRILICHE IDROFOBICHE BIOCONVESSA

Lente intraoculare monofocale 3 pezzi, da solco/sacco, acrilica idrofoba a basso contenuto di acqua, biconvessa, diametro minimo 6,5 mm, lunghezza di 13 mm, bordo posteriore squadrato, angolazione delle anse 10°, poteri da + 6 a + 30 diottrie con incrementi di 0,50 diottrie

PARAMETRI DI VALUTAZIONE	Punteggio Max	Tipo Criterio	ALCON	P
Range poteri diottrici maggiore (relazionare)	20	D	Ottimo per range +6+30D=1,00	20
Disponibilità di letteratura scientifica su riviste di oftalmologia riguardante il solo dispositivo nel suo complesso e non gli elementi che lo compongono (es. materiale) (relazionare)	25	D	Buono= 0,85	21,25
Diametro ottico > 6,5 mm (Si 10 punti; No 0 punti)	10	T	SI	10
Iniettabile con cartuccia ed iniettore dedicato (Si 20 punti; No 0 punti)	20	T	SI	20
Tempi di consegna inferiori ai 2 gg Indicare il tempo di consegna espresso in ore in numero assoluto. (in caso sia indicato un numero non assoluto-tipo "circa" o un range da x a y- , verrà attribuito un punteggio pari a 0).	5	Q (V.min/V.iesimo)*Pmax	24 h <sup>8</sup>	5
<b>TOTALE</b>	<b>80</b>		<b>P. Tot.</b>	<b>76,25</b>


<sup>8</sup> Poiché l'operatore economico ALCON, TESTUALMENTE, dichiara: "La consegna avviene entro 2 ore lavorative dalla data di ricevimento dell'ordine in quanto presente un magazzino sulla città di Roma. Se il materiale non fosse disponibile presso il magazzino di Roma, e dovesse arrivare dal magazzino di Calepio di Settala l'ordine sarà consegnato in 24 ore", la Commissione ritiene debba considerarsi come ordinario il tempo di 24 ore.

## LOTTO 6 - N. 1.200 - IOL MONOPEZZO MONOMATERIALE, BIANCA (TRASPARENTE) PRECARICATA IN INIETTORE

Lente acrilica idrofoba da sacco, monopezzo, monomateriale, bianca (trasparente), piatto ottico da 6mm, lunghezza da 13 mm, anse ad angolo 5°, precaricata in iniettore pronto all'uso, iniettabile in 2.5mm, poteri da +6 a +30 diottrie.

PARAMETRI DI VALUTAZIONE	Punteggio Max	Tipo Criterio	TEC MED	P	AMO ITALY	P	ALCON	P	OPTARISTON	P
Range poteri diottrici maggiore (relazionare)	20	D	Ottimo per range +0/+34D=1,00	20	Ottimo per range +5/+30D=1,00	20	Ottimo per range +6/+30D=1,00	20	Ottimo per range +6/+30D=1,00	20
Disponibilità di letteratura scientifica su riviste di oftalmologia riguardante il solo dispositivo nel suo complesso e non gli elementi che lo compongono (es. materiale) (relazionare)	25	D	Sufficiente=0,6	15	Ottimo=1,00	25	Ottimo=1,00	25	Ottimo=1,00	25
Iniettore utilizzabile sia in pressione che a vite (Si 10 punti; No 0 punti)	10	T	NO	0	SI	10	SI	10	SI	10
Ottica asferica (Si 10 punti; No 0 punti)	10	T	SI	10	SI	10	SI	10	SI	10
Formazione al personale sull'utilizzo del dispositivo (relazionare)	10	D	Discreto=0,7	7	Ottimo=1,00	10	Sufficiente=0,6	6	Discreto=0,7	7
Tempi di consegna inferiori ai 2 gg Indicare il tempo di consegna espresso in ore in numero assoluto. (in caso sia indicato un numero non assoluto-tipo "circa" o un range da x a y-, verrà attribuito un punteggio pari a 0).	5	Q (V.min/V.iesimo)*Pmax	24 h	1,7	8h lav.	5	24h <sup>9</sup>	1,7	8h lav.	5
<b>TOTALE</b>	<b>80</b>		<b>P. Tot.</b>	<b>53,7</b>	<b>P. Tot.</b>	<b>80</b>	<b>P. Tot.</b>	<b>72,7</b>	<b>P. Tot.</b>	<b>77</b>

<sup>9</sup> Poiché l'operatore economico ALCON, TESTUALMENTE, dichiara: "La consegna avviene entro 2 ore lavorative dalla data di ricevimento dell'ordine in quanto presente un magazzino sulla città di Roma. Se il materiale non fosse disponibile presso il magazzino di Roma, e dovesse arrivare dal magazzino di Calepio di Settala l'ordine sarà consegnato in 24 ore", la Commissione ritiene debba considerarsi come ordinario il tempo di 24 ore.



## LOTTO 7 - N. 40 - IOL MONOPEZZO MONOMATERIALE, ASFERICA, BIOCONVESSA, INIETTABILE

Lente acrilica idrofoba da sacco torica, Monopezzo monomateriale, asferica biconvessa, toricità posteriore, piatto ottico da 6mm, inclinazione anse compresa tra 0° e 5°, lunghezza da 13mm, iniettabile 2,75 poteri da + 6 a + 30.

PARAMETRI DI VALUTAZIONE	Punteggio Max	Tipo Criterio	TEC MED	P
Range poteri diottrici maggiore (relazionare)	20	D	ottimo per range +6/+30D=1,00	20
Disponibilità di letteratura scientifica su riviste di oftalmologia riguardante il solo dispositivo nel suo complesso e non gli elementi che lo compongono (es. materiale) (relazionare)	25	D	Ottimo=1,00	25
Iniettabile in taglio < a 2,75 mm (Si 10 punti; No 0 punti)	10	T	SI	10
Filtro UV e luce blu (Si 10 punti; No 0 punti)	10	T	No (solo UV)	0
Formazione al personale sull'utilizzo del dispositivo (relazionare)	10	D	Ottimo=1,00	10
Tempi di consegna inferiori ai 2 gg Indicare il tempo di consegna espresso in ore in numero assoluto. (in caso sia indicato un numero non assoluto-tipo "circa" o un range da x a y-, verrà attribuito un punteggio pari a 0).	5	Q (V.min/V.iesimo)*Pmax	24 h lav.	5
<b>TOTALE</b>	<b>80</b>		<b>P. Tot.</b>	<b>70</b>

**LOTTO 8 - N. 1.200 - IOL MONOPEZZO PER CAMERA POSTERIORE, MATERIALE ACRILICO IDROFOBICO, PRECARICATA, FILTRO UV E LUCE BLU**

Lente per camera posteriore monopezzo, materiale acrilico idrofobico, filtrante la luce ultravioletta e blu, precaricata in iniettore pronto all'uso, superficie posteriore asferica, piatto ottico da 6mm, lunghezza totale minima 13 mm angolazione anse 0°, iniettabile in 2,75 mm, poteri ottici da +6.0 a +30 con incremento di 0.5 diottrie

PARAMETRI DI VALUTAZIONE	Punteggio Max	Tipo Criterio	TEC MED	P	CARL ZEISS	P	ALCON	P	OPTARISTON	P	DAMBO SRL	P
Range poteri diottrici maggiore (relazionare)	20	D	non rispetta i requisiti minimi	<b>ESCLUSO</b> 10	Buono per range 0/+34D incr. 0.50=0,85	17	Sufficiente per range +6/+30D incr. 0,50=0,6	12	non rispetta i requisiti minimi	<b>ESCLUSO</b> 11	Sufficiente per range +6/+30D incr. 0.50=1,00	12
Disponibilità di letteratura scientifica su riviste di oftalmologia riguardante il solo dispositivo nel suo complesso e non gli elementi che lo compongono (es. materiale) (relazionare)	25	D	Sufficiente =0,6	15	Buono=0,85	<b>21,25</b>	Ottimo=1,00	<b>25</b>	Buono=0,85	21,25	Non presente <sup>12</sup>	0
Iniettabile in taglio < a 2,75 mm (Si 10 punti; No 0 punti)	10	T	SI	10	SI	<b>10</b>	SI	<b>10</b>	SI	10	SI	10
Iniettore sia a vite che a pressione (Si 10 punti; No 0 punti)	10	T	NO	0	NO	<b>0</b>	SI	<b>10</b>	NO	0	NO	0
Formazione al personale sull'utilizzo del dispositivo (relazionare)	10	D	Sufficiente=0,6	6	Sufficiente=0,6	<b>6</b>	Sufficiente=0,6	<b>6</b>	Discreto=0,7	7	Sufficiente=0,6	6

<sup>10</sup> La commissione propone la esclusione di TEC MED non rispetta i requisiti minimi del CSA - lotto 8 "poteri ottici da +6.0 a +30 con incremento di 0.5 diottrie".

<sup>11</sup> La commissione propone la esclusione di OPTARISTON non rispetta i requisiti minimi del CSA - lotto 8 "poteri ottici da +6.0 a +30 con incremento di 0.5 diottrie".

<sup>12</sup> Poiché la Commissione rileva da pag. 1 Relazione: che rinvia all'alleato Rapporto di valutazione clinica, che detto rapporto allegato dalla DAMBO non costituisce "letteratura scientifica disponibile su riviste di oftalmologia", pertanto il punteggio attribuito al paramento in parola è zero.

Tempi di consegna inferiori ai 2 gg Indicare il tempo di consegna espresso in ore in numero assoluto. (in caso sia indicato un numero non assoluto-tipo "circa" o un range da x a y-, verrà attribuito un punteggio pari a 0).	5	Q (V.min/V .iesimo)* Pmax	24h	1,7	48h <sup>13</sup>	0	24h <sup>14</sup>	1,7	8h lav.	5	96 h: offerta inammissibile/ condizionata <sup>15</sup>	ESCLUSO
TOTALE	80				P. Tot.	54,25	P. Tot.	64,7				

<sup>13</sup> Poiché l'operatore CARL ZEISS, indica un tempo di 48 h pari ai 2 gg. richiesto come condizione di minima da CSA, esso è valutato non migliorativo e, pertanto, è attribuito il punteggio zero.

<sup>14</sup> Poiché l'operatore economico ALCON, TESTUALMENTE, dichiara: "La consegna avviene entro 2 ore lavorative dalla data di ricevimento dell'ordine in quanto presente un magazzino sulla città di Roma. Se il materiale non fosse disponibile presso il magazzino di Roma, e dovesse arrivare dal magazzino di Caleppio di Settala l'ordine sarà consegnato in 24 ore", la Commissione ritiene debba considerarsi come ordinario il tempo di 24 ore.

<sup>15</sup> Poiché TESTUALMENTE l'operatore economico DAMBO dichiara (TESTUALMENTE): "Offerente Società garantisce la consegna dei prodotti offerti in 96 h lavorative", in violazione dell'Art. 5 – Esecuzione del Contratto e Consegne/Conto Deposito – del CSA, che al comma 7 prescrive: "L'impresa provvederà, a seguito dell'avvenuta utilizzazione del materiale, a reintegrarlo entro il termine di 2 (due) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di reintegro (lettera di reintegro)". P.Q.M., la Commissione propone LA ESCLUSIONE dell'operatore economico DAMBO SRL per essere l'OFFERTA INAMMISSIBILE/CONDIZIONATA

UOC ACQUISIZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI

GARA COMUNITARIA A PROCEDURA APERTA MULTI-LOTTO, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N. 50 E SS.MM.II., PER LA FORNITURA BIENNALE IN CONTO DEPOSITO DI LENTI INTRAOCULARI UTILIZZATE DALL'UOC OFTALMOLOGIA PER INTERVENTI EFFETTUATI C/O LA S.O. DI OFTALMOLOGIA DELL'OSPEDALE S. CAMILLO DE LELLIS DI RIETI E C/O LA CASA DELLA SALUTE DI MAGLIANO SABINA (RI). IMPORTO A BASE D'ASTA PARI AD € 660.800,00 AL NETTO DELL'IVA - GARA N. 9092674, INDETTA CON ATTO DELIBERATIVO N. 522/DGFF/2023 DEL 18.052023 - GARA N. 9092674 - REGISTRO DI SISTEMA S.TEL.LA. PI073880-23.

**VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE**

**n. 2**

PREMESSO CHE

- con atto deliberativo n. 522/DGFF/2023 del 18.052023 è stata indetta una “gara comunitaria a procedura aperta multi-lotto, ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., per la fornitura biennale in conto deposito di Lenti Intraoculari utilizzate dall’UOC Oftalmologia per interventi effettuati c/o la S.O. di Oftalmologia dell’Ospedale S. Camillo De Lellis di Rieti e c/o la Casa Della Salute Di Magliano Sabina (Ri). Importo a base d’asta pari ad € 660.800,00 al netto dell’Iva. - GARA N. 9092674”;
- con il succitato atto deliberativo di indizione sono stati approvati i documenti di gara (Disciplinare di gara e relativi allegati; Capitolato speciale e relativi allegati; Schema di bando);
- il bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea del 26.05.2023, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 5^ Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 62 del 31.05.2023, sulla piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sui due quotidiani a diffusione nazionale e su due a diffusione locale individuati;
- gli atti relativi alla procedura sono stati pubblicati sulla piattaforma S.TEL.LA della Regione Lazio [Registro di Sistema PI073880-23] e sul sito aziendale e sul MIT, con scadenza delle offerte 07.07.2023 ore 12:00 ed apertura buste amministrative 11.07.2023 ore 10:00;
- entro il termine sopra indicato hanno presentato offerta n. 8 (diconsi otto) operatori economici, agli atti del Fasciolo telematico del portale S.TEL.LA., come da seguente prospetto:

Ragione Sociale	Codice Fiscale	Lotti Offeriti	Registro di Sistema	Data ricezione
SIFI SPA	00122890874	2	PI091374-23	05/07/2023 09:57:15
TEC MED S.R.L.	06859310580	3,4,6,7,8	PI091679-23	05/07/2023 13:20:06
CARL ZEISS S.P.A. CON SOCIO UNICO	00721920155	8	PI091914-23	05/07/2023 17:26:05
AMO ITALY SRL	07121831007	1,2,6	PI091975-23	06/07/2023 09:12:02
ALFA INTES	07677821212	3,4	PI092315-23	06/07/2023 15:05:48
ALCON ITALIA	07435060152	1,3,5,6,8	PI092316-23	06/07/2023 15:06:00
OPTARISTON OFTALMOLOGIA	03751551007	2,3,6,8	PI092502-23	06/07/2023 20:00:40
DAMBO S.R.L.	08405110720	8	PI092510-23	07/07/2023 04:05:36

- con Determinazione n. 340/2023 del 11.07.2023 è stato nominato il Seggio di Gara;
- il seggio di gara, presieduto dal RUP, Dott.ssa Emanuela Capparella, ha terminato la verifica con esito positivo, per tutti i partecipanti, della documentazione amministrativa in data 07/08/2023;

h<sup>1</sup>   

- con deliberazione n. 271/C.S./2023 del 01/09/2023, è stata nominata la Commissione giudicatrice per l'espletamento delle operazioni di gara concernenti la valutazione delle offerte tecniche e la successiva apertura delle offerte economiche ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., di seguito composta:

- o Dott./Prof. Fabio Fiormonte (Presidente);
- o Dott.ssa Maria Paola Carrozzoni (Commissario);
- o Dott. Vincenzo Ferella (Commissario);

- in data 22/09/2023, la Commissione su nominata si è riunita ed ha proceduto, in seduta pubblica, all'APERTURA DELLE BUSTE/OFFERTE TECNICHE prendendosi contestualmente atto della diserzione dei Lotti 9 e 10 per assenza di offerte;

- al termine delle predette operazioni, chiusa la seduta pubblica sul S.TEL.LA., la Commissione, *in die*, in seduta riservata, ha proceduto ALL'ESAME ED ALLA VALUTAZIONE delle stesse;

#### TUTTO QUANTO SU PREMESSO,

**in data 28/09/2023, alle ore 08.30**, presso la sala gare della U.O.C. Acquisizione e Logistica dei beni e Servizi, si è riunita la commissione giudicatrice come nominata con l'atto deliberativo n. 271C.S./2023 del 01/09/2023, di seguito composta:

- o Dott./Prof. Fabio Fiormonte (Presidente);
- o Dott.ssa Maria Paola Carrozzoni (Commissario);
- o Dott. Vincenzo Ferella (Commissario).

Altresì, Presente, con le funzioni ed i compiti di segretario verbalizzante, senza diritto di voto, la Dott.ssa Katia Pezzotti, collaboratore amministrativo - categoria D in servizio presso la U.O.C. Acquisizione e Logistica dei Beni e Servizi.

Constata la regolare costituzione della Commissione, il Presidente ha dichiarato aperta la sessione dei lavori, in seduta riservata.

Riprese le operazioni materiali di attribuzione dei punteggi tecnici finali, di seguito le risultanze come da seguente prospetto di sintesi con evidenza anche, ove sia occorsa, della riparametrazione del punteggio tecnico ex art. 17. 2 del disciplinare di gara, per cui *“Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, nel caso in cui nessuna offerta avesse ottenuto il punteggio massimo complessivo, la Commissione giudicatrice normalizzerà i punteggi. Quindi laddove nessuna offerta abbia ottenuto il punteggio massimo previsto (80 punti) si procederà alla riparametrazione, attribuendo 80 punti all'offerta che ha ottenuto il punteggio più elevato ed agli altri punteggi inversamente proporzionali mediante l'applicazione della seguente formula  $Pt = 80 * (Pt(a) / Ptmax)$ , dove:  $Pt(a)$  = punteggio dell'offerta i-esima;  $Ptmax$  = punteggio massimo assegnato”*. Altresì, è stato rammentato che i soggetti partecipanti alla gara, la cui offerta tecnica non avrà raggiunto un punteggio complessivo – prima della riparametrazione – di almeno 40/80 punti (soglia di sbarramento), saranno automaticamente esclusi dalla gara (cfr. art. 17.1 disciplinare di gara).

N. LOTTO	DESCRIZIONE	CONCORRENTE/I	PUNTEGGIO TOTALE DELLA COMMISSIONE	STATO	RIPARAMETRAZIONE
1	N. 100 - IOL MONOFOCALE A 3 PEZZI ACRILICHE IDROFOBICHE INIETTABILI	ALCON	64,67	AMMESSO ALLA FASE SUCCESSIVA	67,18
		AMO ITALY	77	AMMESSO ALLA FASE SUCCESSIVA	80

2



N. LOTTO	DESCRIZIONE	CONCORRENTE/I	PUNTEGGIO TOTALE DELLA COMMISSIONE	STATO	RIPARAMETRAZIONE
2	N. 200 - IOL MONOPEZZO A PROFONDITÀ DI FUOCO VARIABILE, MONOMATERIALE IDROFOBICHE, INIETTABILE	SIFI SPA	ESCLUSO	NON AMMESSO ALLA FASE SUCCESSIVA	//
		AMO ITALY	74	AMMESSO ALLA FASE SUCCESSIVA	80
		OPTARISTON	69	AMMESSO ALLA FASE SUCCESSIVA	74,59

Quanto al concorrente SIFI SPA, la Commissione ne ha proposto l'ESCLUSIONE poiché il prodotto offerto per il lotto 2 non rispetta i requisiti minimi di cui al CSA – lotto 2 “*poteri diottrici da + 6 a + 30 con incrementi di 0,50 diottrie*”.

N. LOTTO	DESCRIZIONE	CONCORRENTE/I	PUNTEGGIO TOTALE DELLA COMMISSIONE	STATO	RIPARAMETRAZIONE
3	N. 2.400 - IOL MONOFOCALE MONOPEZZO ACRILICHE IDROFOBICHE PRECARICATA	TEC MED	ESCLUSO	NON AMMESSO ALLA FASE SUCCESSIVA	//
		ALFA INTES	ESCLUSO	NON AMMESSO ALLA FASE SUCCESSIVA	//
		ALCON	64,7	AMMESSO ALLA FASE SUCCESSIVA	75,01
		OPTARISTON	69	AMMESSO ALLA FASE SUCCESSIVA	80

Quanto ai concorrenti TEC MED e ALFA INTES, la Commissione ne ha proposto l'ESCLUSIONE poiché entrambi ha offerto prodotti non conformi ai requisiti minimi del CSA – Lotto 3 “*con poteri da +6 a +30 diottrie con incrementi di 0,50 diottrie*”.

N. LOTTO	DESCRIZIONE	CONCORRENTE/I	PUNTEGGIO TOTALE DELLA COMMISSIONE	STATO	RIPARAMETRAZIONE
4	N. 100 - LENTE A FISSAZIONE SCLERALE PIEGHEVOLE, INIETTABILE IN COPOLIMERO, BIOCONVESSA N. 100 - LENTE A FISSAZIONE SCLERALE PIEGHEVOLE, INIETTABILE IN COPOLIMERO, BIOCONVESSA	TEC MED	59	AMMESSO ALLA FASE SUCCESSIVA	63,14
		ALFA INTES	74,75	AMMESSO ALLA FASE SUCCESSIVA	80

N. LOTTO	DESCRIZIONE	CONCORRENTE/I	PUNTEGGIO TOTALE DELLA COMMISSIONE	STATO	RIPARAMETRAZIONE
5	N. 400 - IOL A TRE PEZZI ACRILICHE IDROFOBICHE BIOCONVESSA	ALCON	76,25	AMMESSO ALLA FASE SUCCESSIVA	80

N. LOTTO	DESCRIZIONE	CONCORRENTE/I	PUNTEGGIO TOTALE DELLA COMMISSIONE	STATO
6	N. 1.200 - IOL MONOPEZZO MONOMATERIALE, BIANCA (TRASPARENTE) PRECARICATA IN INIETTORE	TEC MED	53,7	AMMESSO ALLA FASE SUCCESSIVA
		AMO ITALY	80	AMMESSO ALLA FASE SUCCESSIVA
		ALCON	72,7	AMMESSO ALLA FASE SUCCESSIVA
		OPTARISTON	77	AMMESSO ALLA FASE SUCCESSIVA

N. LOTTO	DESCRIZIONE	CONCORRENTE/I	PUNTEGGIO TOTALE DELLA COMMISSIONE	STATO	RIPARAMETRAZIONE
7	N. 40 - IOL MONOPEZZO MONOMATERIALE, ASFERICA, BIOCONVESSA, INIETTABILE	TEC MED	70	AMMESSO ALLA FASE SUCCESSIVA	80

3

N. LOTTO	DESCRIZIONE	CONCORRENTE/I	PUNTEGGIO TOTALE DELLA COMMISSIONE	STATO	RIPARAMETRAZIONE
8	N. 1.200 - IOL MONOPEZZO PER CAMERA POSTERIORE, MATERIALE ACRILICO IDROFOBICO, PRECARICATA, FILTRO UV E LUCE BLU	TEC MED	ESCLUSO	NON AMMESSO ALLA FASE SUCCESSIVA	//
		CARL ZEISS	54,25	AMMESSO ALLA FASE SUCCESSIVA	67,08
		ALCON	64,7	AMMESSO ALLA FASE SUCCESSIVA	80
		OPTARISTON	ESCLUSO	NON AMMESSO ALLA FASE SUCCESSIVA	//
		DAMBO SRL	ESCLUSO	NON AMMESSO ALLA FASE SUCCESSIVA	//

Quanto al concorrente TEC MED SRL, la Commissione ne ha proposto l'ESCLUSIONE poiché il prodotto offerto non rispetta i requisiti minimi del CSA - lotto 8 "poteri ottici da +6.0 a +30 con incremento di 0.5 diottrie".

Quanto al concorrente OPTARISTON, la Commissione ne ha proposto l'ESCLUSIONE poiché il prodotto offerto non rispetta i requisiti minimi del CSA - lotto 8 "poteri ottici da +6.0 a +30 con incremento di 0.5 diottrie".

Quanto al concorrente DAMBO SRL, la Commissione ne ha proposto l'ESCLUSIONE per essere l'OFFERTA INAMMISSIBILE /CONDIZIONATA, in quanto l'operatore economico ha dichiarato: "La Società garantisce la consegna dei prodotti offerti in 96 h lavorative", in violazione dell'Art. 5 – Esecuzione del Contratto e Consegne/Conto Deposito – del CSA, che al comma 7 prescrive: "L'impresa provvederà, a seguito dell'avvenuta utilizzazione del materiale, a reintegrarlo entro il termine di 2 (due) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di reintegro (lettera di reintegro)".

PER QUANTO SOPRA, dandosi atto delle seguenti PROPOSTE di ESCLUSIONE da sottoporre al RUP per l'adozione dei provvedimenti di competenza necessariamente preliminari alla fase di apertura/esame delle buste/offerte economiche:

N. LOTTO	DESCRIZIONE	CONCORRENTE/I	STATO
2	N. 200 - IOL MONOPEZZO A PROFONDITÀ DI FUOCO VARIABILE, MONOMATERIALE IDROFOBICHE, INIETTABILE	SIFI SPA	ESCLUSO

N. LOTTO	DESCRIZIONE	CONCORRENTE/I	STATO
3	N. 2.400 - IOL MONOFOCALE MONOPEZZO ACRILICHE IDROFOBICHE PRECARICATA	TEC MED	ESCLUSO
		ALFA INTES	ESCLUSO

N. LOTTO	DESCRIZIONE	CONCORRENTE/I	STATO
8	N. 1.200 - IOL MONOPEZZO PER CAMERA POSTERIORE, MATERIALE ACRILICO IDROFOBICO, PRECARICATA, FILTRO UV E LUCE BLU	TEC MED	ESCLUSO
		OPTARISTON OFTALMOLOGIA	ESCLUSO
		DAMBO SRL	ESCLUSO

Il Presidente ha disposto di rinviare la seduta pubblica virtuale fissata per oggi alle ore 09.30 sul portale del S.TEL.LA. al 12/10/2023 ore 8.30, mandando al segretario quanto segue:


- trasmettere al RUP i verbali dei lavori sin qui svolti dalla Commissione per l'adozione dei provvedimenti di competenza necessariamente preliminari alla fase di esame delle offerte economiche;

- dare comunicazione, tramite la piattaforma telematica di e-Procurement S.TEL.LA., agli operatori economici del rinvio della seduta pubblica fissata per oggi alle ore 09.30 al 12/10/2023 ore 8.30 per le predette motivazioni.

La seduta riservata è, quindi, stata dichiarata chiusa dal Presidente alle ore 10.16.

L.C.S.

- Dott./Prof. Fabio Fiormonte (Presidente);
- Dott.ssa Maria Paola Carrozzoni (Commissario);
- Dott. Vincenzo Ferella (Commissario).
- Dott.ssa Katia Pezzotti, segretario verbalizzante





GARA COMUNITARIA A PROCEDURA APERTA MULTI-LOTTO, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N. 50 E SS.MM.II., PER LA FORNITURA BIENNALE IN CONTO DEPOSITO DI LENTI INTRAOCULARI UTILIZZATE DALL'UOC OFTALMOLOGIA PER INTERVENTI EFFETTUATI C/O LA S.O. DI OFTALMOLOGIA DELL'OSPEDALE S. CAMILLO DE LELLIS DI RIETI E C/O LA CASA DELLA SALUTE DI MAGLIANO SABINA (RI). IMPORTO A BASE D'ASTA PARI AD € 660.800,00 AL NETTO DELL'IVA - GARA N. 9092674, INDETTA CON ATTO DELIBERATIVO N. 522/DGFF/2023 DEL 18.052023 - GARA N. 9092674 - REGISTRO DI SISTEMA S.TEL.LA. PI073880-23.

## VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE

n. 3

### PREMESSO CHE

- con atto deliberativo n. 522/DGFF/2023 del 18.052023 è stata indetta una “gara comunitaria a procedura aperta multi-lotto, ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., per la fornitura biennale in conto deposito di Lenti Intraoculari utilizzate dall’UOC Oftalmologia per interventi effettuati c/o la S.O. di Oftalmologia dell’Ospedale S. Camillo De Lellis di Rieti e c/o la Casa Della Salute Di Magliano Sabina (Ri). Importo a base d’asta pari ad € 660.800,00 al netto dell’Iva. - GARA N. 9092674”;
- con il succitato atto deliberativo di indizione sono stati approvati i documenti di gara (Disciplinare di gara e relativi allegati; Capitolato speciale e relativi allegati; Schema di bando);
- il bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea del 26/05/2023, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 5^ Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 62 del 31/05/2023, sulla piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sui due quotidiani a diffusione nazionale e su due a diffusione locale individuati;
- gli atti relativi alla procedura sono stati pubblicati sulla piattaforma S.TEL.LA della Regione Lazio [Registro di Sistema PI073880-23], sul sito aziendale e sul MIT, con scadenza delle offerte al 07/07/2023 ore 12:00 ed apertura delle buste amministrative al 11/07/2023 ore 10:00;
- entro il termine sopra indicato hanno presentato offerta n. 8 (diconsi otto) operatori economici, agli atti del Fascicolo telematico del portale S.TEL.LA., come da seguente prospetto:

Ragione Sociale	Codice Fiscale	Lotti Offerti	Registro di Sistema	Data ricezione
SIFI SPA	00122890874	2	PI091374-23	05/07/2023 09:57:15
TEC MED S.R.L.	06859310580	3,4,6,7,8	PI091679-23	05/07/2023 13:20:06
CARL ZEISS S.P.A. CON SOCIO UNICO	00721920155	8	PI091914-23	05/07/2023 17:26:05
AMO ITALY SRL	07121831007	1,2,6	PI091975-23	06/07/2023 09:12:02
ALFA INTES	07677821212	3,4	PI092315-23	06/07/2023 15:05:48
ALCON ITALIA	07435060152	1,3,5,6,8	PI092316-23	06/07/2023 15:06:00
OPTARISTON OFTALMOLOGIA	03751551007	2,3,6,8	PI092502-23	06/07/2023 20:00:40
DAMBO S.R.L.	08405110720	8	PI092510-23	07/07/2023 04:05:36

- con Determinazione n. 340/2023 del 11/07/2023 è stato nominato il Seggio di Gara;
- il Seggio di gara, presieduto dal RUP, Dott.ssa Emanuela Capparella, ha terminato la verifica della documentazione amministrativa in data 07/08/2023, con esito positivo per tutti i partecipanti;

1

- con deliberazione n. 271/C.S./2023 del 01/09/2023, è stata nominata la Commissione giudicatrice per l'espletamento delle operazioni di gara concernenti la valutazione delle offerte tecniche e la successiva apertura delle offerte economiche ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. (*ratione temporis*), di seguito composta:

- o Dott./Prof. Fabio Fiormonte (Presidente);
- o Dott.ssa Maria Paola Carrozzoni (Commissario);
- o Dott. Vincenzo Ferella (Commissario);

- in data 22/09/2023, la Commissione su nominata si è riunita ed ha proceduto, in seduta pubblica, all'APERTURA DELLE BUSTE/OFFERTE TECNICHE, prendendo contestualmente atto della diserzione dei Lotti n. 9 e n. 10 per assenza di offerte;

- al termine delle predette operazioni, chiusa la seduta pubblica sul S.TEL.LA., la Commissione, *in die*, in seduta riservata, ha proceduto all'esame ed alla valutazione delle stesse dal Lotto 1 al Lotto 8 incluso;

- in data 28/09/2023, la Commissione, in seduta riservata, ha proceduto all'attribuzione dei punteggi tecnici finali, alla relativa riparametrazione ove occorso nonché alla formulazione della proposta di esclusione di SIFI SPA per il lotto 2, TEC MED SRL per i lotti 2 e 3, ALFA INTES SRL per il lotto 3, OPTARISTON OFTALMOLOGIA SRL per il lotto 8 e DAMBO SRL per il lotto 8, per le motivazioni rese al verbale n. 2 del 28/09/2023 della Commissione cui si rinvia *per relationem*;

### TUTTO QUANTO SU PREMESSO,

**in data 12/10/2023, alle ore 08.30**, presso la sala gare della U.O.C. Acquisizione e Logistica dei beni e Servizi, si è riunita la commissione giudicatrice come nominata con l'atto deliberativo n. 271/C.S./2023 del 01/09/2023, di seguito composta:

- o Dott./Prof. Fabio Fiormonte (Presidente);
- o Dott.ssa Maria Paola Carrozzoni (Commissario);
- o Dott. Vincenzo Ferella (Commissario).

Altresì, presente, con le funzioni ed i compiti di segretario verbalizzante, senza diritto di voto, il Dott. Matteo Palmieri, collaboratore amministrativo - categoria D/P.O. in servizio presso la U.O.C. Acquisizione e Logistica dei Beni e Servizi in sostituzione della Dott.ssa Katia Pezzotti, impegnata di in altra procedura di gara;

Constata la regolare costituzione della Commissione, il Presidente ha dichiarato aperta la sessione dei lavori, in seduta riservata.

Il Presidente, preliminarmente, ha dato atto della adozione da parte del RUP dei provvedimenti di esclusione proposti dalla Commissione, giusta determina dirigenziale n. 936/23 del 02/10/2023.

Quindi, il Presidente ha dichiarato procedersi al collegamento sul S.TEL.LA. per la formalizzazione delle risultanze di fase sulla Piattaforma come rese al verbale n. 1 del 22/09/2023 e del 2 del 28/09/2023 e successiva apertura della seduta pubblica per l'apertura delle BUSTE/OFFERTE ECONOMICHE.

Alle ore 8.47 è stata aperta la seduta pubblica, rendendo ostensibile i punteggi tecnici sulla Piattaforma e, successivamente, il Presidente ha avviato l'apertura delle BUSTE/OFFERTE ECONOMICHE.

La commissione ha proceduto all'esame della documentazione economica, con le seguenti risultanze:

N. LOTTO	CONCORRENTE/I	PUNTEGGIO TECNICO TOTALE DELLA COMMISSIONE	PUNTEGGIO TECNICO TOT. RIPARAMETRATO	OFFERTA ECONOMICA (€)	RIBASSO %	PUNTEGGIO ECONOMICO
1	ALCON ITALIA SPA	64,67	67,19	8.950,50	0,55	19,64

	AMO ITALY	77	80	8.949,60	0,56	20,00
--	-----------	----	----	----------	------	-------

N. LOTTO	CONCORRENTE/I	PUNTEGGIO TECNICO TOTALE DELLA COMMISSIONE	PUNTEGGIO TECNICO TOT. RIPARAMETRATO	OFFERTA ECONOMICA (€)	RIBASSO %	PUNTEGGIO ECONOMICO
2	AMO ITALY	74	80	20.001,00	33,33	20,00
	OPTARISTON OFTALMOLOGIA SRL	69	74,59	26.001,00	13,33	8,00

N. LOTTO	CONCORRENTE/I	PUNTEGGIO TECNICO TOTALE DELLA COMMISSIONE	PUNTEGGIO TECNICO TOT. RIPARAMETRATO	OFFERTA ECONOMICA (€)	RIBASSO %	PUNTEGGIO ECONOMICO
3	ALCON ITALIA SPA	64,70	75,01	252.000,00	12,50	12,00
	OPTARISTON OFTALMOLOGIA SRL	69,00	80	228.009,60	20,83	20,00

N. LOTTO	CONCORRENTE/I	PUNTEGGIO TECNICO TOTALE DELLA COMMISSIONE	PUNTEGGIO TECNICO TOT. RIPARAMETRATO	OFFERTA ECONOMICA (€)	RIBASSO %	PUNTEGGIO ECONOMICO
4	TEC MED SRL	59	63,14	18.000,60	5,26	20,00
	ALFA INTES SRL	74,75	80	18.000,60	5,26	20,00

N. LOTTO	CONCORRENTE/I	PUNTEGGIO TECNICO TOTALE DELLA COMMISSIONE	PUNTEGGIO TECNICO TOT. RIPARAMETRATO	OFFERTA ECONOMICA (€)	RIBASSO %	PUNTEGGIO ECONOMICO
5	ALCON ITALIA SPA	76,25	80	33.802,80	0,58	20,00

N. LOTTO	CONCORRENTE/I	PUNTEGGIO TECNICO TOTALE DELLA COMMISSIONE	PUNTEGGIO TECNICO TOT. RIPARAMETRATO	OFFERTA ECONOMICA (€)	RIBASSO %	PUNTEGGIO ECONOMICO
6	TEC MED SRL	53,7		69.595,20	51,67	20,00
	AMO ITALY SRL	80		106.200,00	26,25	10,16
	ALCON ITALIA SPA	72,7		100.872,00	29,95	11,59
	OPTARISTON OFTALMOLOGIA SRL	77		111.600,00	22,50	8,71

N. LOTTO	CONCORRENTE/I	PUNTEGGIO TECNICO TOTALE DELLA COMMISSIONE	PUNTEGGIO TECNICO TOT. RIPARAMETRATO	OFFERTA ECONOMICA (€)	RIBASSO %	PUNTEGGIO ECONOMICO
7	TEC MED SRL	70	80	7.880,00	1,50	20,00

N. LOTTO	CONCORRENTE/I	PUNTEGGIO TECNICO TOTALE DELLA COMMISSIONE	PUNTEGGIO TECNICO TOT. RIPARAMETRATO	OFFERTA ECONOMICA (€)	RIBASSO %	PUNTEGGIO ECONOMICO
8	CARL ZEISS SPA	54,25	67,08	90.003,00	21,05	20,00
	ALCON ITALIA SPA	64,70	80	100.867,20	11,52	10,95






PER QUANTO SOPRA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17.4 - METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI COMPLESSIVI – del disciplinare di gara, la Commissione ha stilato la seguente graduatoria provvisoria:

N. LOTTO	CONCORRENTE/I	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOT	GRADUATORIA PROVVISORIA
1	ALCON ITALIA SPA	67,19	19,64	86,83	II° classificato
	AMO ITALY SRL	80	20,00	100	Aggiudicatario provvisorio

N. LOTTO	CONCORRENTE/I	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOT	GRADUATORIA PROVVISORIA
2	AMO ITALY SRL	80	20,00	100	Aggiudicatario provvisorio
	OPTARISTON OFTALMOLOGIA SRL	74,59	8,00	82,59	II° classificato

N. LOTTO	CONCORRENTE/I	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOT	GRADUATORIA PROVVISORIA
3	ALCON ITALIA SPA	75,01	12,00	87,01	II° classificato
	OPTARISTON OFTALMOLOGIA SRL	80	20,00	100	Aggiudicatario provvisorio

N. LOTTO	CONCORRENTE/I	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOT	GRADUATORIA PROVVISORIA
4	TEC MED SRL	63,14	20,00	83,14	II° classificato
	ALFA INTES SRL	80	20,00	100	Aggiudicatario provvisorio

N. LOTTO	CONCORRENTE/I	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOT	GRADUATORIA PROVVISORIA
5	ALCON ITALIA SPA	80	20,00	100	Aggiudicatario provvisorio

N. LOTTO	CONCORRENTE/I	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOT	GRADUATORIA PROVVISORIA
6	TEC MED SRL	53,7	20,00	73,70	IV°
	AMO ITALY SRL	80	10,16	90,16	Aggiudicatario provvisorio
	ALCON ITALIA SPA	72,7	11,59	84,29	III°
	OPTARISTON OFTALMOLOGIA SRL	77	8,71	85,71	II° classificato

N. LOTTO	CONCORRENTE/I	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOT	GRADUATORIA PROVVISORIA
7	TEC MED SRL	80	20	100	Aggiudicatario provvisorio

N. LOTTO	CONCORRENTE/I	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOT	GRADUATORIA PROVVISORIA
8	CARL ZEISS	67,08	20,00	87,08	II° classificato
	ALCON ITALIA SPA	80	10,95	90,95	Aggiudicatario provvisorio

 4
 





Si precisa che in sede di verifica di eventuale anomalia dell'offerta per il lotto n. 6, concorrendo n. 4 ditte, la Commissione ha preso atto che il Sistema del S.TEL.LA. ha segnalato la sospetta anomalia dell'offerta del primo aggiudicatario AMO ITALY SRL, tuttavia, fatta debita controverifica di detta risultanza di sistema, la Commissione ha constatato trattarsi di un errore di Sistema.

In effetti, ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. *ratione temporis*, considerando il totale dei punteggi attribuiti per l'offerta tecnica e quella economica, è "anomala" l'offerta se *sia* il punteggio relativo al prezzo, *sia* la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione dell'offerta tecnica, sono risultati *entrambi* superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara

Nel caso di specie, invece, stabilito che le soglie di anomalia sono date da  $PT \geq 64$  pari a  $PT_{max}80 * 4/5$  per l'OFFERTA TECNICA e di  $PE \geq 16,00$  pari a  $PE_{max}20 * 4/5$  per l'OFFERTA ECONOMICA, poiché la ditta AMO ITALY SRL ha conseguito un punteggio tecnico (ante riparametrazione) di  $80 >$  alla soglia di anomalia di  $\geq 64$ , *ma* un punteggio economico di  $10,16 <$  alla soglia di relativa anomalia di  $\geq 16$ , l'offerta del predetto operatore non è anomala.

Di seguito, in conclusione, le proposte di aggiudicazione per lotto della Commissione:

LOTTO	CIG	AGGIUDICATARIO	DESCRIZIONE	PREZZO DI AGGIUDICAZIONE AL NETTO DELL'IVA (€)
1	98194946C A	AMO ITALY SRL	N. 100 - IOL MONOFOCALE A 3 PEZZI ACRILICHE IDROFOBICHE INIETTABILI	8.949,60
2	98195282D A	AMO ITALY SRL	N. 200 - IOL MONOPEZZO A PROFONDITÀ DI FUOCO VARIABILE, MONOMATERIALE IDROFOBICHE, INIETTABILE	20.001,00
3	981954728 8	OPTARISTON OFTALMOLOGIA SRL	N. 2.400 - IOL MONOFOCALE MONOPEZZO ACRILICHE IDROFOBICHE PRECARICATA	228.009,60
4	98195694A F	ALFA INTES SRL	N. 100 - LENTE A FISSAZIONE SCLERALE PIEGHEVOLE, INIETTABILE IN COPOLIMERO, BIOCONVESSA	18.000,60
5	981958303 E	ALCON ITALIA SPA	N. 400 - IOL A TRE PEZZI ACRILICHE IDROFOBICHE BIOCONVESSA	33.802,80
6	981960740 B	AMO ITALY SRL	N. 1.200 - IOL MONOPEZZO MONOMATERIALE, BIANCA (TRASPARENTE) PRECARICATA IN INIETTORE	106.200,00
7	9819635B2 4	TEC MED S.R.L.	N. 40 - IOL MONOPEZZO MONOMATERIALE, ASFERICA, BIOCONVESSA, INIETTABILE	7.880,00
8	98196653E 8	ALCON ITALIA SPA	N. 1.200 - IOL MONOPEZZO PER CAMERA POSTERIORE, MATERIALE ACRILICO IDROFOBICO, PRECARICATA, FILTRO UV E LUCE BLU	100.867,20
9	981969195B		N. 100 - IOL MONOPEZZO, MONOMATERIALE IDROFOBO, A PROFONDITÀ DI FUOCO VARIABILE	
10	981970334 4		N. 40 - IOL MONOPEZZO DA CAMERA ANTERIORE, MATERIALE RIGIDO IN PMMA, PIANOCONVESSA	

A questo punto, il Presidente ha dichiarato chiusa la seduta alle ore 10.23, mandando al segretario di dare comunicazione al RUP delle risultanze finali di cui sopra per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

L.C.S.

- o Prof. Dott. Fabio Fiormonte (Presidente);

 5







- Dott.ssa Maria Paola Carrozzoni (Commissario);
- Dott. Vincenzo Ferella (Commissario).
- Dott. Matteo Palmieri, segretario verbalizzante

*Maria Paola Carrozzoni*  
*Ferella*  
*MP*