



25-000000788



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
RIETI

INVENTARIO 67900		COD. CDC - DESCR. CDC N015 - BLOCCO OPERATORIO -		DATA ORA RICHIESTA - DATA ORA INIZIO 12-05-25 12:12 - 12-05-25 12:12	
TELEFONO RIFERIM. REPARTO/CDC TIZIANA TIBERTI - NOLDAP		UBICAZIONE EDIFICIO: - PIANO: - STANZA: SALA UROLOGIA		ODL INTERVENTO 25-000000788	
TIPOLOGIA URETERONEFROSCOPIO		MODELLO URF-P7		PRESIDIO / SEDE OSP. RIETI	
PRODUTTORE OLYMPUS OPTICAL CO LTD	COD. CIVAB URSOLY0000052747	MATRICOLA 2406659	INV. ENTE 139750	FASCIA CRITICA	

ATTIVITA' RICHIESTE

☐ Manut. Prev.	☒ Manut. Correttiva	CAUSALE / PROBLEMA: RICHIESTA_WEB - INTERVENTO CORRETTIVO - URGENTISSIMO LENTE PARZIALMENTE NERA
☐ Verifica Sicur.	☐ Verifica Sicur. part	
☐ Richiesta ric. (RR)	☐ Addestram. (AD)	

NOTE INTERVENTO

NOTE RICHIEDENTE: URGENTISSIMO LENTE PARZIALMENTE NERA - RILEVAZIONE CON NO

Dalle	Del	Alle	Del	Tecnico assegn.	Altro Tecnico	Tipo Attività	Note Attiv./Sospensione
12:34	12-05-25	12:34	12-05-25	SANDRO MASSIMO ZARINI TECNICO GLOBAL (sandro.zarini)	PAOLA GRILLO	assegnazione	--
14:00	12-05-25	14:30	12-05-25	SANDRO MASSIMO ZARINI GLOBAL SERVICE (sandro.zarini)		rilevazione	ATTESA SOPRALLUOGO -- RISCONTRO ESEGUITO
14:00	12-05-25	14:30	12-05-25	SANDRO MASSIMO ZARINI GLOBAL SERVICE (sandro.zarini)		rendicontazione	SOSPENSIONE INTERVENTO -- SI ATTIVA LA DITTA OLYMPUS IN GARANZIA

PARTI UTILIZZATE E/O SOSTITUITE IN RENDICONTAZIONE:

NOME COGNOME REFER. REPARTO:

DATA: 26-06-25

SALVA FIRME >>

Esecutore:

Tecnico Interno:

Ref. Reparto: