



25-000000371


**ASL  
RIETI**

<b>INVENTARIO</b> 67608		<b>COD. CDC - DESCR. CDC</b> A01A-0415 - Urologia -	<b>DATA ORA RICHIESTA - DATA ORA INIZIO</b> 28-02-25 13:28 - 28-02-25 13:28	
<b>TELEFONO RIFERIM. REPARTO/CDC</b> BARBARA SANTOBONI - AMBULATORIO UROLOGICO 6° PIANO OGP 8335		<b>UBICAZIONE</b> EDIFICIO: - PIANO: - STANZA: UROLOGIA		<b>ODL INTERVENTO</b> 25-000000371
<b>TIPOLOGIA</b> FIBROCISTOSCOPIO FLESSIBILE		<b>MODELLO</b> 11272C1		<b>PRESIDIO / SEDE</b> OSP. RIETI
<b>PRODUTTORE</b> KARL STORZ SE&CO.KG	<b>COD. CIVAB</b> C86J80C33	<b>MATRICOLA</b> 2096242	<b>INV. ENTE</b> 67608	<b>FASCIA CRITICA</b>

**ATTIVITA' RICHIESTE**

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Manut. Prev.        | <input checked="" type="checkbox"/> Manut. Correttiva |
| <input type="checkbox"/> Verifica Sicur.     | <input type="checkbox"/> Verifica Sicur. part         |
| <input type="checkbox"/> Richiesta ric. (RR) | <input type="checkbox"/> Addestram. (AD)              |

**CAUSALE / PROBLEMA: RICHIESTA\_WEB - INTERVENTO CORRETTIVO - BUONGIORNO CON LA PRESENTE SI RICHIEDE INTERVENTO SU CISTOSCOPIO FLESSIBILE STORZ PER TEST TENUTA NON OK. CORDIALI SALUTI**
**NOTE INTERVENTO**
**NOTE RICHIEDENTE: BUONGIORNO CON LA PRESENTE SI RICHIEDE INTERVENTO SU CISTOSCOPIO FLESSIBILE STORZ PER TEST TENUTA NON OK. CORDIALI SALUTI**

Dalle	Del	Alle	Del	Tecnico assegn.	Altro Tecnico	Tipo Attività	Note Attiv./Sospensione
13:41	26-06-25	13:41	26-06-25	KARL STORZ	PAOLA GRILLO	assegnazione	--

**PARTI UTILIZZATE E/O SOSTITUITE IN RENDICONTAZIONE:**

NOME COGNOME REFER. REPARTO:

DATA: 15-07-25

SALVA FIRME &gt;&gt;

Esecutore:

Tecnico Interno:

Ref. Reparto: